Evaluación Financiera

2. **ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO** = Debe ser igual o inferior al <=*70%*, por tanto, la oferta que supere este porcentaje no continuará en el proceso.

3. **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** = Deberá ser igual o superior a >=*2.20*, la oferta que no cumpla con el presente indicador no continuará en el proceso. Así mismo cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple.

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			
GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA **ITEM 1** **BANDA TROTADORA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 2 **BICICLETA ESTATICA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 3 **ELÍPTICA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ÍTEM 4 **GIMNASIO MULTIFUERZA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ricardo.prada

GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO			
ITEM 5 **CABINA DE BIOSEGURIDAD**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 6 **CENTRIFUGA DE 36 TUBOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 7 **CENTRIFUGA DE 60 TUBOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 8 **CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 9 **INCUBADORA CO2**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 10 **INCUBADORA PARA LABORATORIO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ricardo.rivera

GRUPO 3. CONGELADORES			
ITEM 11 **CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 12 **CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

GRUPO 4. NEVERAS			
ITEM 13 **NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 14 **NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 15 **NEVERA PARA MEDICAMENTOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 16 **NEVERA PARA REACTIVOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

Recibido para revisión

ITEM 35 NEVERA PARA REFRIGERACION DE BIOLOGICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA			
ITEM 17 ELECTROESTIMULADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 18 EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 19 ULTRASONIDO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA			
ITEM 20 COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 21 UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ricardo.prada

GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM			
ITEM 22 **BANDA TROTADORA PEDIATRICA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 23 **ELECTROBISTURI**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 24 **EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 25 **EQUIPO DE IONTOFORESIS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 26 **EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 27 **ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 A 35 LITROS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ficado.Para

ITEM 28 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 29 LAVADORA ULTRASONICA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 30 MAQUINA DE ANESTESIA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 33 TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

ITEM 34 VIDEOCOLPOSCOPIO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).			

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA ITEM 1 BANDA TROTADORA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

Copia para validación

ITEM 2 BICICLETA ESTATICA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 3 ELÍPTICA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ÍTEM 4 GIMNASIO MULTIFUERZA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO			
ITEM 5 CABINA DE BIOSEGURIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 6 CENTRIFUGA DE 36 TUBOS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 7 CENTRIFUGA DE 60 TUBOS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 8 CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 9 INCUBADORA CO2	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ficado.nada

ITEM 10 INCUBADORA PARA LABORATORIO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

GRUPO 3. CONGELADORES			
ITEM 11 CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA)	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 12 CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

GRUPO 4. NEVERAS			
ITEM 13 NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 14 NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 15 NEVERA PARA MEDICAMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 16 NEVERA PARA REACTIVOS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 35 NEVERA PARA REFRIGERACION DE BIOLOGICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ficado anda

GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA			
ITEM 17 **ELECTROESTIMULADOR**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 18 **EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 19 **ULTRASONIDO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA			
ITEM 20 **COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 21 **UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM			
ITEM 22 **BANDA TROTADORA PEDIATRICA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 23 **ELECTROBISTURI**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 24 **EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ricardo miranda

ITEM 25	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
EQUIPO DE IONTOFORESIS			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 26	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 27	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 A 35 LITROS			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 28	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 29	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
LAVADORA ULTRASONICA			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 30	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
MAQUINA DE ANESTESIA			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 33	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

ITEM 34	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
VIDEOCOLPOSCOPIO			
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA			

icardo.parada

ITEM 18	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR			
APLICADOR LASER ENTRE 650 Y 690 NM			

5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 25 de diciembre de 2022, el cual iniciara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y la expedición de la carta de inicio.

ITEM 28	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS			
CAPACIDAD ENTRE 8 Y 18 TUBOS			

ITEM 29	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
LAVADORA ULTRASONICA			
DISPLAY PARA LA VISUALIZACIÓN O PANTALLA TOUCH SCREEN (OPCIONAL) DE:			

GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA			
ITEM 20	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP			
ANEXAR CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 7494-2:2013 ODONTOLOGIA - APARATOS Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS CAPITULO 2: APROVISIONAMIENTO DE AGUA Y AIRE			

GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO			
ITEM 5	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
CABINA DE BIOSEGURIDAD			
ANEXAR CERTIFICACIÓN ISO 14644.1 CALIDAD DEL AIRE			

ITEM 30	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
MAQUINA DE ANESTESIA			
VALOR INFERIOR O IGUAL A 21%			

ricardo parada

1.3 **REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES**

(…)
Serán aceptadas certificaciones emitidas por el fabricante, del cumplimiento de las especificaciones técnicas que no se encuentren descritas dentro de los catálogos, manuales y/o fichas técnicas anexas; si así lo requiere. Las certificaciones en mención deberán cumplir con los siguientes parámetros:

- *Estar en original y tener traducción al castellano, si así lo requiere.*
- *Documento emitido por el fabricante: Podrá ser firmada por el representante legal o gerente general de fábrica o director de producción y/o de producto de fábrica.*
- *La fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a treinta días calendario anteriores al cierre del proceso.*

(…)
Serán aceptadas certificaciones emitidas por el fabricante, del cumplimiento de las especificaciones técnicas que no se encuentren descritas dentro de los catálogos, manuales y/o fichas técnicas anexas; si así lo requiere. Las certificaciones en mención deberán cumplir con los siguientes parámetros:

- *Estar en original y tener traducción al castellano, si así lo requiere.*
- *Documento emitido por el fabricante: Podrá ser firmada por el representante legal o gerente general de fábrica o director de producción y/o de producto de fábrica.*
- *La fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a treinta días calendario anteriores al cierre del proceso.*

Adicionalmente el oferente debe diligenciar el siguiente cuadro:

A. DATOS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL OFERTADO

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - EQUIPO BIOMEDICO

EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

40	*EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:* *• ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE.* *• DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA.* *• LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO.*

rica 110.para

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

22	*EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:* *• ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE.* *• DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA.* *• LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO.*

ITEM 9 **INCUBADORA CO2**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
CHAQUETA DE AIRE O CALENTAMIENTO DIRECTO			

ITEM 9 **INCUBADORA CO2**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
DESINFECCIÓN POR AIRE CALIENTE O CICLO DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA			

ITEM 14 **NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
PUERTA SOLIDA O PUERTA DE VIDRIO			

ITEM 15 **NEVERA PARA MEDICAMENTOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2 A 8 °C			

ITEM 16 **NEVERA PARA REACTIVOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2 A 8 °C			

ITEM 16 **NEVERA PARA REACTIVOS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
PUERTA SOLIDA O PUERTA DE VIDRIO			

ricardo parada

ITEM 28 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
CÁMARA, GENERADOR DE VAPOR EN ACERO INOXIDABLE 316L, LA PRE-CÁMARA Y LAS TUBERÍAS INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE CUALQUIERA DE SUS ALEACIONES, ANTICORROSIVO CON AISLANTE TÉRMICO.			

ITEM 28	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 54ºC Y 60ºC			

ITEM 28 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
COMPATIBLE CON DIVERSAS MARCAS DE INDICADORES BIOLOGICOS INCLUIDO DE LECTURA RÁPIDA			

ITEM 27 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 A 35 LITROS	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
COMPATIBLE CON DIVERSAS MARCAS DE INDICADORES BIOLOGICOS INCLUIDO DE LECTURA RÁPIDA			

La visita a las instalaciones es de carácter voluntario (NO EXCLUYENTE) se llevará a cabo EL SEGUNDO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA APERTURA DEL PROCESO, a las 09:00 horas, acorde con lo en el cronograma electrónico del proceso a través de la plataforma SECOP II; con el fin de inspeccionar los sitios donde se instalarán los equipos. Se realizará a través de los integrantes del Grupo de Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN, los asistentes deberán portar el documento de identificación y la autorización de la empresa que representan.

La no asistencia a la visita del sitio programada por la entidad, no constituye causal de rechazo de la oferta; sin embargo, es preciso señalar que el proponente no podrá justificar eventuales errores u omisiones en la preparación de su oferta, atribuibles a la falta de información técnica que se pudo obtener durante la visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se instalarán los equipos.

ITEM 29 LAVADORA ULTRASONICA	CUMPLE	NO CUMPLE	ARCHIVO Y FOLIO
ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE			

1.2. Financieros

Página 27:

EL OFERENTE DEBERÁ ALLEGAR EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.1.5.1 Y 2.2.1.1.1.5.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA VERIFICACIÓN FINANCIERA SE REALIZARÁ CON BASE EN LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES POR TANTO EL CERTIFICADO DEL RUP PRESENTADO DEBERÁ ESTAR ACTUALIZADO CON INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 579 DEL 31 DE MAYO DE 2021. "POR EL CUAL SE SUSTITUYEN LOS PARÁGRAFOS TRANSITORIOS DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.2,

ricardo parada

EL PARÁGRAFO TRANSITORIO 1 DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.5.6 ASÍ COMO EL PARÁGRAFO TRANSITORIO DEL ARTICULO 2.22.1.1.1.6.2 DEL DECRETO

1082 DE 2015, ÚNICO REGLAMENTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL,

PARA QUE LOS PROPONENTES ACREDITEN EL MEJOR INDICADOR FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA".

ITEM 19	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
ULTRASONIDO			
TECLADO PARA EL INGRESO DE LOS PARAMETROS Y/O PANTALLA LCD O TÁCTIL A COLOR DE MÍNIMO 7" DE ALTA RESOLUCIÓN			

ITEM 25	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
EQUIPO DE IONTOFORESIS			
MALETIN DE TRANSPORTE O CARRO DE TRANSPORTE			

ITEM 30	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
MAQUINA DE ANESTESIA			
FRECUENCIA RESPIRATORIA			
VALOR IGUAL O MENOR A 4 RPM			

ITEM 30	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ARCHIVO Y FOLIO**
MAQUINA DE ANESTESIA			
PRESIÓN INSPIRATORIA O CONTROL DE PRESIÓN			
VALOR IGUAL O MENOR A 5 CM H20			

ricardo parada