

E G AT Entidad de Gestión Armonizadora y Técnica	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA	CODIGO: PDAT-FE-F9
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	VERSION: 1
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O	FECHA: 24/05/2018
CODIGO:	GIA-MQX- 291 AL 294	
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO		
BATA PARA PACIENTE		
UNIDAD DE MEDIDA		
Unidad		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Prenda utilizada para vestir al paciente en procedimientos medico quirúrgicos		

			CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO
ESPECIFICACIONES						
1. Condiciones técnicas.	1.1 Tipo de Producto	Dispositivo médico	X			
	1.2 Referencias	Bata para paciente talla L	X			
	1.3 Usos	Las indicaciones autorizadas por el registro sanitario que ampara dichas referencias	X			
	1.4 Material / componentes	Material: Tela no tejida				
		Diseño: Bata manga corta				
		Cierre parte posterior con 4 tiras de amarre				
		Antifluído				
		Antiestatico				
	1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Gramaje de la tela de minimo 30 gr				
		No Esteril				
Empaque Individual						
1.6 Envase, Empaque,Embalaje y Rotulado.	Desechable	X				
1.7 Información adicional	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centigrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%					
		X				
	Los sistemas de envase, empaque,embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto segun lo establecido en el Decreto 4725 de 2005					
		X				
	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar					
		X				

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Nombre y firma del representante legal

Dirección:

Teléfono

Atentamente,



CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S

Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com



SC-CER654683



DM-CER654685



Visitanos

EAT Unidad de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA		CODIGO: PDAT-FE-F9				
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE		VERSION: 1				
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O		FECHA: 24/05/2018				
CODIGO:	GIA-MQX- 291 AL 294						
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO							
BATA MANGA LARGA CON REFUERZO NO ESTERIL							
UNIDAD DE MEDIDA							
Unidad							
DESCRIPCIÓN GENERAL							
Prenda utilizada para vestir el personal del equipo quirúrgico esencial como barrera para prevenir futuras infecciones desde el equipo quirúrgico y el propio paciente hasta la herida quirúrgica abierta.							
ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO	
Condiciones técnicas.	1.1 Tipo de Producto	Dispositivo médico	X				
	1.2 Referencias	Bata manga larga con refuerzo no esteril	X				
	1.3 Usos	Las indicaciones autorizadas por el registro sanitario que ampara dichas referencias	X				
	1.4 Material / componentes	Diseño: Bata manga larga con refuerzo Color: Azul Tamaño: 127 +/- 2 cm de largo x 150 +/- 2 cm de ancho Material: Polipropileno no tejido SMS 35 gr Material capa de refuerzo: Polipropileno mas Polietileno de minimo 30 gr Material cuello: polipropileno no tejido SMS 40 gr Puños tejidos resortados en algodón Cinturón: material polipropileno no tejido SMS 35 g, medidas mínimas: 65 cm x 4,5 cm Sistema de cierre: tiras ajustables sellado ultrasonido, libre de hebras Cantidad de tiras: minimo 4 unidades de tiras Antifluído - repelente de fluidos / líquidos Antiestático No transpirable No Esteril Empaque Individual Desechable	X				
		1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	X			
		1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	X			
		1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar	XP			

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Atentamente,

Nombre y firma del representante legal

Dirección:

Teléfono



CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S

Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com



Visítanos

 Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Resolución 4725 de 2005	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		CODIGO: PDAT-FE-F9 VERSION: 1 FECHA: 24/05/2018			
	CODIGO: MDQX0000					
	NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO GORRO DESECHABLE UNIDAD DE MEDIDA Unidad DESCRIPCIÓN GENERAL Dispositivo de protección para el cabello					
ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO
1. Características Generales	1.1 Tipo de Producto	Médico-Quirúrgico	X			
	1.3 Referencias	Redondo	X			
	1.4 Usos	Todas las indicaciones autorizadas por el INVIMA en el registro sanitario para dispositivos médico-quirúrgicos	X			
	1.5 Material / componentes	Tela no tejida Gramaje de la tela: Mínimo 17 gr Elastico en borde	X			
	1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	X			
	1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	X			
	1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar	X			

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Nombre y firma del representante legal

Dirección:

Teléfono

Atentamente,



CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S

Nit 830.041.488-7
 PBX: (57+1) 4283966
 Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
 Parque Industrial Puerto Central
 servicioalcliente@alfatrading.com.co
 www.alfasafe.com



SC-CER654683



DM-CER654685



Visítanos

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Nombre y firma del representante legal
ALFA TRADING S.A.S

Teléfono



Visítanos

 Entidad de Gestión Administrativa y Técnica de la Alcaldía Mayor de Bogotá	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA	CODIGO: PDAT-FE-F9
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	VERSION: 1
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O	FECHA: 24/05/2018
CODIGO:	GIA-MQX- 0147 AL 0149	
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO		
GUANTES DE EXAMEN DE VINILO		
UNIDAD DE MEDIDA		
Par		
DESCRIPCION GENERAL		

Dispositivo de uso único, no estéril, que tiene como objetivo actuar de barrera protectora (RIESGOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS) en procedimientos médicos, odontológicos, quirúrgicos o de laboratorio clínico ETC. de uso preferente en intervenciones quirúrgicas

ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO	
1. Condiciones técnicas del producto	1.1 Tipo de Producto	Dispositivo médico	X				
	1.2 Referencias	Talla: XL L M S XS					
			X				
		1.3 Usos	Las indicaciones autorizadas por el registro sanitario que ampara dichas referencias	X			
		1.4 Material / componentes	MATERIAL Policloruro de Vinilo de color natural No debe contener proteínas de látex, ni productos derivados de la vulcanización del caucho Nivel de talco Sin contenido de talco No generar irritación al contacto con la piel RESISTENCIA Rotura por estiramiento y desgarro. DISEÑO Ambidiestros Puño largo con el extremo reborde Alta sensibilidad al tacto Guante desechable de examen Superficie interna lisa	X			
			1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	X		
	1.6 Envase, Empaque,Embalaje y Rotulado.		Los sistemas de envase, empaque,embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto segun lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	X			
1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar		X				

Atentamente,

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Nombre y firma del representante legal

Dirección:

Teléfono

CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S



Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com



Visítanos

SC-CER654683 DM-CER654685

 Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Unidad de Transparencia y Eficiencia	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA		CODIGO: PDAT-FE-F9
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		VERSION: 1
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		FECHA: 24/05/2018
CODIGO: MDQX0000			
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO			
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL CON TALCO			
UNIDAD DE MEDIDA			
Par			
DESCRIPCIÓN GENERAL			
Dispositivo de uso unico, esteril, que tiene como objetivo actuar de barrera protectora (RIESGOS BIOLOGICOS Y QUIMICOS) en procedimientos medicos, odontologicos, quirurgicos o de laboratorio clinico ETC. de uso preferente en intervenciones quirúrgicas.			
ESPECIFICACIONES			
1. Características generales Atentamente,  CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE REPRESENTANTE LEGAL NIT 830.041.488-7 ALFA TRADING S.A.S	1.1 Tipo de Producto	Material Médico-Quirúrgico	
	1.2 Referencias	6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0	
	1.3 Usos	Todas las indicaciones autorizadas por el INVIMA en el registro sanitario para dispositivos médico-quirúrgicos Material. Látex natural NIVEL DE TALCO Con contenido de talco FORMA ANATOMICA Zona de agarre texturizada Superficie lisa ó rugosa, tersa y uniforme Antideslizante. Alta sensibilidad al tacto Manga protectora larga y con el borde enrollado Dedos curvos completamente anatómicos EMPAQUE Hermético Fácil postura Uso único Hipoalergénico En la segunda envoltura debe venir especificado la lateralidad anatómica a la cual corresponde cada guante ESPECIFICACIONES TECNICA MINIMAS: Longitud. 285+/- 20 mm Tensión. Mínimo 180 daN Elongación. Mínimo 650 % Permeables Espesor Mínimo. 0.10mm Tamaño Mínimo del poro: 0,1-0,9 µm Según norma técnica colombiana NTC 5884-2 del 30 Noviembre de 2011 y 4277 del 22 Octubre de 1997	
	1.4 Material / componentes	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	
	1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	
	1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar	
	1.7 Información adicional		



Nit 830.041.488-7
 PBX: (57+1) 4283966
 Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
 Parque Industrial Puerto Central
 servicioalcliente@alfatrading.com.co
 www.alfasafe.com



SC-CER654683



DM-CER654685



Visítanos

PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA		CODIGO: PDAT-FE-F9
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		VERSION: 1
FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		FECHA: 24/05/2018
CODIGO: MDQX0000		
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO		
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL SIN TALCO		
UNIDAD DE MEDIDA		
Par		
DESCRIPCION GENERAL		
Dispositivo de uso unico, esteril, que tiene como objetivo actuar de barrera protectora (RIESGOS BIOLOGICOS Y QUIMICOS) en procedimientos medicos, odontologicos, quirurgicos o de laboratorio clinico ETC. de uso preferente en intervenciones quirúrgicas.		
ESPECIFICACIONES		

1. Características generales

Atentamente,



CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S

1.1 Tipo de Producto	Material Médico-Quirúrgico
	6.0 6.5 7.0
1.2 Referencias	7.5 8.0 8.5 9.0
1.3 Usos	Todas las indicaciones autorizadas por el INVIMA en el registro sanitario para dispositivos médico-quirúrgicos
1.4 Material / componentes	Material. Látex natural NIVEL DE TALCO Sin contenido de talco FORMA ANATOMICA Zona de agarre texturizada Superficie lisa ó rugosa, tersa y uniforme Antideslizante. Alta sensibilidad al tacto Manga protectora larga y con el borde enrollado Dedos curvos completamente anatómicos EMPAQUE Hermético Fácil postura Uso único Hipoalergénico En la segunda envoltura debe venir especificado la lateralidad anatómica a la cual corresponde cada guante ESPECIFICACIONES TECNICA MINIMAS: Longitud. 285+/- 20 mm Tensión. Mínimo 180 daN Elongación. Mínimo 650 % Permeables Espesor Mínimo. 0.10mm Tamaño Mínimo del poro: 0,1-0,9 µm Según norma técnica colombiana NTC 5884-2 del 30 Noviembre de 2011 y 4277 del 22 Octubre de 1997
1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%
1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005
1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final a la cual pertenece el dispositivo a ofertar.

Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com

El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final a la cual pertenece el dispositivo a ofertar.



Visítanos

EGAT Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Ministerio de Salud y Protección Social	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA		CODIGO: PDAT-FE-F9			
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE		VERSION: 1			
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O		FECHA: 24/05/2018			
CODIGO	GIA-MQX-1423 AL 1424					
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO						
MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA						
UNIDAD DE MEDIDA						
Unidad						
DESCRIPCION GENERAL						
Mascarilla de alta eficiencia diseñada para filtrar partículas y aerosoles líquidos presentes en el medio ambiente con una eficiencia de filtración de aire mínima de 95%						
ESPECIFICACIONES						
1. Condiciones Técnicas	1.1 Tipo de Producto	Dispositivo médico	CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO
	1.2 Referencias	Adulto	x			
	1.3 Usos	Las indicaciones autorizadas por el registro sanitario que ampara dichas referencias	x			
	1.4 Material / componentes	Material Tela no tejida Doble banda de sujeción al contorno craneal Sistema de sujeción que genere sello hermetico contra la piel Clip nasal ajustable Anatomico Filtro de partículas mayor o igual al 95% Hipoalergenico Desechable No estéril Empaque individual	x			
	1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centigrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	x			
	1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto segun lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	x			
	1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar	x			

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Nombre y firma del representante legal
Atentamente,

Dirección:

Teléfono



CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S

Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com



SC-CER654683 DM-CER654685

Visítanos

 Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Dentista - Manipulante - Profesional	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA	CODIGO: PDAT-FE-F9
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	VERSION: 1
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA: 24/05/2018
CODIGO	GIA-MQX-1425 AL 1426	
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO		
MASCARILLA QUIRURGICA CONVENCIONAL		
UNIDAD DE MEDIDA		
Unidad		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Dispositivo utilizado para evitar la transferencia de bacterias		

ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO
1. Condiciones Técnicas	1.1 Tipo de Producto	Dispositivo médico	X			
	1.2 Referencias	Adulto				
	1.3 Usos	Las indicaciones autorizadas por el registro sanitario que ampara dichas referencias	X			
	1.4 Material / componentes	Material. Tela no tejida de polipropileno Con filtro antibacterial Tres(3) capas Sistema de sujeción tiras o caucho Soporte nasal ajustable Hipoalérgico Desechable Resistente a fluidos No estéril Empaque individual	X			
	1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	X			
	1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	X			
	1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar	X			

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Atentamente,

Nombre y firma del representante legal

Dirección:

Teléfono

CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S



Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com



SC-CER654683 DM-CER654685

Visítanos

 Entidad de Gestión Institucional y Técnica Código: 00000000000000000000	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA		CODIGO: PDAT-FE-F9			
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE		VERSION: 1			
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O		FECHA: 24/05/2018			
	CODIGO:		GIA-MQX- 291 AL 294			
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO						
OVEROL CON ESCAFANDRA						
UNIDAD DE MEDIDA						
Unidad						
DESCRIPCIÓN GENERAL						
Prenda utilizada para vestir el personal del equipo quirúrgico esencial como barrera para prevenir futuras infecciones desde el equipo quirúrgico y el propio paciente						
ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO
1. Características Generales	1.1 Tipo de Producto	Dispositivo médico Overol con encafandra no esteril antifluído XL Overol con encafandra no esteril antifluído L Overol con encafandra no esteril antifluído M Overol con encafandra no esteril antifluído S	X			
	1.3 Usos	Las indicaciones autorizadas por el registro sanitario que ampara dichas referencias	X			
	1.4 Material / componentes	Material: Tela no tejida Diseño: Overol con escafandra, manga larga y polainas integradas Puños tejidos resortados en algodón Antifluído Antiestático Gramaje de la tela mínimo 35 gr Marcación antideslizante en las polainas No Esteril Empaque Individual Desechable	X			
	1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	X			
	1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	X			
	1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar	X			

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Nombre y firma del representante legal

Dirección:

Teléfono

Atentamente,



CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S



Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com



SC-CER654683 DM-CER654685

Visítanos

 E-GAT Entidad de Gestión Administrativa Técnica Credibilidad - Transparencia - Profesionalismo	PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA		CODIGO: PDAT-FE-F9			
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE		VERSION: 1			
	FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		FECHA: 24/05/2018			
CODIGO: MDQX0000						
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO						
POLAINAS DESECHABLES						
UNIDAD DE MEDIDA						
Unidad						
DESCRIPCIÓN GENERAL						
Dispositivo de protección para calzado de uso hospitalario						
ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	NOMBRE DEL ARCHIVO	NUMERO DEL FOLIO
1. Características Generales	1.1 Tipo de Producto	Médico-Quirúrgico	X			
	1.2 Referencias	Tipo zapato	X			
	1.3 Usos	Todas las indicaciones autorizadas por el INVIMA en el registro sanitario para dispositivos médico-quirúrgicos	X			
	1.4 Material / componentes	Polipropileno Gramaje de la tela: Mínimo 35 gr Marcación antideslizante Antifluidos Elastico	X			
	1.5 Condiciones de almacenamiento del producto	Temperatura: El dispositivo médico deben ser almacenados a temperatura no superior a 30 grados centígrados Humedad Relativa: El producto deberá ser almacenado en condiciones de humedad no superior al 79%	X			
	1.6 Envase, Empaque, Embalaje y Rotulado.	Los sistemas de envase, empaque, embalaje y rotulado deberán ser tales que no modifiquen las características técnicas del producto según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005	X			
	1.7 Información adicional	El proveedor debe especificar de manera obligatoria en la ficha técnica la clasificación del riesgo, método de esterilización (Si aplica) y disposición final al cual pertenece el dispositivo a ofertar	X			

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Nombre y firma del representante legal

Dirección:

Teléfono:



CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S



Nit 830.041.488-7
PBX: (57+1) 4283966
Calle 23 # 116 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com



SC-CER654683 DM-CER654685

Visitanos