Anexo 2. Relación de Equipos del Método Analítico Detección de anticuerpos contra *Brucella*, por ELISA Indirecta utilizando kits comerciales.

Relación de Equipos del Método Analítico Detección de anticuerpos anti *Brucella abortus* en suero y leche bovina por ELISA Indirecta				
EQUIPO	**Marca**	**Código interno**	**Fecha último mantenimiento**	**N° Certificado de calibración/ caracterización o verificación**
Lector de ELISA para microplacas de 96 pozos con filtro de longitud de 450 nm				Adjuntar al presente anexo el certificado de verificación
Agitador orbital de velocidad graduable para placas de ELISA				No aplica
Agitador de tubos				No aplica
Lavador de microplacas automático, semiautomático				No aplica
Centrifuga con protección para aerosoles				No aplica
Incubadora con temperatura de uso de 37°C +/- 1°C. Es opcional según el kit de ELISA empleado.				Adjuntar al presente anexo el certificado caracterización
Incubador - agitador para placas de ELISA (Temperatura de uso 37°C +/- 1°C). Es opcional. En este caso el laboratorio no requiere incubadora ni agitador de placas independientes.				Adjuntar al presente anexo el certificado caracterización
Refrigerador (con intervalo de temperatura de 2°C a 8°C). En lo posible no se deben tener neveras domésticas				Adjuntar al presente anexo el certificado de caracterización

Congelador con temperatura máximo a -20°C o inferior				Adjuntar al presente anexo el certificado de caracterización
Autoclave (no se permiten ollas de esterilización)				Adjuntar al presente anexo el certificado de calificación
Cronómetro con alarma audible				No aplica
Micropipeta multicanal de volumen ajustable que comprenda el intervalo de 5 ul a 50ul. Mínimo 2 micropipetas.				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Micropipeta multicanal de volumen ajustable que mida hasta 200 ul o máximo hasta 350 ul. Mínimo 2 micropipetas.				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Micropipeta monocanal de volumen ajustable que mida hasta 100 ul. Mínimo 2 micropipetas.				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Micropipeta monocanal de volumen ajustable que mida entre 100 ul a 1000 ul. Mínimo 2 micropipetas.				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Termómetro (s) calibrados en temperatura ambiente en el intervalo de 18°C a 25°C				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración

Termómetros externos para el seguimiento de temperaturas de medios isotermos (Cuando el equipo no tenga Display).				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Pipeteador				No aplica
Equipo para producción de agua destilada o desionizada, es opcional. Si el laboratorio no tiene este equipo debe adquirir el agua y presentar certificado de calidad emitido por el proveedor. El laboratorio no debe almacenar el agua destilada por más de 24 horas y el agua desionizada no debe ser almacenada por más de 12 horas, después de abierto el envase original provisto para este reactivo.				No aplica