| LOTE No. 1. AUTOCLAVE DE MESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICACIONES** | | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **No. FOLIO** |
| **1.1 Generales.** | **1.1.1 Material y pintura** | Acero inoxidable o con materiales estipulados en la norma técnica europea EN13060-2014 | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | **1.1.2 Alimentación Eléctrica** | **110-120 VAC / 50 – 60 Hz Monofásico** | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | **1.1.3 Montaje** | Tipo sobremesa | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | **1.1.4 Sistema de llenado de agua** | Manual o automático | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.2 Camara de esterilizacion.** | **1.2.1 Capacidad útil de la cámara** | 20 a 24 litros | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.3 Programacion del esterilizador.** | **1.3.1 Programas de Trabajo** | a. Ciclo a 121 °C | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | b. Ciclo a 134 °C | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | c. Rápido | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | **1.3.2 Programas de prueba** | Prueba de fugas | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.4 Pantalla de visualizacion.** | **1.4.1 Parámetros de esterilización visualizados** | a. Pantalla tipo LCD o TFT | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | b. Temperatura | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | c. Presión | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | d. Tiempo de ciclo | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | e. Fecha y hora | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.5 Panel de control.** | **1.5.1 Sistemas de vigilancia y control** | a. Con válvula de sobrepresión de cámara | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | b. Con impresora térmica integrada | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | **1.5.2 Alarmas audibles y visibles** | a. Falla temperatura | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | b. Falla de presión | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | c. Nivel insuficiente de agua | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | d. Puerta abierta | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.6 Accesorios** | | 1.6.1 Tres bandejas en acero inoxidable | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | 1.6.2 Diez (10) rollos de papel para la impresora térmica | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | **1.6.3 Una selladora con alimentacion de 110 -120 VAC 50 - 60 Hz, una cortadora de sobre mesa** | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA** | | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **No. FOLIO** |
| **1.7 GARANTIA** | | **1.7.1 2 AÑOS** | | | |
| | | 1.7.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | 1.7.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| | | 1.7.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.8 TIEMPO DE RESPUESTA** | | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA** | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |
| **1.12 CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN** | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalacion. | SI | | SEGÚN CARPETA SECOP II LOTE 1 |

**Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.**

Orbidental Gerente

**Jorge Enrique Bazurto Caderon**

**Dirección:Carrera 9 No 61-79**

**Teléfono 2353110**