
| LOTE No. 25. ELECTROCARDIOGRAFO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICACIONES** | | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| **25.1 Generales** | **25.1.1 Tipo de operación** | Manual o automática | SI | |
| | **25.1.2 Funcionamiento** | funcionamiento mediante baterías y suministro de red eléctrica | SI | |
| | **25.1.3 Visualización** | Con pantalla a color LCD o TFT de mínimo 5 pulgadas | SI | |
| | **25.1.4. Número de canales** | 12 canales | SI | |
| | **25.1.5 Puertos de comunicación** | USB, Ethernet o RS 232 que permita la integración de equipos a una central de trabajo | SI | |
| | **25.1.6 Software** | **Con software interpretativo del equipo en idioma castellano** | SI | |
| | **25.1.7 Alimentación eléctrica** | 110-120 VAC / 50 – 60 Hz | SI | |
| | **25.1.8 Condiciones de seguridad** | Protección contra la descarga del desfibrilador | SI | |
| **25.2 Pantalla de visualización de los valores y ondas registradas** | **25.2.1 Pantalla de visualización de los valores y ondas registradas** | a. Ondas de las doce derivadas en forma simultánea antes de imprimir | SI | |
| | | b. Valor de la frecuencia cardiaca | SI | |
| | | c. Funcionamiento de la batería | SI | |
| | | d. Filtros de línea estándar 50 – 60 Hz | SI | |
| | | e. Filtros musculares | SI | |
| | | f. Rechazo de modo común (CMRR): mayor o igual a 105 Db | SI | |
| | | g. Impedancia de entrada | SI | |
| | | h. Indicador de electrodo sin contacto | SI | |
| | **25.2.2 Configuración y datos** | a. Con teclado alfanumérico para ingreso de datos | SI | |
| | | b. Sistema que permita el ingreso de datos y la configuración del electrocardiógrafo | SI | |
| | | c. Memoria de almacenamiento interno de mínimo 300 estudios | SI | |
| **25.3 Accesorios** | 25.3.1 Impresora térmica interna | | SI | |
| | 25.3.2 Un Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud | | SI | |
| | 25.3.3 Batería recargable con autonomía mínimo de una hora | | SI | |
| | 25.3.25. Mínimo diez unidades de papel para la impresora interna | | SI | |
| | 25.3.5 Mínimo un tarro de gel para ECG de mínimo 300 ml | | SI | |
| | 25.3.6 Dos Juegos de seis electrodos de succión precordiales adulto y Dos Juegos de seis electrodos de succión precordiales pediatrico. | | SI | |
| | 25.3.7 Dos juegos de cuatro pinzas de extremidades adulto y Dos juegos de cuatro pinzas de extremidades pediatrico. | | SI | |
| | 25.3.8 Dos Cables de paciente de 10 derivaciones | | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 25.3.9 Un carro de transporte con sistema de fijación del equipo al carro. | SI | |
| **CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA** | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| **25.6 GARANTIA** | **25.6.1 2 AÑOS** | SI | |
| | 25.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. | SI | |
| | 25.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. | SI | |
| | 25.6.25. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. | SI | |
| **25.7 TIEMPO DE RESPUESTA** | Carta de compromiso donde el oferente certifique que durante el periodo de la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico del referente de soporte técnico del equipo. | SI | |
| **25.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | Carta de compromiso donde el oferente garantice que durante el periodo de duración de la garantía realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año, a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. | SI | |
| **25.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | Certificación mediante la cual el oferente garantice que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. | SI | |
| **25.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA** | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. | SI | |
| **25.11. CALIBRACION** | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC | SI | |

**Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.**



**Nombre y firma del representante legal**

CAMILO CARDONA BLANCO

**Dirección: CALLE 119 #15A60**
**Teléfono 601 9278920**