
LOTE No.15. CAMILLA GINECOLOGICA					
ESPECIFICACIONES				**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
15.1 Generales		**15.1.1. Tipo y material**	Tipo diván	**SI**	
			Construido en acero coldrolled con acabados en pintura electrostatica	**SI**	
		15.1.2. Cantidad de planos	3 Planos	**SI**	
			Capacidad de carga minimo 120 kg	**SI**	
		15.1.3 Dimensiones totales	Ancho minimo 50 cm x largo de 180 cm x alto de 60 cm	**SI**	
			2 gavetas con manijas	**SI**	
15.2 Tapizado		**15.2.1 Material**	Cordobán	**SI**	
			Antialérgico, antifluido y sin costuras	**SI**	
15.3 Movimientos		**15.3.1 Ángulo del espaldar**	0° a 45° con sistema mecanico	**SI**	
		15.3.2 Ángulo de placa de piernas	0 a -90° con sistema mecanico	**SI**	
15.4 Seguridad		**15.4.1 Tipo**	Tacos protectores - aislantes en las 4 patas	**SI**	
15.5. Accesorios		15.5.1. Dos pares de estribos		**SI**	
		15.5.2. Un par de talonetas fabricadas en aluminio		**SI**	
		15.5.3. Una cinta metrica para medir la altura uterina		**SI**	
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA				**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
15.3 GARANTIA	15.3.1 1 AÑO			**SI**	
	15.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.			**SI**	
	15.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.			**SI**	
	15.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.			**SI**	
15.4 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.			**SI**	
15.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.			**SI**	
15.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.			**SI**	
15.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.			**SI**	

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.



Nombre y firma del representante legal

CAMILO CARDONA BLANCO

Dirección: calle 119 #15a-60
Teléfono: 601 9278920