


LOTE No. 13. CAMILLA FIJA DE EXAMEN				
ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE
13.1 Generales	13.1.1. Material	"acero con pintura electrostática y/o pintura epóxica"	SI	
	13.1.2. Cantidad de planos	Mínimo 2 planos	SI	
	13.1.3 Capacidad de carga	<u>mínimo 180 kg</u>	SI	
	13.1.4 Dimensiones totales	Ancho mínimo de 60 cm x largo mínimo de 180 cm x alto de 70 cm	SI	
13.2 Colchón forrado	13.2.1 Tela	Impermeable	SI	
	13.2.2 Forro	Lavable	SI	
	13.2.3 Condiciones generales	Antialérgico, antifluído y sin costuras	SI	
	13.2.4 Dimensiones del colchón	De acuerdo con el área de la superficie de la camilla, con un espesor de mínimo 5 cm	SI	
13.3 Movimientos	13.3.1 Ángulo del espaldar	0° a 60° con sistema mecánico	SI	
13.4 Seguridad	13.4.1 Tipo	Tacos protectores - aislantes en las 4 patas	SI	
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			CUMPLE	NO CUMPLE
13.6. GARANTIA	13.6.1	1 AÑO	SI	
		13.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
		13.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.	SI	
		13.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportará el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	SI	
13.5. TIEMPO DE RESPUESTA		El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI	
<p>Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.</p> <p></p> <p>Nombre y firma del representante legal CAMILO CARDONA BLANCO Dirección: CALLE 119 # 15A 60 Teléfono: 9278920</p>				