Ibagué, 03 OCT 2022

DOCTORA
DIANA MARIA ARCOS ORDOÑEZ
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCIA
Roncesvalles - Tolima

Referencia. Solicitud de presentación de oferta y documentos para adelantar contrato interadministrativo.

Respetada Doctora:

La Secretaria de Salud del Tolima, después de analizar sus necesidades y requerimientos y con el fin de procurar la consecución de las metas propuestas para el año 2022, y dar cumplimiento a normatividad vigente, se permite invitar a la entidad que usted representa a presentar oferta formal para la celebración de contrato interadministrativo.

Objeto del contrato: "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES, TOLIMA".

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($286.000.000) M/CTE.

Plazo de ejecución: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Invertir adecuadamente los recursos aportados por el Departamento en desarrollo del presente contrato
2. Cumplir el objeto del Contrato, mediante la certificación de la sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de los equipos biomédicos adquiridos, por parte de la Gerencia del Hospital de Roncesvalles Tolima.
3. Celebrar todos los contratos a que hubiere lugar por medio de las diferentes modalidades contractuales, para garantizar la ejecución del Contrato, en estricto cumplimiento del Régimen de contratación, manual de contratación del Hospital y principios de la función pública y gestión fiscal garantizando en todo momento la idoneidad del (os) proveedor (es).
4. Realizar el proceso de selección objetiva con diferentes proveedores para adquirir los equipos biomédicos, objeto del presente contrato, si los equipos biomédicos varían en costo el Hospital debe acogerse a ellos sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima, igualmente el Hospital deberá acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del supervisor, sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima

5. Entregar los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas o superiores (homologables) que mejoren la tecnología a implementar, requeridas en el presente documento y en el Concepto técnico emitido por la Secretaria de Salud, funcionando en debida forma en el Hospital de Roncesvalles - Tolima.

NOMBRE DEL EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
AUTOCLAVE	CARACTERISTICAS AUTOCLAVE TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON 4 PROGRAMAS PARA DIFERENTES APLICACIONES Y USOS, INDICADO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO USANDO COMO AGENTE ESTERILIZADOR EL VAPOR SATURADO. · CAPACIDAD 24 LITROS · CONTROL CON MICROPROCESADOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. · TIEMPOS DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO PROGRAMABLES. · CUATRO PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMPACADO, INSTRUMENTAL LIBRE, - TELAS Y ENVASES DE VIDRIO. · TANQUE DE RESERVA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL. · VÁLVULA DE SEGURIDAD. · ALARMA DE SOBRECALENTAMIENTO. · ALARMA DE ERROR DURANTE EL CICLO. · CICLO DE SECADO AUTOMÁTICO. · CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE 304. · BANDEJAS EN ACERO 304. · IMPRESORA TÉRMICA. · TIEMPO DE CICLO TOTAL 50 – 60 MINUTOS APROX. DEBE INCLUIR VALIDACION	1
BAÑO SEROLOGICO	Baño serológico, de 22 litros mínimo , acero inoxidable como mínimo, con gradillas en acero inoxidable soporte mínimo de 40-50 tubos temperatura graduable 37 grados, Protección contra la corrosión, amplias áreas de calefacción ubicadas en 3 lados, con tapa	1
BOMBA DE INFUSIÓN	Múltiples programas de infusión, pantalla táctil, batería recargable de Litio, bomba peristatica, protección contra el flujo libre, mecanismos de puerta motorizadas, compatible con múltiples set de infusión. Modos de infusión: Modo tasa, modo tiempo, modo peso, modo peso estándar,, modo goteo (requiere sensor de goteo), modo ausencia. Alimentación AC110 - 240 v entrada DC 12 v Batería recargable Interna (hora de trabajo continuo)	2

CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN	Fabricación en tubo acero cold rolle C 18, colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad forrada en cordobán lavable de fácil limpieza con tres correas ajustables, tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lamina cold rolled C22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla. Posiciones: Horizontal, Semifower y fower. Dos barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18, atril de doble gancho sostenido en varilla de 1/4" con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18. todo en acero inoxidable. Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m, 4 ruedas de 5" plásticas antibacterial, todas con freno para asegurar después de desplazamiento. Capacidad de carga: 180kg-220kg terminado en pintura electrostática en polvo	1
KIT NSK MICROMOTOR - PUNTA RECTA Y CONTRA-ANGULO PESTILLO	Micromotor: velocidad directa 1:1 velocidad máxima: 20.000 min-1 . Contra ángulo: Transmisión de velocidad directa 1:1, para fresas CA(02,35), Velocidad máxima 40.000 min-1. Rodamientos de balineras/ tipo pestillo.	3
DEA DESFIBRILADOR	1.-Desfibrilación manual, DEA, 2. marcapasos y monitorización. 3.-Tecnología bifásica. 4.- Administración de dosis mínimo de 2J a 200J. 5.-Diseño compacto: fácil de transportar y usar. 6.- Pantalla Tipo: LCD, TFT color. 7.- Pantalla mínimo de: 5.8". 8.- Fuente de Alimentación: Entrada AC. 9.- Voltaje de línea entre: 100 a 240 VAC (±10%) 10- Frecuencia: 50/60Hz. 11- Batería recargable 12.-Impresora térmica 13.- 3 Canales. 14.- Velocidad: 25mm/s	3
DESFIBRILADOR	1 DIMENSIONES: 288MM (W) X 203MM (D) X 275MM (H) 2 PESO: +/- 5KG 3 FUNCIONES: DESFIBRILADOR MANUAL, DEA, MARCAPASOS Y MONITORIZACION 4 ADMINISTRACION DE DOSIS 1J HASTA 360J 5 PANTALLA LCD A COLOR +/- 7 TFT 6 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS: 24 H DE FORMA DE ONDA DE ECG / 72 H DE ANÁLISIS DE TENDENCIAS / 100 PERFILES DE PACIENTE	1

	7 BATERÍA DE LITIO-ION QUE PROPORCIONE +/- 2.5 HORAS DE MONITOREO / 100 SHOCKS / 2H DE MARCAPASOS	
DOPPLER FETAL	Portátil, liviano, fácil de usar y ergonómico. Dimensiones aproximadas (alto, ancho, profundidad) de 13.8x8.5x3.1cm. Pantalla LCD con medidas aproximadas de 4.5x2.4cm. Rango de latidos cardíacos fetales: 50 - 210ppm. Rango de potencia de salida de audio: 0.5-1W. Frecuencia mínima de 2MHz. Despliegue en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal que se está detectando. Detección en pantalla de transductor y estado de batería. Con transductor piezoeléctrico ultrasónico. Alimentación con batería recargable.	**3**
ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA	1. Diferenciación de tres poblaciones de WBC, 19 parámetros y tres histogramas 2. Dos modos de recuento: sangre completa y prediluida 3. Rendimiento: 60 muestras por hora 4. Micromuestra de 13 ul 5. Dilución, lisado, mezcla, lavado y desobstrucción automáticos 6. Almacenamiento de hasta 35.000 resultados de muestras (incluidos los histogramas) 7. Gran pantalla LCD en color 8. Impresora térmica incorporada 9. Suministro eléctrico 110 VAC +/-10%. 60 Hz	**1**

MONITOR MULTIPARÁMETROS.	1. Monitor de signos vitales portátil 2. Pantalla a color LCD, TFT ó tecnología superior 2.1. Tamaño mínimo de 8" 2.2. Formas de onda a visualizar en pantalla: Mínimo 5, máximo 13 3. ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. 4. ECG Velocidad de barrido: 6.25mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s 5. Autonomía con batería recargable de mínimo 2 horas 6. Almacenamiento de datos mínimo de 24 horas 6.1. Tendencias 6.2. Eventos 7. Alarmas audibles y visuales programables en volumen y rango para todos los parámetros 8. Suministro eléctrico 110 VAC +/- 10%, 60 Hz 9. Accesorios mínimos: 9.1. Brazalete PANI: Adulto, Pediátricos (reusables) 9.2. Sensor SpO2: Adulto, Pediátricos (reusables) 9.3. Sensor temperatura (reusable) 9.4. Cable troncal de ECG de 3 latiguillos 9.5. Cable de poder AC 9.5. Batería recargable 9.6. Manguera NIBP	**4**
MONITOR FETAL	1. Equipo con pantalla LCD color 1.1. Tamaño entre 10 y 15 pulgadas 2. Parámetros básicos: FHR, TOCO 2.1. Rango de medición FHR entre 30 a máximo 240 2.1. Visualización numérica y gráfica de la frecuencia cardíaca fetal y actividad uterina 3. Impresora térmica integrada 3.1. Registro de fecha y hora 3.2. Registro de monitorización gráfica de FHR, TOCO y marcador de eventos 4. Detección de movimiento fetal automático 5. Alarmas audibles y visuales 5.1. Configurables por el usuario 6. Autonomía con batería recargable, mínimo 1 hora 7. Requerimientos eléctricos 110 VAC +/-10%, 60 Hz. 8. Accesorios mínimos incluidos: 8.1. Transductor de ultrasonido 8.2. Transductor TOCO 8.3. Marcador de eventos	**1**

	8.4. Cable de poder AC 8.5. Papel térmico 8.6. Batería recargable	
OXIMETRO CON CARGADOR Y SENSOR USO ADULTO, PEDIATRIO Y NEONATAL	Para medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Pantalla LCD Iluminación intensa para una adecuada visibilidad de pulso. Cable USB,	**2**
TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL, USO PEDIATRICO.	1. Manómetro de gran tamaño 1.1. Escala graduada de – a 300 mmHg 1.2. Precisión de medición de +/-3mmHg o mejor 1.3. División de escala de 2mmHg 2. Brazalete adulto libre de látex 2.1. Cierre tipo velcro 3. Manguera resortada de extensión 4. Pera para insuflar con válvula de liberación de aire 5. Soporte para anclar a la pared 6. Canastilla para almacenamiento de accesorios	**4**

TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL, USO ADULTO	1. Manómetro de gran tamaño 1.1. Escala graduada de – a 300 mmHg 1.2. Precisión de medición de +/-3mmHg o mejor 1.3. División de escala de 2mmHg 2. Brazalete adulto libre de látex 2.1. Cierre tipo velcro 3. Manguera resortada de extensión 4. Pera para insuflar con válvula de liberación de aire 5. Soporte para anclar a la pared 6. Canastilla para almacenamiento de accesorios	4
EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO DE PARED	(1) TRANSFORMADOR DE PARED,, SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELECTRICO A 110 V. 60 Hz. - (1) OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL DE 3.5 V., REF: 11710 - (1) OTOSCOPIO DE FIBRA OPTICA DE 3.5 V.	3
UNIDAD ODONTOLÓGICA ELÉCTRICA CON COMPRESOR	Sillón: • Con cabecera anatómica. • Tapicería del asiento y el espaldar en fibra de vidrio, ya que es resistente a la corrosión, no absorbe humedad, no se expande ni contrae por cambios de temperatura, entre otras. • Asiento y espaldar con espuma de alta densidad para mayor ergonomía y durabilidad. • En material semicuero aséptico sin costuras, resistente al hongo y no inflamable. • Con control de ascenso y descenso de la silla y el espaldar. • Apoya brazos abatibles. • Con caja de abastos compacta en fibra de vidrio, incorporada a la cubierta frontal de la unidad con orificios para conexión de cavitrón, micromotor, contra-ángulo, pieza de mano. • Capacidad para pacientes de hasta 200 Kg. Escupidera: • Estructura en aluminio y cubierta en fibra de vidrio. • Taza en policarbonato, removible y autoclavable. • Grifo, para llenado del vaso y lavado de taza, en acero inoxidable, removible y autoclavable. • Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible. • Portavaso integrado. • Portavaso integrado. • Con control para llenado del vaso y para lavar la taza. • Eyector de saliva automático por agua o aire. • Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable. Lámpara: • Luz blanca fría que filtra externamente los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y distorsiones de color. • Intensidad de luz entre 18000 y 25000 Lux. • Brazo escualizable y de extensión. • Espejo multifacético • Control de encendido, apagado y nivel de intensidad de la lámpara. Acabado de la unidad en pintura	1

	electrostática, ya que resiste cambios de clima, corrosión y manchas de químicos o solventes. Tomas eléctricas en la base de la unidad, para permitir la conexión de otros equipos. Alimentación 110-120V ±10% - 50/60 Hz compresor Preferiblemente silencioso. Regulador de presión con trampa de agua. Rango de presión: 100-120Psi por unidad odontológica. Un (1) caballo de fuerza (HP) por unidad odontológica. Tanque con capacidad aproximada de almacenamiento de 50Lt o su equivalente en galones por unidad odontológica. Alimentación 110-120V ±10% - 50/60 Hz.	
CAVITRON ESCAREADOR DENTAL	Con luz led en la punta para mejor visión en cualquier parte de la boca del paciente. con una válvula que controla la cantidad en la salida de agua. Fácil desempeño en el desprendimiento de la placa dentó bacteriana, manchas de café y tabaco sin dañar la encía y el esmalte. (Con control Digital) Para usar con cualquier paciente. Sin producir ruido y compatible con otros sistemas..	**2**

ELECTROCARDIOGRAFO	1. Equipo para adquisición de 12 derivaciones simultánea 2. Pantalla LCD o TFT para visualización de ondas 2.1. Tamaño de 5" +/- 20% 3. Tres canales 4. Programa interpretativo para pacientes adulto y pediátrico 5. Modo de operación manual y automático 6. 12 derivaciones estándar I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 7. Sensibilidad seleccionable de 5, 10, 20 mm/mV 8. Impresora térmica integrada 9. Autonomía con batería recargable de mínimo 4 horas 10. Posibilidad de almacenamiento interno 10.1. Mínimo 20 exámenes 11. Accesorios mínimos incluidos: 11.1. Cable troncal de ECG de 12 latiguillos 11.2. Batería recargable 11.3. Electrodos para extremidades tipo pinza X 4 11.4. Electrodos precordiales tipo ventosa X 6 11.5. Cable de poder AC 11.6. Papel térmico 12. Requerimientos eléctricos 110 VAC +/-10%. 60Hz	1
ELECTROCAUTERIO	POTENCIA MAXIMA DE CORTE: 160 W-250 OMEGAS POTENCIA MAXIMA DE CORTE COAGULADO BLEND: 120 W-200 OMEGAS POTENCIA MAXIMA DE COAGULACION FORCED COAG: 100 W-150 OMEGAS POTENCIA MAXIMA DE COAGULACION SOFT COAG: 80 W-100 OMEGAS POTENCIA MAXIMA DE COAGULACION BIPOLAR: 60 W-100 OMEGAS FRECUENCIA DE TRABAJO: 600 KHZ. PLACA PACIENTE - PLACA NEUTRA: F ENTRADA ALIMENTACION SELECCIONABLE: 115-230 VAC FRECUENCIA DE ALIMENTACION: 50-60 HZ. POTENCIA MAXIMA DE ABSORCION: 350 VA DIMENSIONES: (MANCA (L-A-P) 254 X 104 X 288 PESO: 5 KGS.	1

SUCCIONADOR	1 MAXIMO VACIO: +/- 600MMHG 2 RANGO DE VACIO: +/- 150MMHG - 600MMHG 3 VELOCIDAD DE FLUJO: 20 L / MIN. 4 NIVEL DE RUIDO: < Ó IGUAL A 60DB 5 CAPACIDAD DEL RECIPIENTE: 1000MLTR. 6 PESO NETO: 6.0 KG 7 DIMENSIONES: +/- 21CM X 14CM X 30CM. 8 PESO BRUTO: 4.0 KG 9 SUMINISTRO DE PODER: AC 110 V +/- 10%, 60HZ 10 POTENCIA DE ENTRADA: 110VA	3
BASCULA ADULTO	1 CAPACIDAD: +/- 150 A 200 KG /440 LBS / 31 STS 2 DIVISIÓN: 100 G / 0,2 LBS 3 DIMENSIONES (BXHXA): +/- 433 X 47 X 373 MM 4 PESO: +/- 3 KG 5 FUNCIONES: "STEP OFF", AUTO-HOLD, 6 DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA 7 PANTALLA LCD	2
PESA BEBE	1 CAPACIDAD: 20 KG / 44 LBS 2 DIVISIÓN: 10 G < 10 KG > 20 G / 0,5 OZ < 22 LBS > 1 OZ 3 DIMENSIONES (AXAXP): +/-552 X 156 X 332 MM / 21.7 X 6.1 X 13.1" 4 DIMENSIONES/SUPERFICIE DE PESAJE +/-(AXAXP): 525 X 80 X 250 MM / 20.7 X 3.1 X 9.8" 5 DIMENSIONES/PLATAFORMA +/-(AXAXP): 280 X 65 X 235 MM / 11 X 2.6 X 9.3" 6 PESO: +/- 3 KG / 5 LBS • ALIMENTACIÓN: PILAS 7 FUNCIONES: TARA, BMIF, AUTO-HOLD, CONMUTACIÓN KG/LBS, DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA	3
ESTADIÓMETRO MECANICO PORTATIL	1 ALCANCE DE MEDICIÓN: +-/ 20 – 210 CM, 20 – 210 CM / 8 – 81" 2 DIVISIÓN: 1 MM, 1 MM / 1/8" 3 DIMENSIONES, ESTADIÓMETRO +/- (AXAXP): 337 X 2.130 X 590 MM / 13.3 X 83.9 X 23.2" 4 DIMENSIONES PARA TRANSPORTAR +/- (AXAXP): 337 X 177 X 624 MM / 13.3 X 7 X 24.6" 5 PESO: +/- 3 KG / 5.3 LBS	2
INFANTOMETRO	1 ALCANCE DE MEDICIÓN: +/- 10 – 100 CM, 10 – 100 CM / 4 – 39" 2 DIVISIÓN: 1 MM, MM / 1/16" 3 DIMENSIONES/CAJA +/- (AXAXP): 1.110 X 115 X 333 MM / 43.7 X 4.5 X 13.1"	1

	4 DIMENSIONES EN ESTADO PLEGADO +/- (AXAXP): 577 X 115 X 333 MM / 22.7 X 4.5 X 13.1" 5 PESO: +/- 2 KG / 3.5 LBS	
MICROCENTRIFUGA	1. VELOCIDAD FIJA +-/ 9000 RPM. 2. CABEZAL OPCIONAL PARA 8 O 20 CAPILARES 1.5 MM. 3. TIMER ELECT. DIGITAL CON RANGO DE 0 A 99 MINUTOS. 4. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 115 V / 60 CICLOS AC. 5. DIMENSIONES +/- (35 X 30 X 45) CM. 6. PESO NETO +/- 4 KG.	1
AGITADOR	1 MOVIMIENTO DE AGITACION: ORBITAL 2 DIAMETRO DE ORBITA: +/- 20 mm 3 REGULACION DE VELOCIDAD: +/- 50- 250 1/min 4 TEMPORIZADOR: +/- 0-999 min/continuo 5 INDICACION DE VELOCIDAD Y TIEMPO: DIGITAL 6 CARGA MAXIMA: +/- 3 Kg SIN PLATAFORMA 7 DIMENSIONES (SIN PLATAFORMA) +/- 220 X 190 X 65 mm 8 PESO: +/- 3 Kg	1

6. Garantizar que el (os) proveedor (es) hagan entrega de las respectivas copias de registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, manual en español de cada equipo, registró INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración a los equipos que así lo requieran.

7. Garantizar que el (os) proveedor (es) cuenten con personal especializado idóneo para la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos para el cabal cumplimiento de las actividades convenidas en el plazo estipulado.

8. El contratista deberá garantizar que los equipos adquiridos tengan representación en Colombia, se garantice soporte técnico y suministro de repuestos y accesorios (esto con el fin de garantizar estabilidad de marca).

9. El contratista deberá garantizar que los equipos cuentan con minino (01) año de garantía y en caso de deterioro de estos a causa de su uso normal, realizar en primera instancia el mantenimiento correctivo y de manera posterior si así se requiere proceder al cambio de los mismos en un término no mayor a 30 días calendario.

10. Garantizar que, en caso de ser necesario como consecuencia del mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos, se remplazará el equipo con otro de similares características o superiores mientras dure el mantenimiento o reparación.

11. Certificar y garantizar que el (os) proveedor (es) brinde capacitación, asesoría y asistencia técnica al personal que manejara los equipos en EL HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES TOLIMA , los cuales serán necesarios para el manejo adecuado y operación de los equipos instalados de manera inicial

y durante la ejecución del contrato si ello se requiere.

12. Constatar que el (os) proveedor (es) disponga de personal especializado idóneo para la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos para el cabal cumplimiento de las actividades contratadas en el plazo estipulado.

13. Garantizar que se proporcionen todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación de los equipos sin ningún costo adicional para el DEPARTAMENTO.

14. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas y consignadas en la propuesta

15. Verificar que el (os) proveedor (es) asuma los costos de traslado hacia el lugar donde debe realizarse la instalación de este para su posterior puesta en funcionamiento

16. Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual.

17. Firmar el acta de inicio, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el Presente acto contractual.

18. El Contratista deberá apertura una cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los aportes correspondientes del Departamento para el presente Contrato.

19. Reintegrar al Departamento los rendimientos financieros que generen los dineros transferidos por el Departamento, así como los excedentes y los saldos que no se llegaren a ejecutar parcial o totalmente.

20. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con lo previsto en la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.

21. Realizar la actualización en tiempo real de la Plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

22. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Se solicita que los documentos que se relacionan a continuación sean cargados de manera exitosa a la plataforma del SECOP II, posterior a la creación del proceso de manera exitosa.

1. Carta de presentación y propuesta técnica económica.
2. Copia del documento de identidad del representante legal de la E.S.E
3. Documento que acredite la existencia y representación legal de la entidad
4. Documento que acredite que el representante legal está facultado para contratar.
5. Decreto de nombramiento y acta de posesión
6. Registro Único Tributario RUT
7. Certificado de habilitación de servicios

8. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y E.S.E. vigente
9. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y E.S.E. vigente
10. Certificado de medidas correctivas del representante legal.
11. Certificado de antecedentes judiciales del presentante legal de la E.S.E.
12. Certificado de inhabilidades por condenas en delitos sexuales del representante legal de la E.S.E.
13. Certificado de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, copia de cedula de ciudadanía, antecedentes de los entes de control (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional) y antecedentes profesionales de la persona que emite el respectivo certificado – Contador E.S.E

NOTA: El proveedor de servicios deberá estar inscrito en la plataforma SECOP II, toda vez que los documentos y propuesta aquí deberán ser cargados a la misma. Al igual que se deberán presentar en físico en las instalaciones de la Secretaria de Salud del Tolima piso 6 – oficina Jurídica.

Cordial saludo,

MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Secretaria de Salud Departamental
Ordenador del Gasto – Ejecutor

Elaboro: Carlos Manuel Mosquera - Abogado Contratista SST
Revisó: Sandra Paola Sánchez Vargas - Asesor Jurídico SST