

Numeral 14 del CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES

- El idioma de la propuesta y todos los documentos e información relacionada con la misma, deben presentarse en castellano. Si alguno de ellos está en cualquier otro idioma, deberá acompañarse de la traducción simple al castellano.

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

- ÍTEM 8. SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
- ÍTEM 9. SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGÍA PROCEDIMIENTOS

ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO
EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DEL PROFESIONAL, TECNÓLOGO O TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA DEL PRODUCTO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL INSTRUMENTAL OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL, TECNÓLOGO O TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA DEL PRODUCTO CERTIFICADO.
ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS

EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA CERTIFICADO DE FABRICACION BAJO LA NORMA EN ISO 13402-2000 (INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y DENTALES DE MANO DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE, A LA CORROSION Y A LA EXPOSICION TERMICA)

EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFERTADO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ISO 7153:2001 "INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MATERIALES METÁLICOS" Y/O EL CUMPLIMIENTO DE LA DIN 58298 "MATERIALES, TERMINADOS Y TESTEOS DE INSTRUMENTOS MÉDICOS" EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ITEM 10
VIDEOCOLPOSCOPIO
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y/O INTESIDAD LUMINICA MINIMO DE 2800 LX
FUENTE DE LUZ LED
SOPORTE DE PISO MÓVIL CON MINIMO CUATRO RUEDAS Y MINIMO DOS CON FRENO
BRAZO PANTOGRAFICO O BRAZO ARTICULADO
MINIMO CINCO MAGNIFICACIONES
CONTROL DE INTENSIDAD DE LALUZ
OPTICA BINOCULAR DE MÍNIMO 10X (OPCIONAL)
TUBO BINOCULAR CON AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR (OPCIONAL)
MAGNIFICACIÓN MÍNIMO DE 10X
DISTANCIA DE TRABAJO DE MÍNIMO 200MM
CAMPO VISUAL DE MÍNIMO 15MM DE DIAMETRO
FILTRO VERDE
CAMARA DE VIDEO
PROCESADOR DE LA CAMARA DE VIDEO
SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA:
MEDICIÓN DE AREA Y LONGITUD DE LAS LESIONES
CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS
MONITOR FULL HD DE MINIMO 21" GRADO MEDICO, INCLUIDO COMPUTADOR PORTATIL MINIMO 14" CON LOS SOPORTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPO

EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SISTEMA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN QUE PERMITA LA IMPRESIÓN EN PAPEL BOND EN IMPRESORA EXTERNA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

CABLE DE CONEXIÓN

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Grupo 2 Ítem 7 – EQUIPO DE ELECTRODIAGNÓSTICO

*	1 LITRO Y/O 1000 GRAMOS DE GEL CONDUCTOR
*	1 LITRO Y/O 1000 GRAMOS CREMA CONDUCTORA
*	1 LITRO Y/O 1000 GRAMOS GEL EXFOLIANTE

Grupo 1 Ítem 6 – INCUBADORA PARA LABORATORIO

- PUERTA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y/O ACERO REVESTIDO, PUERTA INTERIOR EN VIDRIO

Grupo 1 Ítem 1 – CABINA DE BIOSEGURIDAD

- *Visualización de temperatura interior y exterior y/o sensores de flujo en tiempo real con compensación de temperatura”.*