



PN DISAN SA 011 2022

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL ÁMBITO NACIONAL

ADENDA No.1 - AL PLIEGO DE CONDICIONES

- ✓ La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica que, mediante Adendas expedidas a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas, se podrá modificar el Pliego de Condiciones y con el fin de dar tiempo a los proponentes de adecuar sus ofertas a los cambios realizados mediante la presente adenda, modifica el cronograma establecido en la Plataforma SECOP II, ampliando la fecha de presentación de ofertas (inicialmente prevista para el 04/05/2022), en un (1) día hábil (08/11/2022), a la vez se modifican otras fechas del cronograma.

NOTA: La cronología del proceso es la establecida en el cronograma dispuesto en la plataforma del SECOP II.

- ✓ Se modifica el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, literal C, en los ítems y especificaciones técnicas relacionadas a continuación:

- **ÍTEM 1 CABINA DE BIOSEGURIDAD**

- VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR Y DE LA BARRERA FRONTAL FUERA DE RANGO, **(ALARMA VISUAL OPCIONAL)**

- **ÍTEM 5 INCUBADORA CO2**

- FILTRO HEPA **(OPCIONAL)**

- **ÍTEM 6 INCUBADORA PARA LABORATORIO**

- **UNO O** DOS SENSORES DE TEMPERATURA TIPO PT 100

- **ÍTEM 9 SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS**

- UN CONTENEDOR FONDO NO PERFORADO EN ALUMINIO, CON TAPA PERFORADA, CON SISTEMA DE BARRERA ÚNICA, ANTI GÉRMENES REUTILIZABLE CON BANDEJA PERFORADA **Y/O CANASTILLA PERFORADA EN ACERO INOXIDABLE** QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. **LAS MEDIDAS DE LA BANDEJA DEBEN SER ACORDE Y AJUSTARSE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE CONFORMAN EL SET COMPLETO**

- **ÍTEM 10 VIDEOCOLPOSCOPIO**

- MONITOR FULL HD DE MÍNIMO 21" GRADO MÉDICO **O MONITOR FULL HD DE MÍNIMO 32" CUANDO INCLUYA ÓPTICA BINOCULAR, EN CUALQUIER CASO,** INCLUIR COMPUTADOR PORTÁTIL MÍNIMO 14" CON LOS SOPORTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPO

Se adjunta ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, con las modificaciones realizadas.

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2022

ORIGINAL FIRMADO

Coronel **SANDRA PATRICIA PINZÓN CAMARGO**
Directora de Sanidad Policía Nacional

Proyectó
RICARDO PARADA QUIROGA
Analista de Contratos DISAN – PONAL
Revisó
Capitán **ISAAC CODINA GALLARDO**
Jefe Grupo de Contratos DISAN – PONAL (E)
Revisó:
Teniente Coronel **MARÍA DE LOS ÁNGELES RADA MÉNDEZ**
Jefe Área Administrativa DISAN – PONAL (E)
Aprobó:
Asesora **CARMEN LILIA PUIG GARCIA**
Jefe Asuntos Jurídicos DISAN – PONAL

Calle 44 No. 50-51 Primer Piso.
Teléfonos: 5804400 Ext 7484/7514
disan.gruco-01@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6545 – 1-7-NT CO - SC 6545 – 1-7-NT