**FICHA TÉCNICA**
**BARRERAS PROTECTORAS DE PIEL SUR-FIT PLUS® STOMAHESIVE®**

**PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.**

**DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR**

| PRODUCTO | |
|---|---|
| Nombre Genérico | **Barreras protectoras de piel** |
| Nombre Comercial | **Barreras protectoras de piel con Stomahesive® Sur-Fit Plus®** |
| Descripción | Barrera con protector cutáneo Stomahesive® elaborado a base de hidrocoides suspendidos en una película de polietileno y provisto de un aro Sur-Fit Plus® flexible. |
| Marca | ConvaTec |
| Fabricante | ConvaTec Inc – USA<br>ConvaTec Dominica Republic Inc – Republica Dominicana |
| Composición del Producto | La Barrera Protectora de Piel Stomahesive® está compuesta por hidrocoloides: Carboximetilcelulosa Sódica, pectina, gelatina y poliisobutieno. Una película de polietileno en su cara externa y un aro Sur-Fit Plus® flexible.<br>Adicional a lo anterior, las barreras flexibles cuentan con un Collar fabricado para los alrededores del disco Stomahesive® con material de respaldo adhesivo. |
| Características y Acciones del Producto | Protección de la Piel: las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada.<br>Adhesión seco a Húmedo: se adhieren a la piel seca y absorben la humedad producida por la transpiración, manteniendo la piel integra y protegida. Puede permanecer en su sitio hasta por siete días.<br>Impermeabilidad: La película de polietileno que cubre la barrera impide el paso de líquidos permitiéndole al paciente tomar su ducha diaria e incluso entrar a una piscina. Prolonga su tiempo de uso.<br>Barreras Protectoras 100% en hidrocoloides (Regulares) y con adhesivo microporoso (Flexibles): adaptables a los diferentes tipos de abdomen |
| Usos | Ostomías Digestivas: Ileostomías, yeyunostomías, Colostomías<br>Ostomías Urinarias: vesicostomias, ureterostomías, y derivaciones urinarias |
| Recomendaciones de Uso | Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.<br>• Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante<br>• Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave<br>• Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área periostomal<br>• Elegir la barrera de un tamaño de aro que sobrepase por lo menos 12mm el tamaño del diámetro del estoma<br>• Ampliar el orificio de la barrera protectora Stomahesive® al tamaño del estoma<br>• Aplicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad<br>• Aplicar la Barrera sobre la piel haciendo un masaje sobre está para asegurar su fijación. |
| Registro Sanitario | INVIMA 2020DM-0022713 VIGENCIA: DICIEMBRE 23 DE 2030 |
| Presentaciones: | Barreras Protectoras de Piel Stomahesive® Regulares:<br>Medidas: 100mm - 70mm – 57 mm – 45mm – 38 mm Caja x 5 Unidades C/U<br>Barreras Protectoras de Piel Stomahesive® Flexibles:<br>Medidas: 70mm – 57 mm – 45mm – 38 mm Caja x 5 Unidades C/U |

**FORMATO DE CALIFICACIÓN**
**BARRERAS PROTECTORAS DE PIEL SUR-FIT PLUS® STOMAHESIVE®**

Calificación de 1 a 5: 5= Excelente 1= Malo

**PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSTITUCION**

| **Concepto Técnico** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Facilidad de Aplicación: | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Capacidad de Adhesión | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Capacidad de Protección de la Piel | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Resistencia a los Drenajes | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Facilidad de Acceso al Estoma | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Facilidad de Remoción: | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Duración | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Comodidad para el Paciente: | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Empaque: | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Presentación: | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Calidad: | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Servicio Post-Venta: Asesoria Educativa y Servicio al cliente. | □ 5 | □ 4 | □ 3 | □ 2 | □ 1 |
| Otros: | | | | | |
| Observaciones: | | | | | |
| Calificación: | | | | | |
| Nombre del Calificador: | | | | | |
| Cargo: | | | | | |
| Fecha: | | | | | |
| Firma: | | | | | |



Versión 00
Vigente desde: 04-03-2011
CO-FIC-GCR-007