INDEPORTES ANTIOQUIA	**ANEXO I FICHA TÉCNICA**	Código:	F-CA-08
		Versión:	2
		Aprobación:	20/02/2020
El presente anexo se compone de i) Clasificación UNSPSC. ii) Ficha Técnica. iii) Especificaciones Técnicas. Iv) Lista de Productos			
Objeto:	Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la unidad de fisioterapia de INDEPORTES ANTIOQUIA.		

1. CLASIFICACIÓN UNSPSC

Los servicios y/o ítems a adquirir están codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación.

A continuación se relaciona la clásificación general de los bienes, obras y/o servicios que se pretenden adquirir.

Clasificación	UNSPS	Segmen	Familia	Clase
Servicios de mantenimiento de equipo médico menor	85161502	85000000	85160000	85161500

MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
Gestor Técnico
Fisioterapeuta

Objeto:	Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la unidad de fisioterapia de INDEPORTES ANTIOQUIA.

2. FÍCHA TÉCNICA

A continuación se relaciona la ficha técnica de cada uno de los bienes y/o servicios a contratar.

No. del Producto	***1***
Nombre del Producto	***ULTRASONIDO INTELECT MOBILE CHATTANOOGA MODEL 2776 Placa 9412***
Clasificación UNSPSC	85161502
Material **Tamaño** **Características físicas** **Presentación** **Las demás que se consideren necesarias.**	Estado de funcionamiento, revisión de carga, pruebas de operación, limpieza, ajuste y cambio de repuestos: 1. Condiciones físicas del cable de Potencia y enchufe. 2. Condición física del cabezote de U.S. 3. Integridad mecánica de los interruptores, controles, conectores, botones y medidores. 4. Revisión eléctrica 5. Revisión electrónica. 6. Limpieza general del equipo. 7. Pruebas de funcionamiento. 8. Pantalla dañada, base de carcaza partida, tapa partida, equipo con mal funcionamiento.
No. del Producto	***2***
Nombre del Producto	***ULTRASONIDO INTELECT MOBILE CHATTANOOGA MODEL 2776 Placa 11060***
Clasificación UNSPSC	**85161502**
Material **Tamaño** **Características físicas** **Presentación** **Las demás que se consideren necesarias.**	Estado de funcionamiento, revisión de carga, pruebas de operación, limpieza, ajuste y cambio de repuestos: 1. Condiciones físicas del cable de Potencia y enchufe. 2. Condición física del cabezote de U.S. 3. Integridad mecánica de los interruptores, controles, conectores, botones y medidores. 4. Revisión eléctrica 5. Revisión electrónica. 6. Limpieza general del equipo. 7. Pruebas de funcionamiento. 8. Base de tornillos reventados, carcaza en mal estado, equipo con mal funcionamiento.
No. del Producto	***3***
Nombre del Producto	***ESTIMULADOR ELECTRICO Mi Sport COMPEX Placa 11834***
Clasificación UNSPSC	**85161502**
Material **Tamaño** **Características físicas** **Presentación** **Las demás que se consideren necesarias.**	Estado de funcionamiento, revisión de carga, pruebas de operación, limpieza, ajuste y cambio de repuestos: 1. Condiciones físicas del cable de Potencia y enchufe. 2. Condiciones físicas de los electrodos y cables. 3. Integridad mecánica de los interruptores, controles, conectores, botones y medidores. 4. Revisión eléctrica y electrónica. 5. Revisión de la tarjeta. 6. Revisión baterías Recargables 7. Limpieza general del equipo. 8. Pruebas de funcionamiento. 9. Uñas de ajuste reventadas, equipo no trabaja.
No. del Producto	***4***
Nombre del Producto	***ESTIMULADOR ELECTRICO Mi Sport COMPEX Placa 11836***
Clasificación UNSPSC	**85161502**
Material	Estado de funcionamiento, revisión de carga, pruebas de operación, limpieza,

Tamaño **Características físicas** **Presentación** **Las demás que se consideren necesarias.**	1. Condiciones físicas del cable de Potencia y enchufe. 2. Condiciones físicas de los electrodos y cables. 3. Integridad mecánica de los interruptores, controles, conectores, botones y medidores. 4. Revisión eléctrica y electrónica. 5. Revisión de la tarjeta. 6. Revisión baterías Recargables 7. Limpieza general del equipo. 8. Pruebas de funcionamiento. 9. Uñas de ajuste reventadas, equipo no trabaja.
No. del Producto	***5***
Nombre del Producto	***ESTIMULADOR ELECTRICO Mi Sport COMPEX Placa 11838***
Clasificación UNSPSC	**85161502**
Material **Tamaño** **Características físicas** **Presentación** **Las demás que se consideren necesarias.**	Estado de funcionamiento, revisión de carga, pruebas de operación, limpieza, ajuste y cambio de repuestos: 1. Condiciones físicas del cable de Potencia y enchufe. 2. Condiciones físicas de los electrodos y cables. 3. Integridad mecánica de los interruptores, controles, conectores, botones y medidores. 4. Revisión eléctrica y electrónica. 5. Revisión de la tarjeta. 6. Revisión baterías Recargables 7. Limpieza general del equipo. 8. Pruebas de funcionamiento. 9. Equipo manchado y partidas las uñas de ajuste
No. del Producto	***6***
Nombre del Producto	***ELECTROESTIMULADOR INTELECT ADVANCED MODEL 2771 CHATTANOOGA -10454***
Clasificación UNSPSC	**85161502**
Material **Tamaño** **Características físicas** **Presentación** **Las demás que se consideren necesarias.**	Estado de funcionamiento, revisión de carga, pruebas de operación, limpieza, ajuste: 1. Condiciones físicas del cable de Potencia y enchufe. 2. Condiciones físicas de los electrodos y cables. 3. Integridad mecánica de los interruptores, controles, conectores, botones y medidores. 4. Revisión eléctrica 5. Revisión electrónica. 6. Limpieza general del equipo. 7. Pruebas de funcionamiento. 8. Carcaza en mal estado, equipo bloqueado, equipo con mal funcionamiento.

MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
Gestor Técnico
Fisioterapeuta

INDEPORTES ANTIOQUIA	ANEXO I FICHA TÉCNICA	Código:	F-CA-08
		Versión:	2
		Aprobación:	20/02/2020
Objeto:	Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la unidad de fisioterapia de INDEPORTES ANTIOQUIA.		

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Relacionar las demás condiciones que el proveedor deberá observar durante la ejecución del contrato:

Condiciones Generales y/o Particulares

Las descritas en los partados 1 y 2 del presente documento.

Tipo de entrega, lugar y periodicidad:

El contratista realizará las acciones necesarias para el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la unidad de fisioterapia para el área de readaptación deportiva y rehabilitación física de Medicina Deportiva de Indeportes Antioquia. La prestación del servicio se realizará en la ciudad de Medellin, en la calle 48 # 70 - 180, en Indeportes Antioquia, una sola vez durante la vigencia 2022, de igual manera, si por alguna circunstancia alguno de éstos debe retirarse de la entidad para los fines pertinentes, el contratista asumirá los gastos de transporte, dejando la ordes de salida firmada, donde se hace responsable directo de la pérdida o avería del Insumo o Material, mientras se encuentre por fuera de las instalaciones de INDEPORTES ANTIOQUIA.

Lineas de Servicio al Cliente:

Telefono: 5200890

Facturación y Pago:

Según lo dispuesto en los estudios previos del presente proceso contractual.

Reposición y/o ajuste de Productos:

N/A

Plazo:

Desde la suscripción y legalización del contrato, sin exceder el 15 de diciembre de 2022.

Garantías:

Las garantías mínimas que el contratista deberá otorgar son:
• Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.
• Calidad del Servicio y Correcto funcionamiento de los bienes.
• Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Autorizaciones, permisos y licencias requeridos por el proveedor para la ejecución

Los certificados, autorizaciones, permisos, licencias y demás documentos que exijan:
• El Ministerios de Salud y Protección Social MIN SALUD
• El Instituto Nacional de Salud INS.
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos IN

Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto

No aplica

MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
Gestor Técnico
Fisioterapeuta

INDEPORTES ANTIOQUIA	ANEXO I FICHA TÉCNICA	Código:	F-CA-08
		Versión:	2
		Aprobación:	20/02/2020

Objeto:	Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la unidad de fisioterapia de INDEPORTES ANTIOQUIA.

4.LISTA DE PRODUCTOS

N°	Producto	Presentación	Cantidad
1	ULTRASONIDO INTELECT MOBILE CHATTANOOGA MODEL 2776 Placa 9412	Unidad	1
2	ULTRASONIDO INTELECT MOBILE CHATTANOOGA MODEL 2776 Placa 11060	Unidad	1
3	ESTIMULADOR ELECTRICO Mi Sport COMPEX Placa 11834	Unidad	1
4	ESTIMULADOR ELECTRICO Mi Sport COMPEX Placa 11836	Unidad	1
5	ESTIMULADOR ELECTRICO Mi Sport COMPEX Placa 11838	Unidad	1
6	ELECTROESTIMULADOR INTELECT ADVANCED MODEL 2771 CHATTANOOGA -10454	Unidad	1

MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
Gestor Técnico
Fisioterapeuta