Regional Putumayo
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ITEM # 4		
Medidor de actividad de agua		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
Medidor de rocío		
CÓDIGO UNSPSC – PAA		
41112304		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	41	41000000 - Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
Familias	11	41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo
Clases	23	41112300 – Instrumentos de medición de la humedad
Productos	04	41112304 – Medidor de rocío
UNIDAD DE MEDIDA		
Unidad		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCION**	**EXIGENCIA**
Técnico	Analizador LabTouch-aw with CM-2 Sensor Cámara con semicontrol de temperatura. Rango de medición: 0,03 a 1,00 aw - Rango de Operación/Ajuste: 0,06 a 0,97 aw. Exactitud: ± 0.005 aw. Puntos de calibración: 11, 33, 53, 58, 75, 84, 90 y 97%	Incluye: tarjeta SD de 2 GB, 4 sales de calibración, 40 platos de muestra y 5 prefiltros.
REQUERIMIENTOS		
PARÁMETRO	**DESCRIPCION**	**EXIGENCIA**
Uso	Análisis en muestras en fresco y en polvo obtenido por secado por atomización para los suplementos de animales	E
GARANTÍA		
Mínima de un (01) año - Contra defectos de fábrica		E