RESUMEN TESTIFICACIÓN DE MÉTODOS

ORGANIZACIÓN: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CNCA

DESCRIPCION DE LA EVALUACIÓN: AUDITORIA INTERNA LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y LABORATORIO DE METROLOGIA DIMENSIONAL						**FECHA DE ATESTIGUAMIENTO: Dic-05-2022**		
LABORATORIO	**ITEMS EVALUADOS**	**PARAMETROS A DETERMINAR**	**EQUIPOS UTILIZADOS**	**PERSONAL TECNICO EVALUADO**	**NORMAS APLICABLES**	**REPORTE DE RESULTADOS**	**EVALUACION FRENTE A REQUISITOS: ISO/IEC 17025**	**EXPERTO TECNICO**
ENSAYOS DE MATERIALES	DU-R22034-01	Dureza HRC	DUROM. STRUERS Duravisión LE-DT-001 Verificado: 2021-12-16 Prox. Ver: 2022-12-16 Mtto: 2022-10-20 Comp. Int: 2022-10-31	Javier Polanco	ASTM E18-20	INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0138-22, muestra 38 HRC; emitido el 2022-12-07	CUMPLE	Jesus Vargas Viloria
ENSAYOS DE MATERIALES	DU-R22034-02	Dureza HRC	DUROM. STRUERS Duravisión LE-DT-001 Verificado: 2021-12-16 Prox. Ver: 2022-12-16 Mtto: 2022-10-20 Comp. Int: 2022-10-31	Javier Polanco	ASTM E18-20	INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0139-22, muestra 26 HRC; emitido el 2022-12-07	CUMPLE	Jesus Vargas Viloria
ENSAYOS DE MATERIALES	DU-R22034-03	Dureza HRC	DUROM. STRUERS Duravisión LE-DT-001 Verificado: 2021-12-16 Prox. Ver: 2022-12-16 Mtto: 2022-10-20 Comp. Int: 2022-10-31	Javier Polanco	ASTM E18-20	INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0140-22, muestra 52 HRC; emitido el 2022-12-07	CUMPLE	Jesus Vargas Viloria
ENSAYOS DE MATERIALES	TR-R22034-01	Traccion: BARRA CORRUGADA	MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS COD: LE-MU-001 CERT. CFA-22-21124 (2022-10-07) ICCLAB	Javier Polanco	NTC 2289:2020	INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN E-0141-22 emitido el 2022-12-07	CUMPLE	Jesus Vargas Viloria
ENSAYOS DE MATERIALES	TR-R22034-03	Traccion: BARRA LISA	MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS COD: LE-MU-001 CERT. CFA-22-21124 (2022-10-07) ICCLAB	Javier Polanco	ASTM E8/E8M-21	INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN E-0142-22 emitido el 2022-12-07	CUMPLE	Jesus Vargas Viloria
ENSAYOS DE MATERIALES	TR-R22034-06	Traccion: PLATINA	MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS COD: LE-MU-001 CERT. CFA-22-21124 (2022-10-07) ICCLAB	Javier Polanco	AWS D1.1-2020	INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN E-0143-22 emitido el 2022-12-07	CUMPLE	Jesus Vargas Viloria
METROLOGIA DIMENSIONAL	Micrómetro de exteriores analógico MITUTOYO Rango: 0 mm a 25 mm Serial: No Identificado	Errores dentro del rango nominal	Juego de Bloques patron: LM-BP-001, y LM-TH-001	Cesar Zuñiga	DI-005 del Centro Español de Metrología (CEM) Versión Digital 1.	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0042-22, Micrómetro de exteriores analógico; emitido el 2022-12-06	CUMPLE	Ever castellar Paternina
METROLOGIA DIMENSIONAL	Pie de rey analógico MITUTOYO Rango: 0 mm a 150 mm Serial: 14833514	Errores dentro del rango nominal	Juego de Bloques patron: LM-BP-001, y LM-TH-001	Luis German	DI-008 del Centro Español de Metrología (CEM) Versión Digital 1.	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0043-22, Pie de rey analógico; emitido el 2022-12-06	CUMPLE	Ever castellar Paternina
METROLOGIA DIMENSIONAL	Comparador de carátula analógico MITUTOYO Rango: 0 mm a 50 mm Serial: ZJX300	Errores dentro del rango nominal	Banco de Calibración semiautomatico (I-CHECKER)	Cesar Zuñiga	DI-010 del Centro Español de Metrología (CEM) Versión Digital 1.	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0044-22, Comparador de carátula analógico; emitido el 2022-12-06.	CUMPLE	Ever castellar Paternina

OBSERVACIONES:

Este resumen hace parte del informe de auditoría interna. Conservar como anexo al mismo.