EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE MC 301-2022

CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS (MASCARAS FACIALES Y LARINGEAS, TUBOS ANESTESIA E INSUMOS CENTRAL ESTERILIZACIÓN) REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

OFERENTE QUIRURGICOS LTDA
NIT : 8 6 0 0 2 4 8 6 2 6

CUADRO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LOTE No. 1	MASCARAS FACIALES Y LARINGEAS			ANESTESIA
ITEM	**CÓDIGO INTERNO**	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	1196490664	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA PEDIATRICA DESECHABLE	EMPAQUE INDIVIDUAL TRANSPARENTE LIBRE DE LÁTEX TAMAÑO 0. 1. 2. SILICONIZADAS SILICONODAS O EN PVC GRADO MEDICO REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXIÓN DE OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACION DE LA MASCARA CON CONECTOR UNIVERSAL PARA LA ADMINISTRACION DE OXIGENO Y GASES ANESTESICOS A TRAVES DEL CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA Y/O ADITAMENTO DE 4 ANGULOS RECTOS PARA COLOCACION DE ARNES CONECTOR DE LA MASCARA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN DE FILTROS VÁLVULA PARA LA INSUFLACIÓN DE LA MASCARA	UNIDAD
2	1196490690	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA ADULTO DESECHABLE	EMPAQUE INDIVIDUAL TRANSPARENTE TAMAÑO 3. 4. 5. SILICONODAS O EN PVC GRADO MEDICO § REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXIÓN DE OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACIÓN DE LA MASCARA § CON CONECTOR UNIVERSAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO Y GASES ANESTESICOS A TRAVÉS DEL CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA § LIBRE DE LÁTEX§ ADITAMENTO DE 4 ÁNGULOS RECTOS PARA COLOCACIÓN DE ARNÉS § CONECTOR UNIVERSAL DE LA MASCARA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN DE FILTROS§ VÁLVULA PARA LA INSUFLACIÓN DE LA MASCARA	UNIDAD
3	1196420004	MASCARA LARINGEA Nro 1	AUTOCLAVABLES ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA REESTERILIZABLE NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA **NÚMERO 1** MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA, REUTILIZABLE	UNIDAD
4	1196490659	MASCARA LARINGEA 1.5	AUTOCLAVABLES ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA REESTERILIZABLE NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACANÚMERO 1.5 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD

5	1196490661	MASCARA LARINGEA 2	AUTOCLAVABLES ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO, REUTILIZABLE CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA REESTERILIZABLE NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMERO 2 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
6	1196490663	MASCARA LARINGEA 2.5	AUTOCLAVABLES § ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA REESTERILIZABLE NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMEROS 2.5 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA.	UNIDAD
7	1196490665	MASCARA LARINGEA 3	AUTOCLAVABLES ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA REESTERILIZABLE NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMEROS 3 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
8	1196490653	MASCARA LARINGEA 4	AUTOCLAVABLES § ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA REESTERILIZABLE NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMEROS 4 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
9	1196490654	MASCARA LARINGEA 5	AUTOCLAVABLES ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA REESTERILIZABLE NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACANÚMERO 5 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
10	CÓDIGO NUEVO X DESECHABLE	MASCARA LARINGEA Nro 1 DESECHABLE	ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACANÚMERO 1,0 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD

11	CÓDIGO NUEVO X DESECHABLE	MASCARA LARINGEA 1.5 DESECHABLE	ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMERO 1.5 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
12	CÓDIGO NUEVO X DESECHABLE	MASCARA LARINGEA 2 DESECHABLE	ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMERO 2.0 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
13	CÓDIGO NUEVO X DESECHABLE	MASCARA LARINGEA 2.5 DESECHABLE	ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMERO 2.5 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
14	CÓDIGO NUEVO X DESECHABLE	MASCARA LARINGEA 3 DESECHABLE	ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMERO 3.0 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
15	CÓDIGO NUEVO X DESECHABLE	MASCARA LARINGEA 4 DESECHABLE	ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMERO 4.0 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD
16	CÓDIGO NUEVO X DESECHABLE	MASCARA LARINGEA 5 DESECHABLE	ELABORADO EN SILICONA LIBRE DE LÁTEX GAMA DE TAMAÑOS ADULTO A PEDIÁTRICO CONECTOR ESTÁNDAR PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA MASCARA LARINGEA DESECHABLE, NEUMOTAPONADOR SILICONIZADO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL Y / O CON GUÍA RADIOPACA NÚMERO 5.0 MANGUITO INFLABLE SILICONIZADO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD

LOTE No. 2	**CÁNULAS DE GUEDELL Y TUBOS ENDOTRAQUEALES PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA**			**ANESTESIA**
ITEM	**CÓDIGO INTERNO**	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	1196410100	CANULA DE GUEDELL No. 0	EMPAQUE INDIVIDUAL No. 0 INFANTE, 50MM EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO , TRANSPARENTE SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR OCLUSION ACCIDENTAL	UNIDAD
2	1196410091	CANULA DE GUEDELL No. 1	EMPAQUE INDIVIDUAL No. 1 NIÑO PEQUEÑO, 60MMEN PVC GRADO MEDICO ATOXICO , TRANSPARENTE SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR OCLUSION ACCIDENTAL	UNIDAD

3	1196410092	CANULA DE GUEDELL No. 2	EMPAQUE INDIVIDUAL No. 2 NIÑO, 70MM EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO , TRANSPARENTE SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR OCLUSION ACCIDENTAL	UNIDAD
4	1196410093	CANULA DE GUEDELL No. 3	EMPAQUE INDIVIDUAL No. 3 ADULTO PEQUEÑO 80MM, EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO , TRANSPARENTE SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR OCLUSION ACCIDENTAL	UNIDAD
5	1196410230	CANULA DE GUEDELL No. 4	EMPAQUE INDIVIDUAL No. 4 ADULTO MEDIANO 90MM EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO , TRANSPARENTE SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR OCLUSION ACCIDENTAL	UNIDAD
6	1196410094	CANULA DE GUEDELL No. 5	EMPAQUE INDIVIDUAL No. 5 ADULTO GRANDE, 100MMEN PVC GRADO MEDICO ATOXICO , TRANSPARENTE SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR OCLUSION ACCIDENTAL	UNIDAD
7	1196490674	GUIAS DE INTUBACION DE 14 FR / 4.6MM DE DIAMETRO ADULTO	GUIAS DE INTUBACION DE 14 FR / 4.6MM DE DIAMETR FABRICADAS EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC. PARA TET >5.5MM, ADULTO	UNIDAD
8	1196490593	GUIAS DE INTUBACION DE 10 FR/3.3 MM DE DIAMETRO, PEDIATRICA	GUIAS DE INTUBACION DE 10 FR/3.3 MM DE DIAMETRO, FABRICADAS EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC. PARA TET4.0 A 5.0MM, PEDIATRICA	UNIDAD
9	1186220168	GUIA DE INTUBACION DE 6 FR/2.0 MM DE DIAMETRO, NEONATAL	GUIAS DE INTUBACION DE 6 FR/2.0 MM DE DIAMETRO, FABRICADAS EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC. PARA TET < 3.5 MM, NEONATAL	UNIDAD
10	CÓDIGO NUEVO	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO CALIBRE 28 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO CALIBRE 28 FR. LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
11	CÓDIGO NUEVO	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO CALIBRE 28 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO CALIBRE 28 FR. LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
12	CÓDIGO NUEVO	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO CALIBRE 39 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO CALIBRE 39 FR. LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
13	CÓDIGO NUEVO	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO CALIBRE 39 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO CALIBRE 39 FR. LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
14	1196430125	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO CALIBRE 37 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO CALIBRE 37 FR. LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
15	1196430133	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO CALIBRE 35 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO CALIBRE 35 FR. LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
16	1196430540	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 8,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 8,5	UNIDAD

17	1196430601	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 3,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 3,5	UNIDAD
18	CÓDIGO NUEVO	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 3,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 3,0	UNIDAD
19	1196430494	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,0	UNIDAD
20	1196430495	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,5	UNIDAD
21	1196430496	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5,0	UNIDAD
22	1196430513	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5,5	UNIDAD
23	1196430490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6,0	UNIDAD
24	1196430512	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6,5	UNIDAD
25	1196430510	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 7,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 7,0	UNIDAD
26	1196430520	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 7,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 7,5	UNIDAD
27	1196430530	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 8,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 8,0	UNIDAD
28	1196430129	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 5,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 5,0	UNIDAD
29	1196430101	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 5,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 5,5	UNIDAD
30	1196430102	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 6,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 6,0	UNIDAD

31	1196430106	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 8,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 8,0	UNIDAD
32	1196430103	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 6,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 6,5	UNIDAD
33	1196430105	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 7,5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 7,50	UNIDAD
34	1196430104	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL CON NEUMOTAPONADOR 7,0	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL CON NEUMOTAPONADOR 7,0	UNIDAD
35	1196430031	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN DERECHO DE 35 FR	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN DERECHO DE 35 FR, LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
36	1196430127	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 37 FR	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 37 FR, LINEA RADIOPACA, BALON TRAQUEAL Y BALON BRONQUIAL, CON GUIA Y SONDAS DE SUCCION	UNIDAD
37	CÓDIGO NUEVO	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2,0	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2,0	UNIDAD
38	1196430420	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2,5	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2,5	UNIDAD
39	1196430430	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3,0	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3,0	UNIDAD
40	1196430440	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3,5	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3,5	UNIDAD
41	1196430450	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4,0	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4,0	UNIDAD
42	1196430460	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4,5	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4,5	UNIDAD
43	1196430470	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5,0	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5,0	UNIDAD

- **11.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (DEBERÁN PRESENTARSE JUNTO CON LA PROPUESTA).**
- **CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

REQUERIMIENTO	TÉCNICAMENTE CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO Ficha técnica o catálogo de cada uno de los elementos ofertados de la casa fabricante (original) en español o con su traducción, en la cual se deberá identificar claramente las especificaciones técnicas mínimas exigidas para cada ítem. El proponente deberá cumplir con el 100% de las características técnicas exigidas del producto.	CUMPLE	PRESENTA FICHAS TECNICAS
(11.) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION
2. REGISTRO INVIMA SANITARIO Registro INVIMA vigente o certificado de que no lo necesita de cada uno de los insumos ofertados.	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION
3. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Certificado de Capacidad de Almacenamiento vigente otorgado por el INVIMA a nombre del proponente, para los comercializadores, importadores, distribuidores y/o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás; para los fabricantes se requiere la certificación de concepto técnico de condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura otorgado por el INVIMA	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION
4. CARTA DE DISTRIBUCIÓN Carta de distribución autoriza por el fabricante vigente, a nombre del proponente, para los comercializadores e importadores, distribuidores. y/o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás. O que estén registrados (el oferente) en el INVIMA vigente como distribuidor o las funciones que haya lugar.	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION
5. CARTA DE COMPROMISO Carta de compromiso, firmada por el representante legal, manifestando la oportunidad en las entregas de los bienes a partir del día en que el Supervisor Administrativo del Contrato o Almacenista del Hospital Militar Central lo solicite por escrito o medio electrónico. En un tiempo de repuesta no mayor a 48 horas.	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION
6. FECHA DE VENCIMIENTO Certificación por parte del oferente, firmado por el representante legal en el que indique que los bienes serán entregados con fecha de vencimiento no inferior al 50% de vida útil contados a partir de la entrega, en el caso que el oferente no pueda garantizar el 50% de vida útil, deberá anexar carta de compromiso de cambios por fecha de vencimiento de los insumos y/o dispositivos que no cumple con la anterior característica. Para fines prácticos la medida para las	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION

fechas de vencimiento siempre deberá ser tomada en meses.		
7. APOYO POST VENTA y APOYO TECNOLÓGICO Carta de compromiso, firmada por el representante legal la cual hará parte integral del Contrato, donde se certifique el ofrecimiento de Asesoría en Apoyo Post Venta y Apoyo Tecnológico a prestar para los bienes que suministre o cada uno de los ítems que lo requieran, de acuerdo a las necesidades de los servicios medico asistenciales del Hospital Militar Central. Entiéndase como apoyo post venta: Capacitación al personal asistencial acerca del manejo y usos de los elementos ofertados las veces que sean requeridos por parte del Hospital Militar Central. Soporte técnico para asesoría al personal asistencial en salas de cirugía o en el área correspondiente, en el momento en el que la institución lo requiera. Representación por parte de la empresa de un asesor que se encargue de la parte administrativa con el fin de solventar novedades que se presenten en el transcurso de la ejecución del contrato. Acompañamiento constante del proveedor o contratista en la Farmacia de Tecnologías de Salud, diversas farmacias de la Institución y supervisor de contrato para el control y verificación de las existencias, promedios de rotación, promedios de consumo, fechas de vencimiento y semaforización de los insumos y/o dispositivos adjudicados. Entiéndase como apoyo tecnológico: Entrega de equipos y/o instrumental que se puedan requerir para la utilización de los insumos ofertados por parte de los oferentes, los cuales deben cumplir con el proceso de ingreso a activos fijos previa verificación por el área de Ingeniería Biomédica. Dichos equipos y/o instrumental deben permanecer en el hospital por el mismo tiempo que está vigente el contrato y debe contar con cronogramas de mantenimiento **preventivo, asumidos por el contratista.**	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION
8. CAMBIO DE INSUMOS Carta de compromiso, firmada por el representante legal, la cual hará parte integral del contrato por el cambio, en un tiempo no mayor a 30 días calendario. De aquellos productos que, por razones de carácter científico, retiro del producto del mercado o por promedios de consumo, no tienen suficiente rotación durante los dos años siguientes a la fecha de entrega de los mismos en el almacén por cada uno de los ítems ofertados, así como aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad, y/o los que hayan sido reportados como "RECALL" deberán ser reemplazados por insumos que cumplan con las mismas especificaciones técnicas de los iniciales, recordando que el costo del reemplazo deber ser asumido por el oferente adjudicatario por el tiempo de uso y vida útil del insumo y/o dispositivo. Teniendo en cuenta la presentación de compra o adquisición de los mismos durante el proceso de adjudicación. UNIDAD.	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION

No se tendrá en cuenta la presentación o embalaje de la empresa adjudicada.		
9. CÓDIGO QR Carta de compromiso, firmada por el representante legal, donde el oferente garantice que cada uno de los productos y/o insumos poseen código QR para la Institución. De acuerdo a las especificaciones indicadas por la Farmacia en Tecnologías en Salud de la Institución.	CUMPLE	NO APLICA OBSERVACION
10. PUNTAJE TÉCNICO	NO APLICA	NO APLICA
11. MUESTRA.	NO APLICA	NO APLICA

El oferente **QUIRURGICOS LTDA CUMPLE con los requisitos técnicos exigido dentro** del proceso de MC 301-2022

LOTE	INSUMOS	COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO	EVALUACION	FIRMAS
1	MASCARAS FACIALES Y LARINGEAS	DRA. KAROLYNA BLANCO / JEFE SERVICIO DE ENESTESIA	CUMPLE	
2	CÁNULAS DE GUEDELL Y TUBOS ENDOTRAQUEALES PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA	DRA. KAROLYNA BLANCO / JEFE SERVICIO DE ENESTESIA	CUMPLE	