Apartadó 27 de diciembre de 2022

Doctor:
HEILER MENA GARCÍA
Subdirector científico.
ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA
Arboletes- Antioquia

INFORME DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICOS 2022.

CPS Nro. 095 DE 2022.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de calibración de equipos biomédicos.
Metodología: Calibración de los equipos biomédicos en las instalaciones de la E.S.E por el método de comparación directa.

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CALIBRACIÓN

CANTIDAD	EQUIPO	MAGNITUD
13	TENSIÓMETRO	PRESIÓN
13	BÁSCULAS	PESO
4	BALANZAS	PESO
3	ASPIRADOR	PRESIÓN
12	TERMÓMETRO	TEMPERATURA
9	TERMOHIGRÓMETRO SIN BULBO	TEMPERATURA Y HUMEDAD
3	MICROPIPETAS	VOLUMEN
1	PULSOXIMETRO	FRECUENCIA Y SATURACIÓN DE OXIGENO
1	INDICADOR DE TEMPERATURA DE HORNO	TEMPERATURA
2	CENTRIFUGA	VELOCIDAD
1	AGITADOR DE MANZZINE	VELOCIDAD
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	FRECUENCIA, SATURACIÓN DE OXIGENO Y PRESIÓN
1	ELECTROCARDIÓGRAFO	FRECUENCIA
1	CARDIODESFIBRILADOR	POTENCIA Y FRECUENCIA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

1. Se desplazan los tecnólogos e ingenieros expertos en cada magnitud a calibrar, a la ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA del municipio de Arboletes.
2. Previamente se acordó con el subdirector científico que las fechas de realización serían los días 19 y 20 de diciembre de 2022.
3. Se pasa por los diferentes servicios realizando la calibración de los equipos según el listado enviado para la realización del contrato.

NOVEDADES

- Las micropipetas, los termohigrómetros y termómetros serán calibrados en el laboratorio de calibración, ubicado en la ciudad de Medellín, dado que para esta se requiere garantizar unas condiciones específicas de humedad y temperatura y ambiente, que solo se dan en el laboratorio mencionado.

- Se coordina el envío del 12 termómetros que cuenten con la medición de máximos y mínimos y 3 micropipetas al HOSPITAL en modalidad de préstamo, mientras se realiza el proceso de calibración de los equipos en el laboratorio.

Linitaba4@gmail.com
3012762355

ENTREGABLES

Certificados de calibración
Se entrega un certificado de calibración por cada equipo intervenido.
Informe de ejecución del contrato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Calibración de equipos biomédicos realizados según contrato.	66
VALOR TOTAL CONTRATO	$ **18.800.000**

NOTA: Ver tablas de relación de equipos calibrados.

Cordialmente,

LINA FERNANDA BANGUERO M
Ingeniera Biomédica
Especialista en auditoría de calidad en servicios de salud.