ANEXO "A"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MEDICOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, CON CARGO AL CONV. INTERADMINISTRATIVO No. 002-2013-DEBUSA".

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador como CUMPLE/ NO CUMPLE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CANT	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	BOTIQUÍN TIPO B PORTÁTIL	MALETÍN ELABORADO EN LONA IMPERMEABLE DE COLOR NEGRO O ROJO DE 58CM X 28CM X 28CM APROXIMADAMENTE. CREMALLERA (N°20) PLÁSTICA EN SU TOTALIDAD, Y COMPARTIMIENTOS INTERNOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. DOTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 0705 DE 2007: • GASAS LIMPIAS: 01 PAQUETE POR 100 • GASAS ESTÉRILES:(TEJIDO DE GASA HIDRÓFILA DE ALGODÓN, DOBLADO EN VARÍAS CAPAS) 20 PAQUETES POR 3 • APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES: 04 UNIDADES • ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4": 01 UNIDAD • BAJALENGUAS: 01 PAQUETE POR 20 • VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS: 02 UNIDADES • VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS: 02 UNIDADES • VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS: 02 UNIDADES • VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS: 02 UNIDADES • VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS: 02 UNIDADES • VENDA TRIANGULAR (CABESTRILLO): 02 UNIDADES • SOLUCIÓN SALINA 500 CC: 05 UNIDADES • GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN: 01 CAJA POR 100 • TERMÓMETRO DIGITAL: 01 UNIDAD • TIJERAS MULTIUSOS PARA TAUMA CON PUNTA ROMA : 01 UNIDAD • LINTERNA PARA VALORACIÓN MÉDICA O DIAGNOSTICO DE LUZ LED : 01 UNIDAD • PILAS DE REPUESTO COMPATIBLES CON LINTERNA : 04 PARES • COLLAR CERVICAL AUTOAJUSTABLE ADULTO: 02 UNIDADES • COLLAR CERVICAL AUTOAJUSTABLE NIÑO: 02 UNIDADES • INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO): 01 UNIDAD • INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO): 01 UNIDAD • INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO): 01 UNIDAD • INMOVILIZADORES O FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO): 01 UNIDAD • VASOS DESECHABLES 150ML : 01 PAQUETE POR 25 • TENSIÓMETRO: 01 UNIDAD • FONENDOSCOPIO: 01 UNIDAD • ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 MG: 02 SOBRES POR 10 • ASA TABLETAS POR 100 MG: 01 SOBRE POR 10 • HIDROCORTISONA AMPOLLA DE 100 MG —02 • MÁSCARA PARA RCP • HIDRÓXIDO DE ALUMINIO: 20 TABLETAS • HIDRÓXIDO DE ALUMINIO: 02 FRASCOS • RANITIDINA 10TABLETAS DE 300 O 150 MG • RANITIDINA DE 50 MG IV O IM 5 AMPOLLAS. • DIPIRONA COMPUESTA AMPOLLA DE 2.5G 5 AMPOLLAS. • HIBUPROFENO TABLETAS DE 400 0 DE 800 MG 10 TABLETAS • DICLOFENACO SÓDICO DE 50 MG 10 TABLETAS • DICLOFENACO SÓDICO DE 75 MG 05 AMPOLLAS • EQUIPO DE VENOCLISIS DE MACRO-GOTEO 05 UNIDADES. • CATÉTER VENOSO #18 Y #20 05 UNIDADES DE CADA UNO. • ALCOHOL ANTISÉPTICO: 1 FRASCO X 345 ML • CATÉTER VENOSO #14 (01 UNIDAD)	5	
2	BOTIQUIN		15	

	VEHICULAR	MALETÍN ELABORADO EN LONA IMPERMEABLE DE COLOR NEGRO O ROJO DE 30CM X 18CM X 3CM APROXIMADAMENTE DOTACIÓN: • YODOPOVIDONA ESPUMA: 01 FRASCO POR 60 ML • ALCOHOL ANTISÉPTICO: 01 FRASCO POR 120 ML • ALGODÓN: 01 PAQUETE POR 5 GR • BAJALENGUAS: 02 UNIDADES • COPITOS: 01 PAQUETE POR 18 UNIDADES • CURITAS: 02 UNIDADES • GASA ESTÉRIL: 01 SOBRE POR 2 UNIDADES • GUANTES DE LÁTEX: 01 PAR • MICROPORE COLOR PIEL: 01 ROLLO DE 1/2" X 5 YD • SUERO ORAL: 01 SOBRE X 20.5 GR • TAPABOCAS 3 CAPAS CON ELÁSTICO: 01 UNIDAD • VENDA ELÁSTICA: 01 UNIDAD DE 2" X 5 YD • TOALLA HIGIÉNICA: 01 UNIDAD • SILBATO: 01 UNIDAD • TIJERAS PUNTA ROMA: 01 UNIDAD • VENDA TRIANGULAR (CABESTRILLO): 01 UNIDAD • PRESERVATIVO 01 UNIDAD • TORNIQUETE DE LATEX O GOMA ESTIRABLE • CUELLO ORTOPÉDICO: 01 UNIDAD • LINTERNA CON BATERIAS: 01 UNIDAD • CHALECO REFLECTIVO: 01 UNIDAD		
3	CAMILLA DE EMERGENCIA	CAMILLA FLOTANTE EN POLIETILENO. DISEÑADAS PARA EL TRANSPORTE E INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES EN SITUACIONES DE EVACUACIÓN Y ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS. IDEALES PARA TODO TIPO DE RESCATE, BIEN SEA EN AGUA O EN TIERRA; ESPECIALES PARA EVACUACIONES DE LUGARES CONFINADOS Y SUPERFICIES IRREGULARES. FABRICADAS BAJO ESTRICTAS NORMAS DE CALIDAD, GARANTIZANDO UNA CORRECTA INMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DEL PACIENTE INCLUSO CON POSIBLES LESIONES VERTEBRALES. SON TRASLÚCIDAS A LOS RAYOS X PARA FACILITAR LA LABOR DEL PERSONAL MÉDICO EN EL CASO QUE SE REQUIERA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO. NO HAY NECESIDAD DE MOVER O TRASLADAR AL PACIENTE DE LA CAMILLA INMOVILIZADOR DE CABEZA EN ESPUMA. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EVITAR LA FLEXIÓN LATERAL Y MOVIMIENTOS ROTACIONALES DE LA CABEZA DURANTE EL TRASLADO DEL PACIENTE. CUENTA CON AMPLIOS ORIFICIOS LATERALES PARA CONTROLAR EL CANAL DEL OÍDO DEL PACIENTE. KIT DE FÉRULAS INMOVILIZADORAS DE EXTREMIDADES - 5 ELEMENTOS. CONTIENE UN KIT DE 5 FÉRULAS INMOVILIZADORAS (CUELLO, BRAZO, ANTEBRAZO, PIERNAS Y TOBILLO) DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EVITAR LA FLEXIÓN Y MOVIMIENTOS ROTACIONALES DE LAS EXTREMIDADES DURANTE EL TRASLADO DEL PACIENTE. CUELLO ORTOPÉDICO EN ESPUMA. ES UN APARATO ORTOPÉDICO CERVICAL (QUE TAMBIÉN RECIBE EL NOMBRE DE COLLARÍN CERVICAL). SU PROPÓSITO ES MANTENER DERECHO SU CUELLO Y COLUMNA, Y AYUDAR A LA CURACIÓN AL BRINDAR SOPORTE A LOS HUESOS DEL CUELLO.	6	
4	SOPORTE PARA SUERO CON RUEDAS	HECHO EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD SOPORTE 5-FOOT PARA LA ALTA ESTABILIDAD JUNTURA SÓLIDO-SOLDADA CON AUTÓGENA DEL METAL GANCHOS DE LA SEGURIDAD PARA LOS BOLSOS/LAS BOTELLAS DE LA INFUSIÓN PESO MÁXIMO DE LA SUSPENSIÓN POR EL GANCHO: 3 KILOGRAMOS EL PESO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN DE 8 KILOGRAMOS NO DEBE SER EXCEDIDO MAYOR ESTABILIDAD (INCLINACIÓN DEL 10% CUÁNDO UNA CARGA DE 2 KILOGRAMOS SE CUELGA A PARTIR DE LA UNA LADO DEL MONTAJE DE GANCHO DE LA SEGURIDAD) INCLUYE EL VIDRIO SINTÉTICO DEL GOTEO LA ALTURA ES LIBREMENTE AJUSTABLE ECHADORES DOBLE-RODADOS RESERVADOS CON	1	

		2 ECHADORES DE FIJACIÓN, 2 ECHADORES DE LA SEGURIDAD Y 1 ECHADOR ANTIESTÁTICO LA HERRAMIENTA DE LA ASAMBLEA INCLUYÓ ALTURA MÍNIMA: APROXIMADAMENTE 120 CM ALTURA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 210 CM Ø DEL PIE DEL SOPORTE. APROXIMADAMENTE 60 CM APROXIMADAMENTE 3,4 KILOGRAMOS GRUESO DE PARED: 1,5 MILÍMETROS PU = 1 ARTÍCULO EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE		
5	CAMILLA CROMADA CON RUEDAS Y BARANDILLA, CABECERO REGULABLE EN ALTURA Y 2 RUEDAS CON FRENOS.	CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN TUBO DE ACERO CROMADO. TAPICERÍA EN SKAY NEGRO. CABECERO REGULABRE EN ALTURA MEDIANTE CREMALLERA. RUEDAS GIRATORIAS 125 MM., DOS DE ELLAS CON FRENO. BARANDILLA. CON PORTASUEROS. BANDEJA INFERIOR SOPORTE DE GOTERO PESO MÁXIMO SOPORTADO: 120 KG. DIMENSIONES: ANCHO: 180 CM. PROFUNDO: 55 CM. ALTO: 80 CM.	1	
6	MASCARILLA LARÍNGEA	• MASCARILLA Y TUBO ELABORADOS EN 100% SILICONA. • CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM. • TUBO TRASLUCIDO FLEXIBLE, NO SE TUERCE, POSEE GUÍA PARA FÁCIL INSERCIÓN. • PUNTA OVAL REFORZADA PREVIENE POSIBLE DOBLEZ DURANTE LA INSERCIÓN. • VÁLVULA DE INFLAR POSEE BALÓN PILOTO QUE FACILITA LA SENSACIÓN DE INFLADO. • BORDES SUAVES OFRECEN MÁXIMO CONFORT. • PRESENTACIÓN ESTÉRIL. • SIN LÁTEX.	6	
7	CANULA DE GUEDEL O MAYO	FABRICADA EN POLIPROPILENO - PVC GRADO MEDICO - CURVA CON TOPE PARA BOCA PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL. No. 4.0, 5.0 y 6.0 1 KIT (CONTIENE 9 ELEMENTOS, ES DECIR, 3 DE CADA UNA)	1	
8	CÁNULA NASOFARÍNGEA	CÁNULA NASOFARÍNGEA ES UN ADJUNTO SIMPLE Y EFICAZ DE LA VÍA AÉREA DISEÑADO PARA LA INSERCIÓN FÁCIL Y LA CONFORMIDAD PACIENTE MÁXIMA. SEGURIDAD INTEGRADA LA CÁNULA NASOFARÍNGEA TIENE UN CONECTOR INTEGRADO DISEÑADO PARA EVITAR QUE EL TUBO VIAJE ABAJO DEL PASO NASAL Y QUITA LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN PERNO DE SEGURIDAD, ELIMINANDO EL RIESGO DE LESIÓN DEL PALILLO DE LA AGUJA. RIESGO REDUCIDO DE LESIÓN LA EXTREMIDAD BISELADA REDONDEADA REDUCE TRAUMA DE LA MUCOSA DE LA PARED Y DIRIGE LA VÍA AÉREA A LO LARGO DEL PISO DEL PASO NASAL. ABERTURA NASAL SEÑALADA POR MEDIO DE LUCES LA ABERTURA SEÑALADA POR MEDIO DE LUCES GRANDE EVITA QUE LA VÍA AÉREA NASOFARÍNGEA VIAJE FÍSICAMENTE ABAJO DEL PASO NASAL Y PERMITE LA COLOCACIÓN CÓMODA SIN LA OBSTRUCCIÓN DE LA OTRA VENTANA DE LA NARIZ. CONSTRUCCIÓN CLARA PROPORCIONA LA CONFIRMACIÓN VISUAL ANTES DE LA INSERCIÓN QUE NO HAY BLOQUEOS. COMODIDAD PACIENTE LAS CÁNULAS NASOFARÍNGEAS ES TOLERADO MEJOR POR LOS PACIENTES DESPIERTOS QUE VÍAS AÉREAS OROFARÍNGEAS. AJUSTE PACIENTE DISPONIBLE EN 11 TAMAÑOS PARA EL AJUSTE PACIENTE ÓPTIMO. N°28 Y 30	2	
9	BOLSA PARA ORINA (CISTOFLO)	PRODUCTO DE LA MÁS ALTA CALIDAD. CUENTA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, LO QUE EVITA QUE EL LÍQUIDO REGRESE Y SE PROVOQUEN INFECCIONES. DESECHABLE. TRANSPARENTE. FORMA RECTANGULAR.	3	

		VÁLVULA T. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. CAPACIDAD: 2000 ML. QUE CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001, ISO 13485, CE Y FDA.		
10	SONDA PARA DRENAJE URINARIO	MODELO FOLEY DE DOS VÍAS 100% LÁTEX RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GLOBO DE AUTORRETENCIÓN VÁLVULA PARA JERINGA SONDA FOLEY MEDTRONIC CURITY 100% LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN 16 FR. GLOBO 5 CC 2 VÍAS	3	
11	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO	SOFT - ROLLO TIRITAS SUAVES DE 5 METROS POR 6 CENTIMETROS DE ANCHO. ES UNA TIRITA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA, PARTICULARMENTE ADECUADA PARA PIELES EXTRA SENSIBLES. SE TRATA DE UNA TIRITA TRANSPIRABLE Y PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y HECHA DE UN MATERIAL MUY SUAVE. DETALLES DEL PRODUCTO: ROLLO DE TIRITAS HIPOALERGÉNICAS, PARA PIEL EXTRA SENSIBLE, AMABLE CON LA PIEL, LIBRE DE LÁTEX, MUY SUAVE, NO SE ADHIERE A LA HERIDA, MATERIAL TRASERO TEXTIL 5M ROLLO	5	
12	APÓSITO OCULAR	APÓSITO AUTOADHESIVO COLOR PIEL ASÉPTICOS PARA ADULTOS. HECHO DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO AUNQUE ESTÁ RECUBIERTA POR LA CARA EN CONTACTO CON EL SOPORTE POR UNA PELÍCULA DE POLIETILENO COLOR PIEL QUE PERMITE QUE EL ASPECTO DEL PARCHE VISTO DESDE FUERA SEA HOMOGÉNEO EN CUANTO A COLOR.	2	
13	PATO COPROLÓGICO EN ACERO INOXIDABLE ADULTO	PATO COPROLÓGICO EN ACERO INOXIDABLE ADULTO POR UNIDAD. IDEAL PARA EL CONTROL DE LA ORINA DE LARGA DURACIÓN, FÁCIL DE LIMPIAR, RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO, NO SE ROMPE Y NO SE DECOLORA. APLICABLE EN ENFERMOS ENCAMADOS PARA LA EVACUACIÓN DIRECTA DE HECES U ORINAS	1	
14	PATO PISINGO EN ACERO INOXIDABLE	PATO PISINGO EN ACERO INOXIDABLE IDEAL PARA EL CONTROL DE LA ORINA DE LARGA DURACIÓN, FÁCIL DE LIMPIAR, RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO, NO SE ROMPE Y NO SE DECOLORA. APLICABLE EN ENFERMOS ENCAMADOS PARA LA EVACUACIÓN DIRECTA DE ORINA.	1	
15	RESUCITADOR MANUAL MODELO MARK IV DISEÑADOS	SEGÚN EL PRINCIPIO ORIGINAL DE DOBLE PARED, (CONTINÚAN SIN CONTENER LÁTEX), SON MÁS RESISTENTES Y OFRECEN AL USUARIO UN EXCEPCIONAL FEEDBACK VISUAL Y TÁCTIL DE LA CONDICIÓN PULMONAR DURANTE LA RESUCITACIÓN MANUAL, HACIENDO EL PROCESO MÁS SEGURO. LA LIMITACIÓN DE PRESIÓN INTEGRADA EVITA LA COMPRESIÓN EN CASO DE RESISTENCIA EN LAS VÍAS ÁREAS DEL PACIENTE. ES DECIR, QUE NUNCA SE PUEDE LLEGAR A PRESIONAR CON EXCESIVA FUERZA.	1	
16	CAJA PELICAN NARANJA CON ESPUMA	MEDIDAS DEL PAQUETE: 28CM X 47 CM X 57 CM PESO APROX: 18.5 LB - SE MANTIENEN HERMÉTICOS A TRAVÉS DEL USO DE UNA LENGUA Y LA RANURA DE AJUSTE Y UN POLÍMERO O-RING. - VIENEN DE SERIE CON UNA VÁLVULA DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESIÓN QUE LIBERA LA PRESIÓN DE AIRE ACUMULADO MIENTRAS MANTIENE EL AGUA. - LA ESPUMA PICK N'PLUCK DE PELICAN LE PERMITE PERSONALIZAR EL INTERIOR. - PROTECTORES DE CANDADO REFORZADOS CON ACERO INOXIDABLE - DIMENSIONES INTERIORES (PULGADAS): 20.37 X 15.43 X 9.00	1	
17	EQUIPO DE ÓRGANOS	EQUIPO DE ORGANOS POCKET LED ULTIMA GENERACIÓN POCKET LED BOMBILLOS LED INCLUIDOS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA AYUDARLE A DESARROLLAR Y PERFECCIONAR SUS HABILIDADES DE EVALUACIÓN FÍSICA. EXAMINE A SUS PACIENTES CON ESTILO CON INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE WELCH ALLYN. DISPONIBLES EN CUATRO COLORES: NEGRO BLANCO AZUL PUEDE SER PERSONALIZADO USANDO EL KIT DE ACCESORIOS PARA QUE SE ADAPTE A SU ESTILO. PROTECTORES PARA MANGO Y VENTANA DE COLORES INCLUIDOS. GARANTÍA : 1 AÑO DE GARANTÍA	1	
18	FONENDOSCOPIO	ROBUSTO, FIABLE Y FLEXIBLE. CUENTA CON UNA CAMPANA INNOVADORA CON MEMBRANA DE DOBLE FRECUENCIA, UNA GRANDE PARA ADULTOS Y OTRA PEQUEÑA PARA NIÑOS, POR LO QUE SE PUEDE UTILIZAR ELESTETOSCOPIO EN	1	

		MUCHOS CAMPOS. EL TUBO DEL FONENDOSCOPIO ESTÁ CONSTRUIDO DE UN NUEVO MATERIAL DURABLE, SIN LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Y FTALATOS. LOS AURICULARES SON AJUSTABLES, LO QUE GARANTIZA UNA ALINEACIÓN APROPIADA EN EL CANAL AUDITIVO. GRACIAS A LAS OLIVAS SUAVES Y CÓMODAS SE CONSIGUE UN AISLAMIENTO ACÚSTICO EXCELENTE Y EL BAJO PESO DE SÓLO 150G. A) ADULTO B) PEDIATRICO • ADECUADO PARA LA AUSCULTACIÓN DE FRECUENCIAS ALTAS Y BAJAS POR DIAFRAGMA DE DOBLE FRECUENCIA • CAMPANA DE CARA DOBLE PARA UNA AUSCULTACIÓN PERFECTA, TANTO EN NIÑOS COMO EN ADULTOS • CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE • DIAFRAGMA DE DOBLE FRECUENCIA DE UNA SOLA PIEZA (FÁCIL DE CAMBIAR Y LIMPIAR) • ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO • MANGUERA DURABLE HECHA DE UN MATERIAL MUY RESISTENTE (DURABLE Y RESISTENTE A LAS MANCHAS Y A LA DECOLORACIÓN) • LIBRE DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Y FTALATOS • DIÁMETRO DE LA MEMBRANA PARA ADULTOS: 4,3CM • DIÁMETRO DE LA MEMBRANA PEDIÁTRICA: 3,3CM • LONGITUD TOTAL DEL LITTMANN CLASSIC III: 69CM • PESO: CA. 150G • SENSIBILIDAD ACÚSTICA: 7 • MANGUERA DE LUZ ÚNICA • AURICULARES AJUSTABLES, DE ALUMINIO ANODIZADO • OLIVAS SUAVES DE AJUSTE CÓMODO • DISPONIBLE EN VARIOS COLORES, COLOR NEGRO • GARANTÍA: 5 AÑOS		
19	TENSIOMETRO	CON LA TECNOLOGÍA DURASHOCK SIN ENGRANAJES PUEDE CONFIAR EN QUE EL ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DS58 PERMANECERÁ CALIBRADO POR MÁS TIEMPO QUE LOS ANEROIDES TRADICIONALES, PROPORCIONANDO LECTURAS MÁS PRECISAS EN EL TIEMPO Y UN COSTO DE POR VIDA INFERIOR, AYUDANDO A MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA PRÁCTICA Y A SER MÁS RENTABLE EN SU CONSULTORIO. • TECNOLOGÍA DURASHOCK™ • LIBRE DE LÁTEX • EXACTITUD CERTIFICADA A +/- 3 MMHG • MECANISMO DE JOYAS SINTÉTICAS PARA MAYOR DURABILIDAD • PERA DE INFLADO ERGONÓMICA • CON BRAZALETE ADULTO • TAMAÑO 54,5 CM RANGO DE 25 CM A 34 CM • PRIMER Y ÚNICO TENSIÓMETRO SIN ENGRANAJES, RESISTENTE A IMPACTOS A UNA ALTURA DE 1,50 MTS (DOS VECES EL ESTÁNDAR DE LA NORMA AAMI) • DISEÑO LIVIANO, ULTRADELGADO, COMPACTO. • EL MANÓMETRO TIENE UN DISEÑO DE PERA ADJUNTA QUE NOS PERMITE TENER UNA MANO LIBRE QUE NOS FACILITA EL PROCEDIMIENTO. • BRAZALETE ADULTO N° 11 DE UNA SOLA PIEZA, FÁCIL DE LAVAR LIMPIAR O ESTERILIZAR. • TABLERO GRABADO EN LÁSER • AMORTIGUADOR (PROTECTOR) DEL MANÓMETRO EN ABS • APLICACIÓN PRECISA EN LA ARTERIA BRAQUIAL EN CUALQUIERA DE LOS DOS BRZOS • VÁLVULA TYCOS • ESTUCHE DE NYLON	1	
20	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS TUBULAR CROMADO	CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON LÁMINA Y TUBO DE ACERO CON ACABADO CROMADO. • DOBLE PLATAFORMA RECUBIERTA DE TAPA ANTIDERRAPANTE, PROTEGIDO POR MOLDURA DE ALUMINIO. • REGATÓNES ANTIDERRAPANTES. GARANTÍA: 2 AÑOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • ANCHO: 50 CM. • LARGO: 40 CM. • ALTURA TOTAL: 32,5 CM.	1	

		• PESO: 4.100 KG.		
21	MASCARILLA AMBU RCP TIPO LLAVERO	EL DISEÑO FÁCIL DE USAR PROTEGE AL RESCATADOR Y AYUDA A ELIMINAR LA DUDA AL REALIZAR LA RCP EL PROTECTOR FACIAL SEMITRANSPARENTE PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE LOS LABIOS, LA BOCA Y LA NARIZ DEL PACIENTE MIENTRAS PROTEGE AL RESCATISTA LAS INSTRUCCIONES IMPRESAS Y LAS GUÍAS DE ORIENTACIÓN EN EL ESCUDO AYUDAN A GARANTIZAR EL USO CORRECTO, INCLUSO PARA AQUELLOS CON POCA O NINGUNA EXPERIENCIA EN RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR. EL TÚNEL DE VÍA RESPIRATORIA CON BOQUILLA EXTENDIDA AYUDA AL REANIMADOR A MANTENER UNA VÍA AÉREA ABIERTA AL REALIZAR LA INCLINACIÓN DE LA CABEZA, LA MANIOBRA DE LEVANTAMIENTO DE LA BARBILLA UNA VÁLVULA DE UNA VÍA CON FILTRO FILTRETE DE 3M PROTEGE AL SOCORRISTA DE LOS FLUIDOS DE LA VÍCTIMA DE UN SOLO USO, SIN LÁTEX MIDE 6 "L X 10" W CUANDO ESTÁ ABIERTO, SOLO 2 "X 1 1/2" X 7/8 "CUANDO EN SU CASO INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO COMPACTO CON CIERRE DE LLAVERO PRÁCTICO DE COLOR ROJO Y BROCHE METALICO DE SUELTE RAPIDO	140	
22	MASCARILLA SIN RE-INHALACIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE BAJA RESISTENCIA, SIN LÁTEX, QUE EVITA LA RE-INHALACIÓN Y PERMITE QUE LOS GASES EXHALADOS ESCAPEN. - LA ABERTURA DE SEGURIDAD PERMITE LA ENTRADA DE AIRE DEL CUARTO. - CLIP NASAL AJUSTABLE QUE ASEGURA UNA AJUSTE CÓMODO. - BOLSA RESERVORIA DE 750 ML. - INCLUYE 7 FT (2,13 METROS) DE TUBERÍA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO.	20	

ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS REQUERIDOS

1. DOCUMENTOS DE VERIFICACION

El oferente debe aportar en su oferta la siguiente documentación:

1.1 EXPERIENCIA

Para el presente proceso, los proponentes deberán acreditar la experiencia, así:

1. **Contratos ejecutados con el sector público**: Soportado con copia del contrato, acta de recibo a satisfacción y/o acta de liquidación, que debe contener como mínimo la siguiente información:
   a. Objeto del contrato.
   b. Valor.
   c. Nombre o razón social del contratista
   a. Nombre o razón social del contratante
   b. Fecha de iniciación y terminación del contrato.

2. **Para efectos del sector privado**: factura(s) comercial que cumpla de conformidad con lo establecido en el Art. 617 del Estatuto Tributario.

Los documentos referenciados para acreditar la experiencia, deben contener lo siguiente:

La sumatoria de los documentos aportados para demostrar la experiencia, deberá ser igual o superior al 100% del valor del contrato y el objeto debe corresponder, sr igual o similar al del objeto del presente proceso.
La Certificación que no cumpla con los requerimientos antes enunciados o no contengan la totalidad de la información requerida, no será tenida en cuenta.

Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.

Acreditación de la experiencia en la modalidad de consorcio y/o unión temporal: Si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la sumatoria de la experiencia; la cual se debe certificar mínimo el cien por ciento (100%) relacionada directamente con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos económicos, tecnológicos y servicios profesionales.
- Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato
- Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos.
- Los gastos logísticos (traslados, alimentación, otros) serán asumidos en su totalidad por el contratista.
- Atender los requerimientos que efectúe el supervisor
- En el evento que se presente una inconformidad con la entrega de los elementos se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicara un costo adicional al establecido en el contrato.
- Las dispuestas por la ley para el cumplimiento cabal del objeto contractual.
- El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única, aprobar el contrato y cargar las facturas, a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.
- El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.

COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR

S1 QUINTERO ARLIN
C.C. 12.264.063

SV BUILES BUILFREDO
C.C 97.447.892