MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-025-2023-HOMIL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA UNIDADES DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
1	41111929	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFILADO, AJUSTE, LUBRICACIÓN Y DESMANCHADO) Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA UNIDADES DE INSTRUMENTAL QUIRURQUICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	UNIDAD

10.5 DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

ITEM	ESPECIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Ficha técnica y catálogo de presentación del servicio	X	
2	Carta de compromiso para la realización del mantenimiento preventivo de 4.750 unidades	X	
3	Carta de compromiso para la realización del mantenimiento correctivo de 750 unidades	X	
4	Se requiere carta escrita en la cual el oferente demuestre que en el área física en donde se realizarán los mantenimientos cuente con el equipo sandblasting, que garantiza que el instrumental termine después de su mantenimiento con la textura original que evita el manchado posterior del mismo y alarga la vida útil del mismo, especialmente para el Hospital Militar Central que reprocesa constantemente el instrumental debido a la alta demanda de procedimientos quirúrgicos realizados.	X	
5	Carta de compromiso suscrita por el oferente manifestando la oportunidad en la realización de los mantenimientos a partir del día en que el supervisor del contrato lo solicite por escrito o medio electrónico	X	
6	Carta de compromiso la cual hará parte integral del contrato, donde se certifique la garantía superior a 60 días de los trabajos realizados.	X	
7	Carta de compromiso donde manifieste que cuenta con el área física habilitada y personal calificado y avalado para el mantenimiento de instrumental correctivo y/ o preventivo.	X	
8	Registro Invima o certificación Invima que no requiera el registro	X	
9	Carta de compromiso en donde el oferente certifique que el área física o taller en donde se realizará la ejecución del contrato debe contar con todos los equipos necesarios (torno, taladro, fresa, equipo de soldadura tig, equipo de soldadura láser, equipo de marcación láser , equipo para tratamiento térmico, máquina marcación electroquímica). Por lo tanto se	X	

	garantizará que las piezas de instrumental se encontrarán en un único punto de servicio y no se trasladará a diferentes áreas de trabajo que no se encuentren dentro del taller del oferente adjudicado		
10	Carta de compromiso donde el oferente acepte que de ser adjudicatario, el supervisor del contrato, podrá realizar visita técnica en la ejecución del contrato, para validar el área o taller del oferente y verificar el cumplimiento de las misma junto con los equipos (torno, taladro, fresa, equipo de soldadura tig, equipo de soldadura láser, equipo de marcación láser, equipo para tratamiento térmico, máquina marcación electroquímica).	X	
11	Carta de compromiso donde el oferente acepte que de ser adjudicatario, se realizará visita de cumplimiento del Área Física del Taller o Espacio antes de la ejecución del contrato en donde se verifique por parte del evaluador técnico que el oferente cumpla con las solicitudes adjuntas en el formato de cumplimiento del Área física de Mantenimiento. Formato que se encuentra en el Numeral 10.6.	X	

10. VERIFICACION CUMPLIMIENTO AREA FISICA TALLER O ESPACIO DESTINADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

REQUISITOS	CUMPLE
1.AREA ADMINISTRATIVA	X
2. AREA LAVADO INSTRUMENTAL Y DESINFECCION	X
3.AREA MANTENIMIENTO DE AJUSTES LUBRICACION SOLDADURA Y AFILADO	X
4. AREA RECUPERACION DE SUPERFICIES CON BANDASY CEPILLOS	X
5. SANDBLASTING	X
6. AREA MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO	X
7. AREA MARCACION INSTRUMENTAL CON ELECTROQUIMICA Y O LASER	X
8. CERTIFICACION DE CAPACITACIONES	X
9. CADA UNA DE LAS AREAS MENCIONADAS SE ENCUENTRAN EN EL AREA DESIGNADA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	X

EVALUACION TECNICA:
LA FIRMA MIL MEDICAL SAS CUMPLE TECNICAMENTE PARA LA SELECCIONDE MINIMA CUANTIA 025 -2023

CORDIALMENTE



JULIE PAOLA INFANTE SARRIA
CENTRAL DE ESTERILIZACION

EVA