ECOMEDICAL PLUSS	**REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO**	VERSION **0** CODIGO **FOR-DO-02** PAGINA **1 DE 3**

FECHA Marzo 2 de 2022

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre o Razón Social:	ESE HOSPIRAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
CC ó NIT:	890.501.438-1	Ciudad:	OCAÑA
Dirección:	CALLE 7 # 29 - 144 BARRIO LA PRIMAVERA	Teléfonos:	5636330

DATOS DEL EQUIPO			
Marca	MEDISON	Modelo	ACCUVIX V10
N° Serial	A85509300000672	Versión Software actual	

ACTIVIDAD A REALIZAR									
Mant. Preventivo	X	Mant. Correctivo		Instalación		Diagnóstico		Garantía	

PROCEDIMIENTO					
MODULO PC	X	HARD DISK		SOFTWARE	
MODULO ULTRASONIDO	X	TRACKBALL	X	RACK	X
FILTROS DE AIRE	X	LUBRICACIÓN	X	ACCESORIOS	
FAN COOLER	X	ESTERILIZACIÓN		BORRADO EXAMENES	
TECLADO ALFANUMERICO		TARJETAS ELECTRÓNICAS	X		
TECLADO ULTRASONIDO		FUENTE DE PODER			
MONITOR	X	TRANSDUCTORES			

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento correctivo modulo PC, fuente de poder, interfaz ultrasonido, ajustes VCC, niveles de corriente continua.
* Se recomienda reparar tapas con pines partidos, se recomienda reparar tapas con pines partidos, cambio filtros agotados.

Equipo en perfectas condiciones físicas y funcionales, apto para el diagnóstico médico.

Se anexa registro fotográfico. Próximo mantenimiento preventivo **marzo de 2023**

SERVICIO TÉCNICO		**CLIENTE**
Diagnóstico - Reparación	**Aprobado por**	ESE HOSPIRAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
		
Tec. Jefferson Zora	Ing. José Adrián Páez	Firma


ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION 0 CODIGO FOR-DO-02 PAGINA 2 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO









ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION 0 CODIGO FOR-DO-02 PAGINA 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

