Bogotá D.C 16 de diciembre de 2022

Señores
IDIGER
Atención: **Sr. Ivan Bautista Combita**
Supervisor
Dirección: Diagonal 47 No. 77A-09
Bogotá

Respetuoso saludo,

Con la entrega de los equipos objeto del contrato, se realiza la entregar las instrucciones (manuales) y/o catálogos del fabricante de uso de cada uno de los elementos suministrados con las hojas descriptivas y/o características técnicas de cada producto. Todo lo anterior debe venir en idioma español o inglés en formato digital e impreso y acompañados de una carta de recomendación del proveedor:

CARTA DE RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR

INTRODUCCIÓN

Los sensores entregados dentro del objeto del contrato y equipos de temperatura y humedad relativa HygroVUE™10, pluviómetro con corrección por intensidad 15189 Precipitation sensor according to Joss-Tognini, CS210 SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA INTERIORES, SENSOR DE DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO MaxiMet GMX200 y REGULADOR SS-20L -12V están diseñado para aplicaciones y ambientales y meteorológicas generales. Forman parte de una gama de sensores profesionales. Los sensores cuentan con un diseño de bajo altos estándares internacionales. Los sensores utilizan el protocolo de comunicaciones SDI-12, pulsos y salida análoga en voltaje para comunicarse con cualquier Datalogger, lo que simplifica el cableado y la programación.

PRECAUCIONES

Leer y entender los manuales hasta el final de cada uno de los sensores

Esto con el fin de entender la forma de conexión, instalación y manteniendo.

Al abrir el paquete de envío, no dañe ni corte la cubierta del cable. Si el daño a se sospecha del cable, consulte con un ingeniero de soporte de Acerta SAS.

los sensores y equipos son de materiales resistentes, pero se deben manejar como un instrumento científico de precisión.

Se de realizar una Inspección inicial teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

- Compruebe el embalaje y el contenido del envío. Si se produjeron daños durante el transporte, presente inmediatamente una reclamación. Comuníquese con Acerta SAS para facilitar la reparación o el reemplazo.
- Verifique la información del modelo con los documentos de envío para garantizar que se reciban los productos esperados y las longitudes de cable correctas. Los números de modelo se encuentran en cada producto.