	A	B	C	D	E	I	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	GRUPO 7. EQUIPO ODONTOLOGICO			UT DOTACION DISAN EJ ROTO 2019					ORBIDENTAL S.A.S.					REPRESENTACIONES A & D LTDA					LA MUELA SAS				
2				CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
3	No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO			
20			Accesorios adicionales a entregar:																				
21			9. Una (01) Fibra Óptica estándar entre 8mm a 11mm	X								X	NO SE EVIDENCIA ACCESORIOS ADICIONALES				X	NO SE EVIDENCIA ACCESORIOS ADICIONALES				X	NO SE EVIDENCIA ACCESORIOS ADICIONALES
22			1 Con Minimo 3 modos de trabajo	X					X								X	No se evidencia los tres modos de trabajo				X	No se evidencia los tres modos de trabajo
23			2. Potencia graduable y selector modo de trabajo digital o análogo	X					X					X								X	No se evidencia
24			2.1 Potencia de trabajo entre 3 a 20w	X					X								X	No se evidencia la forcuencia de trabajo				X	No se evidencia
25			2.2 Frecuencia de trabajo rango entre 25 kHz a 32 kHz	X					X							X		ACLARAR Ofrece un rango entre 28 KHz y 36 Khz	X				
26			3. Pieza de mano desmontable	X					X					X					X				
27			3.1 Esterilizable	X					X					X					X				
28	7.2	Piezoeléctrico	3.2 Pieza de mano con luz				X	NO SE EVIDENCIA PIEZA DE MANO CON LUZ REF: USP 100A	X					X								X	NO se evidencia
29			4 Alimentación electrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X								X	Se evidencia la tension electrica de 24 V a 32 V	X				
30			5. Tres (03) puntas intercambiables	X					X					X					X				
31			6. Filtro de agua				X	NO SE EVIDENCIA FILTRO DE AGUA				X	NO SE EVIDENCIA FILTRO DE AGUA				X	NO SE EVIDENCIA FILTRO DE AGUA	X				
32			7. Llave con torquímetro para las puntas	X					X					X					X				
33			8. Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X								X	No se evidencia	X				
34																							
35			TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO						SS. BUITRAGO [illegible] YIMMI ALEXANDER														
36			COMITE TÉCNICO EVALUADOR						COMITE TÉCNICO EVALUADOR														
37			SS. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO																				
38			COMITE TÉCNICO EVALUADOR						CT. LAURA TATIANA BORORQUEZ GONZALEZ COMITE TÉCNICO EVALUADOR														
39																							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	GRUPO 7. EQUIPO ODONTOLOGICO			LT DOTACION DIAN LIBRO 10 2023					ORIDENTAL S.A.S.					REPRESENTACIONES A & D LTDA					LA MUELA SAS				
2				CUMPLE					CUMPLE					CUMPLE					CUMPLE				
3	No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
4			1. Lámpara halógena	X					X					X					X				
5			1.1 Tecnología LED	X					X					X					X				
6			1.2 Liviana y fácil de operar	X					X								X	NO SE EVIDENCIA PESO DE LAMPARA OPTILIGHT CURE	X				
7			1.3 Digitalmente controlada	X					X					X					X				
8			1.4 Filtro protector de luz	X					X					X					X				
9			1.5 Con fibra óptica que pueda ser esterilizada en autoclave			X		ACLARAR NO SE EVIDENCIA EXTRACTIBILIDAD TECNICA	X					X					X				
10			2. Con mínimo tres modos de uso (estándar, rampa e intermitencia o pulsado)				X	NO SE EVIDENCIA LOS TRES MODOS DE USOS ESTANDAR , RAMPA E INTERMEDIA	X					X					X				
11			2.1 Intensidad de luz mayor o igual a 1000mw/cm2	X					X					X					X				
12			2.2 Con longitud de onda entre 420nm - 480nm	X					X					X					X				
13	7.1	Lámpara de Fotocurado	2.3 Tiempo de ajuste mínimo para 10s, 15s y 20s				X	NO SE EVIDENCIA LOS AJUSTES MINIMOS ESTABLECIDOS	X					X					X				
14			3. Bateria recargable de litio				X	NO SE EVIDENCIA BATERIA RECARGABLE DE LITIO	X					X					X				
15			4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X					X					X				
16			5. Base de cargador con indicador de carga	X					X					X					X				
17			6. Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC - 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X								X	NO SE EVIDENCIA ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA MAS LA FRECUENCIA DE 50HZ Y 60 HZ	X					
18			7. Una (01) Fibra Óptica	X					X					X						X				
19			8. Dos (02) Gafas de polimerización	X								X	NO SE EVIDENCIA LAS GAFAS DE POLIMERIZACION				X	NO SE EVIDENCIA GAFAS DE POLIMERIZACION				X	NO SE EVIDENCIA GAFAS DE POLIMERIZACION