GRUPO 5. COMPRESOR AIRE SECO			ATLAS COPCO					AYO				
			CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR			SI	NO	ACLARAR		
5.1	Compresor de aire seco	1 Libre de aceite				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO	X				
		2 Aire seco				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO	X				
		3 Tanque vertical y o horizontal de 200 litros o mas				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO				X	NO SE EVIDENCIA EL TIPO DE TANQUE
		4 Certificacion ISO 8573-1 CLASE 0 y o ISO 8573 de 2010 calidad de aire 1.2.1				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO	X				
		5 Nivel de ruido igual o inferior a 66 Db				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO				X	NO SE EVIDENCIA EL NIVEL DE RUIDO
		6 Con sistema de protección IP 55 y aislamiento de clase F				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO				X	NO SE EVIDENCIA EL SISTEMA DE PROTECCION IP
		7 Con sistema secado tambor				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO	X				
		8 Caudal nominal de 24 cfm a una presión de trabajo 100 PSI en un solo equipo				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO				X	NO SE EVIDENCIA EL CAUDAL DE 24 CFM
		9 Con filtro de entrada de aire de alto rendimiento que permita la eliminación de partículas de hasta 1 µm				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO				X	NO SE EVIDENCIA EL FILTRO DE AIRE
		10 Alimentación eléctrica de 220 VAC Trifasico				x	SE REQUIERE AL OFERENTE ACLARAR EL MODELO OFERTADO	X				

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. BANDONAL OSORIO
JOHN AURO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. BUITRAGO GARCIA YEIRI ALEXANDER
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

CT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
COMITE TÉCNICO EVALUADOR