GRUPO 6. ESTERILIZACION			ET ESTUFON																									
			CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO			
6.1	Autoclave Odontológico	1. Autoclave esterilizador clase B	X					X					X								X	NO SE EVIDENCIA CITA CARACTERISTICA REQUERIDA EN FORMULARIO No 01						X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		2. Cámara en acero inoxidable	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		2.1 Capacidad de la cámara desde 18 litros o más	X					X					X								X	NO SE EVIDENCIA CITA CARACTERISTICA REQUERIDA EN FORMULARIO No 01						X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		3. Display de visualización digital (presión, temperatura, tiempo de ciclo)	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		3.1 Programas de trabajo mínimo 4	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		3.2 Programa de prueba mínimo 2	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		3.3 Alarmas auditivas y visibles (puerta abierta, falla de temperatura, falla de presion, nivel insuficiente de agua)	X								X	NO SE EVIDENCIA CITA CARACTERISTICA REQUERIDA EN EL FORMULARIO N°01	X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		4. Con Impresora Térmica interna				X	NO SE EVIDENCIA CITA CARACTERISTICA REQUERIDA EN EL FORMULARIO N°01	X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		5. Que cumpla con la norma EN 13060:2004 para pequeños esterilizadores a vapor	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		6. Rack de bandejas en acero inoxidable	X					X					X							X		NO CUMPLE LO REQUERIDO EN FORMULARIO 01						X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		7. Cuatro (04) bandejas en acero inoxidable y/o aluminio	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		8. Sistema acondicionador de agua con el que el equipo pueda funcionar segun el fabricante				X	NO SE EVIDENCIA CITA CARACTERISTICA REQUERIDA EN EL FORMULARIO N°01	X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		9. Filtro bacteriano HEPA con el que el equipo pueda funcionar				X	NO SE EVIDENCIA CITA CARACTERISTICA REQUERIDA EN EL FORMULARIO N°01	X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		10. Elevador de voltaje con el que el equipo pueda funcionar, en caso que el equipo se alimente de 220VAC A 230VAC	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		11. Guarra (75) unidades de papel para la impresora	X					X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR
		12. Puerto de red Ethernet o RJ45 (opcional)				X	NO SE EVIDENCIA CITA CARACTERISTICA REQUERIDA EN EL FORMULARIO N°01	X					X					X									X	NO ANEXO FICHA TECNICA NI LISTADO GENERAL DEL EQUIPO A OFERTAR