	UNIDAD DE UNIDADES ODONTOLOGICAS		MT. TOTACION						UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC					ASISTENCIA TECNICA DENTAL					REPRESENTACIONES SAS					LA MESA													
			CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES				
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR			SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO							
4		1. De transporte	X					X					X					X					X					X								
5		2. Sistema de impresión en tinta (cromatográfica y inductiva)	X					X					X					X					X					X								
6		3. Sitio portátil adaptable funcional de cómo y material impermeable, con dimensiones mínimo	X					X					X					X					X					X								
7		3.1 Con conocimiento de manera (X) cuales consumidos en obturo y restauro			X		ACLARAR ANEXO TECNICO NO SE ANEXA FICHA TECNICA NI EVIDENCIA QUE SOLO TIENE TRES POSICIONAMIENTOS	X					X					X					X					X								
8		3.2 Con acero en acero inicial material				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X					X					X					X								
9		3.3 Con cuerpo hasta 150 litros / hora				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X					X					X					X								
10		4. Compresor de 50 L/min con presión máxima	X					X					X					X					X					X								
11		5. Motor con caja reductora	X					X					X					X					X					X								
12		6. Motor en con pieza manual de alta velocidad con lámpara con sistema de iluminación	X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X								
13		6.1 Compresor de aire con filtro de secado de 1 HP a 1.5 HP con presión Cuadros en delta filtro de aire para impresora y humedad				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X					X					X					X								
14		6.2 Presión mínima de 80 PSI Total de cada uno de a menor				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X					X					X					X								
15		6.3 Cuenta en 3 opciones con conexiones fijas rotativa, para de mano de alta, pieza de mano de baja y micromotor pieza baja	X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X					X					X								
16		6.4 Activación de compresor con motor de cada eléctrica	X					X					X					X					X					X								
17		6.5 Con Tanque de agua de 7 litros con regulador de presión de agua			X		ACLARAR ANEXO TECNICO No 20 Y EN LA FICHA TECNICA SE EVIDENCIA QUE LA CAPACIDAD DEL TANQUE ES DE 5.5 LITROS	X					X					X					X					X								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	GRUPO 3. ENSAYOS ODONTOLOGICAS			ESP. DOSIFICADOR					UNION TEMPORAL COLOMBIA DENTAL					ADITIVO DE RELLENO DENTAL					REPRESENTACIONES ABED						LA MUELA									
2				CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	RECUERDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR				CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR		
4	No.	NOMBRE ELEMENTO	CARTA DE OFERTA	SI	NO	ACLARAR			SI	NO				SI	NO				SI	NO					SI	NO				SI	NO			
18				X					X					X					X						X					X				
19				X					X					X					X						X					X				
20				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X											X				
21				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
22				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
23							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X						X						X					X				
24						X		ACLARAR CUANDO LA CARACTERISTICA DIFERENTE A LO SOLICITADO POR EL FORMULARIO TECNICO No. 03				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X										CONFORME A LA INFORMACION DEL EQUIPO OFRECIDO POR EL OFERENTE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD TODA VEZ QUE REVISADA LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO SE EVIDENCIA QUE NO				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA DEL TAPIZADO EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X			
25				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X									X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X						
26				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
27							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X						X								X		ESPECIFICAR, ESTABLECE UNA RETENIR POR BALANCE A ESTA ES DIFERENTE A LO [illegible]	X						
28							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X						X									X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	GRUPO 1. UNIDADES ODONTOLOGICAS			HT. OCTAGON					UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC					ASISTENCIA TECNICA DENTAL					REPRESENTACIONES ABC						LA MUELA					ORIENTAL				
2	Ítem	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
3				SI	NO	ACLARAR			SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO			
29			3. Movimiento mediante motores de accionamiento y funcionamiento de la silla y del escalón accionado desde el mando o controlado por el cable.				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X				
30			4. Lámpara de cuarzo o LED	X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
31			4.1 De dos o más intensidades	X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
32			4.2 Entre 5.000 a 20.000 lúxes	X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
33			4.3 Accionado desde la misma unidad al tacto o con el pedal	X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X						X					X				
34			4.4 Distancia focal entre 30 a 70 cm ajustable				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA DE DISTANCIA FOCAL EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
35			5. Motor de tipo universal con grupo reductor y/o gradero y/o tratamiento especial o sistema por cadena. Velocidad de 0 a 40.000 rpm.				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA DEL MODULO EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
36			5.1 Tipo sistema de manguera convencional (mangueras manuales o automáticas)	X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO						C								X		ESPECIFICAR, ESTABLECE UN SISTEMA DE COMBIN Y SE REQUIERE HOMOLOGAR EL SOLICITADO POR EL ANEXO TECNICO No.10	X				
37			5.2 Servicio de agua de alta velocidad con boton habilitador en el mando con su respectiva unidad de regulación en la caja de unidad o consolas, agua de baja accionada de manera pedal con respectiva unidad de regulación en la caja de unidad o consolas)	X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X									X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	ESPECIFICAR ITEM
38			5.3 Con mínimo tres servicios: agua de alta, baja de alta y baja RPM				X	NO SE EVIDENCIA LOS TRES SERVICIOS EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X					X				
39			5.4 Manguera con conexión tipo cardan metálico				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X									X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X				

	A	B	C	D	E	F	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	GRUPO 5. OFTALMICA, TECNOLOGIA CLINICA			SIT. DOTACION					SISTEMA TEMPORO MANDIBULAR, GOLDMAN MEDIC						ASESORIA TECNICA DENTAL				REPRESENTACIONES A&D					LA MURLA					FARMATIN					
2				CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES		CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
3	No.	RENGLON ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR			SI	NO					SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO			
40	3.1	Anillar electromagnetico fijo	3.1 Juego de pesas ranuradas con pomo antimagnetico				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X				NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X				
41			3.2 Cantidad para calibracion semanal				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X				NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X				
42			3.3 Juegos para calibracion quincenal				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X					X					
43			3.4 Control flujo de agua para pieza de mano y regulador de presion aire				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X				NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X				
44			4. Pocopiloro de maxilar portatil para frotis y terminales	X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA
45			4.1 Cordon de cobre digital de 4 metros, con pin para toma de presion de micromotor y dispensadora de agua				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X				NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA
46			4.2 Tips o conectores para cordon				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X				NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X				
47			4.3 Conector de cobre de agua con cuerpo antimicrobial y conservante, de tres entradas con empaque				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X				NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA
48			4.4 Conector de agua para tercera de agua con pomo rosca antimicrobial				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X				-				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA
49			5. Pulsos de anestesia intraoseosa para profesional izquierdo derecho				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO		X					X					X				NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1	GRUPO B. VIVIENDAS ODONTOLOGICAS			UT. DOCACION					ORNOA TEMPORAL COLOMBIA MAS					AUDITORIA TECNICA AUTORAL						REPRESENTACIONES MLC						LA MUSA						ORIGINAL					
2				CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES				
3	No.	NOMBRE DEL EQUIPO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR			SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO							
50							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					
51							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					
52							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MATERIO OFERTADO	X							X		ESPECIFICAR EQUIPO OFERTADO ESTABLECE UN MATERIAL DIFERENTE A LO SOLICITADO POR EL ANEXO TECNICO Nº 10				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					
53							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X								X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					
54							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X						X						
55							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X						X						
56							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X						X						
57				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MATERIO OFERTADO	X					X						X						X						
58				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X						X						X						
59												X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO																								
60				X								X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X									X	NO SE EVIDENCIA LOS ACCESORIOS ADICIONALES				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					
61							X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	SE REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X									X	NO SE EVIDENCIA LOS ACCESORIOS ADICIONALES				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					

GRUPO II. CRITERIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS			SRC. SECTRALIA					UNIDAD TEMPORAL COLOMBIANA MEXICO					MUNICIPALIA TECNICA ESPECIAL					REPRESENTANTE LEGAL					LA MORELA									
No.	NOMBRE O CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
			SI	NO	ACLARAR			SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO			
						X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	LA REQUIERE ESPECIFICAR MODELO OFERTADO	X					X					NO SE EVIDENCIA LOS ACCESORIOS ADICIONALES			X		NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X							
		1. Libre de uso	X					X					X					X						X					X			
		2. Garantía	X					X					X					X						X					X			
		3. Tanque mínimo de 2 litros de agua	X					X					X					X						X					X			
		4. Potencia 1100 Watts	X					X					X					X						X					X			
		5. De empaque o sello	X					X					X					X						X					X			
		6. Nivel de ruido aproximado a 77 Db	X					X					X					X						X					X			
		7. Voltaje de operación	X					X					X					X						X					X			
		8. Regulador de presión y flujo de aire de 0 a 20 PSI	X					X					X					X						X					X			
		9. Cumple con el peso de agua y volumen para el mezclado				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA DE LA TRAMPA DE AGUA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA DE LA TRAMPA DE AGUA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X					X					NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA DE LA TRAMPA DE AGUA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA				X	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA TECNICA DE LA TRAMPA DE AGUA EN LA FICHA TECNICA OFERTADA	X							
		10. Mantenimiento preventivo de 250 horas, Humedad de 10 a 20 %	X					X					X					X						X					X			

CC. FREDDY MONTENEGRO PAQUI
COMITE TECNICO EVALUADOR

CC. LUIS CRISTIAN DOMINGUEZ GONZALEZ
COMITE TECNICO EVALUADOR

SR. RUFFADO GARCIA YAMM FULVANELO
COMITE TECNICO EVALUADOR