	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	GRUPO 14. DIGITALIZADOR			REM EQUIPOS INGENIERIA MEDICA								
2				CUMPLE								
3	No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES				
12			4.5 Hardware para almacenamiento y ejecución del sistema de imágenes dicom de imagen con Procesador de velocidad 4.0 Ghz o superior, memoria RAM de 8GB o superior, disco duro de mínimo 5TB, 02 Tarjetas de red de 10-100Mbps				X	Precisar el equipo que hará las veces de sistema de almacenamiento de imagenes medicas, independiente a la consola de procesamiento de imagen del digitalizador				
13			5. Alimentación 110-120VAC 50-60HZ	X								
14			6. Con estacion de trabajo	x								
15			6.1. Con Procesador de velocidad mínima de 2.0 Ghz o superior, memoria RAM mínima de 4GB, grabadora de CD/DVD, disco duro de mínimo 500GB, Tarjeta de red de 10-100Mbps.				X	No se evidencia tarjeta de red de 10-100Mbps.				
16			6.2. Monitor de 19" de 2 Mpx, teclado alfanumérico y mouse				X	No se evidencia teclado alfanumérico y mouse				
17			7. Cassette o chasis con pantalla de Fósforo en tamaños: 35 cm x 43 cm (14"X17") cantidad 1; 10"X12" cantidad 1; 8"X10" cantidad 1.			X		Aclarar tamaño 9"x12" y 7"x9"				
18			8. UPS de 1 Kva o mas con autonomía de 1 hora o mas				X	No se evidencia UPS de 1 KVA				
19												
20												
21	TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO					SS. BUITRAGO GARCIA YIMMI ALEXANDER						
22	COMITE TÉCNICO EVALUADOR					COMITE TÉCNICO EVALUADOR						
23												
24	SS. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO					OT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ						
25	COMITE TÉCNICO EVALUADOR					COMITE TÉCNICO EVALUADOR						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	GRUPO 14. DIGITALIZADOR			REM EQUIPOS INGENIERIA MEDICA								
2				CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES				
3	No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO							
4			1 Digitalizador CR	X								
5			2 Resolución mínimo 10 pixeles/mm			X		Aclarar resolución				
6			3. Velocidad de procesamiento en alta resolución de mínimo de 32 pph en tamaño de 35 X 43 cm	X								
7			4. Herramienta DICOM del Software que permita:									
8			4.1 Registro de paciente con aplicación de filtros para búsqueda				X	No se evidencia registro de paciente con aplicación de filtros para busqueda				
9			4.2 Worklist – lista de trabajo				X	No se evidencia				
10			4.3 Herramienta de procesamiento mínimas para manipulación de la imagen tales como: escala de grises, modificación de brillo y exposición, que permita hacer anotaciones o comentarios, recorte de imagen, ajuste de imagen, impresión DICOM y grabado de CD para visualizador	X								
11	14.1	DIGITALIZADOR	4.4 Sistema de almacenamiento de imágenes médicas que permita la gestión de las mismas como envío, recepción de imágenes dicom a cualquier nodo así mismo, acceso mínimo de 4 usuarios, donde el estado del estudio se actualice según el flujo, reportes médicos, aplicación de filtros en varios campos, impresión DICOM, DICOM storage SCU y SCP Herramienta de impresión, desde consola del digitalizador				X	Precisar el equipo que hará las veces de software que sera el encargado de almacenamiento de imagenes medicas, independiente a la consola de procesamiento de imagen del digitalizador				