GRUPO 10. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO			AYD					ORBIDENTAL					UT DOTACION				
			CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO				SI	NO				SI	NO			
10.1	**Kit Instrumental Básico Odontológico**	1. Sea fabricado en acero quirúrgico de alto grado, no revestido	X					X					X				
		2. Sumergible en líquidos de esterilización y 100% resistente a la corrosión	X					X					X				
		3. Presentar certificado ORIGINAL de fabricante que demuestre de calidad, dureza y pasivación, terminado mate y/o brillante	X					X					X				
		4. Mango de espejo bucal plano de 12 a 14 cm (+/-10%)	X					X					X				
		5. Unidades espejos plano No. 3 o No. 5 compatible al mango	X					X					X				
		6. Explorador dental, doble extremo, mango liviano de 8 mm, longitud 17.5 cm (+/-10%)	X					X					X				
		7. Pinza, algodonera, punta útil angulada a 60º, longitud 15 cm (+/-10%)	X					X					X				
		8. Sonda periodontal, doble punta útil angulada, con graduación de 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10, mango liviano de 8 mm, longitud 17.5 cm (+/-10%)	X					X					X				
		9. Cucharilla dental, doble punta, mango liviano de 8 mm, longitud 17.5 cm (+/-10%)	X					X					X				

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. BUITRAGO GARCIA YIMMI ALEXANDER
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

CT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
COMITE TÉCNICO EVALUADOR