GRUPO 12. MOBILIARIO HOSPITALARIO			INCEB					UT EQUIPOS MEDICOS					UT DOTACION				
			CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO				SI	NO				SI	NO			
12.1	Carro de Paro	1. Mueble en material sintético resistente PVC/ABS y/o COLD-ROLLED	X					X					X				
		2. Marco interno o estructura de aluminio extruido anodizado o acero inoxidable		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		3. Provisto de mínimo 4 gavetas con mecanismo de seguridad	X					X					X				
		4. Gavetas con divisiones y/o compartimentos para medicamentos.	X					X					X				
		5. Que se pueda abrir en su totalidad		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		6. Dimensiones: (60 cms ancho, 105 cms alto, 50 cms profundidad)* se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms	X					X					X				
		7. Soporte para monitor	X					X					X				
		8. Manejo de sujeciones para traslado	X										X				
		9. Adaptables para almacenamiento de diferentes elementos		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		10. Cuatro ruedas giratorias con freno en dos de ellas, para facilitar su movilización	X					X					X				
		11. Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y lo protejan	X					X					X				
		12. Ruedas en material antideslizante, antiestático		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		13. Atril graduable para líquidos	X					X					X				
		14. Tabla para masaje cardiorrespiratorio en material sintético lavable y resistente	X					X					X				
		15. Soporte para bala de oxigeno de 1m3	X										X				
		16. Sistema eléctrico para conexión de equipos médico con alimentación de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		17. Clavija eléctrica de grado hospitalario		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		18. Cable AC debe estar recubierto de material resistente, de fácil limpieza que proporcione protección contra derrame accidental de fluidos.		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		19. La longitud del cable AC no debe ser menor a 3 metros.		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
12.2	Camilla de Recuperación y Transporte	1. Capacidad de peso mínima 150 kg	X					X					X				
		2. Barandas laterales abatibles y retractiles	X					X					X				
		3. Movimientos hidráulicos y neumáticos	X					X					X				
		4. Atril para líquidos endovenosos.	X					X					X				
		5. Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla	X					X					X				
		6. Espacio para pertenencias del paciente		X		X	NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		7. Manijas para facilitar el traslado	X					X					X				
		8. Dispositivo de sujeción del paciente		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		9. Soporte para bolsas de drenaje		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		10. Dirección y freno en los laterales de la camilla en ambos lados.		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		11. Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos	X					X					X				
		12. Ruedas de caucho y/o material sintético		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		13. Dimensiones de la camilla (largo 190 cms, ancho 75 cms) * Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.	X					X					X				
		14. Colchoneta antiescaras en material que permita los procesos de limpieza y desinfección		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		14.1 Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego	X					X					X				
		14.2 Espuma interna de alta densidad	X					X					X				
12.3	Diván Examen Fijo	1. Superficie de un (1) plano tapizada en cordobán, color negro	X					X					X				
		2. Estructura en tubería redonda	X					X					X				
		3. Cuatro tapones plásticos externos	X					X					X				
		4. Capacidad de carga mínima 120 kgs	X					X					X				
		5. Acabado general en pintura electrostática, color blanco hueso	X					X					X				
		6. Dimensiones: (largo 1.80 mts , ancho: 0.90mts alto : 0.70 cms) * Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
12.4	Mesa Auxiliar de Curaciones	1. Estructura tubular redonda metálica de acero inoxidable	X					X					X				
		2. De dos niveles.	X					X					X				
		3. Montada sobre cuatro ruedas	X					X					X				
		4. Dimensiones: (alto 80 cms., largo 60 cms., ancho 45 cm) * se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms	X					X					X				
12.5	Escalerilla de dos pasos	1. Estructura tubular metálica de cold-rolled de dos pasos recubiertos en estructura ABS	X					X					X				
		2. Tacones en caucho	X					X					X				
		3. Acabado general en pintura electrostática color blanco hueso y/o cromada	X					X					X				
		4. Capacidad de carga 110 kg		X			NO CUMPLE, NO SUBSANO LO REQUERIDO	X					X				
		5. Dimensiones : (0.25 mts ancho x 0.35 mts largo x 0.42 mts alto) * se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-5 cms	X					X					X				