GRUPO 14. DIGITALIZADOR			REM EQUIPOS INGENIERIA MEDICA				
			CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO			
14.1	DIGITALIZADOR	1. Digitalizador CR	X				
		2. Resolución minimo 10 pixeles/mm		X			NO CUMPLE, NO ACLARO RESOLUCION DEL EQUIPÓ
		3. Velocidad de procesamiento en alta resolución de mínimo de 32 pph en tamaño de 35 X 43 cm	X				
		4. Herramienta DICOM del Software que permita:					
		4.1 Registro de paciente con aplicación de filtros para búsqueda		X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIO REGISTRO DE PACIENTE CON APLICACIÓN DE FILTROS PARA BÚSQUEDA
		4.2 Worklist – lista de trabajo		X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIO CARACTERISTICA WORKLIST – LISTA DE TRABAJO
		4.3 Herramienta de procesamiento mínimas para manipulación de la imagen tales como: escala de grises, modificación de brillo y exposición, que permita hacer anotaciones o comentarios, recorte de imagen, ajuste de imagen, impresión DICOM y grabado de CD con su ejecutable.	X				
		4.4 Sistema de almacenamiento de imágenes médicas que permita la gestión de las mismas como envío, recepción de imágenes dicom a cualquier nodo así mismo, acceso mínimo de 4 usuarios, donde el estado del estudio se actualice según el flujo, reportes médicos, aplicación de filtros en varios campos, impresión DICOM, DICOM storage SCU y SCP Herramienta de impresión, desde consola del digitalizador		X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIO EL EQUIPO QUE HARÁ LAS VECES DE SOFTWARE QUE SERÁ EL ENCARGADO DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES MÉDICAS, INDEPENDIENTE A LA CONSOLA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN DEL DIGITALIZADOR
		4.5 Hardware para almacenamiento y ejecución del sistema de imágenes dicom de imagen: con Procesador de velocidad 4.0 Ghz o superior, memoria RAM de 8GB o superior, disco duro de mínimo 5TB, 02 Tarjetas de red de 10-100Mbps.		X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIO EL EQUIPO QUE HARÁ LAS VECES DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES MÉDICAS, INDEPENDIENTE A LA CONSOLA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN DEL DIGITALIZADOR
		5. Alimentación 110-120VAC 50-60HZ	X				
		6. Con estacion de trabajo:	X				
		6.1. Con Procesador de velocidad mínima de 2.0 Ghz o superior, memoria RAM mínima de 4GB, grabadora de CD/DVD, disco duro de mínimo 500GB, Tarjeta de red de 10-100Mbps.		X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIO TARJETA DE RED DE 10-100 MBPS
		6.2. Monitor de 19" de 2 Mpx, teclado alfanumérico y mouse		X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIA TECLADO ALFANUMERICO Y MOUSE
		7. Cassette o chasis con pantalla de Fósforo en tamaños: 35 cm x 43 cm (14"X17") cantidad 1; 10"X12" cantidad 1; 8"X10" cantidad 1.		X			NO CUMPLE CON TAMAÑO 9"x12" y 7"x9"
		8. UPS de 1 Kva o mas con autonomía de 1 hora o mas		X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIA UPS DE 1 KVA

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. BUITRAGO GARCIA YIMMI ALEXANDER
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

CT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
COMITE TÉCNICO EVALUADOR