GRUPO 7. EQUIPO ODONTOLOGICO			UT DOTACION DISAN EJERCITO 2019					ORBIDENTAL S.A.S.					REPRESENTACIONES A & D LTDA					LA MUELA SAS				
			CUMPLE					CUMPLE					CUMPLE					CUMPLE				
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	SI	NO	ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
7.1	**Lámpara de Fotocurado**	1. Lámpara inalámbrica	X					X					X					X				
		1.1 Tecnología LED	X					X					X					X				
		1.2 Liviana y fácil de operar	X					X					X					X				
		1.3 Digitalmente controlada	X					X					X					X				
		1.4 Filtro protector de luz	X					X					X					X				
		1.5 Con fibra óptica que pueda ser esterilizada en autoclave		X			NO CUMPLE, NO ACLARO CARACTERISTICA TECNICA REQUERIDA	X					X					X				
		2. Con mínimo tres modos de uso (estándar, rampa e intermitencia o pulsado)		X			NO CUMPLE, NO ACLARO CARACTERISTICA TECNICA REQUERIDA	X					X					X				
		2.1 Intensidad de luz mayor o igual a 1000mw/cm2	X					X					X					X				
		2.2 Con longitud de onda entre 420nm - 480nm	X					X					X					X				
		2.3 Tiempo de ajuste mínimo para 10s, 15s y 20s		X			NO CUMPLE, NO ACLARO CARACTERISTICA TECNICA REQUERIDA	X					X					X				
		3. Batería recargable de litio		X			NO CUMPLE, NO ACLARO CARACTERISTICA TECNICA REQUERIDA	X					X					X				
		4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X					X					X				
		5. Base de cargador con indicador de carga	X					X					X					X				
		6. Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X					X					X				
		7. Una (01) Fibra Óptica	X					X					X					X				
		8. Dos (02) Gafas de polimerización	X					X					X					X				
		Accesorios adicionales a entregar:																				
		9. Una (01) Fibra Óptica estándar entre 8mm a 11mm	X					X					X					X				
7.2	**Piezoeléctrico**	1.Con Mínimo 3 modos de trabajo	X					X					X					X				
		2. Potencia graduable y selector modo de trabajo digital o análogo	X					X						X			NO SE EVIDENCIA SELECTOR MODO DE TRABAJO DIGITAL O ANALOGO EN CATALOGO ANEXADO	X				
		2.1 Potencia de trabajo entre 3 a 20w	X					X						X			NO SE EVIDENCIA POTENCIA DE TRABAJO GRADUABLE EN EL RANGO REQUERIDO	X				
		2.2 Frecuencia de trabajo rango entre 25 kHz a 32 kHz	X					X						X			NO SE EVIDENCIA FRECUENCIA DE TRABAJO REQUERIDA	X				
		3. Pieza de mano desmontable	X					X					X					X				
		3.1 Esterilizable	X					X					X					X				
		3.2 Pieza de mano con luz		X			NO CUMPLE, NO ACLARO CARACTERISTICA TECNICA REQUERIDA	X						X			NO SE EVIDENCIA PIEZA DE MANO CON LUZ	X				
		4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X					X					X				
		5. Tres (03) puntas intercambiables	X					X					X					X				
		6. Filtro de agua		X			NO CUMPLE, NO ACLARO CARACTERISTICA TECNICA REQUERIDA	X					X					X				
		7. Llave con torquimétro para las puntas	X					X					X					X				
		8. Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X					X					X				

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. BUITRAGO GARCIA YIMMI ALEXANDER
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

CT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
COMITE TÉCNICO EVALUADOR