GRUPO 8. UNIDADES ODONTOLOGICAS			UT. DOTACION					UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC					ASISTENCIA TECNICA DENTAL					REPRESENTACIONES A&D					LA MUELA					ORBIDENTAL				
			CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE		ACLARAR	REQUERIDO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR			SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO				SI	NO			
8.1	Unidad Odontológica Portátil	1. De transporte	X					X					X					X					X					X				
		2. Maleta de transporte en lona impermeable y rodachines	X					X					X					X					X					X				
		3. Sillón portátil plegable, tapizado en lona y espuma impermeable, con descansa brazos	X					X					X					X					X					X				
		3.1 Con posicionamiento de mínimo (4) cuatro posiciones en altura y reclinación	X					X					X					X					X					X				
		3.2 Estructura en acero tubular redondo	X					X					X					X					X					X				
		3.3 Que soporte hasta 150 kilos o más	X					X					X					X					X					X				
		4. Lámpara de luz LED fría con ubicación lateral	X					X					X					X					X					X				
		5. Butuco o silla plegable para profesional	X					X					X					X					X					X				
		6. Módulo en caja plástica resistente al impacto, con respectiva marcación	X						X			No subsanó la información solicitada	X						X			NO SE EVIDENCIA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE	X					X				
		6.1 Compresor de aire seco libre de aceite de 1 HP a 1.5 HP, con pistón y anillos en teflón, filtro de aire para impurezas y humedad.	X					X					X					X					X					X				
		6.2 presión mínima de 80 PSI, Nivel de ruido 69 dB o menor	X					X					X					X					X					X				
		6.3 Conste de 3 servicios con conexiones tipo borden: pieza de mano de alta, pieza de mano de baja o micromotor, jeringa triple.	X						X			No subsanó la información solicitada	X					X					X					X				
		6.4 Activación de compresor por medio de pedal eléctrico	X					X					X					X					X					X				
		6.5 Con Tanque de agua de 1 litro y con regulador de presión de agua		X			Se evidencia mejora de oferta en razón que en la ficha tecnica que se presentó en a oferta inicial se evidenciaba la capacidad del tanque de 1/2 litro	X					X					X					X					X				
		7. Escupidera y bandeja para instrumental en acero inoxidable o policarbonato de alto impacto	X					X					X					X					X					X				
		8. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X					X					X					X					X				
8.2	Unidad Odontológica Fija	1. Estructura en acero, recubiertos por pintura en polvo electrostática color blanco	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X										X				
		1.1 Base anti deslizable (no anclaje al piso)	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		1.2 Caja de conexión externa	X						X			No especificó el modelo ofertado	X						X			NO CUMPLE SE EVIDENCIA EN EL ENLACE URL QUE TIENE LA CAJA DE CONEXIÓN INTERNA, INCORPORADA A LA BASE	X					X				
		1.3 Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		2. Sillón tapizado en cordobán, color a elección de la entidad		X			Se evidencia una mejora de oferta en razón que en la ficha tecnica presentada con la oferta inicial, se evidenciaba tapizado terminado en vinilo sintético marca Proquinal			X			No especificó el modelo ofertado	X						X			NO SE EVIDENCIA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE		X			No subsanó la información solicitada	X				
		2.1 Libre de costuras, con espuma de alta densidad, de fácil limpieza	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		2.2 Dos brazos de soporte para paciente, uno o dos de los brazos fijos y/o escualizables	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		2.3 Reposacabezas biarticulado o escualizables	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No cumple en razón que establece un sistema por palanca	X				
		2.4 Sillón de paciente que soporte peso no menor a 180kg	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		3. Movimiento mediante motores de ascenso y descenso de la silla y del espaldar accionado desde el modulo o controlado por el pedal.	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		4. Lámpara luz blanca LED	X						X			No especificó el modelo ofertado	X						X			NO CUMPLE SE EVIDENCIA EN EL ENLACE URL QUE TIENE BOMBILLO ALOGENO H3	X					X				
		4.1 De dos o tres intensidades	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		4.2 Entre 8.000 a 30.000 luxes	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		4.3 Accionada desde si misma desde el modulo o por el pedal	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		4.4 Distancia focal entre 60 a 70 cm sin sombra	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		5. Modulo dental con brazo articulable y/o giratorio y/o tratamiento neumático (activado por botón colocado bajo la unidad)	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		5.1 Tipo soporte de mangueras convencional (holders manuales o automaticos)	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No cumple en razón que establece un sistema de colibri y se requiere holders	X				
		5.2 Servicio de eyector de alta, accionado mediante holder automático en el módulo con su respectiva válvula de regulación en la caja de abastos o conexiones; eyector de baja accionado mediante pedal con respectiva válvula de regulación en la caja de abastos o conexiones.	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		5.3 De mínimo tres servicios: pieza de alta, pieza de baja y jeringa triple	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		5.4 Mangueras con conexión tipo borden metálico	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		5.5 Jeringa triple incluida con punta esterilizable	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		5.6 Controles para sillón y/o lámpara.	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		5.7 Bandeja porta instrumentos removible	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		5.8 Control flujo de agua para pieza de mano y regulador de presión aire	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		6. Escupidera de material porcelana blanca, desmontable	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		6.1 Con llave y/o control digital desde el modulo y/o pedal para el lavado de escupidera y dispensadora de agua	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		6.2 Filtro o canastilla para solidos	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		6.3 Conductos de salida de agua escupidera desmontables, en acero inoxidable y autoclavables o conductos de fácil limpieza y/o asepsia.	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		6.4 Conducto de agua para llenado de vasos con porta vasos, desmontables	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		7. Butaca de contacto permanente para profesional (regulación lumbar)	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		7.1 Con altura ajustable ascenso y descenso por pistón	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		7.2 Presurizado o elevación a gas	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		7.3 Tapizado en cordobán libre de costuras, color a elección de la entidad	X						X			No especificó el modelo ofertado	X						X			NO SE EVIDENCIA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE		X			No subsanó la información solicitada	X				
		7.4 Ruedas de poliuretano extra suave de fácil deslizamiento	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		8. Tanque reservorio 1000 ml	X						X			No especificó el modelo ofertado	X						X			NO CUMPLE YA QUE EL EQUOPO VIENE CON UN TANQUE DE 1300 Ml	X					X				
		9. Jeringa triple auxiliar con punta esterilizable en autoclave	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		10. Pedales y/o mandos	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		11. Caja de conexión externa	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		12. Bandeja porta instrumental	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X					X					X				
		Accesorios adicionales a entregar:							X			No especificó el modelo ofertado																					
		13. Una (1) unidad o sistema o pack de repuesto para la lámpara	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		14. Un (01) tanque reservorio 1000 ml	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		15. Un (01) Jeringa triple auxiliar con punta esterilizable en autoclave, adicional a la que trae el equipo.	X						X			No especificó el modelo ofertado	X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
8.3	Compresor Odontologico	1. Libre de aceite	X					X					X					x					X					X				
		2. Aire seco	X					X					X					X						X			No subsanó la información solicitada	X				
		3. Tanque vertical u horizontal de 24 litros o más	X					X					X					x					X					X				
		4. Potencia 1.5 HP o más	X					X					X					X					X					X				
		5. De un pistón o más	X					X					X					X					X					X				
		6. Nivel de ruido igual o inferior a 85 Db	X					X					X					X					X					X				
		7. Con válvula de seguridad	X					X					X					X					X					X				
		8. Regulador de presión y llave de paso de ¼" NPT	X					X					X					X					X					X				
		9. Con sistema trampa de agua y válvula para drenaje		X			No subsanó la documentación donde se evidencia la especificación termica		X			No subsanó la información solicitada	X						X			NO SE EVIDENCIA CARACTERISTICA TECNICA EN MANUAL ANEXADO		X			No subsanó la información solicitada	X				
		10. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X					X					X					X					X					X				

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. BUITRAGO GARCIA YIMMI ALEXANDER
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

CT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
COMITE TÉCNICO EVALUADOR