

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MAJA01.02.01.18.P06.F03	
	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA	VERSIÓN 1
	FORMATO ADENDA	FECHA APROBACIÓN 12/sep/2011

ADENDA No. 1

El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Salud Pública, en desarrollo del Proceso de PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 4145.010.32.1.0507- 2023, cuyo objeto es: Adquirir materiales, insumos y reactivos en el proceso de toma de muestras de aguas y alimentos en desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento de las acciones de inspección, Vigilancia y Control en Santiago de Cali Ficha BP-26002955”, se permite expedir la presente ADENDA, previas las siguientes consideraciones:

- a. Que el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Salud Pública dio apertura al proceso de selección de mínima cuantía No. 4145.010.32.1.0507-2023, el día 24 de marzo de 2023.
- b. Que durante el plazo establecido para presentar observaciones se recibieron observaciones, a las cuales se dio respuesta oportuna, generando dicha respuesta modificar los requisitos de habilitación técnica y especificaciones técnicas contenidos en el numeral 4.7.2. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, subnumeral 4.7.2.2. CERTICADOS DE FICHAS DE SEGURIDAD, el ITEM 2, del numeral 2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS del complemento a la invitación y el ANEXO 1 PROPUESTA ECONÓMICA.
- c. Que en cumplimiento a los principios contractuales consagrados en la ley 80 del 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011 y lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política, se procede a modificar el numeral 4.7.2. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, subnumeral 4.7.2.2. CERTICADOS DE FICHAS DE SEGURIDAD, el ITEM 2, del numeral 2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS del complemento a la invitación y el ANEXO 1 PROPUESTA ECONÓMICA. Los cuales quedarán de la siguiente forma:

4.7.2.2. CERIFICADOS Y FICHAS DE SEGURIDAD

Los productos ofertados deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y en el anexo técnico No1 formato en Excel. Para ello el Proponente debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas de los productos ofertados y fichas de seguridad. Los certificados de análisis deberán aportarse posterior a la adjudicación del contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO ADENDA	MAJA01.02.01.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	12/sep/2011

El proponente deberá presentar certificación escrita que cumplirá con lo estipulado en el anexo técnico No 1 formato en Excel, ítem Requerimiento Técnico en donde se determina el tiempo de vencimiento del producto, el cual será contado a partir de la fecha de entrega de los mismos por parte del contratista al Almacén General de la Secretaría Distrital de Salud de Cali.

El proponente deberá garantizar su responsabilidad por todos los gastos de transporte, seguros nacionales e Internacionales y gastos de importación así como de la entrega de los insumos en plaza y en perfectas condiciones de empaque y almacenamiento en el Almacén de la SSPM. Lo anterior deberá certificarse por escrito por parte del proponente.

2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ANEXO 1					
ITEM	INSUMO	PRESENTACION	CANTIDAD	REFERENCIA	REQUERIMIENTO TECNICO (Fecha de vencimiento, ficha técnica y/o seguridad, temperatura)
1	Reactivo Spectroquant® Cl2 -1 test de cloro metodo fotometrico	Frasco por 400 Test	3	1000870001	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
2	Solucion de Hipoclorito de sodio grado reactivo (6-14% de cloro activo)	Frasco Plastico de 500mL hasta 2,5 L	1		Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
3	Yoduro de potasio	frasco Plastico por 50g	1	1050440050	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
4	Tiosulfato de Sodio 0,1 N	Frasco plastico de 1 L	2	1091471000	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento superior a 6 meses

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO ADENDA	MAJA01.02.01.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	12/sep/2011

5	Cianuro de potasio 97%	Frasco plastico 100g	1	1049670100	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
6	Dicromato de potasio 99%	Frasco plastico 250g	1	1049520250	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
7	Nitrito de sodio 99%	Frasco plastico 50g	1	1065460050	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
8	Sulfuro de potasio	Frasco plastico 250g	1	1051340250	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
9	Bromo 99,5%	Frasco por 50 ml	1	1019480050	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
10	Algodón	Paquete por 100 g	10	NA	Antiséptico, no esteril, no reutilizable
11	Alcohol antiséptico 70%	Frasco por 3800 ml	11	NA	ficha de seguridad fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
12	Iodo	Frasco de vidrio 50g	1	1047630050	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
13	Peroxido de hidrogeno	Frasco 250ml	1	1072980250	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
14	Acido acetico	Frasco 250 ml	1	5438080250	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
15	Cartuchos para vapores acidos	Cartucho	1	6003	Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no mas de 500 p.p.m de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.
16	Almidon	Frasco por 100 g	1	1012520100	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO ADENDA	MAJA01.02.01.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	12/sep/2011

17	Yoduro de zing	Frasco por 100 g	1	1088280100	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
18	Kit estandar de referencia para equipo merck move	Maletin Plastico	3	1193010001	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
19	Set de estandar de calibracion TURBIQUANT 1500 IR	caja de carton por 3 viales	1	1183280001	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
20	Solucion buffer estandar pH 7 (incolore)	Frasco por 1 l	6	1094391000	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
21	Solucion buffer estandar pH 4	Frasco por 500 ml	6	1094750500	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
22	Solucion buffer pH 10	Frasco por 500 ml	6	1094000500	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
23	Estandar conductividad	Paquete por 10	1	1100710	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
24	Gorros tipo oruga	caja por 100	5		Material desechable resortado
25	Insumos para toma de muestras Whirl-pak con tiosulfato de sodio capacidad de 300 mL	Caja por 100	10	292602	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, material polietileno esteril
26	Spectroquant cloro X 1200 test- (0,010-6,00MG/L)	Caja por 1200 Test	2	1005980001	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
27	Test en cubetas PH X 280 TEST - 1.01744.0001	Caja por 280 Test	2	1017440001	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO ADENDA	MAJA01.02.01.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	12/sep/2011

28	Photocheck Spectroquant (445/446nm, 520/525 nm, and 690 nm) Ref. 1.14693.0001	caja por 1 set	1	1146930001	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
29	caja de herramientas de 22 pulgadas	Caja plastica. Largo 15,7 cm Ancho 30,4 cm , Alto 12,7 cm peso 2,7 kg .	2	N/A	plastica, lavable, cin manija para carga, sistema de cierre
30	Frascos lavadores de plastico	Frasco plastico por 500 ml	4	N/A	Ficha tecnica
31	Cloruro de potasio 3 mol/L	Frasco plastico 250 ml	5	1048170250	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses
32	Pruebas de desempeño para cloro residual-agua potable	A 2.2 mL concentrate for determination of Residual Free Chlorine and Total Residual Chlorine. at Drinking Water A Each ampule produces 2 liters of sample. Residual Free Chlorine 0.5 - 3.0 mg/L Total Residual Chlorine 0.5 - 3.0 mg/L Supplied in duplicate	2	N/A	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses 2 envios anuales, acceso a la plataforma con codigo de usuario y clave, descripcion e instrucciones de manejo , envio de resultados
33	Prueba de desempeño para pH (pH5 a 10)- agua potable	A 250mL sample for determination of pH without dilution. at Drinking Water pH 5.0 - 10.0 units Supplied in duplicate	2	N/A	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses 2 envios anuales, acceso a la plataforma con codigo de usuario y clave, descripcion e instrucciones de manejo , envio de resultados
34	pruebo de desempeño para turbiedad- agua potable	A 21 mL concentrate for determination of Turbidity. at Drinking Watrr Each ampule produces 2 liters of sample. Turbidity 0.5 - 8.0 NTU Supplied in duplicate	2	N/A	Con certificado de analisis, ficha de seguridad, fecha minima de vencimiento de 6 a 12 meses 2 envios anuales, acceso a la plataforma con codigo de usuario y clave, descripcion e instrucciones de manejo , envio de resultados

Los demás aspectos y condiciones de la presente selección, que no se modifican a través de la presente ADENDA, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MAJA01.02.01.18.P06.F03	
	VERSION	1
	FECHA APROBACIÓN	12/sep/2011

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMATO ADENDA

Que para efectos de legalidad, libre concurrencia, selección objetiva, igualdad y demás principios reglamentarios y concordantes en la Contratación Pública, se modificará el cronograma del proceso, el cual se visualizará en la plataforma transaccional SECOP II.

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los once (11) días del mes abril de 2023.

FIRMADO Y APROBADO ELECTRONICAMENTE

LUCY DEL CARMEN LUNA MIRANDA
Secretaria de Salud Pública

Proyectó y elaboró aspectos técnicos: Lina María Cortés Calderón– Rol técnico
Proyecto aspectos jurídicos: Mónica Mage Vasquez- Contratista
Revisó: Kelly Johana Angulo – Contratista
Reviso: María Johanna Orozco - Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.