CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL PERSONA JURÍDICA

Oscar Medina Gómez identificado con cedula de ciudadanía número 79.326.189 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la empresa 360 PLUS SAS con NIT 901.400.915-9 certifico que los aportes de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales), aportes parafiscales (ICBF, Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje), prestaciones sociales y salarios fueron cancelados de manera oportuna por la compañía durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, a los empleados dependientes y por prestación de servicios.

Herin Johana Rojas Cabarte con cedula de ciudadanía No. 1.118.541.820 de Yopal (Casanare) con tarjeta profesional No 283803-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de la empresa 360 PLUS SAS con NIT 901.400.915-9, certifico que los aportes de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales), aportes parafiscales (ICBF, Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje), prestaciones sociales y salarios fueron cancelados de manera oportuna por la compañía durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, a los empleados dependientes y por prestación de servicios. Como se evidencia en las planillas número 9445369460, 9445369517, 9443161066 y 9443161582.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. En el marco del contrato CD/22-1338 de 2022, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E

Se expide a solicitud del interesado a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2.023

Atentamente,

OSCAR MEDINA GOMEZ
Representante Legal

Herin Johana Rojas Cabarte
T.P. 283803-T
Contador Público

Calle 16 N. 31 - 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E80F307FZA28697

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERIN JOHANA ROJAS CABARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118541820 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 283803-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS • • •

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.541.820**

ROJAS CABARTE
APELLIDOS

HERIN JOHANA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-AGO-1989**

YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

24-SEP-2007 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-4600100-70166936-F-1118541820-20071128 **00970** 07332N 01 285522506

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400915	9	360 PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 16 N 31 30	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1787451581	9443161066	Y	2022/12/06	2022/12/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,195,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)							$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0
1	CC	1006554837	ARCHILA YEIFER		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
2	CC	1144032426	CALDERON JORGE		230301	30	$1,091,474	$174,700	EPSD10	30	$1,091,474	$136,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,091,474	$26,600	0	$0	$0
3	CC	86054045	GOMEZ CRISTIAN		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
4	CC	1118544342	MEDINA MARIA		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF69	30	$1,000,000	$20,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
5	CC	79169565	MUÑOZ EISEN		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPSD10	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
6	CC	1014263631	SUAREZ IVAN		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPSD08	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
7	CC	1015405123	VENEGAS JENNIFER		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total		Afiliados(7)					$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400915	9	360 PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 16 N 31 30	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1786354679	9443161582	Y	2023/01/04	2022/12/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,195,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)					$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0
1	CC	1006554837	ARCHILA YEIFER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
2	CC	1144032426	CALDERON JORGE	230301	30	$1,091,474	$174,700	EPS010	30	$1,091,474	$136,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,091,474	$26,600	0	$0	$0
3	CC	86054045	GOMEZ CRISTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
4	CC	1118544342	MEDINA MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF69	30	$1,000,000	$20,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	79169565	MUÑOZ EISEN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
6	CC	101-4263631	SUAREZ IVAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
7	CC	1015405123	VENEGAS JENNIFER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	Afiliados(7)					$7,091,474	$1,134,700			$7,091,474	$886,500			$1,000,000	$20,000			$7,091,474	$153,900		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400915	9	360 PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 16 N 31 30	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1858358833	9445369460	E	2022/12/06	2023/01/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	36	$395,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$6,300	$0	$166,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$6,300	$0	$166,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$300	$0	$5,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$300	$0	$5,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$1,600	$0	$41,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$40,000	$1,600	$0	$41,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$5,000	$0	$130,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$5,000	$0	$130,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$1,200	$0	$31,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$1,200	$0	$31,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$800	$0	$20,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$800	$0	$20,800
TOTAL				1	$380,300	$15,200	$0	$395,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400915	9	360 PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 16 N 31 30	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1858364274	9445369517	E	2023/01/05	2023/01/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$383,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$1,000,000	$50,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$1,000,000	$50,000
1	CC 79326189	MEDINA OSCAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$1,000,000	$50,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/01/11 12:22 PM

Powered by CamScanner

Yopal 11 de noviembre de 2022

Doctora:
MARÍA YANETH DELGADO PRECIADO
Subgerente Administrativa y Financiera
Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E
Ciudad

ASUNTO: PERSONAL DE 360 PLUS S.A.S

Cordial saludo,

A continuación, se relaciona el personal vinculado a la empresa **360 PLUS S.A.S**, que realizo mantenimiento preventivo durante los meses de noviembre y diciembre, en el marco del contrato CD/22-1338 de 2022, cuyo objeto es: **PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CARGO
1	JENNIFER CAROLINA VENEGAS ALFONSO	COORDINADORA
2	JORGE MARIO CALDERON	INGENIERO DE SOPORTE
3	CRISTIAN GILBERT GOMEZ AENAS	INGENIERO DE SOPORTE
4	IVAN SUAREZ CRUZ	TECNICO DE SOPORTE
5	EISEN MUÑOZ PRADA	TECNICO DE SOPORTE

Atentamente,

OSCAR MEDINA GOMEZ
R/L 3-60 PLUS S.A.S

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

Yopal, noviembre 11 de 2022

ACTA DE ENTREGA 10-2022

Con el proposito de brindarles las mas optimas condiciones de seguridad sanitaria en el desarrollo de sus actividades dentro del Hospital Regional de la Orinoquína E.S.E, en razón a la pandemia mundial que se vive por causa del Coronavirus Covid-19, me permito hacerles entrega a cada uno, de los siguientes elementos de protección personal, EPP.

-Tapabocas TP-KKN95.
-Tapabocas de tela.
-Guantes de látex.
-Jabón líquido.
-Gel antibacterial.
-Toallas de papel.
-Orugas quirúrgicas.

3-60 PLUS S.A.S confia y espera que ustedes hagan uso diario de estos elementos, mientras esten desempeñando sus funciones.

Recibí:

Carolina Venegas Alfonso
C.C. 1.015.405.123
Coordinadora

Eisen Muñoz Prada
C.C. 7.9169.565
Tecnico de soporte

Cristian Gómez Arenas
C.C. 86.054.045
Ingeniero de soporte

Jorge M. Galderon
C.C 1.144.032.426
Ingeniero de oporte

Ivan Suarez
Ivan Suarez Cruz
C.C. 1.014.263.631
Tecnico de soporte

Cordialmente,

OSCAR MEDINA GOMEZ
R/L 3-60 PLUS S.A.S

Powered by CamScanner

Yopal, diciembre 01 de 2022

ACTA DE ENTREGA 11-2022

Con el proposito de brindarles las mas optimas condiciones de seguridad sanitaria en el desarrollo de sus actividades dentro del Hospital Regional de la Orinoquína E.S.E, en razón a la pandemia mundial que se vive por causa del Coronavirus Covid-19, me permito hacerles entrega a cada uno, de los siguientes elementos de protección personal, EPP.

-Tapabocas TP-KKN95.
-Tapabocas de tela.
-Guantes de látex.
-Jabón líquido.
-Gel antibacterial.
-Toallas de papel.
-Orugas quirúrgicas.

3-60 PLUS S.A.S confia y espera que ustedes hagan uso diario de estos elementos, mientras esten desempeñando sus funciones.

Recibí:

Carolina Venegas Alfonso
C.C. 1.015.405.123
Coordinadora

Eisen Muñoz Prada
C.C. 7.9169.565
Tecnico de soporte

Cristian Gómez Arenas
C.C. 86.054.045
Ingeniero de soporte

Jorge M. Calderon
C.C 1.144.032.426
Ingeniero de oporte

Ivan Suarez Cruz
C.C. 1.014.263.631
Tecnico de soporte

Cordialmente,

OSCAR MEDINA GOMEZ
R/L 3-60 PLUS S.A.S

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/22-1338 DE NOVIEMBRE 10 DE 2022.
CONTRATISTA	3-60 PLUS SAS
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.
VALOR	CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($150.114.280)
PLAZO	UNO (01) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CDP	3286(27/10/2022)
RP	4259 (10/11/2022)
FECHA DE INICIO	11/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25/12/2022

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

2.1. Análisis del balance de ejecución y explicar las obligaciones pactadas en el contrato.

- 3-60 PLUS S.A.S. prestó el servicio de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos conforme a las especificaciones técnicas definidas por el **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

- 360 PLUS SAS, dio cumplimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de equipos biomedicos estipuladas en el cronograma anual establecido por la institucion y que se anexa a continuacion:

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION CD/22-1338 del 10 de noviembre de 2022.

HORO
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO Nº: CD/22-1338
CONTRATISTA: 360 PLUS SAS
NIT.: 901.400.915-9
R/L: OSCAR MEDINA GOMEZ
C.C: 79.326.189 expedida en Bogotá
VALOR: CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($150.114.280), Incluidos los impuestos, contribuciones y tasas que se generen.
PLAZO: (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de la garantía exigida.
OBJETO: ***PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E***

Entre los suscritos a saber, por una parte **MARIA YANETH DELGADO PRECIADO** mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con cédula de ciudadanía número 24.228.292 expedida en Aguazul – Casanare, en su condición de representante legal y **GERENTE ENCARGADA** del **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.** identificado con el NIT No. 891.855.029-5, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto de Nombramiento Nº 0246 del 09 de septiembre de 2022 y Acta de Posesión Nº 0019 del 15 de septiembre de 2022, expedido por el señor Gobernador de Casanare, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra parte, la sociedad **360 PLUS SAS,** identificada con Nit. No. 901.400.915-9 y representada legalmente por la señora **OSCAR MEDINA GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. **79.326.189** expedida en Bogotá, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, previo las siguientes consideraciones: **1)** Que el **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**, es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993. **2)** El Hospital Regional de la Orinoquia es una Empresa Social del Estado, que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, centrados en la seguridad del paciente con calidad y trato humanizado a la población del departamento de Casanare y la Orinoquia con enfoque de género, población prioritaria y victimas de violencia sexual; con estímulos para la investigación y la docencia; en cumplimiento de su compromiso social, con Talento Humano idóneo y comprometido. **3)** Dentro del plan de Desarrollo institucional ***"ES EL TIEMPO DE LA SALUD EN CASANARE 2020 – 2024"***. se encuentran los objetivos estratégicos FORTALECER Y AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIOS ACORDE CON EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN, FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROPICIANDO SU DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS, LOGRAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de estos objetivos estratégicos debemos ejecutar algunas acciones estratégicas en las que se encuentran PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN CON CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GESTIONAR LA ADMISIÓN DE PERSONAL EN CALIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA CON PERFILES AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL Y AVANZAR EN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG. **4)** Que Para el cumplimiento de la misión institucional, el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. requiere del uso de equipos biomédicos para la realización de actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación que propendan por el restablecimiento y/o mantenimiento de las condiciones de salud de los pacientes. De acuerdo a la Circular Externa N°029 de 1997 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, las instituciones de salud deben contar con el plan de mantenimiento hospitalario de equipo biomédico y garantizar la suficiencia y ejecución de los recursos para este fin. Para la vigencia 2022, la oficina de apoyo logístico diseñó el plan de mantenimiento de equipos biomédicos en el formato con código 02GAF-TBE-F-02 denominado "Plan y cronograma de mantenimiento equipos (biomédicos e industriales)", el cual es el insumo para la proyección del presente estudio previo. **5)** Que, El mantenimiento preventivo hospitalario, tiene como objetivo prevenir o disminuir los daños o paradas de funcionamiento de los equipos biomédicos, de tal manera que no se presenten fallas en la oportunidad de la prestación del servicio de salud y se afecte la seguridad del paciente. El Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., cuenta con aproximadamente 1100 equipos biomédicos a los cuales de acuerdo al servicio

Powered by CamScanner




Figura 1. Cronograma de mantenimientos por servicio.

- 3-60 PLUS S.A.S. prestó el servicio de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos durante el 11 de noviembre al 25 de diciembre de 2022, de acuerdo a lo programado en la proyección del **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.** cómo se describe a continuación:

EQUIPOS REALIZADOS	
EQUIPOS	**TOTAL**
CAMA HOSPITALARIA	30
AGITADOR DE PLAQUETAS DE 48 UNIDADES	1
BALANZA DIGITAL	2
BAÑO DE FLOTACIÓN	1
BÁSCULA DIGITAL	17
BÁSCULA MECÁNICA	14
BÁSCULA PESA BEBÉ	5
CAMA ELECTRICA	8
CAMA ELECTROMECANICA	145
CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA	4
CENTRAL DE INCLUSIÓN	1
CENTRÍFUGA	2
CENTRÍFUGA CRIOHEMODERIVADORA	1

Powered by CamScanner

CITOCENTRIFUGA	1
COLPOSCOPIO	1
COLUMNA	1
DESCONGELADOR DE PLASMA	1
DESFIBRILADOR	15
DESFIBRILADOR MONITOR	1
DOPPLER FETAL	6
ELECTROBISTURI	1
ELECTROCARDIÓGRAFO	8
ELECTROESTIMULADOR TENS	1
EQUIPO DE ORGANOS	25
EVACUADOR DE HUMO	1
FONENDOSCOPIO	14
FOTOSFORO	1
HOLTER ECG	2
HORNO DE SECADO	2
INCUBADOR PARA AGITADOR DE PLAQUETAS	1
INCUBADORA DE PLAQUETAS	1
LAMPARA AUXILIAR	25
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	3
LÁMPARA PIELITICA	3
LARINGOSCOPIO	14
MÁQUINA DE ANESTESIA	1
MARCAPASO TRANSCUTÁNEO	1
MEDIDOR DE PRESIÓN PARA NEUMOTAPONADOR	1
MESA ELECTRICA PARA OFTALMOLOGIA	1
MICROPIPETA	3
MICROSCOPIO TRINOCULAR	1
MICROTOMO DE ROTACION MANUAL	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	71
MONITOR FETAL	2
NEBULIZADOR	2
NEGATOSCOPIO	5
PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	3
PROCESADOR DE TEJIDO	1
PULSOXIMETRO	17
SEROFUGA	1
SIERRA CORTA YESOS	3
SILLA DE COLECTA EXTRAMURAL	3
SILLÓN PARA DONANTES	3
SILLON PARA OFTALMOLOGIA	1
STAND DE OFTALMOLOGIA	1
SUCCIONADOR	4
TANQUE DE PAQUETES FRÍOS	1
TENSIÓMETRO	45
TENSIOMETRO DIGITAL	2
TERMÓMETRO DIGITAL	13
VENTILADOR MECÁNICO	27

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS



VENTILADOR ROBUSTO	33
VIBRADOR MASAJEADOR	2
TOTAL EQUIPOS	**609**

1. 3-60 PLUS S.A.S. cuenta con el apoyo de la profesional universitaria de la institución Kriss Marquez quien ejerce la función de supervisor y atiende los requerimientos de tipo administrativo que se requieren para la ejecución del contrato.



2. 3-60 PLUS S.A.S. garantiza que el personal relacionado para la ejecución del contrato de prestación de servicios No. CD/22-1338 de 2022, dispuso de las herramientas, equipos, y demás elementos necesarios para adelantar dicha labor de la mejor manera y con eficacia, se anexa evidencia.



Powered by CamScanner















Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner





Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner




FIGURA 2. MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA DIFERENTES ÁREAS DE SERVICIO

3. 3-60 PLUS S.A.S. prestó el servicio contratado, asegurando el correcto funcionamiento y la operación continua de los equipos biomédicos, evitando las paradas o salidas de operación de los mismos, dando cumplimiento a las rutinas de mantenimiento según fabricante de cada uno de ellos.

4. 3-60 PLUS S.A.S. cumplió con el plan de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos que operan en el **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**, (Cronograma de mantenimiento), a desarrollar durante la ejecución del contrato; de acuerdo a las recomendaciones del manual de servicio y teniendo en cuenta el servicio donde se encuentran instalados.

5. 3-60 PLUS S.A.S. realizó capacitaciones en el uso seguro de los equipos, las evidencias de estas capacitaciones reposan en los expedientes del contrato.


3-60

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Fecha:

Contrato

ENTIDAD:

CIUDAD:

DIRECCIÓN:

AREA:

1. DATOS DE EQUIPO MEDICO


2. JUSTIFICACIÓN

Entrega | Demostración | Comodato | Garantía

Otro

3. CONTENIDO DE CAPACITACION

Introducción	Modo de operación
Descripción del equipo	Manejo de accesorios
Descripción de accesorios	Advertencias
Características	Limpieza desinfección
Indicaciones de uso	Almacenamiento
Descripción del equipo	Configuración de impresora
Especificaciones técnicas	Configuración de parámetros
Modo de operación	Detección de fallas
Descripción de accesorios	Solución de problema
Funcionamiento del software	Mantenimiento
Prueba de funcionamiento	Calibración
Test de verificación	



3-60

CAPACITACIÓN TÉCNICA

4. ASISTENTES

Hugo Leonardo B	974368	Tecnico	
Angie Lizeth Garcia	1.057.599.963	Ingeniera	
Cristian Camilo Gonzalez	1.006.654.275	Ingeniero	
Carolina V.	1.015.405.121	Biomedica	
Juan Suarez	1.024.263.631	Tecnico	Juan S

Powered by CamScanner






6. 360 PLUS SAS, en cada informe presenta los indicadores de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos de cada área, los cuales permiten llevar un control de los equipos biomédicos de la institución.

CUMPLIMIENTO GENERAL	
ESTADO	**EQUIPOS**
EQUIPOS ENCONTRADOS	590
EQUIPO NO ESTAN EN LA PROYECCIÓN	19
EQUIPOS NO ENCONTRADOS	68
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	12
EQUIPO DADO DE BAJA	2
TOTAL	**691**

Powered by CamScanner



7. 3-60 PLUS S.A.S. presentó en los informes de ejecución mensual del contrato de prestación de servicios No. CD/22-1338 de 2022, tablas donde se clasifican los equipos teniendo en cuenta si están: encontrados e intervenidos, no encontrados, fuera de servicio o dados de baja.

En la visita realizada a los servicios correspondiente al periodo desde el 11 de noviembre al 25 de diciembre de 2022, se encontraron los siguientes equipos biomédicos:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	NOVEDAD	PRECIO
1	17966	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550198	23/11/2022	15209	URGENCIAS	OK	$ 224.099
2	17967	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100011 550044	23/11/2022	15213	URGENCIAS	OK	$ 224.099
3	17968	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550192	26/11/2022	15257	URGENCIAS	OK	$ 224.099
4	17969	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550168	19/11/2022	16349	URGENCIAS	OK	$ 224.099
5	17970	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550076	26/11/2022	15459	URGENCIAS	OK	$ 224.099
6	17971	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550170	26/11/2022	16363	URGENCIAS	OK	$ 224.099
7	17972	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550107	26/11/2022	15258	URGENCIAS	OK	$ 224.099
8	17973	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550056	26/11/2022	15263	URGENCIAS	OK	$ 224.099
9	17974	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2134100015 550001	26/11/2022	16360	URGENCIAS	PRESENTA FALLA EN CONTROL BOX	$ 224.099
10	17975	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550060	26/11/2022	16364	URGENCIAS	OK	$ 224.099

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

11	17976	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2551100015 550000	26/11/2022	16361	URGENCIAS	OK	$ 224.099
12	17977	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550077	19/11/2022	15354	URGENCIAS	OK	$ 224.099
13	17978	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550193	26/11/2022	16359	URGENCIAS	PRESENTA FALLA EN CONTROL BOX	$ 224.099
14	17979	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550085	24/11/2022	16350	URGENCIAS	OK	$ 224.099
15	17980	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550139	24/11/2022	15296	URGENCIAS	OK	$ 224.099
16	17981	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550059	26/11/2022	16357	URGENCIAS	PRESENTA FALLA EN CONTROL BOX	$ 224.099
17	17982	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550075	23/11/2022	15211	URGENCIAS	OK	$ 224.099
18	17983	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550060	23/11/2022	15207	URGENCIAS	OK	$ 224.099
19	17984	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550068	22/11/2022	15293	URGENCIAS	OK	$ 224.099
20	17985	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550194	19/11/2022	15212	URGENCIAS	OK	$ 224.099
21	17986	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550134	25/11/2022	15455	URGENCIAS	OK	$ 224.099
22	17987	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550148	16/11/2022	15382	URGENCIAS	OK	$ 224.099
23	17988	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550083	29/11/2022	15344	URGENCIAS	OK	$ 224.099
24	17989	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2912100015 550070	24/11/2022	15363	URGENCIAS	OK	$ 224.099
25	17990	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550162	24/11/2022	15364	URGENCIAS	OK	$ 224.099
26	17991	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550160	24/11/2022	15279	URGENCIAS	OK	$ 224.099
27	17992	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550018	24/11/2022	16362	URGENCIAS	OK	$ 224.099
28	17993	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550042	25/11/2022	15244	URGENCIAS	NO REALIZA MOVIMIENTOS CON MANDO DE CONTROL PRINCIPAL	$ 224.099
29	17994	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	3102100015 550053	22/11/2022	16358	URGENCIAS	PRESENTA FALLA EN CONTROL BOX	$ 224.099
30	17995	CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2 INTERMEDIA	2131000155 50008	22/11/2022	15295	URGENCIAS	OK	$ 224.099
31	PM.177 38	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005 380176	26/11/2022	15259	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
32	PM.177 39	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005 380018	28/11/2022	15243	UCIN ADULTOS	OK	$ 224.099
33	PM.177 42	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005 380052	26/11/2022	15262	UCIN ADULTOS	DETERIORO EN CABLE DE CONTROL PRINCIPAL	$ 224.099

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

34	PM.17743	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005380034	29/11/2022	15345	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, DETERIORO EN CABLE ESPIRAL DE PANEL PRINCIPAL	$ 224.099
35	PM.17744	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005380124	25/11/2022	15374	UCIN ADULTOS	OK	$ 224.099
36	PM.17745	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005380035	23/11/2022	15217	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
37	PM.17746	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005380055	23/11/2022	15219	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
38	PM.17747	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005380024	26/11/2022	15260	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
39	14217	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018037	18/11/2022	15167	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
40	14218	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018159	26/11/2022	15256	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS	$ 224.099
41	14219	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018112	29/11/2022	15306	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, PIES Y TAPAS DE BARANDA SUPERIOR DERECHA, DAÑO EN PANEL SUPERIOR DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS	$ 224.099
42	14220	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018093	14/11/2022	15142	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES	$ 224.099

Powered by CamScanner

43	14252	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018038	14/11/2022	15077	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES, FISURAS EN TAPAS DE BARANDA SUPERIOR DERECHA.	$ 224.099
44	14253	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018036	21/11/2022	15078	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
45	14255	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018042	14/11/2022	15143	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
46	14257	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018219	28/11/2022	15303	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR Y TAPAS DE BARANDA SUPERIOR, DAÑO EN PANEL DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
47	14274	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018195	24/11/2022	15361	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR Y TAPAS DE BARANDA SUPERIOR, DAÑO EN PANEL DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
48	14275	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018230	17/11/2022	15163	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
49	14276	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018206	19/11/2022	15198	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA SUPERIOR DERECHA	$ 224.099

Powered by CamScanner

50	14278	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMF	CGMF10128045	23/11/2022	15230	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PRESENTA DAÑO EN PANELES NO REALIZAN MOVIMIENTOS DE ESPALDAR, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR DERECHA	$ 224.099
51	14279	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018207	25/11/2022	15378	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL SUPERIOR DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR IZQUIERDA	$ 224.099
52	14280	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018223	18/11/2022	15087	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGUROS DE BARANDAS SUPERIORES.	$ 224.099
53	14281	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018217	28/11/2022	15329	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
54	14282	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128081	17/11/2022	15092	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL DERECHO NO FUNCIONAN ALGUNAS TECLAS.	$ 224.099
55	14284	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018212	23/11/2022	16345	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099

Powered by CamScanner

56	14285	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018232	18/11/2022	15099	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES	$ 224.099
57	14286	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMF	CGMF10128047	25/11/2022	15283	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
58	14287	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018229	21/11/2022	15322	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
59	14288	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018113	22/11/2022	15426	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR DERECHA.	$ 224.099
60	14289	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128119	23/11/2022	15232	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, PRESENTA DAÑO EN PANELES NO REALIZAN MOVIMIENTOS DE ESPALDAR.	$ 224.099
61	14290	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018261	23/11/2022	16343	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
62	14292	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018259	17/11/2022	15162	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, PRESENTA DAÑO EN PANEL SUPERIOR DERECHO NO REALIZAN MOVIMIENTOS.	$ 224.099

Powered by CamScanner

63	14293	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018231	27/11/2022	15317	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
64	14294	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128112	17/11/2022	15094	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURA EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES	$ 224.099
65	14295	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018192	17/11/2022	15093	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURA EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES	$ 224.099
66	14296	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMF	CGMF10128046	19/11/2022	15199	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURA EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES, FISURAS EN TAPAS DE BARANDA	$ 224.099
67	14297	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018222	28/11/2022	15330	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURA EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES	$ 224.099
68	14326	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018238	24/11/2022	15288	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURA EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS, PRESENTA FISURAS EN TAPAS DE BARANDAS SUPERIORES.	$ 224.099
69	14329	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018055	26/11/2022	15328	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099

Powered by CamScanner

70	14330	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGMG11018130	14/11/2022	15079	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR	$ 224.099
71	14331	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018126	18/11/2022	15145	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, DAÑO EN TAPAS DE BARANDAS Y FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR	$ 224.099
72	14332	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018149	21/11/2022	15346	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
73	14333	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018059	22/11/2022	15292	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES Y TAPAS DE BARANDA SUPERIOR DERECHA, NO POSEE SEGURO DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA, NO POSEE PIECERO	$ 224.099
74	14334	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018236	23/11/2022	15224	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
75	14335	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018226	18/11/2022	15144	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
76	14336	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018216	25/11/2022	15376	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099

Powered by CamScanner

77	14338	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128108	28/11/2022	15276	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, PRESENTA AVANZADO DETERIORO EN TAPAS DE BARANDA INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA	$ 224.099
78	14339	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128085	15/11/2022	15098	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO.	$ 224.099
79	14340	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018039	25/11/2022	15379	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
80	14341	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018026	15/11/2022	15164	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
81	14342	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128078	17/11/2022	15100	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, PRESENTA FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR DERECHA.	$ 224.099
82	14343	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128087	26/11/2022	15325	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANELES NO REALIZAN MOVIMIENTOS DE PIES.	$ 224.099
83	14344	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018132	26/11/2022	15323	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PRESENTA FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
84	14345	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128118	24/11/2022	15355	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA	$ 224.099

Powered by CamScanner

85	14346	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128082	26/11/2022	15255	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, NO POSEE SEGURO DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
86	14347	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128073	14/11/2022	15080	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES, DAÑO EN SEGURO DE RUEDA SUPERIOR DERECHA.	$ 224.099
87	14348	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128096	26/11/2022	15271	ORTOPÉDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGUROS DE BARANDA SUPERIOR E INFERIOR IZQUIERDA	$ 224.099
88	14349	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128072	23/11/2022	15231	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PRESENTA DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (CABLE DE COMUNICACIÓN CORTADO)	$ 224.099
89	14350	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018087	29/11/2022	15267	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, PRESENTA FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
90	14351	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018085	18/11/2022	15088	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
91	14352	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018239	28/11/2022	15331	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099

Powered by CamScanner

92	14353	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018265	14/11/2022	15082	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPA DE PIES	$ 224.099
93	14370	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018028	25/11/2022	15240	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PRESENTA FISURAS EN TAPA DE BARANDA SUPERIOR DERECHA.	$ 224.099
94	14372	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018029	23/11/2022	15235	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 224.099
95	15653	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGSG	CGSG11018273	21/11/2022	15349	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DETERIORO EN TAPAS DE BARANDA SUPERIOR DERECHA.	$ 224.099
96	15654	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128103	15/11/2022	15083	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
97	15656	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018156	22/11/2022	15350	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
98	15658	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018242	28/11/2022	15335	CIRUGIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
99	15659	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018057	19/11/2022	15166	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE BARANDA.	$ 224.099

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

100	15660	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018119	16/11/2022	15425	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
101	15661	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128097	28/11/2022	15305	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
102	15662	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018122	16/11/2022	15422	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DETERIORO EN TAPAS DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
103	15663	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018127	24/11/2022	15280	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MIVIMIENTOS, NO POSEE SEGURO DE PIECERO.	$ 224.099
104	15664	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018079	28/11/2022	15338	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
105	15665	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018160	28/11/2022	15301	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, PRESENTA FISURAS EN TAPA DE BARANDA INFERIOR DERECHA, ADEMAS LA TAPA DE ESPALDAR TIENE UNA ADAPTACIÓN DE UNA TAPA DE PIES.	$ 224.099

Powered by CamScanner

106	15666	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGSG	CGSG11018276	14/11/2022	15081	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
107	15667	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018175	27/11/2022	15310	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
108	15668	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018157	26/11/2022	15275	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA.	$ 224.099
109	15669	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128113	19/11/2022	15197	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
110	15670	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018202	29/11/2022	15307	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
111	15671	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018046	16/11/2022	15069	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
112	15672	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128110	17/11/2022	15095	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
113	15673	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMF	CGMF10128042	19/11/2022	15201	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR DERECHA, PRESENTA DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099

Powered by CamScanner

114	15674	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMF	CGMF10128043	26/11/2022	15320	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
115	15676	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128095	21/11/2022	15339	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA.	$ 224.099
116	15677	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018096	26/11/2022	15273	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, PRESENTA DAÑO EN PANEL SUPERIOR DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
117	15678	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018129	26/11/2022	15084	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, DAÑO EN PANEL IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
118	15679	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018163	23/11/2022	15226	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
119	15680	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018189	24/11/2022	15358	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA.	$ 224.099
120	15681	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018066	14/11/2022	15071	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
121	15682	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018131	29/11/2022	15428	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

122	15683	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018060	26/11/2022	15274	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES.	$ 224.099
123	15684	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018097	28/11/2022	15269	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, PANEL LATERAL IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
124	15685	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018117	18/11/2022	15089	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
125	15686	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018125	22/11/2022	15290	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
126	15687	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018133	28/11/2022	15334	CIRUGIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
127	15689	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018123	27/11/2022	15318	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE BARANDA SUPERIOR DERECHA.	$ 224.099
128	15690	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018225	24/11/2022	15373	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES.	$ 224.099
129	15691	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128120	25/11/2022	15281	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
130	15692	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018203	25/11/2022	15286	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099

Powered by CamScanner

131	15693	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128111	23/11/2022	16347	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
132	15694	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018187	22/11/2022	15228	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
133	15695	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018177	26/11/2022	15254	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES.	$ 224.099
134	15696	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018128	14/11/2022	15146	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES, PANEL IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
135	15697	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128116	28/11/2022	15312	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN SEGURO DE RUEDA INFERIOR DERECHA.	$ 224.099
136	15698	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018116	14/11/2022	15070	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, DAÑO EN PANEL SUPERIOR DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
137	15699	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018250	16/11/2022	15074	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099

Powered by CamScanner

138	15700	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018228	24/11/2022	15372	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
139	15701	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018237	19/11/2022	15206	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO.	$ 224.099
140	15702	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018246	25/11/2022	15284	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
141	15703	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128088	16/11/2022	15387	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
142	15709	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018083	28/11/2022	15309	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR NO POSEE SEGURO DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
143	15710	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018120	17/11/2022	15090	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR Y TAPAS DE BARANDA SUPERIOR DERECHA	$ 224.099
144	15711	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018155	21/11/2022	15352	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
145	15712	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018067	24/11/2022	15356	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, NO POSEE SEGURO DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099

Powered by CamScanner

146	15713	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018210	18/11/2022	15086	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
147	15714	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018121	23/11/2022	15225	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
148	15715	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018158	15/11/2022	15097	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE BARANDA SUPERIOR DERECHA, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR DERECHA.	$ 224.099
149	15716	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018201	15/11/2022	15168	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL SUPERIOR DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
150	15717	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018168	24/11/2022	15360	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
151	15718	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018166	28/11/2022	15333	CIRUGIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
152	15719	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018209	29/11/2022	15353	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA.	$ 224.099
153	15720	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018095	22/11/2022	15423	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099

Powered by CamScanner

154	15721	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018218	24/11/2022	15289	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
155	15722	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018205	14/11/2022	15076	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, PANEL DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS, DETERIORO EN BARANDA SUPERIOR DERECHA	$ 224.099
156	15723	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018269	25/11/2022	15377	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
157	15748	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018211	27/11/2022	15314	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
158	15756	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128115	26/11/2022	15321	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS, DAÑO EN PANEL DERECHO NO REALIZA ALGUNOS MOVIMINETOS.	$ 224.099
159	15757	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018173	16/11/2022	15073	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA.	$ 224.099

Powered by CamScanner

160	15758	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128080	26/11/2022	15327	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO FUNCIONA SEGURO DE RUEDA SUPERIOR DERECHA.	$ 224.099
161	15759	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018063	21/11/2022	15348	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA.	$ 224.099
162	15760	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128076	26/11/2022	15311	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, PRESENTA DAÑO EN LOS PANELES NO REALIZAN ALGUNOS MOVIMIENTOS.	$ 224.099
163	15761	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018065	14/11/2022	15140	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
164	15763	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018068	27/11/2022	15324	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA.	$ 224.099
165	15764	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128086	26/11/2022	15266	CIRUGIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, NO POSEE SEGURO DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA, PRESENTA DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
166	15765	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018052	22/11/2022	15351	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

167	15766	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128107	15/11/2022	15085	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
168	15767	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018047	24/11/2022	16342	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
169	15774	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018058	22/11/2022	15229	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
170	15831	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018041	26/11/2022	15265	CIRUGIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, PRESENTA DAÑO EN PANELES SUPERIORES NO REALIZAN MOVIMIENTOS.	$ 224.099
171	15869	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018080	27/11/2022	15315	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
172	15870	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018165	19/11/2022	15200	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE PIES.	$ 224.099
173	15871	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128100	17/11/2022	15091	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
174	15872	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128109	28/11/2022	15270	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

175	15873	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128102	26/11/2022	15285	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL DERECHO NO REALIZA MOVIMIENTOS, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR DERECHA, PRESENTA DETERIORO EN MEMBRANA DE PANEL DE PIECERO.	$ 224.099
176	15874	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGSG	CGSG11018272	28/11/2022	15268	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR.	$ 224.099
177	15876	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGSG	CGSG11018278	22/11/2022	15227	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
178	15877	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGNT	CGNT11018031	19/11/2022	15205	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
179	16014	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128101	26/11/2022	15272	ORTOPEDIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, DAÑO EN PANEL SUPERIOR IZQUIERDO NO REALIZA MOVIMIENTOS.	$ 224.099
180	16016	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128105	19/11/2022	15204	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE CABECERO, FISURAS EN TAPA DE ESPALDAR, NO POSEE SEGUROS DE BARANDA INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA.	$ 224.099

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

181	16017	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128098	27/11/2022	15316	GINECO OBSTETRICIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA INFERIOR IZQUIERDA.	$ 224.099
182	16171	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018221	17/11/2022	15096	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES.	$ 224.099
183	16983	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128117	25/11/2022	15287	QUIRURGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, FISURAS EN TAPAS DE ESPALDAR Y PIES, DAÑO EN PANEL IZQUIERDO NO REALIZA ALGUNOS MOVIMIENTOS.	$ 224.099
184	15785	CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA	CGM	CLMA	CLME11028001	15/11/2022	15165	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PRESENTA DAÑO EN CABLE ESPIRAL, NO POSEE SEGURO DE BARANDA DERECHA, PRESENTA DAÑO EN PANELES NO REALIZAN MOVIMIENTOS.	$ 224.099
185	16185	CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA	CGM	CLMA	CLME11028005	29/11/2022	15343	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, NO POSEE CABLE ESPIRAL, DAÑO EN PANELES SUPERIORES NO REALIZAN MOVIMIENTOS, DETERIORO EN MEMBRANA DE PANEL INFERIOR, NO POSEE SEGURO DE BARANDA IZQUIERDA.	$ 224.099

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

186	16189	CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA	CGM	CLMA	CLME11028003	21/11/2022	15362	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, DETERIORO EN CABLE ESPIRAL Y MEMBRANA DE PANELES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA DERECHA.	$ 224.099
187	16192	CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA	CGM	CLMA	CLME11028008	23/11/2022	15233	GINECO PEDIATRIA	DETERIORO EN CABLE ESPIRAL Y MEMBRANA DE PANELES, NO POSEE SEGURO DE BARANDA DERECHA, PRESENTA DAÑO EN PANELES NO REALIZAN ALGUNOS MOVIMIENTOS.	$ 224.099
188	14377	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032723	14/11/2022	15685	URGENCIAS	OK	$ 48.136
189	14389	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032499	14/11/2022	15691	URGENCIAS	DETERIORO EN BOTON ON/OFF	$ 48.136
190	14430	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032493	26/11/2022	15765	URGENCIAS	OK	$ 48.136
191	14385	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032497	19/11/2022	15743	URGENCIAS	OK	$ 48.136
192	7256	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	21/11/2022	15807	URGENCIAS	OK	$ 48.136
193	4297	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020016622	14/11/2022	15692	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACION EN ESTRUCTURA METALICA	$ 48.136
194	4301	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020016628	26/11/2022	15764	URGENCIAS	OK	$ 48.136
195	4258	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020014048	24/11/2022	16026	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACION EN ESTRUCTURA METALICA	$ 48.136
196	4293	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026381	26/11/2022	15766	URGENCIAS	OK	$ 48.136
197	5145	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000315	16/11/2022	16111	URGENCIAS	EQUIPO ARROJA VALORES NO CONFIABLES (REQUIERE CALIBRACIÓN)	$ 48.136
198	16030	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100440	10/11/2022	16371	URGENCIAS	OK	$ 48.136
199	14516	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000364	21/11/2022	16049	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BANDEJAS	$ 306.087
200	18261	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008066	26/11/2022	16072	URGENCIAS	OK	$ 196.770

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

201	17523	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-910034887	21/11/2022	16017	URGENCIAS	NO POSEE ELECTRODO PARA MARCAPASOS	$ 196.770
202	18590	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART 3	EZ-08044864	14/11/2022	16066	URGENCIAS	OK	$ 196.770
203	18486	DESFIBRILADOR	CU-MEDICAL	CU-HD1	M2S20E072	18/11/2022	16256	URGENCIAS	REQUIERE BRAZALETE NIBP	$ 196.770
204	17781	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005534	14/11/2022	16060	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO EN TAPA DE IMPRESORA NO ASEGURA, REQUIERE PINZA DE OXIMETRIA	$ 196.770
205	18000	DESFIBRILADOR	PHYSIOCONTROL	LIFE PACK 20E	48645633	14/11/2022	16068	URGENCIAS	OK	$ 196.770
206	18004	DESFIBRILADOR	PHYSIOCONTROL	LIFE PACK 20E	48645576	14/11/2022	16062	URGENCIAS	OK	$ 196.770
207	17783	DESFIBRILADOR MONITOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005534	19/11/2022	16101	URGENCIAS	DETERIORO EN INTERFAZ DE SENSOR DE OXIMETRIA	$ 196.770
208	9559	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-M15305690024	26/11/2022	16080	URGENCIAS	OK	$ 81.988
209	14261	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103262	18/11/2022	15804	URGENCIAS	REQUIERE SUMINISTRO DE PINZAS Y ELECTRODOS DE SUCCIÓN	$ 163.975
210	17999	ELECTROCARDIÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	SPW17400261PA	16/11/2022	16073	URGENCIAS	OK	$ 163.975
211	17666	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M19305900009	28/11/2022	16085	URGENCIAS	SE RECOMIENDA UTILIZAR PAPEL DE ROLLO,SE CORRIGE NUMERO DE SERIE EN PROYECCIÓN ESTA: 360625-M19305931509	$ 163.975
212	5077	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	15/11/2022	16022	URGENCIAS	OK	$ 38.261
213	14448	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	15/11/2022	16025	URGENCIAS	OK	$ 38.261
214	14387	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	15/11/2022	16021	URGENCIAS	OK	$ 38.261
215	5079	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	21/11/2022	15850	URGENCIAS	NO POSEE CABLE DE PODER	$ 38.261
216	14399	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	16/11/2022	16110	URGENCIAS	REQUIERE BOMBILLO DE OFTALMOSCOPIO	$ 38.261
217	14424	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	18/11/2022	16106	URGENCIAS	OK	$ 38.261
218	15867	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	24/11/2022	16027	URGENCIAS	OK	$ 38.261
219	5192	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	25/11/2022	15767	URGENCIAS	OK	$ 38.261
220	5289	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	26/11/2022	15768	URGENCIAS	OK	$ 38.261

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

221	5190	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	23/11/2022	16028	URGENCIAS	OK	$ 38.261
222	15865	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	23/11/2022	16029	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLOS DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	$ 38.261
223	4470	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	23/11/2022	16030	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLOS DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	$ 38.261
224	4471	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	26/11/2022	15769	URGENCIAS	REQUIERE BOMBILLO DE OFTALMOSCOPIO	$ 38.261
225	14405	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	18/11/2022	15720	URGENCIAS	OK	$ 49.193
226	14388	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	19/11/2022	15740	URGENCIAS	OK	$ 49.193
227	4675	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	25/11/2022	16031	URGENCIAS	OK	$ 49.193
228	14400	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	25/11/2022	16032	URGENCIAS	OK	$ 49.193
229	4678	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	26/11/2022	15773	URGENCIAS	OK	$ 49.193
230	14384	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	26/11/2022	15771	URGENCIAS	OK	$ 49.193
231	11669	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90	4211040500 6	15/11/2022	15725	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACION EN BASE RODANTE	$ 120.248
232	15558	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-46575026	14/11/2022	15667	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 349.813
233	15559	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-46575027	18/11/2022	16105	URGENCIAS	SE CORRIGE NUMERO DE SERIE EN PROYECCIÓN ESTA: 22- 46575027, PRESENTA DAÑO EN SISTEMAS DE CARGA DE BATERIAS	$ 349.813
234	2754	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/11/2022	16064	URGENCIAS	OK	$ 27.329
235	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/11/2022	16069	URGENCIAS	OK	$ 27.329
236	9852	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	19/11/2022	16103	URGENCIAS	OK	$ 27.329
237	2757	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/11/2022	16059	URGENCIAS	EQUIPO POSEE DOS INVENTARIOS EN MAGO: 2757 Y EN TAPA: 1147	$ 27.329
238	8868	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/11/2022	16063	URGENCIAS	EQUIPO POSEE DOS INVENTARIOS EN MAGO: 8868 Y EN TAPA: 2091	$ 27.329

Powered by CamScanner

239	15518	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000 EXPRESS	CE-0B127224	22/11/2022	15774	URGENCIAS	NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA, BRAZALETE DE NIBP Y REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
240	14259	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133362	16/11/1942	15679	URGENCIAS	REQUIERE BRAZALETE PEDIATRICO, BATERIA DE SOPORTE Y BATERIA DE MEMORIA	$ 213.168
241	15522	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133357	15/11/2022	15702	URGENCIAS	OK	$ 213.168
242	15516	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127220	14/11/2022	15803	URGENCIAS	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
243	15520	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127221	29/11/2022	15714	URGENCIAS	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
244	14361	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133353	17/11/2022	15664	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 213.168
245	15521	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127223	15/11/2022	15655	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 213.168
246	14242	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137301	14/11/2022	15690	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA, REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
247	14266	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133354	25/11/2022	16040	URGENCIAS	NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA, BRAZALETE DE NIBP, CABLE ECG Y REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
248	14269	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133355	22/11/2022	15788	URGENCIAS	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG	$ 213.168
249	4651	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5738I	12/12/2022	16192	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN QUIRURGICOS, REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
250	4648	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5731I	18/11/2022	15727	URGENCIAS	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 213.168
251	17600	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051440	15/11/2022	15596	URGENCIAS	OK	$ 213.168
252	17601	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051441	19/11/2022	15733	URGENCIAS	PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 213.168
253	17602	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051429	18/11/2022	15672	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 213.168
254	17603	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051464	21/11/2022	16048	URGENCIAS	OK	$ 213.168

Powered by CamScanner

255	17604	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051463	15/11/2022	15717	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE	$ 213.168
256	4222	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	NR	18/11/2022	15671	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 213.168
257	14359	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137351	21/11/2022	15669	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 213.168
258	15875	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137326	14/11/2022	15680	URGENCIAS	EQUIPO PRESENTA FISURAS EN TAPA DE CARCASA	$ 213.168
259	15838	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133374	14/11/2022	15670	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 213.168
260	14226	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133358	21/11/2022	15668	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 213.168
261	PM18586	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826021F	15/11/2022	15706	URGENCIAS	OK	$ 213.168
262	PM18584	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826022F	15/11/2022	15742	URGENCIAS	OK	$ 213.168
263	PM19187	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826023F	15/11/2022	15703	URGENCIAS	OK	$ 213.168
264	PM18589	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826024F	19/11/2022	15731	URGENCIAS	OK	$ 213.168
265	PM18582	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826025F	14/11/2022	15693	URGENCIAS	OK	$ 213.168
266	PM18583	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826028F	14/11/2022	15678	URGENCIAS	REQUIERE BRAZALETE PEDIATRICO	$ 213.168
267	PM18580	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826029F	25/11/2022	16043	URGENCIAS	NO SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO NO ENCIENDE	$ 213.168
268	PM18581	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826030F	23/11/2022	16041	URGENCIAS	OK	$ 213.168
269	PM18588	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826043F	19/11/2022	15711	URGENCIAS	SE CORRIGE NUMERO DE INVENTARIO EN PROYECCIÓN ESTA 18615 Y EL EQUIPO TIENE PLACA 18588	$ 213.168
270	PM18585	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826044F	19/11/2022	15708	URGENCIAS	OK	$ 213.168
271	PM18480	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05802	16/11/2022	15726	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE MOMORIA Y CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
272	PM18487	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05803	16/11/2022	15732	URGENCIAS	REQUIER BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
273	PM18484	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05806	25/11/2022	15802	URGENCIAS	OK	$ 213.168

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

274	PM18478	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05809	16/11/2022	15738	URGENCIAS	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE Y SENSOR DE OXIMETRIA	$ 213.168
275	PM18483	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05810	16/11/2022	15741	URGENCIAS	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE Y SENSOR DE OXIMETRIA	$ 213.168
276	PM18624	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-200M	Q068A027403	15/11/2022	15701	URGENCIAS	OK	$ 213.168
277	PM18001	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13509	16/11/2022	15739	URGENCIAS	OK	$ 213.168
278	PM18002	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13530	16/11/2022	15748	URGENCIAS	OK	$ 213.168
279	PM17998	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13528	18/11/2022	15688	URGENCIAS	OK	$ 213.168
280	PM18003	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13529	16/11/2022	15716	URGENCIAS	OK	$ 213.168
281	PM19261	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13533	16/11/2022	15729	URGENCIAS	SE CORRIGE NUMERO DE INVENTARIO EN PROYECCIÓN ESTA 19265 Y EL EQUIPO TIENE PLACA 19261	$ 213.168
282	PM19218	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13543	18/11/2022	15719	URGENCIAS	OK	$ 213.168
283	PM19253	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13540	18/11/2022	15728	URGENCIAS	OK	$ 213.168
284	PM19167	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13531	22/11/2022	15752	URGENCIAS	NO POSEE LATIGUILLOS DE ECG Y BRAZALETE DE NIBP	$ 213.168
285	PM19216	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13537	22/11/2022	15753	URGENCIAS	NO POSEE LATIGUILLOS DE ECG Y BRAZALETE DE NIBP	$ 213.168
286	PM19252	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13535	16/11/2022	15710	URGENCIAS	OK	$ 213.168
287	PM19210	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13538	16/11/2022	15715	URGENCIAS	OK	$ 213.168
288	PM19254	VENTILADOR MECÁNICO	MEKICS	MV2000	MV2000TA2G1651	26/11/2022	16079	URGENCIAS	OK	$ 426.335
289	8500	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14400080125	17/11/2022	15780	URGENCIAS	OK	$ 81.988
290	7510	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M13600050056	17/11/2022	16051	URGENCIAS	OK	$ 81.988
291	8270	PULSOXIMETRO	PENLON	VS-800	BY-78101203	18/11/2022	15721	URGENCIAS	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 81.988
292	9880	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206423	14/11/2022	15676	URGENCIAS	OK	$ 81.988
293	9877	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202668	15/11/2022	15749	URGENCIAS	OK	$ 81.988
294	9881	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206421	17/11/2022	16047	URGENCIAS	OK	$ 81.988

Powered by CamScanner

295	9879	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206424	15/11/2022	15747	URGENCIAS	OK	$ 81.988
296	8203	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	1106000022 84	14/11/2022	15654	URGENCIAS	OK	$ 87.453
297	15297	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	1111385024 10	14/11/2022	15782	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO POR OXIDO EN CARCASA	$ 87.453
298	16797	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	1608291142 75	14/11/2022	15762	URGENCIAS	OK	$ 60.124
299	8924	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	1306110710 66	14/11/2022	15592	URGENCIAS	OK	$ 60.124
300	9136	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	0701040741 30	21/11/2022	16052	URGENCIAS	OK	$ 60.124
301	14378	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221048 56	15/11/2022	16024	URGENCIAS	OK	$ 60.124
302	14374	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011121223 22	14/11/2022	16023	URGENCIAS	OK	$ 60.124
303	14394	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221510 20	16/11/2022	16108	URGENCIAS	OK	$ 60.124
304	14398	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221619 09	18/11/2022	16107	URGENCIAS	OK	$ 60.124
305	6177	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	9010817031 0	25/11/2022	16034	URGENCIAS	OK	$ 60.124
306	7759	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29405036	24/11/2022	16035	URGENCIAS	OK	$ 60.124
307	5204	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	0901093122 7	24/11/2022	16036	URGENCIAS	OK	$ 60.124
308	5959	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29404975	25/11/2022	15772	URGENCIAS	OK	$ 60.124
309	3633	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	0411172142 31	26/11/2022	16055	URGENCIAS	OK	$ 60.124
310	17599	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	1806041713 75	26/11/2022	16053	URGENCIAS	OK	$ 60.124
311	17691	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	1901161704 05	15/11/2022	15704	URGENCIAS	OK	$ 60.124
312	18255	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	767 SERIES - AFRIC	2005081709 25	26/11/2022	16054	URGENCIAS	OK	$ 60.124
313	14407	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221601 03	24/11/2022	16037	URGENCIAS	OK	$ 60.124
314	6302	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	099570841	23/11/2022	16038	URGENCIAS	OK	$ 60.124
315	5003	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	9010908494 1	25/11/2022	15775	URGENCIAS	OK	$ 60.124
316	5226	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	0901081825 02	15/11/2022	15744	URGENCIAS	OK	$ 60.124
317	14216	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	E360e	N103611172 82	28/11/2022	16044	URGENCIAS	NO POSEE SENSOR DE OXIGENO Y MANGUERA DE AIRE, PRESENTA DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS.	$ 426.335

Powered by CamScanner

318	15775	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	E360e	N10361117325	14/11/2022	15709	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS	$ 426.335
319	15818	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360S	N10361117272	25/11/2022	15756	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS, HORAS DE USO: 8110.4, SE CORRIGE NUMERO DE SERIE EN PROYECCIÓN ESTA: N10361117322	$ 426.335
320	15821	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117312	15/11/2022	15653	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 6893.4	$ 426.335
321	15823	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117289	17/11/2022	15598	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 18831.6	$ 426.335
322	9127	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360T	0003XY305	15/11/2022	15674	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO EN CABLE DE SENSOR DE FLUJO, DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO 16303.8	$ 426.335
323	14214	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117285	18/11/2022	15800	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 17603.3	$ 426.335
324	15900	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360E	N10361117295	25/11/2022	15758	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 8666.9, SE CORRIGE NUMERO DE SERIE EN PROYECCIÓN ESTA: N10361117322	$ 426.335
325	15903	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117292	14/11/2022	15591	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS	$ 426.335
326	15884	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117318	14/11/2022	15675	URGENCIAS	HORAS DE USO: 4478.2	$ 426.335
327	15887	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360E	N10361117271	15/11/2022	15681	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS, HORAS DE USO: 4289.1	$ 426.335

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

328	15894	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	E-360e	N10361117323	15/11/2022	15600	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 7625.6	$ 426.335
329	15906	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360E	N10361117297	25/11/2022	15755	URGENCIAS	DETERIORO EN RUEDAS, HORAS DE USO: 17676.4	$ 426.335
330	14245	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	E360e	N10361117281	15/11/2022	15599	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS, HORAS DE USO: 18935	$ 426.335
331	14262	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360S	N10361117276	25/11/2022	15760	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 11029	$ 426.335
332	14215	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117313	25/11/2022	15754	URGENCIAS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 16289.3	$ 426.335
333	PM19251	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0133	26/11/2022	16081	URGENCIAS	PRESENTA DAÑO EN BATERIA DE SOPORTE	$ 426.335
334	PM19246	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0134	26/11/2022	16082	URGENCIAS	PRESENTA DAÑO EN BATERIA DE SOPORTE	$ 426.335
335	PM19182	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0137	26/11/2022	16078	URGENCIAS	PRESENTA DAÑO EN BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA FALLA EN VALVULA ESPIRATORIA Y VALVULA DE SEGURIDAD	$ 426.335
336	PM19170	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS41542	23/11/2022	15784	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
337	PM19255	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33643	23/11/2022	15785	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
338	PM19179	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37839	18/11/2022	15783	URGENCIAS	OK	$ 426.335
339	PM19178	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33701	24/11/2022	15786	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
340	PM19229	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37665	23/11/2022	15809	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
341	PM19217	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37274	15/11/2022	15797	URGENCIAS	OK	$ 426.335

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

342	PM19275	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33768	23/11/2022	15810	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO Y BATERIA DE SOPORTE, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
343	PM19180	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS33322	22/11/2022	15811	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
344	PM19214	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS33890	22/11/2022	15812	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
345	PM19177	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS33965	15/11/2022	15791	URGENCIAS	OK	$ 426.335
346	PM19206	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS34192	14/11/2022	15798	URGENCIAS	OK	$ 426.335
347	PM19222	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37772	26/11/2022	15813	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
348	PM19169	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36943	26/11/2022	15814	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
349	PM19202	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37113	14/11/2022	15796	URGENCIAS	OK	$ 426.335
350	PM19225	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37243	26/11/2022	15815	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
351	PM19267	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36921	26/11/2022	15816	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
352	PM19240	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36886	22/11/2022	15817	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
353	PM19259	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36982	26/11/2022	15818	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335

Powered by CamScanner

354	PM19211	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37717	24/11/2022	15819	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
355	PM19219	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37155	15/11/2022	15790	URGENCIAS	SE CORRIGE NUMERO DE SERIE EN PROYECCIÓN ESTA: VG70 (U) XZZS37115	$ 426.335
356	PM19220	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33565	24/11/2022	15820	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, NO POSEE CABLE DE PODER, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
357	PM19227	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS34083	24/11/2022	15821	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
358	NR	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33237	14/11/2022	15794	URGENCIAS	OK	$ 426.335
359	PM19302	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS30711	24/11/2022	15822	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
360	PM19199	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS30111	14/11/2022	15793	URGENCIAS	OK	$ 426.335
361	PM19237	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS34204	24/11/2022	15823	URGENCIAS	NO POSEE CABLE DE PODER, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
362	PM19231	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36872	18/11/2022	15792	URGENCIAS	OK	$ 426.335
363	PM19242	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36918	23/11/2022	15824	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
364	PM19234	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37043	28/11/2022	16039	URGENCIAS	PRESENTA FALLA POR SENSOR DE OXIGENO, SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
365	PM19213	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37177	14/11/2022	15789	URGENCIAS	NO POSEE CABLE DE PODER Y MANGUERA DE OXIGENO	$ 426.335
366	PM19223	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33238	28/11/2022	15826	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335

Powered by CamScanner

367	PM19232	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37137	28/11/2022	15827	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
368	PM19226	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37358	28/11/2022	15828	URGENCIAS	SE RECOMIENDA MANTENER CONECTADO A RED AC	$ 426.335
369	7070	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	120123170133	21/11/2022	15806	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 60.124
370	18262	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008068	26/11/2022	16083	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO, NO POSEE CABLE DE ELECTRODO PARA MARCAPASOS	$ 196.770
371	2755	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	19/11/2022	16102	CIRUGIA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO	$ 27.329
372	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	14/11/2022	16067	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 27.329
373	NR	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860416	14/11/2022	15781	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 81.988
374	7247	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	18/11/2022	15724	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 48.136
375	7230	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	21/11/2022	16098	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 48.136
376	7246	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	17/11/2022	16046	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 48.136
377	18083	BÁSCULA DIGITAL	SECA	22089	8856288190252	15/11/2022	15722	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 48.136
378	16036	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100130	21/11/2022	15808	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 48.136
379	18481	MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEAL FORCE	ADVANCE 120	J3300QJ05807	16/11/2022	15707	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 213.168
380	9886	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	17/11/2022	15777	UCIN ADULTOS	OK	$ 48.136

Powered by CamScanner

381	14260	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DE-0B002482	16/11/2022	16056	UCIN ADULTOS	OK	$ 196.770
382	PM.17786	ELECTROCARDIÓGRAFO	BENEHEART	MINDRAY	FN-94015126	15/11/2022	15682	UCIN ADULTOS	DAÑO EN TECLADO (NO FUNCIONAN ALGUNAS TECLAS), REQUIERE CAMBIO DE ELECTRODOS DE SUCCIÓN	$ 163.975
383	9727	MARCAPASO TRANSCUTÁNEO	MEDTRONIC	5375	CE 1007388P	16/11/2022	15779	UCIN ADULTOS	OK	$ 163.975
384	14267	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133365	14/11/2022	15593	UCIN ADULTOS	OK	$ 213.168
385	17367	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001833	17/11/2022	15689	UCIN ADULTOS	OK	$ 213.168
386	17365	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001836	16/11/2022	16045	UCIN ADULTOS	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG	$ 213.168
387	17364	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001837	15/11/2022	15677	UCIN ADULTOS	OK	$ 213.168
388	17366	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001834	17/11/2022	15687	UCIN ADULTOS	OK	$ 213.168
389	17368	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001835	17/11/2022	16057	UCIN ADULTOS	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG Y EN INTERFAZ DE SENSOR DE OXIMETRIA	$ 213.168
390	15898	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117287	14/11/2022	15712	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 19338.2	$ 426.335
391	15899	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117314	17/11/2022	15597	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 16201.9, SE CORRIGE NUMERO DE SERIE EN PROYECCIÓN ESTA: N10361117614	$ 426.335
392	14243	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360E	N10361117288	16/11/2022	15683	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS	$ 426.335
393	14263	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360E	N10361117286	25/11/2022	15759	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 18585.5	$ 426.335
394	14264	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N10361117317	16/11/2022	15595	UCIN ADULTOS	PRESENTTA FISURA EN CARCASA DE PANTALLA AUXILIAR, DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 7354.4	$ 426.335

Powered by CamScanner

395	14265	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e-360E	N10361117321	14/11/2022	15657	UCIN ADULTOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE, HORAS DE USO: 25410.6	$ 426.335
396	6453	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	16/11/2022	16058	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 27.329
397	14413	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032239	28/11/2022	16152	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA BAJA ILUMINACIÓN EN ALGUNOS PUNTOS DEL DISPLAY	$ 48.136
398	14381	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032502	28/11/2022	16153	CONSULTA EXTERNA	DETERIORO EN TAPA DE BATERIA	$ 48.136
399	14422	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032242	28/11/2022	16154	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 48.136
400	14393	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032530	28/11/2022	16155	CONSULTA EXTERNA	DETERIORO EN BOTON ON/OFF	$ 48.136
401	14437	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032498	28/11/2022	16158	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 48.136
402	14417	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032529	27/11/2022	16159	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 48.136
403	14402	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032501	27/11/2022	16160	CONSULTA EXTERNA	DETERIORO EN BOTON ON/OFF	$ 48.136
404	14397	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032528	27/11/2022	16161	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 48.136
405	5158	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000325	27/11/2022	16162	CONSULTA EXTERNA	DETERIORO EN BOTON ON/OFF, REQUIERE CARGADOR AC/DC	$ 48.136
406	16033	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE LARK	RL-DBS	9101100362	27/11/2022	16163	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 48.136
407	16626	COLPOSCOPIO	LEISEGANG	3MVCS-131112	16-095007	27/11/2022	16164	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 196.770
408	7627	DESFIBRILADOR	ZOLL	M SERIES CCT	T05C68599	28/11/2022	16185	CONSULTA EXTERNA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA DETERIORO EN CABLE DE PALAS, CABLE ECG Y OXIMETRIA	$ 196.770
409	8906	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860677A	28/11/2022	15665	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA FALLA EN DISPLAY EN EL MOMENTO DE ENCENDIDO, EQUIPO SE ENTREGA A SIIGNMI EL 21/10/2022, EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 81.988

Powered by CamScanner

410	7196	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860638A	28/11/2022	16167	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 81.988
411	16448	ELECTROBISTURI	WAVETRONIC	5000 DIGITAL	NZZW-DG	27/11/2022	16209	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 349.813
412	14444	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16169	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 38.261
413	14379	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16171	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA DAÑO EN TARJETA, BAJA INTENSIDAD EN OFTALMOSCOPIO Y REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLOS	$ 38.261
414	14419	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16172	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ESPIRAL, NO POSEE BOMBILLOS Y CABLE DE PODER	$ 38.261
415	14395	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16173	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 38.261
416	14391	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16174	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 38.261
417	14415	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16176	CONSULTA EXTERNA	NO POSEE BOMBILLO DE OFTALMOSCOPIO Y PRESENTA DAÑO EN SENSOR ON/OFF	$ 38.261
418	14375	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16177	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 38.261
419	14383	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16178	CONSULTA EXTERNA	NO POSEE CABEZA DE OFTALMOSCOPIO	$ 38.261
420	14435	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/11/2022	16179	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 38.261
421	16448-1	EVACUADOR DE HUMO	FANAMED	EX3314	NR	27/11/2022	16180	CONSULTA EXTERNA	SE ENCUENTRA DESAJUSTADO EN BOQUILLA DE ENTRADA DE AIRE	$ 163.975
422	8892	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	27/11/2022	16181	CONSULTA EXTERNA	NO POSEE ORING DE CAMPANA, DETERIORO EN SOPORTE DE TUBO SILICONADO	$ 27.329
423	8894	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	27/11/2022	16182	CONSULTA EXTERNA	NO POSEE ORING DE CAMPANA	$ 27.329
424	8898	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	27/11/2022	16183	CONSULTA EXTERNA	NO POSEE ORING DE CAMPANA	$ 27.329
425	8896	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	27/11/2022	16184	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 27.329
426	1789	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DÚPLEX	NR	29/11/2022	16122	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 27.329
427	8877	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	29/11/2022	16124	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 27.329
428	5080	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NR	29/11/2022	16125	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 27.329

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

429	8884	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	29/11/2022	16126	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA FISURAS EN OLIVAS Y DETERIORO EN SOPORTE DE TUBO SILICONADO	$ 27.329
430	8900	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	29/11/2022	16127	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 27.329
431	8871	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	29/11/2022	15663	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA	$ 27.329
432	9668	FOTOSFORO	WELCH ALLYN	REF. 49000	17080512	29/11/2022	16128	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA DETERIORO EN PANEL FRONTAL DE BALACA	$ 38.261
433	7871	INCUBADORA DE PLAQUETAS	PRESVAC	AP - 48LT	5889	17/11/2022	16092	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO NO SE LE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO PORQUE NO HAY CONEXIÓN A 220V	$ 251.428
434	14416	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16129	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
435	14425	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16130	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
436	14440	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16131	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
437	14429	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16132	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
438	14433	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16133	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
439	14396	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16134	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
440	14449	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16135	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
441	14436	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/11/2022	16136	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
442	14445	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	27/11/2022	16137	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
443	14392	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/11/2022	16093	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
444	14412	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/11/2022	16094	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
445	14420	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	16/11/2022	16095	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
446	14380	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/11/2022	16087	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
447	14376	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	27/11/2022	16138	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 49.193
448	4646	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5741I	27/11/2022	16139	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 213.168
449	17314	MONITOR FETAL	BIOCARE	IC60	L8A612015030022	27/11/2022	16140	CONSULTA EXTERNA	DETERIORO EN CABLE DE SENSOR DE OXIMETRIA	$ 174.907

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

450	NR1	SIERRA CORTA YESOS	REDA	31210-21	NR	28/11/2022	16141	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 98.385
451	3881	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	CAST CUTTER	435501093	28/11/2022	16142	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA DETERIORO EN TAPA DE SEGURIDAD DE CUCHILLA	$ 98.385
452	14431	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221457 47	29/11/2022	16143	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
453	14434	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221245 27	29/11/2022	16144	CONSULTA EXTERNA	REQUIERE CAMBIO DE PERA	$ 60.124
454	5094	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	0807281338 32	29/11/2022	16145	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
455	3637	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	0411172226 12	29/11/2022	16146	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
456	14427	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221523 16	29/11/2022	16147	CONSULTA EXTERNA	PRESENTA DETERIORO EN MANGUERA RESORTADA	$ 60.124
457	14418	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221512 35	29/11/2022	16148	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
458	3636	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	0411172225 12	29/11/2022	16149	CONSULTA EXTERNA	REQUIERE SUMINISTRO DE PERA Y BRAZALETE	$ 60.124
459	14443	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221200 42	29/11/2022	16150	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
460	14382	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221546 21	27/11/2022	16201	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
461	14438	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221550 04	27/11/2022	16204	CONSULTA EXTERNA	REQUIERE CAMBIO DE PERA	$ 60.124
462	NR	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	1501270031 28	27/11/2022	16205	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
463	14423	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221444 00	27/11/2022	16206	CONSULTA EXTERNA	REQUIERE CAMBIO DE PERA	$ 60.124
464	14386	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221539 01	17/11/2022	16089	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
465	14390	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221536 01	17/11/2022	16090	CONSULTA EXTERNA	NO POSEE PERA Y BRAZALETE, SE RALIZA PRUEBAS CON ACCESORIOS DE OTRO EQUIPO	$ 60.124
466	8880	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450774	28/11/2022	16210	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
467	8891	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450534	28/11/2022	16212	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
468	8897	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10465757	28/11/2022	16213	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
469	8901	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450767	28/11/2022	16214	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
470	8899	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450028	28/11/2022	16215	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
471	8893	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450514	29/11/2022	16216	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124

Powered by CamScanner

472	8903	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450865	29/11/2022	16218	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
473	8886	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450537	29/11/2022	16217	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
474	8887	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10443340	17/11/2022	16091	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
475	8895	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450529	17/11/2022	16097	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
476	8872	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450769	29/11/2022	16223	CONSULTA EXTERNA	OK	$ 60.124
477	15769	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137346	28/11/2022	16225	GINECO OBSTETRICIA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO	$ 213.168
478	5093	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	9010819183 6	27/11/2022	16203	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 60.124
479	PM.177 96	AGITADOR DE PLAQUETAS DE 48 UNIDADES	PF 48	HELMER	2064655	30/11/2022	16241	BANCO DE SANGRE	OK	$ 238.050
480	PM.177 97	INCUBADOR PARA AGITADOR DE PLAQUETAS	PF 48i	HELMER	2096942	30/11/2022	16242	BANCO DE SANGRE	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 238.050
481	16855	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	PRIXMA	YS162312	30/11/2022	16243	BANCO DE SANGRE	OK	$ 60.124
482	5091	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	597KL	5970006349	30/11/2022	16244	BANCO DE SANGRE	OK	$ 48.136
483	15651	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8182	30/11/2022	16245	BANCO DE SANGRE	PRESENTA DAÑO EN DISPLAY (BAJA ILUMINACIÓN) SE REALIZA PRUEBA DE RPM CON CONFIGURACIÓN PREESTABLECIDA	$ 87.453
484	15652	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8183	30/11/2022	16246	BANCO DE SANGRE	NO FUNCIONA SISTEMA DE VENTILACIÓN	$ 87.453
485	7864	CENTRÍFUGA CRIOHEMODERIVA DORA	PRESVAC	DP2065RC	5911/7864	29/11/2022	16247	BANCO DE SANGRE	PRESENTA DETERIORO EN EMPAQUE	$ 216.521
486	15650	DESCONGELADOR DE PLASMA	PRESVAC	PLASMA SOFT	8181	30/11/2022	16249	BANCO DE SANGRE	PRESENTA AVANZADO DETERIORO POR OXIDACIÓN (PARTE INTERNA)	$ 349.813
487	5614	HORNO DE SECADO	DIES	D-53	9410105	30/11/2022	16250	BANCO DE SANGRE	CONTROLADOR DE TEMPERATURA FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE	$ 251.428
488	5074	MICROPIPETA	BIOHIT	100 - 1000 µL	6023816	30/11/2022	16193	BANCO DE SANGRE	OK	$ 87.453

Powered by CamScanner

489	5097	MICROPIPETA	BRAND	5 - 50 µl	11D8366	30/11/2022	16194	BANCO DE SANGRE	OK	$ 87.453
490	9175	MICROPIPETA	PIPET4U	100 - 1000 µL	IH861113	30/11/2022	16197	BANCO DE SANGRE	OK	$ 87.453
491	9868	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 10 - 100 µL	18110389	30/11/2022	16198	BANCO DE SANGRE	OK	$ 87.453
492	9869	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 100 - 1000 µL	19049477	29/11/2022	16199	BANCO DE SANGRE	OK	$ 87.453
493	9870	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 5 - 50 µL	18109949	29/11/2022	16200	BANCO DE SANGRE	OK	$ 87.453
494	9155	SEROFUGA	CLAY ADAMS	420352	4520025	29/11/2022	16301	BANCO DE SANGRE	PRESENTA FISURA EN PORTATUBOS, NO FUNCIONAN TECLAS 1,2,3,4,7,00	$ 125.714
495	15643	SILLA DE COLECTA EXTRAMURAL	DAFTEG	SCE-1000	NR	29/11/2022	16302	BANCO DE SANGRE	OK	$ 38.261
496	15644	SILLA DE COLECTA EXTRAMURAL	DAFTEG	SCE-1000	NR	30/11/2022	16269	BANCO DE SANGRE	OK	$ 38.261
497	15645	SILLA DE COLECTA EXTRAMURAL	DAFTEG	SCE-1000	NR	30/11/2022	16270	BANCO DE SANGRE	OK	$ 38.261
498	7885	SILLÓN PARA DONANTES	PRESVAC	T - 4 i	5902	30/11/2022	16271	BANCO DE SANGRE	OK	$ 81.988
499	15646	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	29/11/2022	16272	BANCO DE SANGRE	OK	$ 81.988
500	15647	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	29/11/2022	16273	BANCO DE SANGRE	NO POSEE ADPTADOR AC/DC	$ 81.988
501	8156	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	090109125945	29/11/2022	16274	BANCO DE SANGRE	REQUIERE CAMBIO DE PERA	$ 60.124
502	14272	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822793	29/11/2022	16275	BANCO DE SANGRE	REQUIERE CAMBIO DE PERA	$ 60.124
503	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	29/11/2022	16277	BANCO DE SANGRE	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO	$ 27.329
504	9683	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R131009430	17/11/2022	16348	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	OK	$ 38.261
505	9626	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	16/11/2022	16116	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PRESENTA DETERIORO EN MANGUERA SILICONADA	$ 27.329
506	9634	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	22/11/2022	16113	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PRESENTA DETERIORO EN MANGUERA SILICONADA	$ 27.329
507	9685	MEDIDOR DE PRESIÓN PARA NEUMOTAPONADOR	VBM	MANUJET	171659	22/11/2022	16115	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	OK	$ 76.522
508	17068	TANQUE DE PAQUETES FRÍOS	INTERFISICA	12 PAQUETES	170512-1642540076	17/11/2022	16071	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	REQUIERE CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA	$ 76.522

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

509	9679	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	17/11/2022	16070	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	OK	$ 49.193
510	9676	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	22/11/2022	16099	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	OK	$ 49.193
511	7250	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	14/12/2022	16118	CARDIOLOGÍA	OK	$ 48.136
512	7254	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	14/12/2022	16327	CARDIOLOGÍA	OK	$ 48.136
513	14364	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-0B002475	14/12/2022	16339	CARDIOLOGÍA	OK	$ 196.770
514	14404	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767	NA	14/12/2022	16328	CARDIOLOGÍA	OK	$ 38.261
515	14411	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767	NA	15/12/2022	16329	CARDIOLOGÍA	OK	$ 38.261
516	9423	HOLTER ECG	SCHILLER	MT-101	300,12025	15/12/2022	16121	CARDIOLOGÍA	REQUIERE CAMBIO DE TAPA DE BATERIA	$ 81.988
517	9427	HOLTER ECG	SCHILLER	MT-101	300,12031	15/12/2022	16120	CARDIOLOGÍA	REQUIERE CAMBIO DE TAPA DE BATERIA	$ 81.988
518	9919	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	12/12/2022	16340	CARDIOLOGÍA	OK	$ 27.329
519	15837	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133376	12/12/2022	16317	CARDIOLOGÍA	PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 213.168
520	15414	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002809	13/12/2022	16319	CARDIOLOGÍA	OK	$ 87.453
521	14403	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122110350	13/12/2022	16330	CARDIOLOGÍA	OK	$ 60.124
522	14410	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122155248	14/12/2022	16332	CARDIOLOGÍA	OK	$ 60.124
523	7184	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822766	14/12/2022	16117	CARDIOLOGÍA	OK	$ 60.124
524	8885	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10450870	15/12/2022	16335	CARDIOLOGÍA	OK	$ 60.124
525	8876	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10443871	15/12/2022	16336	CARDIOLOGÍA	OK	$ 60.124
526	PM.17810	STAN DE OFTALMOLOGIA	IS-5500	TOPCON	151772	2/12/2022	121322	CARDIOLOGÍA	SEGURO DE PLATINA PARTIDA. BINOCULO DERECHO FISURADO	$ 5.855.992
527	PM.17809	SILLON DE OFTALMOLOGIA	OC-2300	TOPCON	231614	2/12/2022	121321	CARDIOLOGÍA	OK	$ 995.800
528	PM.17811	MESA ELECTRICA PARA OFTALMOLOGIA	AIT-16	TOPCON	Z1411306	2/12/2022	121323	CARDIOLOGÍA	OK	$ 1.146.200
529	7237	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	14/12/2022	16119	CARDIOLOGÍA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 48.136

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

530	4289	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026379	15/12/2022	16237	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 48.136
531	17784	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005535	13/12/2022	16232	MEDICINA INTERNA	OK	$ 196.770
532	2782	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX02 12443-06	15/12/2022	16263	MEDICINA INTERNA	PRESENTA AVANZADO DETERIORO EN CARCASA	$ 81.988
533	14246	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103265	13/12/2022	16233	MEDICINA INTERNA	OK	$ 163.975
534	14439	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	14/12/2022	16234	MEDICINA INTERNA	OK	$ 38.261
535	4686	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	12/12/2022	16228	MEDICINA INTERNA	OK	$ 49.193
536	13435	LÁMPARA PIELITICA	WELCH ALLYN	GS 900	1002141410 9608	12/12/2022	16238	MEDICINA INTERNA	OK	$ 349.813
537	4635	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5744I	14/12/2022	16295	MEDICINA INTERNA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, EQUIPO ENCONTRADO EN QUIRURGICOS	$ 213.168
538	4221	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA66C1616I	15/12/2022	16261	MEDICINA INTERNA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 213.168
539	4219	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA66C1618I	12/12/2022	16229	MEDICINA INTERNA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, EQUIPO ENCONTRADO EN QUIRURGICOS	$ 213.168
540	8357	NEGATOSCOPIO	GENÉRICO	2 CUERPOS	NR	12/12/2022	16240	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 27.329
541	9414	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127481	13/12/2022	16259	MEDICINA INTERNA	EQUIPO ENCONTRADO EN QUIRURGICOS	$ 81.988
542	9604	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16608510 075	15/12/2022	16262	MEDICINA INTERNA	PRESENTA DETERIORO EN TAPA DE BATERIA	$ 81.988
543	9882	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206425	14/12/2022	16290	MEDICINA INTERNA	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 81.988
544	3627	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	0411172139 34	28/11/2022	15805	MEDICINA INTERNA	PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 60.124
545	14447	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1011221153 38	12/12/2022	16239	MEDICINA INTERNA	REQUIERE CAMBIO DE PERA	$ 60.124
546	15897	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	e360E	N103611173 08	13/12/2022	16236	MEDICINA INTERNA	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN BASE RODANTE Y DETERIORO EN RUEDAS, HORAS DE USO: 6462.2	$ 426.335

Powered by CamScanner

547	2762	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	13/12/2022	16237	MEDICINA INTERNA	EQUIPO POSEE DOS PLACAS EN MANGO: 2762 Y EN TAPA: 1244, EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 27.329
548	5120	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	597KL	5970006344	24/12/2022	16195	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 48.136
549	8403	BÁSCULA PESA BEBÉ	TANITA	BD-585	NR	21/12/2022	16310	GINECO - PEDIATRIA	EQUIPO ARROJA VALORES NO CONFIABLES, REQUIERE CALIBRACIÓN	$ 48.136
550	17785	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005533	22/12/2022	16308	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 196.770
551	9201	ELECTROCARDIÓGRAFO	ADVANCED	ECG-3PLUS	SE300B3230 9865091	23/12/2022	16315	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 163.975
552	9650	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	CLASSIC	70-2005-3927-7	30/11/2022	15666	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 27.329
553	4683	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	20/12/2022	16292	GINECO - PEDIATRIA	PRESENTA FISURAS EN BASE	$ 49.193
554	9166	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECTRIC	2036870-001	SDW081600 50PA	23/12/2022	16316	GINECO - PEDIATRIA	PRESENTA DETERIORO EN ACRILICO	$ 120.248
555	4497	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-533	TP05494	9/12/2022	16341	GINECO - PEDIATRIA	REQUIERE CAMBIO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PRESENTA DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 120.248
556	2090	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/11/2022	16061	GINECO - PEDIATRIA	EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 27.329
557	2085	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	22/12/2022	16309	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 27.329
558	4639	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5735I	14/12/2022	16283	GINECO - PEDIATRIA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 213.168
559	4224	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA66C1621I	19/11/2022	15737	GINECO - PEDIATRIA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE Y SENSOR DE OXIMETRIA	$ 213.168
560	9230	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109525	22/11/2022	16015	GINECO - PEDIATRIA	NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA, MAGUERA Y BRAZALETE NIBP, CABLE ECG Y BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

561	4629	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5730I	20/12/2022	16285	GINECO - PEDIATRIA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 213.168
562	17306	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030006	20/12/2022	16293	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 174.907
563	13408	NEGATOSCOPIO	KRAMER	1 CUERPO	NR	21/12/2022	16312	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 27.329
564	13407	NEGATOSCOPIO	KRAMER	1 CUERPO	NR	21/12/2022	16311	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 27.329
565	9418	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127494	24/12/2022	16189	GINECO - PEDIATRIA	EQUIPO ENCONTRADO EN ORTOPEDIA	$ 81.988
566	3563	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117214132	14/12/2022	15761	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 60.124
567	8926	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130610133766	24/12/2022	16196	GINECO - PEDIATRIA	OK	$ 60.124
568	4281	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026104	23/12/2022	16254	QUIRÚRGICOS	DETERIORO POR OXIDACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA	$ 48.136
569	14356	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103267	16/12/2022	16251	QUIRÚRGICOS	OK	$ 163.975
570	4684	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	24/12/2022	16253	QUIRÚRGICOS	OK	$ 49.193
571	4626	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5748I	2/12/2022	16258	QUIRÚRGICOS	PRESENTA DETERIORO EN DISPLAY, REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168
572	14166	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	51400002707	1/12/2022	16227	QUIRÚRGICOS	EQUIPO ENCONTRADO EN MEDICINA INTERNA	$ 38.261
573	13410	NEGATOSCOPIO	KRAMER	2 CUERPOS	NR	17/12/2022	16252	QUIRÚRGICOS	OK	$ 27.329
574	9623	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316012-M17312310005	20/12/2022	16282	QUIRÚRGICOS	OK	$ 81.988
575	9624	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316012-M17312310004	5/12/2022	16287	QUIRÚRGICOS	OK	$ 81.988
576	8275	PULSOXIMETRO	PENLON	VS-800	BY-78101201	19/12/2022	16187	QUIRÚRGICOS	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA, NO POSEE TAPA PROTECTORA DE BATERIA	$ 81.988
577	9417	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127498	8/12/2022	16286	QUIRÚRGICOS	OK	$ 81.988
578	9884	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202666	9/12/2022	16296	QUIRÚRGICOS	OK	$ 81.988
579	8157	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	080728140939	3/12/2022	16288	QUIRÚRGICOS	OK	$ 60.124
580	5225	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	090108165337	15/12/2022	16257	QUIRÚRGICOS	OK	$ 60.124
581	14373	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032213	2/12/2022	16260	ORTOPEDIA	OK	$ 48.136

Powered by CamScanner

582	14298	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-0B002479	5/12/2022	16314	ORTOPEDIA	OK	$ 196.770
583	7211	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860354	7/12/2022	16188	ORTOPEDIA	REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR	$ 81.988
584	15524	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103256	6/12/2022	16304	ORTOPEDIA	REQUIERE JUEGO DE PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFIA	$ 163.975
585	4688	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	2/12/2022	16231	ORTOPEDIA	OK	$ 49.193
586	4685	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	8/12/2022	16190	ORTOPEDIA	OK	$ 49.193
587	2101	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	3/12/2022	16305	ORTOPEDIA	EQUIPO POSEE DOS PLACAS EN MANGO: 2101 Y EN TAPA: 97/8/034	$ 27.329
588	4223	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA66C1617I	3/12/2022	16289	ORTOPEDIA	OK	$ 213.168
589	14323	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137335	1/12/2022	16226	ORTOPEDIA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE, REQUIERE CABLE ECG Y PRESENTA FISURAS EN CARCASA	$ 213.168
590	13437	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	041400002590	1/12/2022	16230	ORTOPEDIA	EQUIPO ENCONTRADO EN QUIRURGICOS	$ 38.261
591	11020	NEGATOSCOPIO	GENÉRICA	1 CUERPO	NR	5/12/2022	16306	ORTOPEDIA	OK	$ 27.329
592	8863	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127483	14/12/2022	16281	ORTOPEDIA	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA, NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA	$ 81.988
593	14406	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	17292	17/12/2022	16326	IMAGENOLOGÍA	OK	$ 48.136
594	17345	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-84005662	16/12/2022	16320	IMAGENOLOGÍA	OK	$ 196.770
595	16045	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS MRI	ASCC-0187	16/12/2022	16370	IMAGENOLOGÍA	NO POSEE INTERFAZ Y SENSOR DE OXIGENO	$ 415.403
596	15832	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133360	19/12/2022	16318	IMAGENOLOGÍA	REQUIERE BATERIA DE SOPORTE	$ 213.168

Powered by CamScanner

597	17346	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SCHILLER	MAGLIFE SERENITY	945100001599	17/12/2022	16324	IMAGENOLOGÍA	SE CORRIGE NUMERO DE SERIE EN PROYECCIÓN ESTA: 9465750159, PRESENTA FALLA EN SISTEMA DE APAGADO, NO CARGA BATERIA, PRESENTA RUIDO EN CURVA DE ECG, NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA, REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE 9V DE SENSOR ECG.	$ 213.168
598	4700	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	110600002178	16/12/2022	16321	IMAGENOLOGÍA	PRESENTA DETERIORO EN BASE Y PRESENTA DAÑO EN MANOMETRO	$ 87.453
599	8148	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	090109125825	19/12/2022	16325	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO	$ 60.124
600	2753	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	17/12/2022	16322	UNIDAD INTERMEDIA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO, EQUIPO POSEE DOS PLACAS EN MANGO: 2753 Y EN TAPA 97/8/033	$ 27.329
601	17673	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856334180164	15/12/2022	16334	PATOLOGÍA	PRESENTA DATOS NO CONFIABLES EN LOS EXTREMOS DE LA BALANZA	$ 60.124
602	17357	BAÑO DE FLOTACIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	DIGITAL	130781CB1808	1/12/2022	24467889	PATOLOGÍA	OK	$ 396.274
603	17354	CENTRAL DE INCLUSIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HISTOSTAR	HS7347A1807 / HS7365C1807	1/12/2022	24467897	PATOLOGÍA	REQUIERE CAMBIO DE EMPAQUE DE TORNILLO DE FLUJO	$ 776.149
604	17356	CITOCENTRIFUGA	THERMO FISHER SCIENTIFIC	CYTOSPIN 4	CY212801807	1/12/2022	24467935	PATOLOGÍA	OK	$ 776.149
605	17672	HORNO DE SECADO	BINDER	FD-S 056	201863000144445	15/12/2022	16337	PATOLOGÍA	OK	$ 251.428
606	17358	MICROSCOPIO TRINOCULAR	OLYMPUS	CX33	8B40509	1/12/2022	24467941	PATOLOGÍA	OK	$ 565.067

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner

607	17355	MICRÓTOMO DE ROTACION MANUAL	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HM 325	S18050947	1/12/2022	24467877	PATOLOGÍA	OK	$ 776.69
608	17353	PROCESADOR DE TEJIDO	THERMO FISHER SCIENTIFIC	EXCELSIOR AS	ET59501806	1/12/2022	24467868	PATOLOGÍA	OK	$ 2.701.760
609	9964	SIERRA CORTA YESOS	REDA	NR	31210-21	15/12/2022	16369	PATOLOGÍA	EQUIPO REQUIERE CUCHILLA ESPECIAL PARA PATOLOGIA	$ 98.385
VALOR TOTAL : CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 141.736.900)									SUBTOTAL	$ 119.106.638
									IVA	$ 22.630.261
									TOTAL	$ 141.736.900

EQUIPOS BIOMEDICOS NO ENCONTRADOS.

En la visita realizada a los servicios correspondiente al periodo desde el 11 de noviembre al 25 de diciembre de 2022, no se encontraron los siguientes equipos biomédicos:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDAD
1	PM.17740	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005380056	30/11/2022	16434	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
2	14327	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128106	18/11/2022	16402	MEDICINA INTERNA	5 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
3	15657	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018152	30/11/2022	16435	QUIRURGICOS	4 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
4	15675	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG11018167	21/11/2022	16403	QUIRURGICOS	4 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
5	15762	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGMG10128090	30/11/2022	16436	GINECO OBSTETRICIA	4 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
6	16022	CAMA ELECTROMECANICA	CGM	CGMG	CGSG11018271	30/11/2022	16437	MEDICINA INTERNA	6 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
7	PM.17666	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	MAFET	360625-M193059000009	30/11/2022	16438	URGENCIAS	PABELLON BICENTENARIO	EQUIPO NO ENCONTRADO
8	9851	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	901026	NR	30/11/2022	16439	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 3	EQUIPO NO ENCONTRADO
9	9631	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	30/11/2022	16440	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
10	9848	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	901039	NR	30/11/2022	16441	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 3	EQUIPO NO ENCONTRADO
11	9847	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	901039	NR	30/11/2022	16442	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 3	EQUIPO NO ENCONTRADO

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

12	4549	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	30/11/2022	16443	URGENCIAS	CONS. 5	EQUIPO NO ENCONTRADO
13	2102	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/11/2022	16444	URGENCIAS	OBSERVACI(ON 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
14	2097	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	15/11/2022	16427	URGENCIAS	OBSERVACIÓ N 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
15	2767	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	80813	NR	30/11/2022	16367	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
16	2751	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	15/11/2022	16428	URGENCIAS	SUTURAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
17	2777	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/11/2022	16368	URGENCIAS	OBSERVACIÓ N 3	EQUIPO NO ENCONTRADO
18	15525	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137325	15/11/2022	16429	URGENCIAS	REANIMACI ÓN	EQUIPO NO ENCONTRADO
19	4644	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5729I	16/11/2022	16430	URGENCIAS	OBSERVACIÓ N 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
20	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13510	16/11/2022	16432	URGENCIAS	P. CASANARE	EQUIPO NO ENCONTRADO
21	8278	PULSOXIMETRO	PENLON	VS-800	BY-78101211	17/11/2022	16433	URGENCIAS	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
22	PG.9878	PULSOXIMETRO	PM.60	MINDRAY	CR-97206422	30/11/2022	16411	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
23	9690	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M1840224006 1	30/11/2022	16412	URGENCIAS	TRIAGE	EQUIPO NO ENCONTRADO
24	9605	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M1660851007 1	30/11/2022	16413	URGENCIAS	OBSERVACIÓ N 1	EQUIPO NO ENCONTRADO
25	13684	SUCCIONADOR	THOMAS	1640	51400011971	30/11/2022	16408	URGENCIAS	CARPAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
26	3634	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214032	30/11/2022	16409	URGENCIAS	OBSERVACIÓ N 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
27	9850	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	(21)18416537	30/11/2022	16410	URGENCIAS	OBSERVACIÓ N 3	EQUIPO NO ENCONTRADO
28	9849	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	(21)18416531	30/11/2022	16404	URGENCIAS	OBSERVACIÓ N 3	EQUIPO NO ENCONTRADO
29	PM19157	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS3 3729	30/11/2022	16406	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
30	2773	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/11/2022	16405	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
31	7200	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860641 A	28/11/2022	16377	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO NO ENCONTRADO
32	9176	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860339	30/11/2022	16386	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO NO ENCONTRADO
33	8907	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860643 A	30/11/2022	16384	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO NO ENCONTRADO
34	PM.6710	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860641 A	30/11/2022	16423	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORI O 106	EQUIPO NO ENCONTRADO
35	8890	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	30/11/2022	16380	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORI O 103	EQUIPO NO ENCONTRADO

Powered by CamScanner

36	8881	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	30/11/2022	16379	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	EQUIPO NO ENCONTRADO
37	NR16	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/11/2022	16392	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	EQUIPO NO ENCONTRADO
38	NR17	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	30/11/2022	16393	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	EQUIPO NO ENCONTRADO
39	15635	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	11902509441	30/11/2022	16390	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108	EQUIPO NO ENCONTRADO
40	8870	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10443695	30/11/2022	16378	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	EQUIPO NO ENCONTRADO
41	7046	FONENDOSCOPIO	MARK OF FITNESS	ADULTO	NR	21/11/2022	16391	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE	EQUIPO NO ENCONTRADO
42	9871	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 0,5 - 10 µL	18098464	21/11/2022	16389	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
43	9684	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R31009503	18/11/2022	16401	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA	EQUIPO NO ENCONTRADO
44	9633	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	17/11/2022	16395	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
45	9635	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	16/11/2022	16397	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
46	9678	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	16/11/2022	16399	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
47	9680	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	17/11/2022	16400	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA	EQUIPO NO ENCONTRADO
48	9675	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	17/11/2022	16398	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
49	9600	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	CLASIC II	I16G19350	23/12/2022	16451	CARDIOLOGÍA	1 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
50	9432	HOLTER ECG	SCHILLER	MT-101	300,1203	23/12/2022	16452	CARDIOLOGÍA	1 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
51	9439	HOLTER ECG	SCHILLER	MT-101	300,12242	23/12/2022	16453	CARDIOLOGÍA	1 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
52	1140	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PORTÁTIL	NR	23/12/2022	16454	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
53	9421	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NR	23/12/2022	16455	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
54	14360	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133373	19/12/2022	16376	MEDICINA INTERNA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
55	11785	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	1041300002355	23/12/2022	16456	MEDICINA INTERNA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
56	13648	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	05001400011972	23/12/2022	16457	MEDICINA INTERNA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO

Powered by CamScanner

57	9629	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	23/12/2022	16458	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
58	9630	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	23/12/2022	16459	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
59	7192	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860409	23/12/2022	16460	QUIRÚRGICOS	STAN DE ENFERMERÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
60	9628	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	23/12/2022	16461	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
61	9627	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	20/12/2022	16383	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
62	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	20/12/2022	16381	QUIRÚRGICOS	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
63	2105	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	20/12/2022	16387	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
64	7083	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	111017185254	21/12/2022	16388	QUIRÚRGICOS	STAN DE ENFERMERÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
65	NR	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	ADULTO	15G49875	23/12/2022	16462	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
66	9561	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NR	23/12/2022	16463	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
67	2776	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	23/12/2022	16464	IMAGENOLOGÍA	RMN	EQUIPO NO ENCONTRADO
68	5119	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	23/12/2022	16465	IMAGENOLOGÍA	TAC	EQUIPO NO ENCONTRADO

EQUIPOS BIOMEDICOS FUERA DE SERVICIO.

En la visita realizada a los servicios correspondiente al periodo desde el 11 de noviembre al 25 de diciembre de 2022, se encontraron los siguientes equipos biomédicos fuera de servicio:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDAD
1	PM.17741	CAMA ELECTRICA	MUKA	STRYKER	1972100005380025	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
2	15787	CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA	CGM	CLMA	CLME11028009	QUIRURGICOS	5 PISO	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
3	PM18482	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE - 120	J3300QJ05804	URGENCIAS	SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
4	PM18485	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE - 120	J3300QJ05805	URGENCIAS	SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
5	PM18479	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE - 120	J3300QJ05808	URGENCIAS	SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

Powered by CamScanner

6	19160	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13544	URGENCIAS	SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, EN PROYECCIÓN APARECE COMO NR Y TIENE PLACA 19160
7	19161	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13539	URGENCIAS	SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO, EN PROYECCIÓN APARECE COMO NR Y TIENE PLACA 19161
8	PM19256	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13507	URGENCIAS	SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
9	PM19156	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37254	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
10	15778	VENTILADOR MECÁNICO	NEWPORT	E-360e	N10361117322	URGENCIAS	OBSERVACION 2	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
11	14442	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032491	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
12	17311	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030005	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

EQUIPOS BIOMEDICOS DADOS DE BAJA.

En la visita realizada a los servicios correspondiente al periodo desde el 11 de noviembre al 25 de diciembre de 2022, se encontraron los siguientes equipos biomédicos dados de baja:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDAD
1	9171	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10450866	URGENCIAS	CONS, TRIAGE 1	EQUIPO DADO DE BAJA
2	9170	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10443915	URGENCIAS	CONS.TRIAGE	EQUIPO DADO DE BAJA

EQUIPOS BIOMEDICOS QUE NO ESTAN EN LA PROYECCIÓN.

En la visita realizada a los servicios correspondiente al periodo desde el 11 de noviembre al 25 de diciembre de 2022, se encontraron los siguientes equipos biomédicos que no están en la proyección:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDAD
1	7070	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	120123170133	21/11/2022	15806	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
2	18262	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008068	26/11/2022	16083	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO, NO POSEE CABLE DE ELECTRODO PARA MARCAPASOS

Powered by CamScanner

3	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	14/11/2022	16067	URGENCIAS	PABELLON CASANARE	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
4	NR	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860416	14/11/2022	15781	URGENCIAS	TRIAGE	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
5	7247	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	18/11/2022	15724	URGENCIAS	PABELLÓN CASANARE	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
6	7230	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	21/11/2022	16098	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
7	7246	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	17/11/2022	16046	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
8	18083	BASCULA DIGITAL	SECA	22089	8856288190252	15/11/2022	15722	URGENCIAS	PABELLÓN CASANARE	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
9	16036	BASCULA PESA BEBE	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100130	21/11/2022	15808	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
10	18481	MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEAL FORCE	ADVANCE 120	J3300QJ05807	16/11/2022	15707	URGENCIAS	PABELLON CASANARE	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
11	6453	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	16/11/2022	16058	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
12	5093	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	90108191836	27/11/2022	16203	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 111	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
13	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	29/11/2022	16277	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO
14	7237	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	14/12/2022	16119	CARDIOLOGÍA	1 PISO	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
15	2762	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	13/12/2022	16237	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	EQUIPO POSEE DOS PLACAS EN MANGO: 2762 Y EN TAPA: 1244, EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO
16	8148	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	090109125825	19/12/2022	16325	URGENCIAS	IMAGENOLOGIA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCIÓN DEL HORO

Powered by CamScanner

17	15769	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137346	28/11/2022	16225	GINECO OBSTETRICIA	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO
18	2753	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	17/12/2022	16322	UNIDAD INTERMEDIA	IMAGENOLOGIA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO, EQUIPO POSEE DOS PLACAS EN MANGO: 2753 Y EN TAPA 97/8/033
19	2755	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	19/11/2022	16102	CIRUGIA	URGENCIAS	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION DEL HORO

8. 3-60 PLUS S.A.S. entrego la documentación de soporte técnico necesarias y actualizó las hojas de vida de los equipos biomédicos que operan en **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**, objeto del contrato; en las que se incluyeron las especificaciones técnicas puntuales para cada equipo.

9. 3-60 PLUS S.A.S. garantiza la dotación de todos los implementos de seguridad industrial y salud ocupacional al personal, requerido para la realización del servicio contratado, incluidos los elementos de protección personal necesarios para la prestación del servicio de mantenimiento biomédico durante la emergencia presentada por la pandemia COVID-19.

10. 3-60 PLUS S.A.S. cuenta con los equipos necesarios para realizar la labor encomendada,: Analizador de desfibriladores, analizador de incubadoras, analizador de oximetría, simulador de signos vitales, analizador de electro bisturís, analizador de flujo de gas, simulador de presión sanguínea no invasivo, estuche de masas, y certificación de calibración de todos los patrones y demás necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos, los cuales reposan en los expedientes de los informes mensuales del contrato.

11. 3-60 PLUS S.A.S. en los informes mensuales reportó los siguientes Ítem:

- ✓ Fallas y daños presentados en los equipos, identificando los equipos, tiempo de no funcionamiento, causa y solución.
- ✓ Mantenimientos realizados identificando los equipos.
- ✓ Actividades desarrolladas identificando los equipos.
- ✓ Riesgos y precauciones básicas identificando los equipos.
- ✓ Inventarios actualizados de equipos.
- ✓ Anexar recibidos a satisfacción de parte de los usuarios identificando los equipos.
- ✓ Indicadores biomédicos.

- ➢ 360 PLUS SAS mantuvo los precios enunciados en la propuesta, para el cumplimiento del objeto contractual, además, asume bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurrió para la ejecución del objeto contractual del contrato.

- ➢ 360 PLUS SAS suscribió las actas que se han generado mensualmente en el desarrollo del objeto contractual del contrato


- ➢ 360 PLUS SAS constituyó las pólizas exigidas y las entregó oportunamente para su aprobación y las mantuvo vigente como amparo al contrato de prestación de servicios No CD/22-1338 de 2022.

Powered by CamScanner

- 360 PLUS SAS garantiza que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. CD/22-1338 de 2022, cumple con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, de acuerdo a las certificaciones emitidas por el revisor fiscal/contador, anexadas en los informes mensuales presentados por el contratista 3-60 PLUS SAS.

2.2. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes

BALANCE FINANCIERO				
BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° CD/22-1338 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022-25 DE DICIEMBRE DE 2022				
	VALOR	DESCRIPCION	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA
VALOR DEL CONTRATO	$ 150.114.280			
ACTA DE LIQUIDACIÓN		MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORO: MES NOVIEMBRE - DICIEMBRE	11 DE NOVIEMBRE DE 2022-25 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 141.736.900
SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA				8.377.380
SUMAS IGUALES	$ 150.114.280			$ 150.114.280



Powered by CamScanner

3. CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. Que el contrato de prestación de servicios No. **CD/22-1338** DE 2022, presenta saldo a favor de la institución de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($8.377.380)

OSCAR MEDINA GOMEZ
R/L 360 PLUS SAS

Calle 16 N. 31 – 30
+57+3108574648 +57+3103350143
360casanare@gmail.com

Powered by CamScanner