MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad Contratos
Radicado No 57160 SVA
Recibido por
Fecha 16-07-19 Hora 17:19

No. S-2019- / HOCEN – DEQUI-3.1

Bogotá, julio 16 de 2019

Capitán:
NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
Jefe (E) Grupo de Contratos HOCEN
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta evaluación técnica proceso PN HOCEN SA 017 2019

De manera atenta el servicio de Otorrinolaringología envía a usted respuesta evaluación técnica del proceso **PN HOCEN SA 017 2019, OBJETO SUMINISTRO DE AUDIFONOS DIGITALES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AYUDAS PROTÉSICAS AUDITIVAS, PARA PACIENTES CON HIPOACUSIA SENSORIAL DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**, donde se determina:

EMPRESA	OBSERVACION
CEAN SAS	**NO CUMPLE**

A pesar de que se subsano la novedad de las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el proceso, con las fichas técnicas, CEAN SAS no cumple, ya que dentro de las especificaciones de transposición y de extensor de audibilidad son importantes para el mejor desempeño en la discriminación y mejora de calidad de la audicion en la población policial, tanto en audífonos digitales como audífonos tipo Cross, por lo cual NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el proceso.

Atentamente

MONICA EDITH GÓMEZ ÁLVAREZ
Audiòloga

ADELAIDA PLAZA RUIZ
Otóloga

CIELO ARJONA PARDO
Audiologa