| LOTE No. 10. REMO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **EQUIPO** | **MARCA** | **MODELO** | **REFERENCIA** | **PAIS FABRICANTE** |
| 10 | REMO | DOMYOS | 500 | | CHINA |

| | | |
|---|---|---|
| | **PROCESO GESTIÓN MISIONAL** | **CÓDIGO: PDAT-FE-F9** |
| | **PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS** | **VERSIÓN: 3** |
| | **FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS** | **FECHA: 21/01/2021** |

| **CÓDIGO:** | **EB-010.** |
|---|---|

| **NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO** |
|---|
| REMO |
| **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Unidad |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL** |
| máquina de remo simula el patrón de movimiento que se produce al remar, utilizando la resistencia ajustable del propio cuerpo. permite un entrenamiento completo de todo el cuerpo, al integrar el factor fuerza en una máquina de cardio. involucra todos los grupos musculares de forma simultánea y permite una carga regular y consistente durante todo el rango de movimiento gracias a las fases de carga concéntrica y excéntrica del ejercicio. |

| **ESPECIFICACIONES** | | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **N° FOLIO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **10.1.1 Display** | Pantalla LCD o TFT de minimo 5.5" | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.2 Manilar** | antideslizante | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.3 Teclado** | Teclado para control de parámetros | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.4 Ruedas de transporte** | 2 ruedas | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.5 Funciones** | a. Distancia. | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | | b. Tiempo. | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | | c. Calorías. | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | | d. Frecuencia cardíaca. | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.1 Generales** | | e. Velocidad. | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.6 Programas predeterminados** | mínimo 10 programas | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.7 Altura del usuario mín.-máx. (cm** | 150 - 200 cm ± 10 cm | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.8 Peso máx. del usuario (kg** | 130 kg ± 10kg | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.9. Patas de apoyo de acero soldadas.** | | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.10 Longitud total** | (200 cm). Ancho: (60 cm). ± 15 cm | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.11 Altura al asiento** | (55 cm). ± 5 cm | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |
| | **10.1.12. Acabado con pintura en polvo** | | X | | FICHA TECNICA LOTE 10 |

| **CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC** | | | |
|---|---|---|---|
| **SEGMENTO** | **FAMILIA** | **CLASE** | **PRODUCTO** |
| 49 | 20 | 15 | 0 |

| **CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA** | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **N° FOLIO** |
|---|---|---|---|---|
| **10.2 GARANTIA** | 10.2.1 1 AÑO | X | | CARTA GARANTIA |
| | 10.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. | X | | CARTA GARANTIA |
| | 10.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. | X | | CARTA GARANTIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. | X | | CARTA GARANTIA |
| **10.3 TIEMPO DE RESPUESTA** | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. | X | | TIEMPO DE RESPUESTA Y OTROS |
| **10.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. | X | | TIEMPO DE RESPUESTA Y OTROS |
| **10.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. | X | | TIEMPO DE RESPUESTA Y OTROS |
| **10.6 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA** | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. | X | | TIEMPO DE RESPUESTA Y OTROS |

**Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.**



**Nombre y firma del representante legal**
**Dirección:**
**Teléfono**