ETHICON

PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

FICHA TECNICA

Nombre de la Empresa: Johnson & Johnson Medical Devices

Dirección: Calle 94ª no. 13-72

Ciudad: Bogotá

Contacto: JORGE MARQUEZ

Teléfonos: +57 (311) 576-1563

Fax: +57 (1) 219-1200

E-mail: jmarqu33@its.jnj.com

Sitio Web: www.ethicon.com

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	ENSEAL G2
FOTOGRAFIA	



Descripción	Indicado para la coagulación bipolar del tejido y para el seccionamiento transversal mecánico del tejido durante intervenciones laparoscópicas y abiertas. Puede ligar vasos hasta de 7mm de diámetro.
Códigos	Nseal545rh; Nseal535rh; Nseal525rh; Nseal514rh; Etrio345h; Etrio335h; Etrio325h; Etrio314h; NSLG2C14-NSLG2C25-NSLG2C35-NSLG2C45-NSLG2S14-NSLG2S25-NSLG2S25-NSLG2S45
Longitudes	45; 35; 25; 14 cm
Longitud Punta	19 y 20 mm
Diámetro Vástago	5 mm
Diámetro Punta	3 mm y 5 mm
Código Invima	2009EBC-0004339
Equipo	ENSEAL Gen11