ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	***ELEMENTO***	***UNIDAD DE MEDIDA***	***CANTIDAD***	***TIPO***	***DESCRIPCIÓN***
1	*Silla de ruedas adulto*	*Unidad*	*1*	*Universal*	*Silla de ruedas estándar en acero, color negro. Apoyabrazos, espaldar y pieceros fijos. Llanta trasera maciza de 24¨ con aro impulsador y freno. Llanta delantera maciza de 8¨. Cojinería en cordobán negro. Ancho total: 65 cm. Ancho asiento: 46 cm. Alto llanta trasera: 58 cm. Alto llanta delantera: 20 cm. Alto piso asiento: 50 cm. Alto total: 86,5 cm. Resistencia: 100 Kg. Peso producto: 16 Kg.*
2	*Silla de ruedas pediátrica*	*Unidad*	*1*	*Universal*	*Silla de ruedas pediátrica estándar en acero, color negro.* *Apoyabrazos, espaldar y pieceros fijos. Llanta trasera maciza de 22¨. Rin radio, con aro impulsador y freno. Llanta delantera maciza de 8¨. Cojinería en Nylon. Ancho total: 55 cm. Ancho asiento: 35* cm. Alto llanta trasera: 55 cm. Alto llanta delantera: 15 cm. Alto piso asiento: 47 cm. Alto total: 88 cm. Resistencia: 75Kg. Peso producto: 16 Kg.
3	Bastón de aluminiocurvo	Unidad	*1*	Ayudas	Bastón de aluminio curvo con puño blando y anatómico, adaptable a la palma de mano, Con ajustes de altura del puñoal suelo.
4	Bastón de aluminiorecto	Unidad	*1*	Ayudas	Bastón de aluminio Recto en aluminio con puño generalmente blando y anatómico, adaptable a la palma de mano, Con ajustes de altura del puño al suelo.
5	Bastón de tres patas	Unidad	*1*	Ayudas	Bastón de tres patas Alto: 73-96cm Tamaño:77*30*46cm Pasamanos sólidos, antideslizantes y resistentes aldesgaste, regulable en altura, tubo de acero de aleación de aluminio, más sólido, con tres patas de goma, antideslizante, con un peso de hasta 100 kg
6	Bastón de cuatropatas	Unidad	*1*	Ayudas	Bastón de cuatro patas. Alto: 73-96cm Tamaño 77*30*46cmPasamanos sólidos,antideslizantes y resistentes aldesgaste, regulable en altura, tubo de acero de aleación de aluminio, más sólido, con cuatro patas de goma, antideslizante, con un peso dehasta 100 kg
7	Bastón con puño y codo compacto en plástico	Unidad	*1*	Ayudas	Bastón con puño y codo compacto en plástico, con regulación de altura del apoyodel codo. Caña de aluminio endurecido.

8	Muleta de aluminio estándar para adulto	Unidad	*1*	Ayudas	Muleta de aluminio estándaradulto, de tubo con centro de doble extrusión con ajuste de clavija a presión facilita el ajuste de la altura de la muletaen incrementos de 1". Las puntas antideslizantes recubiertas de vinilo, de tamaño extra grande, proporcionan un excelente agarre, con ajuste sencillo de la tuerca de mariposa para las empuñaduras, almohadillapara apoyar las axilas y empuñadura cómodas y durables.
9	Muleta de aluminio estándar para niño	Par	*1*	Ayudas	Muleta de aluminio estándar niño, de tubo con centro de doble extrusión con ajuste de clavija a presión facilita el ajuste de la altura de la muletaen incrementos de 1". Las puntas antideslizantes recubiertas de vinilo, de tamaño extra grande, proporcionan un excelente agarre, con ajuste sencillo de la tuerca de mariposa para las empuñaduras, almohadilla para apoyar las axilas y empuñadura cómodas y durables.
10	Medias de compresión graduada 10-15mmHg Tallas S- M-L-XL (pantimedias)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresión graduada 10- 15mmHg Tallas S-M-L-XL (pantimedias)
11	Medias de compresión graduada 10-15mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta elmuslo)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresión graduada 10- 15mmHg Tallas S-M-L-XL (hasta el muslo)
12	Medias de compresión graduada 10-15mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta larodilla)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 10- 15mmHg. Tallas S-M-L-XL (hasta la rodilla)
13	Medias de compresión graduada 15-20mmHg Tallas S- M-L-XL (pantimedias)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 15- 20mmHg. Tallas S-M-L-XL (pantimedias)
14	Medias de compresión graduada 15-20mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta elmuslo)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 15- 20mmHg. Tallas S-M-L-XL (hasta el muslo)
15	Medias de compresión	Par	*1*	Blanda	Medias de compresión graduada 15-20mmHg. Tallas S-M-L-XL (hasta larodilla)

	graduada 15 20mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta larodilla)-				
16	Medias de compresión graduada 20-30mmHg Tallas S- M-L-XL (pantimedias) 20mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta larodilla)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 20- 30mmHg. Tallas S-M-L-XL (pantimedias) Tallas S-M-L-XL (hasta larodilla)
17	Medias de compresión graduada 20-30mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta elmuslo)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 20- 30mmHg. Tallas S-M-L-XL (hasta el muslo)
18	Medias de compresión graduada 20-30mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta larodilla)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 20- 30mmHg. Tallas S-M-L-XL (hasta la rodilla)
19	Medias de compresión graduada 30-40mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta elmuslo)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 30- 40mmHg. Tallas S-M-L-XL (hasta el muslo)
20	Medias de compresión graduada 30-40mmHg Tallas S- M-L-XL (hasta larodilla)	Par	*1*	Blanda	Medias de compresióngraduada 30- 40mmHg. Tallas S-M-L-XL (hasta la rodilla)
21	Taloneras en gel - Tamaños S-M-L	Par	*1*	Blanda	Taloneras en gel - Tamaños S-M-L
22	Collar ó Collarín Cervical Blando Anatómico Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Collar Cervical Blando fabricado en poliuretano de alta densidad que disminuye lamovilidad del cuello y reduce la presión sobre las vértebras.Tallas S-M-L-XL
23	Collarín Cervical Blando Recto-Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Collar cervical en espuma de poliuretano revestido contejido de algodón. Diseño Recto. El collarín está indicadopara tratamientos que precisen una inmovilizacióncervical suave.
24	Collarín cervical Semirigido	Unidad	*1*	Blanda	Soporte cervical de corte anatómico en poliuretano con refuerzo interno de alta densidad,

	Anatomico Tallas S-M-L-XL				recubierto con tejidotubular y ajustable con cierre de contacto Tallas S-M-L-XL
25	Collarín cervical rigido regulable en altura Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Soporte cervical de corte anatómico en poliuretano con refuerzo interno de alta densidad, recubierto con tejidotubular y ajustable con cierre de contacto. Tallas S-M-L-XL
26	Collarín cervical rigido Regulable en altura con apoyo del menton Tallas S-M- L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Soporte cervical compuesto por dos piezas en termoplástico de baja densidad con los bordes almohadillados y forrados., Polietileno de 1mm. y piel sintética, diseño ergonómico para conseguir una posición del raquis cervical neutra, ligero apoyo esternal, cómodo, regulable en altura con flejemetálico y regulable en contorno con velcro, conapoyo en mentón.Tallas S-M-L-XL
27	Collarín cervical rigido Philadelphia	Unidad	*1*	Blanda	Se trata de una ortesis bivalva fabricada en termoplástico moldeable a baja temperatura, generalmente plastazote de 10 mm de espesor, y reforzada con piezas de termoplástico rígido en la zonaanterior y posterior, que le danconsistencia y estabilidad. El cierre de las valvas se hace con tiras de velcro.Tallas S-M-L-XL
28	Collarín cervical rígido Philadelphia Traq.	Unidad	*1*	Blanda	Se trata de una ortesis bivalva,rígido en la zona anterior y posterior, que le da consistencia y estabilidad (Variante Philapdelphia). Dotado de una abertura anterior que permite que al paciente se le pueda incorporar una cánula traqueal de urgencia, así como sulimpieza y revisión. Con este modelo se facilita al personal sanitario tener un acceso rápido a la toma del pulso de la carótida y llevar a cabo otras manipulaciones de urgencia.
29	Estabilizador 961 para Collarín cervical rigido Philadelphia	Unidad	*1*	Blanda	Permite inmovilizar al paciente después de un traumatismo grave con un mayor soporte que un collarín rígido. Este accesorio ha sidodesarrollado para obtener unaestabilización mayor del cuelloen aquellos pacientes querequieran un grado superior de inmovilización en flexión o hiperextensión de esta zona, brinda facilidad de colocación por los cierres laterales de Velcro®, cuenta con remaches de plástico radiotransparentes.
30	Órtesis cérvico-torácica I.M.O.	Unidad	*1*	Órtesis	Ortésis cervical tipo IMO- Socer: Soporte Inmovilizador Mentoniano Occipital. Este tipo de apoyo dorsal permite al paciente tumbarse con comodidad, mientras la cabeza permanece inmóvil.Ayuda a mejorar la función delas vértebras cervicales, al tiempo que inmoviliza la primera región de la columna vertebral. Esta ortésis posee una placa posterior de polietileno y una banda graduable que sustituyeel soporte mentoniano.
31	Clavisan Inmovilizador	Unidad	*1*	Blanda	El inmovilizador de clavícula es un sistema universal para soporte e inmovilización de

	de Clavícula – Tallas: Pediátrico-S-M-L-XL				clavícula. Tratamiento acronio-claviculares. Este inmovilizador de clavícula estácompuesto por cojín posterior de foam recubierto con tejido tubular de algodón 100% de tacto agradable y transpirable concuatro anillas cosidas. Tallas S-M-L-XL - Pediátrico.
32	Ortesis Hemisafe	Unidad	*1*	Órtesis	Órtesis de hombro fabricada en material transpirable, diseñada para dar soporte a la subluxación unilateral producida por una hemiplejia. Posiciona la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea y la escápula en rotación externa, proporcionando un patrón normal que permite al pacientetener movilidad. Incopora una almohadilla que se puede utilizar para producir una abducción de la extremidad superior. Tallas S-M-L-XL
33	Hombrera Top Line	Unidad	*1*	Blanda	Se utiliza para esguinces leves y prevención de esguinces durante la práctica deportiva, tendinitis y post traumatismo del hombro. Fabricadas en material transpirable. Diseñadas paradar soporte a la subluxación unilateral producida por una hemiplejía. Efectos: Inmovilización de la articulación del hombro y codo. Indicaciones: Síndrome del hombro doloroso. Fracción subcapital del húmero. Tratamientos post-quirúrgicos.Tallas S-M-L-XL
34	Órtesis de abducción de hombro	Unidad	*1*	Órtesis	La ortesis de abducción de hombro a 15º o 30º permite una inmovilización de codo y hombro a la vez que mantiene una abducción de hombro regulable a 15º o 30º. Fabricada en tejido transpirable que permite que el aire circule evitando así posibles irritaciones de la piel.Talla: Universal
35	Cabestrillo inmovilizador de hombro Tipo Vietnam Pediátrico y adulto	Unidad	*1*	Blanda	El cabestrillo tipo Vietnam con inmovilizador de hombro es uno de los más utilizados. Tiene una faja que recubre todo el cuerpo además de tener la función de inmovilizar. Talla Universal. Esto previene movimientos contraindicados para una buena recuperación como elmovimiento escapulo-humeral. Ideal para: Procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y humero, lesiones de brazo/muñeca, hombro dislocado, sujeción de brazos.
36	Cabestrillo inmovilizador dehombro Tipo Sling Pediátrico y adulto	Unidad	*1*	Blanda	El cabestrillo Sling es el sistema universal para inmovilización de hombro, confeccionado en un tejido especial acolchado que permite la adherencia del velcro en toda la superficie del soporte. De fabricación entalla única, su sólida construcción le hace ser un soporte seguro y confortable para el paciente.

37	Ortesis Humerus Comfort	Unidad	*1*	Ortesis	Ortesis de humero diseñadapara el tratamiento no quirúrgico de las fracturas diafisiarias cerradas del humero y para el tratamiento postquirúrgico de la fractura de la diáfisis del humero abierta. Tallas S-M-L-XL
38	Cabestrillo tipo bolsa Tallas: Pediátrico-Adulto-S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Cabestrillo tipo Bolsa De Pecho Transpirable. Proporciona un soporte apropiado al brazo, antebrazo, muñeca y mano. Indicado durante la recuperación de huesos fracturados, torceduras, post- cirugías e inmovilización con yesos, garantizando mayorcomodidad y estabilidad.
39	Cincha de epicondilitis Top Line	Unidad	*1*	Blanda	Diseño anatómico y deportivo.Inserto de silicona 100% y grado médico. Cincha de cierre para adecuarla presión bilateral. Acciones: Aporta compresión regulable, calor y mejora de la capacidad propioceptiva del usuario. Indicaciones: Epicondilitis (codo detenista) y epitrocleitis (codo degolfista).
40	Codera neopreno - Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	ortesis	Codera epicondilitis neopreno top line. Es una ortesis de codo ideal para usuarios que practican deporte y necesitan un mecanismo de prevención o de soporte para proteger la zona del codo que tienenlesionada. Además estacodera ortopédica está fabricada con un neopreno térmico que aporta calorterapéutico sobre las articulaciones y de esta forma se acorta el tiempode recuperación, mejora el precalentamiento y el alivio del dolor.
41	Codera elástica con inserto de gel y cincha Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Soporte de codo de compresión suave con zona de ajuste en la articulación. Protege la articulación en momentos de sobreesfuerzo y alivia los síntomas provocados por pequeños traumas locales. Indicaciones: Tratamiento de la epicondilitis lateral y medial.
42	Órtesis de codo ROM Telescópica	Unidad	*1*	ortesis	Es una ortesis de codo con articulación monocéntrica unilateral que permite un perfecto control de la amplitudde movimientos. Y también asegura una correctainmovilización del codo. Así se consigue mantener la posición articular adecuada y facilita la recuperación de la funcionalidad articular. Además proporcionaalivio del dolor.
43	Brace muñeca tubular elástica ó muñequera ortopédica- Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Brace muñeca tubular elástica - Tallas S-M-L-XL
44	Órtesis funcional de mano	Unidad	*1*	ortesis	Diseñada en tejido transpirable para el tratamiento de contracturas moderadas en muñeca, mano y dedos. Dispone de un tirante de muñeca, para

					mantenerla en la posición adecuada y conseguir un estiramiento progresivo. Contractura de mano con o sin
45	Órtesis pasiva demuñeca con pulgar corta de (Quervain) Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	ortesis	Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumáticaen articulación metacarpo falángica del 1er. Dedo. Síndrome del túnel carpiano.
46	Órtesis pasiva demuñeca con pulgar larga Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	ortesis	Fabricada en material elásticoque ofrece máxima adaptacióny comodidad con fleje palmar extraíble y moldeable. Muñequera larga que brindasoporte firme y descarga las articulaciones carpo metacarpianas. Indicaciones: Estabilización y protección del pulgar, protección de las articulaciones arpometarcapianas; rizartrosis de pulgar, lesiones de las articulaciones carpo metacarpianas.
47	Órtesis CMC dePush	Unidad	*1*	ortesis	La Órtesis CMC Push estabiliza la articulación basal del pulgar (CMC-1) y coloca elpulgar en una posición funcional. Esto garantiza una función óptima de la mano y reduce síntomas como dolor o pérdidade fuerza.
48	Órtesis de pulgarlarga con placa Top Line transpirable	Unidad	*1*	ortesis	Alivia el dolor del pulgar mediante compresión y calor, alivia los síntomas provocadospor pequeños traumas locales.
49	Férula distal Stack	Unidad	*1*	Blanda	La férula de stack está indicada en procesos dolorosos por traumatismo directo de la falange distal de los dedos o arrancamientos del extensor a nivel de su inserción en la cara dorsal de la falange distal.
50	Férula proximal Stack	Unidad	*1*	Blanda	Férula inmovilizadora de la articulación interfalángicaproximal. Inmovilizan yestabilizan las articulacionesinterfalángicas.
51	Férulas inmovilizadoras para dedos tipo baseball y tipo pulpo Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Férulas inmovilizadoras paradedos tipo baseball y tipo pulpo- Tallas S-M- L-XL
52	Faja Dorso-lumbar tipo Camp.Tallas S-M-L-XL-XXL	Unidad	*1*	Blanda	Faja dorso lumbar indicada para pacientes con lesiones a este nivel. Con los tirantes conseguimos la retropulsión de los hombros y nos sirven para corregir malas posturas cifóticas. Se suministran con dos palas en acero muelle plastificadas para su uso, siprocede. TALLAS M-L-XL-XXL
53	Faja Semirrígida	Unidad	*1*	Blanda	Faja dorso lumbar semirrígida fabricado en material tricapa de gran transpirabilidad que se

	Dorso-lumbar Elcross Gold Tallas S-M-L-XL- XXL				adapta perfectamente al contorno. Ayudas para el cierre y sujeción que facilitan la colocación en pacientes con capacidades físicas disminuidas. TALLAS M-L-XL-XXL
54	Faja Dorso-lumbar Elcross Light Tallas S-M-L-XL- XXL	Unidad	*1*	Blanda	Faja dorso lumbar fabricada con un material elástico muy consistente que aporta un 50% más de compresión que los utilizados convencionalmente aumentando la contención lumbar.Tejido base bicapa de Lycra, más fino y más transpirable. TALLAS M-L-XL-XXL
55	Faja Sacrolumbar tipo Camp. Tallas S-M-L-XL-XXL	Unidad	*1*	Blanda	Faja sacrolumbar tipo Camp. con cierre central diseñada para personas de estaturabaja o cuando el prescriptor o el técnico prefieran que se utilice una faja más corta por la localización de una determinada lesión.Tallas S-M-L-XL-XXL
56	Faja Sacrolumbar Semirrígida con tensor Tallas S-M-L-XL-XXL	Unidad	*1*	Blanda	Faja sacrolumbar semirrígida que promueve contención, soporte y apoyo lumbar.Tallas S-M-L-XL-XXL
57	Faja Sacrolumbar Alta Tallas S-M-L-XL-XXL	Unidad	*1*	Blanda	Faja sacrolumbar alta, promueve sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso y tacto suave en contacto con la piel. Indicaciones: Lumbago, lumbociática, procesos degenerativos, atonía y debilidad muscular; además de usarse en tratamientos prey post-quirúrgicos.Tallas S-M-L-XL-XXL
58	Faja Sacrolumbar Reforzada Tallas S-M-L-XL-XXL	Unidad	*1*	Blanda	Faja Sacrolumbar reforzada. Indicada para la prevención ytratamiento de lumbalgias yciáticas tanto agudas como crónicas, artrosis vertebral dolorosa, fatigas lumbares, descalcificaciones, desviaciones ligeras, reumatismos, traumatismos lumbares, protección de la pared abdominal en eventraciones, correcciones de desviaciones posturales yperiodos post-operatorios.Tallas S-M-L-XL-XXL
59	Corsé Boston	Unidad	*1*	Ayudas	Es una ortesis Toraco-Lumbo- Sacra (TLSO) simétrica. Se emplea en escoliosis lumbares, toracolumbares o torácicas con ápex por debajode T7 y para cifosis, hiperlordosis o estabilización raquídea postquirúrgica. Sus principales funciones son Evitar la progresión de las curvas escolioticas o cifóticas. Talla: Sobre medidas
60	Corsé de Milwaukee	Unidad	*1*	Ayudas	El corsé de Milwaukee es una ortesis cervico-toraco-lumbo- sacra (CTLSO) compuesta por un anillo cervical, una cesta pélvica, una supraestructura y elementos auxiliares de corrección. El Corsé tiene como objetivo evitar la

					progresión de las curvas escolioticas y/ocifóticas, corregir la magnitud de dichas curvas, ya sean de origen idiopático, traumático o paralítico o mantener la deformidad de las curvas hasta completar el crecimiento o esperar el tratamiento quirúrgico.
61	Marco de hiperextensión con apoyo en pubisregulable	Unidad	*1*	ortesis	Órtesis rígida, de duraluminio anodizado, para mantener lacolumna vertebral enhiperextensión, limitando los movimientos anteroposteriores y laterales.Capacidad de regulacióncontinúa de las placasesternales, laterales y pélvicas(ancho, alto y pelvis), para una mejor adaptación. Estas placas están acolchadas para proporcionar mayor comodidad al paciente. La placa esternal es basculante para un mejor ajuste. Las bandas laterales son rectas, con lo que se mejora la regulación vertical y la comodidad. Indicaciones: Fracturas vertebrales por compresión. Osteoporosis.Luxaciones. Artritis vertebral
62	Ortesis de columna ó Corsé taylor	Unidad	*1*	Ortesis	Las órtesis de tronco sondispositivos que actúan como apoyo externo sobre la estructura de la columnavertebral, realizando funciones asociadas a la corrección músculo esqueléticas,limitación de la movilidad, sujeción y estabilización vertebral y apoyo a la descarga de la mecánica corporal. El Corsé Taylor dispone de una estructura dorsal de duraluminio con amplia regulación en altura y cinchas de hombro de longitud variable, que lo hace muy flexible para distintos pacientes y muy cómodo de adaptar. Cinchas de hombro almohadilladas de longitud variable que se adaptan al usuario de forma muy sencilla independientemente de su altura. Al ser un materialtranspirable se consigue una prenda más cómoda y mejor tolerada
63	Órtesis de abducción de cadera Kindi Pediátrico	Unidad	*1*	Ortesis	Apertura rápida y cómoda concierres de velcro. La abducción es independiente en cada cadera. Almohadillado en cintura ymuslos. Estructura de duraluminio en cintura y aluminio en los corseletes. Lasbarras son de acero inoxidable.
64	Férula de Dennis Brown Pediátrico	Unidad	*1*	Ortesis	Férula Dennis Brown es una Ortesis para ayudar a losniños a mantener la cadera ensu posición de maneracómoda y ligera.
65	Abductor de cadera graduable (Pañal de Frejka) Pediátrico	Unidad	*1*	Ortesis	Ideal para el tratamientoincruento de la displasia de cadera en el recién nacido. Mantiene una abducción de 75º y una flexión de 90º con rotación externa gracias a un separador fijo metálico. Disponible en 3 tallas que se adecuan perfectamente al bebé.
66	Arnés de Pavlik	Unidad	*1*	Ortesis	El arnés de Pavlik es una férula suave. Se utiliza

	Pediátrico				máspara el tratamiento de niños con displasia del desarrollo dela cadera (DDC). Ayuda a mantener las caderas y las rodillas del niño doblada y los muslos separados. También puede ayudar a promover la curaciónen bebés con fémures rotos.
67	Órtesis post-quirúrgica de abducción de cadera Adulto	Unidad	*1*	Ortesis	Esta ortesis consta de cesta pélvica, muslera y articulación de cadera con flexo-extensión y aducción-abducción. En ladislocación posterior la ortesisse debe regular en una flexiónentre 0 y 60 grados (nunca en 90 grados), y en una abducción entre 10 y 15 grados.
68	Muslera Top Line	Unidad	*1*	Ortesis	Ortesis de talla única de formacónica con doble banda de cierre, que permite al usuario una compresión y adaptación regulable. Indicación: Roturas fibrilares del cuádriceps.
69	Muslera Elástica	Unidad	*1*	Blanda	Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita rozamientos molestos; muyresistente y suave ofreciendo un mayor confort. Efectos: Soporte y compresión. Indicaciones: Prevención de desgarros musculares, tanto en cuádriceps y abductores comoen isquiotibiales y musculatura aproximada Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
70	Pantorrillera Top Line	Unidad	*1*	Blanda	Tras lesiones en la pantorrilla. Para tratamiento después de lesiones deportivas. Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares y pos traumatismos.
71	Pantorrillera Elástica	Unidad	*1*	Blanda	Pantorrillera elástica funcionalconfeccionada con tejido elástico transpirable de punto tridimensional. Sin costuras, lo que permite unuso cómodo y evita rozamientos molestos Confeccionada con un material textil resistente reforzado en sus extremidades, ofrece una adecuada adaptación anatómica y durabilidad Ortesis evolutiva con 2 gradosde estabilización incluye cinchas elásticas extraíbles para una compresión personalizada, estimular la circulación sanguínea y aliviar la presión en la zona dolorida.Con puntos de silicona en su interior que evitan la migración durante la actividad. Indicaciones: -Distensión y contusión muscular -Desgarro o rotura de fibrasmusculares –Irritación postoperatoria ypostraumática
72	Inmovilizador Universal de rodilla - Talla Joven - Talla Adulto	Unidad	*1*	Blanda	Inmovilizador diseñado en tres piezas unidas mediante Velcro
73	Rodillera para ligamentos Top	Unidad	*1*	Blanda	Fabricada en neopreno de 5mm. Dispone de 4 estabilizadores laterales (2 a cada lado), que

	Line				limitan los movimientos de varo y valgo. Controla insuficiencias del ligamento anterior, posterior o ambos y movimientos laterales de rodilla y permite alusuario controlar la compresión; gracias a sus propiedades térmicas permite el alivio de dolor y facilita la recuperación.
74	Brace de Rodilla con férula y tope lateral	Unidad	*1*	Blanda	Brace de Rodilla con férula ytope lateral
75	Rodillera telescópica post- quirúrgica ROM	Unidad	*1*	Blanda	Rodillera con articulación rom en incrementos de 10ºpermitiendo el control de la extensión desde 0º a 90º y de la flexión desde 0º hasta 120º.Cuenta con barras laterales telescópicas (de 50 cm hasta 62 cm) que ofrecen una fácil adaptación a las necesidades del paciente. Indicaciones: Inmovilización postquirúrgica o postraumática donde puedaser necesaria la regulación dela flexo extensión de la rodilla.
76	Cincha patelar TopLine	Unidad	*1*	ortesis	Ortesis que ofrece libertad de movimiento. Indicaciones: Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana,tendinitis rotuliana y accionesdeportivas con extensiónforzada de la rodilla.
77	Rodillera patelar neopreno Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Rodillera patelar neopreno -Tallas S- M-L-XL
78	Rodillera elástica con rodete rotuliano de gel Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Rodillera estabilizadora de compresión media, transpirable y con rodete rotuliano de gel y estabilizadores laterales. Protege de momentos de sobresfuerzo y alivia los síntomas de pequeños traumas locales. Efectos: termo compresión, descarga, protección, centrado de rótula, estabilidady adaptación a anatomías específicas. La rodillera está indicada para lesiones del cartílago patelar, inestabilidad de rodilla y la inserción del tendón.
79	Brace Tobillo neopreno Tallas S-M-L-XL	Unidad	*1*	Blanda	Brace Tobillo neopreno-Tallas S-M-L- XL
80	Estabilizador Medio- Lateral de Tobillo	Unidad	*1*	Ortesis	Ortesis bivalva para la estabilización medio-lateral detobillo Manteniendo la articulación en posición funcional. Indicaciones: Esguinces de tobillo, inestabilidades de la articulación del tobillo y tendinitis. Efectos: Soporte, compresión y estabilización medio lateral.
81	Walker fijo	Unidad	*1*	Blanda	Inmovilización de laarticulación tibio-tarsiana.
82	Walker ROM	Unidad	*1*	ortesis	Órtesis que limita y controla el rango de

	articulado				movimiento tras un traumatismo o intervención quirúrgica. Facilita la deambulación temprana y la ampliación paulatina del rango de movimiento. El sistema de articulación ROM facilita la ampliación progresiva del ángulo de flexoextensión del tobillo en elperiodo de rehabilitación.Ofrece ajustes de flexo- extensión de la articulación entre 45° de flexión plantar y 30° de dorsi-flexión en incrementos de 7,5°. Se bloquea en posiciones fijas de0 °, 7.5 °, 15 °, 22.5 ° y 30 ° de Flexión dorsal y plantar.
83	Walker pedátrico de Berg	Unidad	*1*	ortesis	El Walker pediátrico es unaortesis de pie-tobillo, diseñadapara tratar diversas patologíasde la zona que requiera de la inmovilización de la articulación. En general, la ortesis se fabrica con un material acolchado que evita rozar la pie y dañarla. Esta ortesis suele requerir de una adaptación concreta que se hará por el especialista. Indicaciones: -Fracturas de Tallo verde –Traumatismos –Intervenciones quirúrgicas –Esguinces y lesiones ligamentosas -Apoyo adicional.
84	Plantillas correctoras para pie plano (diferentes tallas)	Unidad	*1*	blanda	Plantillas correctoras para pieplano (diferentes tallas)
85	Plantillas de silicona	Unidad	*1*	blanda	Plantillas de silicona estándar
86	Protector plantar	Unidad	*1*	blanda	Ideal para la protección y aliviodel dolor del antepié. Ayuda a reducir las callosidades al tiempo que relaja la zona metatarsal. Indicación: Metatarsalgia.
87	Banda con almohadilla metatarsal	Unidad	*1*	blanda	Banda elástica conalmohadilla metatarsal de gel, con forma de corazón asegurala amortiguación en la parte demetatarso. Indicaciones: -Alivio de la zona metatarsal. -Sobrecargas metatarsales.- Callosidades metatarsales.
88	Talonera de silicona para espolón calcáneo	Unidad	*1*	blanda	Taloneras para espolón calcáneo fabricadas en silicona con 2 densidades, la zona central más blanda para descargar el espolón y ayudara que desaparezca y el resto más consistente para darle durabilidad.
89	Órtesis correctora nocturna para Hallux Valgus	Unidad	*1*	ortesis	Órtesis correctora nocturnapara alinear desviación en valgo deldedo gordo del pie.
90	Corrector diurno de Hallux Valgus	Unidad	*1*	blanda	Consta de una banda elástica alrededor del empeine y un capuchón para el primer dedoque se prolonga con una cinta elástica por detrás del

					tendón de Aquiles y cierra con velcro para ejercer tracción hasta la posición óptima. Indicaciones: Corrección postural del Hallux-Valgus.
91	Botas ortopédicas tallas niños	Unidad	*1*	ortesis	Botas ortopédicas tallas niñossobre medidas
92	Botas ortopédicas tallas adultos	Unidad	*1*	ortesis	Botas ortopédicas tallasadultos-sobre medidas
93	Ortesis Antiequino	Par ó Unidad	*1*	ortesis	Las ortesis antiequino ayudan a levantar el empeine, consiguiendo así una marcha fisiológica y evitando caídas. Diferentes modelos de ortesis antiequino: Antiequinos en tejido y elásticos: Indicados en equinismos leves, cuando lapersona conserva movilidad en los dedos y tiene algo de control de la flexo-extensiónya que no tienen tanta fuerza como una ortesis de materiales rígidos. Se utilizatambién como segunda ortesispara llevar con calzado abiertoo sandalias en épocas de calor. Antiequinos determoplástico: Mantienen elpie en un ángulo constante de90º, al caminar la ortesis levanta el empeine evitando caídas y lesiones Antiequino en fibra de carbono: Ortesis activa muy ligera, para personas con un nivel de actividad alto, permite al paciente andar y correr sin necesidad de correas, manteniendo la posición dinámica del conjunto pie-tobillo.
94	Órtesis de corrección multiarticulada	Par	*1*	Ortesis	Para alinear la deformidad en varo y en abducción del antepié.
95	Audífonos Intraauriculares	Unidad	*1*	Ortesis	Ayuda auditiva-amplificadorauditivo. Los Audífonos intrauriculares (In-the- ear, ITE) se colocan completamente en el oído externo y se usan en casos de pérdida de audición que va de leve a severa (Hipoacusia).
96	Suspensorio	Unidad	*1*	blanda	Suspensorio Algodón, VariasTallas Es un tipo de calzoncillo diseñado para proteger los genitales masculinos durante una actividad vigorosa o deportiva. Indicaciones: Espermatocele, hematocele,hidrocele o varicocele.
97	Colchon antiescaras	Unidad	*1*	blanda	El colchón antiescaras M7 está diseñado para el tratamiento y prevención de escaras de primer estadio para uso a corto plazo y en terapias domiciliarias. El colchón es de PVC compuesto por 130 celdas de burbujas de 7cm de altura, particularmente confortable, permite un correcto posicionamiento sobre la cama gracias a sus solapas de adhesión extras ubicadas en ambos extremos de muy fácil

					instalación, mantenimiento y uso gracias a la posibilidad de ajustar el rango de confort.

3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

1. El suministro de ortesis y prótesis se realizará únicamente cuando el paciente presente la respectiva autorización firmada por parte del supervisor del contrato y documento de identidad.
2. El contratista se compromete a suministrar los elementos de ortesis y prótesis al paciente en un tiempo no mayor a 08 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el usuario con la autorización emitida por parte del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 3. Esto aplica para los elementos en stock y los que se deben fabricar, sujetos a fórmulas médicas.
3. Tanto los elementos que no se encuentran sujetos a especificaciones médicas de elaboración, se deben encontrar a disposición de los usuarios teniendo en cuenta el stock no mayor a dos días para su entrega
4. El contratista dispondrá de una línea telefónica directa con el supervisor para garantizar el suministro de los elementos objeto del contrato, el acceso a la información y consulta necesaria para resolvercualquier inquietud e informar novedades sobre los elementos.
5. El contratista deberá, elaborar factura electrónica mediante operador tecnológicoautorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación antela DIAN.
6. Consolidada factura original electrónico, a más tardar el segundo día de cada mes para su respectivo análisis, realización de correcciones; con informe mensual por escrito con registro de fechas, identificación, nombres completos para efectos de control de las cuentas de cobro.
7. Con cada factura del paciente se anexa: Autorización de suministro de ortesis y prótesis por la Oficina de Atención al Usuario, fotocopia de la cédula de ciudadanía, fórmula medica original y fotocopia del acta de comité técnico con concepto favorable (solo aplica para prótesis especiales).
8. El Contratista deberá cargar los documentos de facturación y/o cuenta cobro en el SECOP II.
9. Acreditar que ha dado cumplimiento y se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, y aportes a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (si están obligados de conformidad con el Decreto 862 de2013).

NOTA: El valor de los artículos de órtesis y prótesis que no estén contenidos en el anexo técnico y sean requeridos por parte de los usuarios del ESM 5282, serán autorizados y cancelados de acuerdo a estudio de mercado, en el cual se evaluaran precios, para hallarun promedio, en todo caso será en acuerdo contratista – supervisor y previa autorización del Ordenador del Gasto, a quien se le deberá exponer las necesidades del elemento y sies caso realizar modificación al contrato.

3.1.2.1 Obligaciones del sistema integrado de gestión
No aplica

3.1.2.1.1 Sistema de gestión de la calidad.
No aplica

3.1.2.1.2 Seguridad física y de la información.
No aplica

3.1.2.1.3 Seguridad y salud en el trabajo.
El proponente deberá anexar en su propuesta certificado o documento que acredite la implementación del Sistema integrado de Seguridad y Salud en el trabajo en su empresa, expedido por la ARL y/o MINISTERIO DE TRABAJO, conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución Nº 0312 de 2019. Salvo las excepciones contenidas en la citada resolución y en la ley.

3.1.2.1.4 Gestión ambiental.
No aplica

3.1.2.1.5 Compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.
El crecimiento económico colombiano de los últimos años se ha centrado en la explotación intensiva de los recursos naturales, lo cual no es sostenible ni ambiental, ni económicamente. Los recursos naturales son todos aquellos materiales de origen natural utilizados para cubrir diversas necesidades del ser humano. Pueden ser de carácter:

1. Biológico: Para cubrir necesidades básicas, como, por ejemplo: alimento, agua, vestimenta, construcción de casas, etc.
2. Económico: Para impulsar la economía y el desarrollo de una nación.
3. Social: Para fabricar bienes y servicios con el objetivo de satisfacer distintas demandas de la población (autos, muebles, aparatos electrónicos, y otros artículos de consumo).
Para cubrir estas necesidades, es necesario llevar a cabo lo que se conoce como explotación de recursos naturales.
Si bien es cierto que estas actividades permiten el desarrollo y sustento de la civilización humana, esto tiene un precio desalentador.

Con base en lo anterior, el Estado colombiano juega un papel determinante en el impulso de políticas públicas y buenas prácticas que permitan minimizar el impacto ambiental de sus acciones, de tal manera que contribuya a la preservación del capital natural, el uso más eficiente de recursos estratégicos y la adaptación al cambio climático

Una compra es sostenible cuando satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.

Teniendo en cuenta la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Ambiente, fue realizado un análisis de la susceptibilidad del objeto del presente contrato para ser catalogada una compra sostenible. Se utilizaron entonces como instrumento de consulta cuatro variables con el fin de determinar en la idoneidad de inclusión de este proceso dentro del catálogo guía en mención, beneficios económicos, ambientales, sociales y/o financieros.

Se identificaron beneficios económicos, ambientales sociales, en donde puede haber lugar su aplicación como compra pública sostenible al determinar responsabilidades y obligaciones del contratista en los siguientes factores:
Beneficios económicos


(i) reducción de costos en el mediano y largo plazo; (ii) creación de demanda por bienes y servicios sostenibles; (iii) mejora en la calidad y (iv) aumento de la competitividad.
Beneficios ambientales
(i) uso eficiente de los recursos naturales; (ii) mejor gestión de los residuos
Beneficios sociales
(i) mejora en la calidad de vida
Beneficios financieros
(i) ahorros en servicios públicos; (ii) reducción en costos de mantenimiento, y (iii) disminución de adquisiciones futuras.
Vida útil: Fichas técnicas con especificaciones de garantía, durabilidad o vida útil del bien
Responsabilidad de los proveedores de respetar los derechos humanos en el Sistema de Compra Pública
La responsabilidad de respetar los derechos humanos se aplica a todos los proveedores independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura.

Los proveedores deben generar mecanismos propios para evaluar el impacto que tienen sus intervenciones en la protección de los derechos humanos de diversos grupos de interés.
Los medios que dispongan para asumir esta responsabilidad deberán ser proporcionales, entre otros factores, al riesgo. En todo caso, deberán atender a la gravedad de las consecuencias negativas que generen sobre los derechos humanos.

Las obligaciones generales de los proveedores son:

· Respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad.
· Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen. Particularmente, los establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (DUDH, PIDCP, PIDESC y los principios asociados a los derechos fundamentales de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo).
· Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir sus obligaciones, y no emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos de compra pública en materia de derechos humanos.
· Evitar que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebren con el Estado provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.
· Evaluar y tratar los principales riesgos para los derechos humanos, prestando especial atención a la violencia de género, a la violencia sexual, el acceso y protección de la tierra y la protección especial a las víctimas del conflicto.
· Procurar incorporar a su planta de personal o para la ejecución del contrato, población vulnerable, particularmente a víctimas del conflicto armado.
· Contar con políticas y procedimientos internos apropiados en función de su tamaño, que garanticen que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebren con el Estado cumplan con la responsabilidad de respeto.
El contratista debe mantener un compromiso informal para la adopción de medidas de respeto y promoción de derechos humanos en la ejecución del contrato tanto para el personal de usuarios como con el supervisor de contrato.

Solicitud de pre-cotización



Imprimir Cerrar

RE: Solicitud de precotizacion

francisco Barraza <fbarraza@barrazaortotecnica.com>
Mar 14/03/2023 11:12 AM
Para: TE. INGRID JULIETH VARGAS MOSQUERA <INGRID.VARGAS@FAC.MIL.CO>

1 archivos adjuntos (82 KB)
COTIZACION FUERZAS AEREAS.docx;

Buenos días, Adjuntamos lo solicitado, Por favor confirmar el recibido, Gracias.

CORDIALMENTE,
FRANCISCO BARRAZA
ORTOTECNICA BARRAZA S. EN C.

De: TE. INGRID JULIETH VARGAS MOSQUERA <INGRID.VARGAS@FAC.MIL.CO>
Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 9:19
Para: francisco Barraza <fbarraza@barrazaortotecnica.com>; ortotecnicabarraza1@hotmail.com <ortotecnicabarraza1@hotmail.com>; info@ortotecnica.com.do <info@ortotecnica.com.do>; servicioalcliente@hctortopedicos.com <servicioalcliente@hctortopedicos.com>; servicio.clienteofc@essity.com <servicio.clienteofc@essity.com>; servicio.clienteofc@essity.com <servicio.clienteofc@essity.com>; ortho_ciencia@hotmail.com <ortho_ciencia@hotmail.com>; direccion@otocaribe.com <direccion@otocaribe.com>; fbarrza@barrazaortotecnica.com <fbarrza@barrazaortotecnica.com>; ortomed0209@hotmail.com <ortomed0209@hotmail.com>; info@ortotecnica.com.do <info@ortotecnica.com.do>; servicioalcliente@hctortopedicos.com <servicioalcliente@hctortopedicos.com>; servicio.clienteofc@essity.com <servicio.clienteofc@essity.com>; ortomed0209@hotmail.com <ortomed0209@hotmail.com>; fbarrza@barrazaortotecnica.com <fbarrza@barrazaortotecnica.com>; direccion@otocaribe.com <direccion@otocaribe.com>; ortho_ciencia@hotmail.com <ortho_ciencia@hotmail.com>; centroortopedicoalexbarraza@hotmail.es <centroortopedicoalexbarraza@hotmail.es>; centroortopedicoalexbarraza@hotmail.es <centroortopedicoalexbarraza@hotmail.es>
Asunto: RV: Solicitud de precotizacion

TE. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
Escuadrilla Contratos ESM 81052
Malambo-Barranquilla
Ingrid.vargas@fac.mil.co

DE-DEAJU-FR-01....docx | SOLICITUD DE P....docx | 01.RESOLUCIÓN_....doc | SOLICITUD DE P....docx | Mostrar todo

Buscar | ESP 10:08 a. m. 24/04/2023

Ortotécnica BARRAZA S. en C.
NIT. 802.023.178 - 0

Prótesis Ortesis, Calzado Ortopédico, Sillas, Muletas, Plantillas, Botas, Corsett Material de Osteosintesis y Toda clase de Utensilios Ortopédicos.

Barranquilla, marzo 15 de 2023.

Señores COMANDO AEREO DE COMBATE No 3
Ciudad

COTIZACIÓN


ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Silla de ruedas adulto	Unidad	Universal	Silla de ruedas estándar en acero, color negro. Apoyabrazos, espaldar y pieceros fijos. Llanta trasera maciza de 24¨ con aro impulsador y freno. Llanta delantera maciza de 8¨. Cojinería en cordobán negro. Ancho total: 65 cm. Ancho asiento: 46 cm. Alto llanta trasera: 58 cm. Alto llanta delantera: 20 cm. Alto piso asiento: 50 cm. Alto total: 86,5 cm. Resistencia: 100 Kg. Peso producto: 16 Kg.	***480.000***
2	Silla de ruedas pediátrica	Unidad	Universal	Silla de ruedas pediátrica estándar en acero, color negro. Apoyabrazos, espaldar y pieceros fijos. Llanta trasera maciza de 22¨. Rin radio, con aro impulsador y freno. Llanta delantera maciza de 8¨. Cojinería en Nylon. Ancho total: 55 cm. Ancho asiento: 35 cm. Alto llanta trasera: 55 cm. Alto llanta delantera: 15 cm. Alto piso asiento: 47 cm. Alto total: 88 cm. Resistencia: 75 Kg. Peso producto: 16 Kg.	***430.000***

97	Colchon antiescaras	Unidad	blanda	El colchón antiescaras M7 esta diseñado para el tratamiento y prevención de escaras de primer estadio para uso a corto plazo y en terapias domiciliarias. El colchón es de PVC compuesto por 130 celdas de burbujas de 7cm de altura, particularmente confortable, permite un correcto posicionamiento sobre la cama gracias a sus solapas de adhesión extras ubicadas en ambos extremos. De muy fácil instalación, mantenimiento y uso gracias a la posibilidad de ajustar el rango de confort.	*390.000*

"En todos los procesos de selección, sin importar su modalidad, las ofertas económicas deben evaluarse antes de IVA, lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad"

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: TECNITRAUMA S.A.
NIT o C.C.: 800.227.279-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELIA PATRICIA FUENTES CARBONELL
C.C.: 22.583.310
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



Correo: TE. INGRID JULIETH VAR | 04-COTIZACION FUERZA AEREA | ESM-CACOM3 2023 CONTRATOS | Certificado Pagos Hermes 2023

outlook.office.com/mail/id/AAQkADczZmQzN2UwLTJhNTQtNGQ2MS1hYmYyLTQzNjViNDU4M2E1NQAQANeMF912qB1ImTp%2BbV9hIzE%3D

Elementos envia... | Para: GARCIA Liliana | Llamada de Teams

GARCIA Liliana <Liliana.Garcia@essity.com>
Lun 13/03/2023 9:46 AM

Para: TE. INGRID JULIETH VARGAS MOSQUERA <INGRID.VARGAS@FAC.MIL.CO>
CC: QUINTERO Mari <Mari.QUINTERO@essity.com>

44 archivos adjuntos (26 MB)

17003005_CABESTRILLO RECOVERY ADULTO GRAY LARGE (1).pdf; 17005406-BRACE-TOBILLO-NEOPRENO-RECOVERY-XLARGE.pdf; 17005503-BRACE-CODO-NEOPRENO-RECOVERY-MEDIUM.pdf; 17005600 - RODILLERA-NEOPRENO-PATELAR - AJUSTAB..pdf; 17008705-SUSPENSORIOQUIRURGICORECOVERYLARGE.pdf; 17012410-BANDA NEUMÁTICA EPICONDILITIS.pdf; 17013306 - Muñequera Ambidiestra con Ferula XLARGE.pdf; 17013693, 17013692, 17013695, 17013696,17013683, 17013682, 17013685, 17013686 FERULA PARA QUERVAIN (1).pdf; 17015325 - Rodillera Estabilizadora con Orificio Patelar.pdf; 17015905 - Soporte Infrapatelar con Almohadilla en Silicona-11.pdf; 20800555 - - BASTON-ANOIZADO-MANGO-T - BRONCE - PLEGAB (1).pdf; 20909092-MULETA-AXILAR (1).pdf; 20909096 - MULETA TIPO EUROPEO ALUMINIO BLUE.pdf; 21420911 SILLA RUEDAS STANDAR BLACK SOLID MAG.pdf; 22007486-COLLAR-CERVICAL-BLAND-NACIONAL-XLARGE.pdf; 22007626 - Collar Cervical Tipo Philly XLarge.pdf; 25003205-INMOVILIZADOR-HOMBRO - - LARGE.pdf; 25207612 - 25207613 - 25207615 - 25207616 - WALKER II INMOVILIZADOR DE TOBILLO RÍGIDO.pdf; 25306135, 25306133, 25306132, 25306136, 25306137,25306502 FAJA SACROLUMBAR T. CAMP.pdf; 25306245 - Faja Dorsolumbar Premium.pdf; 25408125 - Ferula para Dedo Tipo Baseball.pdf; 25408722, 25408723, 25408724, 25408725, 25408726-INMOVILIZADOR PLAST. DEDO FS006.pdf; 30958092-CORRECTOR-JUANETE.pdf; Baston en Aluminio Mango Curvo(20801666).pdf; Brace de Muñeca Tubular Elastica Ref 43(17004306) (1).pdf; Brace de Rodilla Multigrado(25102030) (1).pdf; Inmovilizador de Clavicula(25003501□02□03□05□06□07).pdf; Inmovilizador de Rodilla (25104342□45).pdf; Media compresion Baja(101059-69-72).pdf; PANTIMEDIA BAJA COMPRESION 101069.pdf; Plantilla en Gel (34004611 4612 4613 4614 4615).pdf; Taloneras en gel(34004622-23-25).pdf; Tennis elbow(17012400) (1).pdf; PRECOTIZACION FUERZA AEREA MALAMBO.xlsx; 380 MALAMBO FUERZA AEREA COLOMBIANA 13 MARZO.pdf; PANTIMEDIA MEDIANA COMRESION 101063.pdf; CALCETIN BAJA COMPRESION 101059.pdf; MEDIA MUSLO BAJA COMPRESION 101074.pdf; MEDIA MUSLO FIRME COMPRESION 101071.pdf; PANTIMEDIA FIRME COMPRESION 101062 OPACA.pdf; CALCETIN MEDIANA COMPRESION 101066.pdf; CALCETIN FIRME COMPRESION 101056.pdf; MEDIA MUSLO FIRME COMPRESION 101071.pdf; No-Varix-« 101049.png;

No suele recibir correos electrónicos de liliana.garcia@essity.com. Por qué esto es importante

Muy buen día,

Reciba un saludo especia de ortopédicos Futuro Colombia Sas.

Adjunto cotización de productos disponibles y fichas de producto.

Cordialmente:

Liliana García M.
Visitador Médico.
Medical Solutions Colombia
essity

Calle 90 # 19C-94 Piso 3 Edificio Blue Tower

DE-DEAJU-FR-01....docx | SOLICITUD DE P....docx | 01.RESOLUCIÓN_....doc | SOLICITUD DE P....docx | Mostrar todo

Buscar | ESP | 10:19 a. m. 24/04/2023

www.ortopedicosfuturo.com

FUTURO

Barranquilla, marzo 13 de 2023.

Señores COMANDO AEREO DE COMBATE No 3
Ciudad

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIP	IVA	Publico mas 10%	PRECIO	IVA	PRECIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL CON IVA	CODIGO	DESCRIP
1	Silla de ruedas adulto	Universal	Unidad	Silla de ruedas estándar en acero, color negro. Apoyabrazos, espaldar y pieceros fijos. Llanta trasera maciza de 24" con eje impulsador y freno. Llanta delantera maciza de 8". Cojinería en sintobalón negro. Ancho total: 66 cm. Ancho asiento: 46 cm. Alto llanta trasera: 66 cm. Alto llanta delantera: 20 cm. Alto piso asiento: 50 cm. Alto total: 96,5 cm. Resistencia: 100 Kg. Peso producto: 15 Kg.	21420911	SILLA RUEDAS STANDAR BLACK SOLID MAG		0%	63.000	683.000	0%	-	683.000	2,1E+07	SILLA RUEDAS STANDAR BLACK SOLID MAG
2	Silla de ruedas pediátrica	Universal	Unidad	Silla de ruedas pediátrica estándar en acero, color negro. Apoyabrazos, espaldar y pieceros fijos. Llanta trasera maciza de 22". Rin recto, con eje impulsador y freno. Llanta delantera maciza de 8". Cojinería en Nylon. Ancho total: 66 cm. Ancho asiento: 36 cm. Alto llanta trasera: 66 cm. Alto llanta delantera: 18 cm. Alto piso asiento: 47 cm. Alto total: 86 cm. Resistencia: 75 Kg. Peso producto: 16 Kg	ENTIS	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL REMOVIBLE DE 24"		0%	177.000	1.947.000	0%	-	1.947.000		SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL REMOVIBLE DE 24"
3	Bastón de aluminio curvo	Ayudas	Unidad	Bastón de aluminio curvo con puño blando y anatómico, adaptable a la palma de mano, Con ajustes de altura del puño al suelo.	20801666	BASTON ANOIZADO MANGO CURVO SILVER_GRAB	19%	9.168	100.849	19%	19.161	120.010	2,1E+07	BASTON ANOIZADO MANGO CURVO SILVER GRAD
4	Bastón de aluminio recto	Ayudas	Unidad	Bastón de aluminio Recto en aluminio con puño generalmente blando y anatómico, adaptable a la palma de mano, Con ajustes de altura del puño al suelo.	20800555	BASTON ANOIZADO MANGO T SILVER_PLEGAB	19%	10.815	118.966	19%	22.604	141.570	2,1E+07	BASTON ANOIZADO MANGO T SILVER PLEGAB
6	Bastón de cuatro patas	Ayudas	Unidad	Bastón de cuatro patas. Alto: 73-96cm Tamaño 77*36*46cm Pasamanos sólidos, antideslizantes y resistentes al desgaste, regulable en altura, tubo de acero de aleación de aluminio, más sólido, con cuatro patas de goma, antideslizante, con un peso de hasta 100 kg	20807003	BASTON ANOIZADO CUAD CIENE SILVER SMALL	19%	7.983	87.815	19%	16.685	104.500	2,1E+07	BASTON ANOIZADO CUAD CIENE SILVER SMALL
7	Bastón con puño y codo compacto en plástico	Ayudas	Unidad	Bastón con puño y codo compacto en plástico, con regulación de altura del apoyo del codo. Caña de aluminio endurecido.	20909096	MULETA TIPO EUROPEO ALUMINIO BLUE	0%	6.240	68.640	0%	-	68.640	2,1E+07	MULETA TIPO EUROPEO ALUMINIO BLUE
8	Muleta de aluminio estándar para adulto	Ayudas	Unidad	Muleta de aluminio estándar adulto, de tubo con centro de doble extrusión con ajuste de clavija a presión fácilita el ajuste de la altura de la muleta en incrementos de 1". Las puntas antideslizantes recubiertas de vinilo, de tamaño extra grande, proporcionan un excelente agarre, con ajuste sencillo de la cuenca de mariposa para las empuñaduras, almohadilla para apoyar las axilas y empuñadura cómodas y ajustables.	20909092	MULETA AXILAR CACCESORIOS SILVERADITA	0%	17.220	189.420	0%	-	189.420	2,1E+07	MULETA AXILAR CACCESORIOS SILVERADITA
10	Medias de compresión graduada 10-15mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 10- 15mmHg Tallas S-M-L-XL (pantimedias)	101069	PANTIMEDIA PREVENTION TRANSP. 8-15 MMHG	19%	4.933	54.281	19%	10.310	64.570	101069	PANTIMEDIA PREVENTION TRANSP. 8-15 MMHG
11	Medias de compresión graduada 10-15mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 10- 15mmHg Tallas S-M-L-XL (hasta el muslo)	101074	MEDIA PREVENTION B/SLIC MUSLO 8-15 MMHG	19%	4.933	54.281	19%	10.310	64.570	101074	MEDIA PREVENTION B/SLIC MUSLO 8-15 MMHG
12	Medias de compresión graduada 10-15mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 10- 15mmHg Tallas S-M-L-XL (hasta la rodilla)	101059	CALCETIN NO-VARIX 8-15 MMHG HOMBRE	19%	3.630	39.933	19%	7.587	47.521	101059	CALCETIN NO-VARIX 8-15 MMHG HOMBRE
13	Medias de compresión graduada 15-20mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 15- 20mmHg Tallas S-M-L-XL (pantimedias)	101063	PANTIMEDIA NO-VARIX TRANSP. 15-20 MMHG	19%	10.555	116.101	19%	22.059	138.160	101063	PANTIMEDIA NO-VARIX TRANSP. 15-20 MMHG
14	Medias de compresión graduada 15-20mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 15- 20mmHg Tallas S-M-L-XL (hasta el muslo)	101073	MEDIA NO-VARIX MUSLO 15-20 MMHG DAMA	19%	10.555	116.101	19%	22.059	138.160	101073	MEDIA NO-VARIX MUSLO 15-20 MMHG DAMA
15	Medias de compresión graduada 15-20mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 15-20mmHg Tallas S-M-L-XL (hasta la rodilla)	101066	CALCETIN NO-VARIX 15-20 MMHG HOMBRE	19%	5.361	58.974	19%	11.205	70.179	101066	CALCETIN NO-VARIX 15-20 MMHG HOMBRE
16	Medias de compresión graduada 20-30mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 20- 30mmHg Tallas S-M-L-XL (pantimedias) Tallas S-M-L-XL (hasta la rodilla)	101062	PANTIMEDIA NO-VARIX OPACA 20-30 MMHG	19%	14.303	157.328	19%	29.892	187.220	101062	PANTIMEDIA NO-VARIX OPACA 20-30 MMHG
17	Medias de compresión graduada 20-30mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 20- 30mmHg Tallas S-M-L-XL (hasta el muslo)	101071	MEDIA NO-VARIX MUSLO 20-30 MMHG DAMA	19%	10.555	116.101	19%	22.059	138.160	101071	MEDIA NO-VARIX MUSLO 20-30 MMHG DAMA
18	Medias de compresión graduada 20-30mmHg	Blanda	Par	Medias de compresión graduada 20- 30mmHg Tallas S-M-L-XL (hasta la rodilla)	101056	CALCETIN NO-VARIX 20-30 MMHG HOMBRE	19%	5.983	65.815	19%	12.505	78.320	101056	CALCETIN NO-VARIX 20-30 MMHG HOMBRE
						MEDIA NO-VARIX								

73	Rodillera para ligamentos Top Line	Blanda	Unidad	Fabricada en neopreno de 5 mm. Dispone de 4 estabilizadores laterales (2 a cada lado), que limitan los movimientos de varo y valgo. Controla insuficiencias del ligamento anterior, posterior o ambos y movimientos laterales de rodilla y permite al usuario controlar la compresión; gracias a sus propiedades térmicas permite el alivio de dolor y facilita la recuperación.	17015325	RODILLERA PATELAR CORREA LARGE IMPORT	0%	14.380	158.180	0%	-	158.180	1,7E+07	RODILLERA PATELAR CORREA LARGE IMPORT
74	Brace de Rodilla con férula y tope lateral	Blanda	Unidad	Brace de Rodilla con férula y tope lateral	25102030	BRACE RODILLA MULTIGRADO AJUST IMPORT	0%	93.820	1.032.020	0%	-	1.032.020	2,5E+07	BRACE RODILLA MULTIGRADO AJUST IMPORT
75	Rodillera telescópica post-quirúrgica ROM	Blanda	Unidad	Rodillera con articulación rom en incrementos de 10° permitiendo el control de la extensión desde 0° a 90° y de la flexión desde 0° hasta 120°. Cuenta con barras laterales telescópicas (de 50 cm hasta 62 cm) que ofrecen una fácil adaptación a las necesidades del paciente.Indicaciones: Inmovilización postquirúrgica o postraumática donde pueda ser necesaria la regulación de la flexoextensión de la rodilla.	25102030	BRACE RODILLA MULTIGRADO AJUST IMPORT	0%	93.820	1.032.020	0%	-	1.032.020	2,5E+07	BRACE RODILLA MULTIGRADO AJUST IMPORT
76	Cincha patelar Top Line	ortesis	Unidad	Ortesis que ofrece libertad de movimiento. Indicaciones: Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis rotuliana y acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.	17015905	SOPORTE IVRARATELLAR RODILLA BRACES	0%	3.300	36.300	0%	-	36.300	1,7E+07	SOPORTE IVRARATELLAR RODILLA BRACES
77	Rodillera patelar neopreno Tallas S- M-L-XL	Blanda	Unidad	Rodillera patelar neopreno - Tallas S- M-L-XL	17009600	RODILLERA NEOPRENO PATELAR AJUSTAB.	0%	9.240	101.640	0%	-	101.640	1,7E+07	RODILLERA NEOPRENO PATELAR AJUSTAB.
79	Brace Tobillo neopreno Tallas S-M-L-XL	Blanda	Unidad	Brace Tobillo neopreno- Tallas S-M-L- XL	17005406	BRACE TOBILLO NEOPRENO RECOVERY XLARGE	0%	1.660	18.260	0%	-	18.260	1,7E+07	BRACE TOBILLO NEOPRENO RECOVERY XLARGE
81	Walker fijo	Blanda	Unidad	Inmovilización de la articulación tibio-tarsiana.	25207615	WMOVILIZADOR WALKER // LARGE RIGIDO	0%	66.150	727.650	0%	-	727.650	2,5E+07	WMOVILIZADOR WALKER // LARGE RIGIDO
85	Plantillas de silicona	blanda	Unidad	Plantillas de silicona estándar	34004615	PLANTILLA EN GEL RECOVERY BLUE No.8	19%	20.025	220.277	19%	41.853	262.130	3,4E+07	PLANTILLA EN GEL RECOVERY BLUE No.8
90	Corrector diurno de Hallux Valgus	blanda	Unidad	Consta de una banda elástica alrededor del empeine y un capuchón para el primer dedo que se prolonga con una cinta elástica por detrás del tendón de Aquiles y cierra con velcro para ejercer tracción hasta la posición óptima. Indicaciones: Corrección postural del Hallux-Valgus.	36959092	CORRECTOR JUANETE NEOPRENO PAR STANDR	0%	4.920	54.120	0%	-	54.120	3,1E+07	CORRECTOR JUANETE NEOPRENO PAR STANDR
98	Suspensorio	blanda	Unidad	Suspensorio Algodón, Varias Tallas Es un tipo de calzoncillo diseñado para proteger los genitales masculinos durante una actividad vigorosa o deportiva. Indicaciones: Espermatocele, hematocele, hidrocele o varicocele.	17028705	SUSPENSORIO QUIRURGICO RECOVERY LARGE	19%	4.269	46.958	19%	8.922	55.880	1,7E+07	SUSPENSORIO QUIRURGICO RECOVERY LARGE
97	Colchon antiescaras	Unidad	blanda	El colchón antiescaras MF esta diseñado para el tratamiento y prevención de escaras de primer estadio para uso a corto plazo y en terapias domiciliarias. El colchón es de PVC compuesto por 130 celdas de burbujas de 7cm de altura, particularmente confortable, permite un correcto posicionamiento sobre la cama gracias a sus solapas de adhesión extras ubicadas en ambos extremos. Da muy fácil instalación, mantenimiento y uso gracias a la posibilidad de ajustar el rango de confort.	17028706	SUSPENSORIO QUIRURGICO RECOVERY LARGE	19%	283.500	66.500	19%	350.000	350.000	1,7E+07	SUSPENSORIO QUIRURGICO RECOVERY LARGE

Adjunto cotización de productos disponibles y fichas de producto.

Cordialmente:

Liliana García M.
Visitador Médico.
Medical Solutions Colombia
essity
Calle 90 # 19C-94 Piso 3 Edificio Blue Tower
110221 Bogotá
Phone +57 1 7421819 Ext. 000
Mobile +57 3003223520
liliana.garcia@essity.com



Essity Internal