

BASCOSTA

Soluciones Inteligentes de Pesaje

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

Código: B&B-MNT-FOR-01

Versión: 3

Fecha de Aprobación:

16-mar-20

1. INFORMACION GENERAL Y CARACTERISTICAS METROLOGICAS

EMPRESA:	BALMA S.A.S.				FECHA:	10/02/23
EQUIPO:	BASCULA CAMIONERA	UBICACIÓN:	KM 7 VIA ALTERNA		MARCA:	VECTOR
C. MAXIMA	80000 kg	RANGOS DE MEDICION		E. MAX. PERMISIBLE	MODELO:	VI 101
C. MINIMA	200 kg	BAJO	200 kg - 5000 kg	± 10 kg	SERIE:	N.P
RESOLUCION: d	10 kg	MEDIO	5010 kg - 20000 kg	± 20 kg	CODIGO:	COD INT - 0769
ESCALA VER: e	10 kg	ALTO	20010 kg - 80000 kg	± 30 kg	CLASE	III

2. INSPECCION GENERAL

COMPONENTE	ESTADO	COMPONENTE	ESTADO	CELDA	mV	Ohm	ESTADO
PLATAFORMA	O.K.	CABLEADO	O.K.	1	-----	-----	-----
SISTEMA MECANICO	-----	POLO A TIERRA	O.K.	2	-----	-----	-----
TOPES	O.K.	TORNILLERIA	O.K.	3	-----	-----	-----
CONECTORES	O.K.	OBRA CIVIL	O.K.	4	-----	-----	-----
INDICADOR DE PESO	O.K.	SOPORTES	O.K.	5	-----	-----	-----
CELDAS	O.K.	BASES O PATAS	O.K.	6	-----	-----	-----
PINTURA	O.K.	COMUNICACION	O.K.	7	-----	-----	-----
VOL. GENERAL	O.K.	VOL. ALIMENTACION	O.K.	8	-----	-----	-----
BATERIA	-----	CUELLO	N.A.	9	-----	-----	-----
TECLADO	O.K.	CABLE DE ALIMENT	O.K.	10	-----	-----	-----

3. PRUEBAS METROLOGICAS

EXACTITUD			INVARIABILIDAD					
CARGA ASCENDENTE			RANGO BAJO		RANGO MEDIO		RANGO ALTO	
CARGA	INDICACION	ERROR	Carga kg		Carga kg		Carga 26770 kg	
kg	kg	kg	INDICACION	ERROR	INDICACION	ERROR	INDICACION	ERROR
			kg	kg	kg	kg	kg	kg
0	0	0	1	-----	-----	-----	26770	0
26770	26770	0	2	-----	-----	-----	26770	0
-----	-----	-----	3	-----	-----	-----	26770	0
-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	26770	0
-----	-----	-----	5	-----	-----	-----	26770	0
-----	-----	-----	6	-----	-----	-----	26770	0
-----	-----	-----	7	-----	-----	-----	26770	0
-----	-----	-----	8	-----	-----	-----	26770	0
CARGA DECENDENTE			ERRORES		Emax - 1e	0	Emax - 2e	0
CARGA	INDICACION	ERROR	Emax - 3e		0	Emax - 3e	0	0
kg	kg	kg						
26770	26770	-----						
-----	-----	-----						
-----	-----	-----						
-----	-----	-----						
-----	-----	-----						
-----	-----	-----						
4270	4270	0						
0	0	0						

OBSERVACIONES:

Nota: Este equipo fue revisado y ajustado utilizando sustitucion de carga, pesadas en bascula de apoyo certificada por LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA LTDA, según certificado No. LMS-BAQ-0502 y bascula de apoyo certificada por LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN ER S.A.S, según certificado No.CAB-03-017-22. Se siguen las recomendaciones de la NTC 2031, SIM MWG7 y los literales a del numeral 7.1.5.2 de la norma ISO 9001 Versión 2015.

JOSE GONZALEZ

JAIRO GIL

Realizado por:

Vo.Bo

Cliente:

Telefono (5) 4234021 - Celular: 3114011964

Santa Marta - Barranquilla

www.bascosta.com