**Objeto: Entregar a título de compraventa equipos de las líneas de SENNOVA para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA regional Huila**

| ITEM | CODIGO ELEMENTO | CÓDIGO UNSPSC | PRODUCTO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.1 Quimicompany | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N. 2 Norlab | H | I | J | P | | | | | | promedio.zi | desvest | %CV | PRECIO UNITARIO OFICIAL | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 41114212 | ESTEREOMICROSCOPIO | •Oculares con protección en goma.<br>•Visualización en 3D<br>•Iluminación Incidente y transmitida con LED entre 100 V – 240 V<br>•Con ángulo del iluminador incidente es ajustable<br>•Distancia Interpupilar entre +55 a +75 mm<br>•Binoculares cabezales giratorios de 360° con inclinación de hasta 45°<br>•Ocular en un rango entre 10x/20 mm<br>•Zoom continuo de entre + 0,7x – 4,5x. (6.43:1 zoom factor de ampliación). | Unidad | 4 | $ 3.034.500 | $ 3.320.100 | 3.034.500 | 3.320.100 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 3.177.300 | 201.950 | 6% | $ 3.177.300 | $ 12.709.200 |
| 2 | | 23151610 | MICROPIPETA | •Volumen variable Monocanal.<br>•Rango de volumen entre 100 – 1000 µl<br>•Eyector de puntas y pistón resistentes a la corrosión.<br>•Buena resistencia química y a la luz ultravioleta<br>•De calibración integrada sin uso de herramientas adicionales<br>•Esterilizable en autoclave en un rango de + 121°C<br>•Inexactitud en un rango de entre + 0,60% a +3,00%<br>•Imprecisión en un rango de entre + 0,20% a + 0,60% | Unidad | 3 | $ 523.600 | $ 612.850 | 523.600 | 612.850 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 568.225 | 63.109 | 11% | $ 568.225 | $ 1.704.675 |
| 3 | | 41103806 | AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCIÓN DIGITAL | •Material Aluminio.<br>•Temperatura máxima de calentamiento en un mínimo de 200 °C en adelante.<br>•Material de la placa: cerámica<br>•Tamaño de la placa máximo entre 150 x 150 mm y 180 x 180 mm<br>•Capacidad máxima de agitación, entre 2 y 3 litros<br>•Pantalla LED<br>•Rango de velocidad: 0-1500 rpm | Unidad | 3 | $ 3.034.500 | $ 3.510.500 | 3.034.500 | 3.510.500 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 3.272.500 | 336.583 | 10% | $ 3.272.500 | $ 9.817.500 |

El Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila, con el fin de determinar el presupuesto oficial necesario para adelantar el presente proceso de contratación, publicó un aviso el 15 de Febrero del 2022 solicitando cotizaciones a los interesados, siguiendo lo establecido en la circular 3-2012-000233 de junio de 2012; publicaciones que se realizaron mediante las páginas www.contratacion.sena.edu.co de la entidad y la plataforma de SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.

| | |
|---|---|
| VALOR PRESUPUESTO OFICIAL | $ 24.231.375 |
| Vlr Presupuesto Estimado | $ 24.300.000 |
| Vlr Faltante o restante | $ 68.625 |