Barranquilla 9 de Mayo de 2023

SEÑORES
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA
ATT. JOHANNA POSADA **No 9523-01**
Apia Risaralda

De acuerdo a su amable solicitud ponemos en consideracion nuestra oferta economica.

PROPUESTA ECONOMICA

CANT	DESCRIPCION	VALOR	IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	MODELO TEC – RAD CON GENERADOR DE 50 KW UN DETECTOR DE IMÁGENES (FLAT PANEL) INALAMBRICO DE 17 PULGADAS X 17 PULGADAS MARCA ANGELL Y SU ESTACION DE TRABAJO , CON UPS DE 2 KVA sistema de rayos x compuesto de: • Generador de rayos x de alta frecuencia marca Angell FSQ-50C (220V). • Tubo de rayos x - marca Angell Modelo MXZ1301 -Tubo 0.6/1.2 mm, 300 kHU • Colimador manual, marca Angell modelo XS-1. • Cables de alta tensión. • Columna piso marca RTR modelo C-10. • Detector marca ANGELL modelo TSQ-III de 17X17 inalámbrico - con 2 Baterías. • Estación de trabajo • UPS 2KVA para la estación de trabajo Coluna de piso con desplazamiento longitudinal, vertical y giro sobre su eje, soporte para tuno de Rayos X , angulacion de +/- 90 grados, Panel de control con lectura digital para los diferentes movimientos: angulacion, Vertical, Longitudinal y Giro sobre su eje). Frenos electromagneticos, Centrado con respecto al eje de la mesa y el Bucky mural. Base de desplazamiento horizontal de hasta 2500 mm y desplazamiento vertical de 350 mm hasta 1800 mm. Sensor de distancia ultrasonico al momento de angular deltruno para tomas estudisos de torax con pacientes de pies. Asta firon +/- 90 grados con relacion al eje vertical para realizar estudios laterales. Movimientos popr contrapeso. Generador de alta frecuencia FSQ 2 220V : excelente rendimiento y estabilidad del modelo FSQ 2 , con potencia de salida de 50kw, con calibracion compatible con MA que compensa automaticamente el envejecimiento del filamento, Consola digital para ajuste facila de parametros y actualizaciones del firm-ware, Diagnostcio del sistema, registro de errores y visualizaciones del firm-ware y de los datos estadisticos. Frecuencia 60khz, Rando de kilovoltio de 40 - 150 kv, 1 kz step. cuenta con mas de 1.000 programas con software de utilizacion APR. Sistema de digitalizacion DICOM con rango de ma; 100 - 500ma, rango de mas 1 280 mas, voltaje de entrada 220V. Tubo de Rayos X mxz 1301: Maximo voltaje del tubo de 150 KV, tamaño del punto focal pequeñop 0.6mm grande 1.2 mm, la calibracion adaptativa de ma compensa automaticamente el envejecimiento del filamento, contendio de calor de anodo (300khu) tasa maxima de disipacion de calor del anodo 750w, velocidad minima de rotacion de anodo 50hz - 3600 rpm, angulo del tubo 12", tiempo de exposicion maximo de 0.001 - 10 segundos, peso neto 17 kg. Colimador modelo SX 1 : soporte de tubo de rayos X de trabajo maximo voltaje 150 kv, campo de radicacion maximo sid=65 cms 350mm x 350mm, campo de radicacion minimo 0 mm x 0mm, fuente de alimentacion 24V CA 1A, Ilumincia sid=100cm mayor 100lx, hora de cierre menor 60 S, Filtracion intrinseca 70 kw, 1.2 mm Al, pla de de filtro adicional 70 kw, 0.5-1-1.5 mm , metodo de control de compuerta de plomo manual, distacia del foco del yubo al plano de montaje 60 mm, dimensiones de 170*18*5 x 266.5 mm Dos cables de alta tension Detectror de Imagen analambrico 17 x 17	294.975.000,00	56.045.250,00	351.020.250,00

CONDICIONES COMERCIALES EN LA VENTA

* PAGO 100% ANTICIPADO CON ENTREGA DE 30 A 60 DIAS.
* CUENTA CON GARANTIA DE 12 MESES.
* SE REALIZA INSTALACION DEL EQUIPO
* SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO

Atentamente



Freddy Mariano Rojas Jimenez
Gerente
Kr 42F 75b-124 loc 11-12 c.c. Plazoleta Metropolitana
Pbx. 605-3688866
Barranquilla - Col.