CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. 23 DE 2019

Una vez efectuada la respectiva evaluación Jurídica, Financiera y Técnica al proceso de la referencia, cuyo objeto es la "*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA Y TUBOS PARA MUESTRAS PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas""* el comité evaluador se permite manifestar lo siguiente:

I. EVALUACIÓN

Se presenta el resumen de la evaluación respecto de cada uno de los lotes, así:

LOTE 1

PROPONENTES			EVALUACIÓN			
			EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	CONSOLIDADO
1	ANALYTICA S.A.S.	890.935.513-9	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	ARTILAB S.A	800.053.310-8	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	KAIKA S.A.S.	860.001.911-1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
4	KASSEL GROUP S.A.S.	830.053.900-2	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

LOTE 2

PROPONENTES			EVALUACIÓN			
			EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	CONSOLIDADO
1	ANALYTICA S.A.S.	890.935.513-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	ARTILAB S.A	800.053.310-8	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	GENTECH S.A.S.	900.754.314-8	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
4	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS	830.505.910-7	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

5	KAIKA S.A.S.	860.001.911-1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
6	KASSEL GROUP S.A.S.	830.053.900-2	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

LOTE 3

PROPONENTES			EVALUACIÓN			
			EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	CONSOLIDADO
1	ARTILAB S.A	800.053.310-8	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS	830.505.910-7	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	KASSEL GROUP S.A.S.	830.053.900-2	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

Es necesario señalar que los proponentes que no cumplen con los requisitos habilitantes puede subsanar las novedades de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018 en virtud del cual se modifica el Parágrafo 1 y se incluyen los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, razón por la cual se solicita nuevamente a los proponentes respectivos subsanar los requerimientos que se encuentran en la evaluación jurídica, financiera y técnica respectivamente y que a su vez se encuentran en el presente documento antes de la utilización del mecanismo de subasta.

II. REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN

REQUERIMIENTOS DE CARACTER JURÍDICO:

INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS

(1) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/20, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "*El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta.*"

ARTILAB S.A

(1) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las

propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "*El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta.*"

(2) Se requiere al proponente a efectos de que ajuste la DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS, lo anterior teniendo en cuenta que debe expresar bajo la gravedad del juramento de que la empresa, ni él están incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. La declaración allegada se realiza respecto del representante legal y no del proponente (persona jurídica).

REQUERIMIENTOS DE CARACTER FINANCIERO:

INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS

(1) Al proponente INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS se le solicita a llegar el Registro Único de Proponentes - RUP conforme a lo estipulado en el artículo 5.2.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme expedido **dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha** en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección).

ARTILAB S.A

(2) Al proponente ARTILAB S.A se le solicita a llegar el Registro Único de Proponentes - RUP conforme a lo estipulado en el artículo 5.2.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección)

REQUERIMIENTOS DE CARACTER TÉCNICO:

LOTE NO. 1

KASSEL GROUP S.A.S.

(1) Se requiere al proponente KASSEL GROUP S.A.S. para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida información no se evidenció en los catálogos allegados.

KAIKA S.A.S.

(2) Se requiere al proponente KAIKA S.A.S. para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(3) Se requiere al proponente KAIKA S.A.S. para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Cámara de acero inoxidable para rotor.
c) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

De igual forma para el ítem 1 se le requiere al proponente KAIKA S.A.S que allegue la carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique que el rotor F-35-6-30**; permite tubos falcon *50ml cónicos**, lo anterior teniendo en cuenta que el catálogo del equipo señala que el rotor funciona con tubos con faldón, los cuales tienen una geometría diferente a los tubos cónicos. Por lo anterior se le requiere para que subsane lo pertinente.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida información no se evidenció en los catálogos allegados.

ARTILAB S A

(4) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta".

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada

(5) Se requiere al proponente ARTILAB S A en relación con el ítem 1 para que subsane el documento "INDICACION DE MARCAS Y MODELOS OFERTADOS.PDF", pues 221.22 V02 es un rotor que no está dentro del catálogo.

(6) Se requiere al proponente ARTILAB S A para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Cámara de acero inoxidable para rotor.
c) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

Para el ítem 2 se requiere al proponente ARTILAB S A para efectos de que allegar carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique que el equipo ofertado puede operar con DIECISÉIS (16) TUBOS CÓNICOS DE 50 ML (PESO MÍNIMO TOTAL DE LAS 16 MUESTRAS 1200 GRAMOS)

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida información no se evidenció en los catálogos allegados.

ANALYTICA S.A.S

(8) Se requiere al proponente ANALYTICA S.A.S para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego, donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Cámara de acero inoxidable para rotor.
c) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida información no se evidenció en los catálogos allegados.

LOTE NO. 2

KASSEL GROUP S.A.S

(1) Se requiere al proponente **KASSEL GROUP S.A.S** para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Capsula en acero inoxidable resistente a ácidos, (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
c) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
d) información técnica de que el adaptador de la referencia 716.111 permite operación con los tubos con capacidad mínima para 16 tubos de 50 mL (30x116 mm ó 29x115mm) tipo Falcón con faldón y 36 tubos de 15 mL tipo Falcón

INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS

(2) Se requiere al proponente **INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS** para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(3) Se requiere al proponente **INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS** para efectos de que allegue Anexo 8 de conformidad con el pliego de condiciones.

De igual forma se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/20, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta."

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada, para este lote.

(4) Se requiere al proponente **INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS** para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego, donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Con todos los accesorios, adaptadores, cestillos, y/o soportes necesarios para el funcionamiento óptimo de la centrifuga con los tubos de 50 mL tipo Falcon con faldón y de 15 mL tipo Falcon.
b) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
c) Capsula en acero inoxidable resistente a ácidos, (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
d) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
e) Vida útil del rotor: ≥ 40.000 ciclos o ≥ 6 años.
f) Voltaje de trabajo 110 Volt.
g) Con certificados de seguridad eléctrica.
h) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
i) Velocidad de la centrifuga para trabajar con tubos de baja capacidad de volumen (1,5 mL): ≤ 500 rpm - 14.000 rpm ó ≤ 500 rpm - 15.000 rpm.
j) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.
k) Ajustes que permite respecto a velocidad rpm, RCF o valores de corrección del radio.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida información no se evidenció en los catálogos allegados.

(5) Se requiere al proponente para que allegue el CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA vigente al momento hasta el tiempo de vigencia del contrato.

KAIKA S.A.S.

(6) Se requiere al proponente **KAIKA S.A.S.** para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(7) Se requiere al proponente **KAIKA S.A.S** para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.

ARTILAB S A

(8) Se requiere al proponente **ARTILAB S A** para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:

a) Con todos los accesorios, adaptadores, cestillos, y/o soportes necesarios para el funcionamiento óptimo de la centrifuga con los tubos de 50 mL tipo Falcon con faldón y de 15 mL tipo Falcon.
b) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
c) Capsula en acero inoxidable resistente a ácidos, (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
d) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
e) Vida útil del rotor: ≥ 40.000 ciclos o ≥ 6 años.
f) Voltaje de trabajo 110 Volt.
g) Con certificados de seguridad eléctrica.
h) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
i) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.
j) Ajustes que permite respecto a velocidad rpm, RCF o valores de corrección del radio.
k) Dimensiones son An*Pr*Al 54*61*35 +-20%
l) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.

(9) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta".

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada

GENTECH S.A.S.

(10) Se requiere al proponente **GENTECH S.A.S.** para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:

a) Con todos los accesorios, adaptadores, cestillos, y/o soportes necesarios para el funcionamiento óptimo de la centrifuga con los tubos de 50 mL tipo Falcon con faldón y de 15 mL tipo Falcon.
b) Con rotor basculante que alcance una velocidad no menor a 3220 x g (4.000 rpm) cuando se empleen los 16 tubos de 50 mL o los 36 tubos de 15 mL.
c) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
d) Velocidad de la centrifuga para trabajar con tubos de baja capacidad de volumen (1,5 mL): ≤ 500 rpm - 14.000 rpm ó ≤ 500 rpm - 15.000 rpm.
e) Capsula en acero inoxidable resistente a ácidos, (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
f) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
g) Vida útil del rotor: ≥ 40.000 ciclos o ≥ 6 años.
h) Voltaje de trabajo 110 Volt.
i) Con certificados de seguridad eléctrica.
j) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.

LOTE 3

ARTILAB S A

(1) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta".

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada

(2) Se requiere al proponente **ARTILAB S A** para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:

a) Motor de inducción
b) Cámara resistente a soluciones y vapores ácidos y básicos. Con bloqueo de emergencia de la tapa..
c) Rotor en material resistente a ácidos y bases (fibra de carbono, PTFE, etc.) de ángulo fijo, con capacidad para seis o más tubos cónicos de 50 mL (tipo falcon) y 12 o más tubos cónicos de 15 mL. Suministrar el número de rotores que sean necesarios para la operación de la centrífuga con los dos tipos de tubos, los cuales deben ser compatibles y funcionar acoplados en la centrífuga descrita en estos términos. Incluir los adaptadores y/o acoples necesarios para la operación con los dos tipos de tubos.

INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS

(3) Se requiere al proponente **INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS** para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(4) Se requiere al proponente **INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS** para efectos de que allegue Anexo 8 de conformidad con el pliego de condiciones.

De igual forma se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/20, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta."

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada, para este lote.

(5) Se requiere al proponente **INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS** para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego, donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Motor de inducción
b) Cámara resistente a soluciones y vapores ácidos y básicos. Con bloqueo de emergencia de la tapa..
c) Rotor en material resistente a ácidos y bases (fibra de carbono, PTFE, etc.) de ángulo fijo, con capacidad para seis o más tubos cónicos de 50 mL (tipo falcon) y 12 o más tubos cónicos de 15 mL. Suministrar el número de rotores que sean necesarios para la operación de la centrífuga con los dos tipos de tubos, los cuales deben ser compatibles y funcionar acoplados en la centrífuga descrita en estos términos. Incluir los adaptadores y/o acoples necesarios para la operación con los dos tipos de tubos.

d) Voltaje de operación 120V+/-10%

(6) Se requiere al proponente para que allegue el CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA vigente al momento hasta el tiempo de vigencia del contrato.

KASSEL GROUP S.A.S

(7) Se requiere al proponente **KASSEL GROUP S.A.S** para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(8) Se requiere al proponente **KASSEL GROUP S.A.S**. para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:

e) Motor de inducción
f) Cámara resistente a soluciones y vapores ácidos y básicos. Con bloqueo de emergencia de la tapa.
g) Rotor en material resistente a ácidos y bases (fibra de carbono, PTFE, etc.) de ángulo fijo, con capacidad para seis o más tubos cónicos de 50 mL (tipo falcon) y 12 o más tubos cónicos de 15 mL. Suministrar el número de rotores que sean necesarios para la operación de la centrífuga con los dos tipos de tubos, los cuales deben ser compatibles y funcionar acoplados en la centrífuga descrita en estos términos. Incluir los adaptadores y/o acoples necesarios para la operación con los dos tipos de tubos.

III. RECOMENDACIÓN

En consecuencia, el Comité Evaluador se permite RECOMENDAR convocar para la audiencia de subasta inversa, a los siguientes proponentes por encontrarse habilitados:

LOTE 1
No hay proponentes habilitados

LOTE 2

HABILITADO

ANALYTICA S.A.S.

LOTE 3

No hay proponentes habilitados

Dado en Bogotá D.C, a los 08 días del mes de agosto de 2019

Cordialmente,

OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ
Evaluador Jurídico

LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS
Evaluador Financiero

MIGUEL ÁNGEL ROJAS
Evaluador Técnico

Anexos: Evaluación jurídica, evaluación técnica y evaluación financiera.

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. 23 DE 2019
EVALUACION REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA Y TUBOS PARA MUESTRAS PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas".

PROPONENTE			REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES												
No.	NOMBRE E INTEGRANTES (SI APLICA)	NIT	5.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	5.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL	5.1.3. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS O ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	5.1.4 CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	5.1.5. PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE	5.1.6. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O SU APODERADO O PERSONA NATURAL	5.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5.1.8 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO	5.1.9 CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES	ANTECEDENTES (5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 Y 5.1.13)	5.1.14 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	5.1.15 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS	HABILITACIÓN
1	KASSEL GROUP S.A.S.	830.053.900-2	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
2	KAIKA S.A.S.	860.001.911-1	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
3	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS	830.505.910-7	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE (1)**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADO**
4	GENTECH S.A.S.	900.754.314-8	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
5	ANALYTICA S.A.S.	890.935.513-9	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
6	ARTILAB S.A	800.053.310-8	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE (2)**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE (3)**	**NO HABILITADO**

(1) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/20, asi las cosas de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de seleccion)
(2) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, asi las cosas de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de seleccion)
(3) Se requiere al proponente a efectos de que ajuste la DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS, lo anterior teniendo en cuenta que debe anexar declaracion expresa bajo la gravedad del juramento de que la empresa , ni el estan incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. La declaracion allegada se realiza respecto del representante legal y no del proponente.

Dado en Bogotá D.C, el 08 de agosto de 2019

OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ
EVALUADOR JURÍDICO

ERVICIO
LÓGICO
MBIANO

El futuro es de todos

Minenergía

Formato de evaluación de capacidad financiera y capacidad organizacional para cumplir con los requisitos habilitantes

ceso de Contratación:	SASI N°023 de 2019	Presupuesto Oficial POE $	39.928.538,00

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA Y TUBOS PARA MUESTRAS PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas".

s Financieros y de Capacidad Organizacional mínimos requeridos en el proceso.

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,00
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	0,80
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	0,03
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	0,02

ıd Financiera y Capacidad Organizacional.

dicadores Financieros	PROPONENTES LOTE N°2											
	ANALYTICA S . A . S .		ARTILAB S A		GENTECH S.A.S.		INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS		KAIKA S A S		KASSEL GROUP S A S	
	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
NIT	890.935.513-9		800.053.310-8		900.754.314-8		830.505.910 - 7		860.001.911.-1		830.053.900-2	
se de persona/ Sociedad	Juridica		Juridica		Juridica		Juridica		Juridica		Juridica	
Fecha de Renovación	29/04/2019		No Cumple		12/03/2019		No Cumple		6/04/2019		2/04/2019	
le la Información Financiera	31/12/2018		No Cumple		31/12/2018		No Cumple		31/12/2018		31/12/2018	
UP Vigente y en firme?	Vigente y en Firme		No Cumple		Vigente y en Firme		No Cumple		Vigente y en Firme		Vigente y en Firme	
Índice de liquidez	1,95	Cumple	No Cumple		2,94	Cumple	No Cumple		1,47	Cumple	2,72	Cumple
ivel de endeudamiento	0,58	Cumple	No Cumple		0,49	Cumple	No Cumple		0,63	Cumple	0,29	Cumple
n de cobertura de interés	2,44	Cumple	No Cumple		5,45	Cumple	No Cumple		12,15	Cumple	24,09	Cumple
tabilidad del Patrimonio	0,25	Cumple	No Cumple		0,21	Cumple	No Cumple		0,54	Cumple	0,07	Cumple
entabilidad del activo	0,10	Cumple	No Cumple		0,11	Cumple	No Cumple		0,20	Cumple	0,05	Cumple
riterio de la evaluación	Cumple		No Cumple		Cumple		No Cumple		Cumple		Cumple	
Firme del Registro Único De tes De La Cámara De Comercio	Cumple		No Cumple		Cumple		No Cumple		Cumple		Cumple	
Habilitacion Final	Habilitado		No Habilitado (2)		Habilitado		No Habilitado (1)		Habilitado		Habilitado	

nte INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS se le solicita a llegar el Registro Unico de Proponentes - RUP conforme a lo estipulado enel articulo 5.2.1.1 REGISTRO ROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO ¡ Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme tro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección)

nte ARTILAB S.A se le solicita a llegar el Registro Unico de Proponentes - RUP conforme a lo estipulado enel articulo 5.2.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RA DE COMERCIO ¡ Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme expedido dentro de los treinta ndario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección)

Luis Alberto Rojas R.
Evaluador Financiero

ERVICIO
LÓGICO
MBIANO

El futuro es de todos

Miner

Formato de evaluación de capacidad financiera y capacidad organizacional para cumplir con los requisitos habilitantes

ceso de Contratación:	SASI N°023 de 2019	Presupuesto Oficial POE	$ 9.987.154,00

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA Y TUBOS PARA MUESTRAS PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas".

s Financieros y de Capacidad Organizacional mínimos requeridos en el proceso.

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	0,50
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	0,85
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	0,01
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	0,01

d Financiera y Capacidad Organizacional.

dicadores Financieros	PROPONENTES LOTE N°3			
	ARTILAB S A	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS	KASSEL GROUP S A S	
	100%	100%	100%	
NIT	800.053.310-8	830.505.910 - 7	830.053.900-2	
se de persona/ Sociedad	Juridica	Juridica	Juridica	
Fecha de Renovación	No Cumple	No Cumple	2/04/2019	
le la Información Financiera	No Cumple	No Cumple	31/12/2018	
UP Vigente y en firme?	No Cumple	No Cumple	Vigente y en Firme	
Índice de liquidez	No Cumple	No Cumple	2,72	Cumple
ivel de endeudamiento	No Cumple	No Cumple	0,29	Cumple
n de cobertura de interés	No Cumple	No Cumple	24,09	Cumple
tabilidad del Patrimonio	No Cumple	No Cumple	0,07	Cumple
entabilidad del activo	No Cumple	No Cumple	0,05	Cumple
riterio de la evaluación	No Cumple	No Cumple	Cumple	
Firme del Registro Único De tes De La Cámara De Comercio	Cumple	No Cumple	Cumple	
Habilitacion Final	No Habilitado (2)	No Habilitado (1)	Habilitado	

nte INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS se le solicita a llegar el Registro Unico de Proponentes - RUP conforme a lo estipulado enel articulo STRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO ¡ Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de (RUP) vigente y en firme expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre e selección).

nte ARTILAB S.A se le solicita a llegar el Registro Unico de Proponentes - RUP conforme a lo estipulado enel articulo 5.2.1.1 REGISTRO ÚNICO DE ES DE LA CÁMARA DE COMERCIO ¡ Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en o dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección)

Luis Alberto Rojas R.
Evaluador Financiero

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

El futuro es de todos | Minenergía

Formato de evaluación de capacidad financiera y capacidad organizacional para cumplir con los requisitos habilitantes

oceso de Contratación:	SASI N°023 de 2019 .	Presupuesto Oficial POE	$ 62.308.895,00

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA Y TUBOS PARA MUESTRAS PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas".

es Financieros y de Capacidad Organizacional mínimos requeridos en el proceso.

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,00
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	0,77
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	0,03
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	0,02

lad Financiera y Capacidad Organizacional.

ndicadores Financieros	PROPONENTES LOTE N°1							
	ANALYTICA S . A . S .		ARTILAB S A	KAIKA S A S		KASSEL GROUP S A S		
	100%		100%	100%		100%		
NIT	890.935.513-9		800.053.310-8	860.001.911.-1		830.053.900-2		
ase de persona/ Sociedad	Juridica		Juridica	Juridica		Juridica		
Fecha de Renovación	29/04/2019		No Cumple	6/04/2019		2/04/2019		
de la Información Financiera	31/12/2018		No Cumple	31/12/2018		31/12/2018		
RUP Vigente y en firme?	Vigente y en Firme		No Cumple	Vigente y en Firme		Vigente y en Firme		
Índice de liquidez	1,95	Cumple	No Cumple	1,47	Cumple	2,72	Cumple	
Nivel de endeudamiento	0,58	Cumple	No Cumple	0,63	Cumple	0,29	Cumple	
ón de cobertura de interés	2,44	Cumple	No Cumple	12,15	Cumple	24,09	Cumple	
ntabilidad del Patrimonio	0,25	Cumple	No Cumple	0,54	Cumple	0,07	Cumple	
Rentabilidad del activo	0,10	Cumple	No Cumple	0,20	Cumple	0,05	Cumple	
Criterio de la evaluación	Cumple		No Cumple	Cumple		Cumple		
y Firme del Registro Único De ntes De La Cámara De Comercio	Cumple		Cumple	Cumple		Cumple		
Habilitacion Final	Habilitado		No Habilitado (1)	Habilitado		Habilitado		

iente ARTILAB S.A se le solicita a llegar el Registro Unico de Proponentes - RUP conforme a lo estipulado enel articulo 5.2.1.1 REGISTRO ÚNICO DE TES DE LA CÁMARA DE COMERCIO ¡ Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme ntro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección)

Luis Alberto Rojas R.
Evaluador Financiero

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. 23 DE 2019
EVALUACION REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES LOTE 1

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA Y TUBOS PARA MUESTRAS PARA LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO""

PROPONENTE			REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES LOTE 1					
No.	NOMBRE	NIT	5.3.1 ACEPTACIÓN DEL ANEXO No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"	5.3.2 EXPERIENCIA.	5.3.3. INDICACIÓN DE MARCAS Y MODELOS OFERTADOS	5.3.4. CATALOGOS	5.3.5. CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	HABILITACIÓN
1	KASSEL GROUP S.A.S.	830.053.300-2	CUMPLE	CUMPLE NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13 VALOR:1221,37 SMMLV CODIGO: 41103900 centrifugas	CUMPLE	NO CUMPLE (1)	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	KAIKA S.A.S.	860.001.311-1	NO CUMPLE (2)	CUMPLE NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134 VALOR:324,99 SMMLV CODIGO: 41103900 centrifugas	CUMPLE	NO CUMPLE (3)	CUMPLE	NO HABILITADO
3	ARTILAB S.A	800.053.310-8	CUMPLE	NO CUMPLE (4)	NO CUMPLE (5)	NO CUMPLE (6)	CUMPLE	NO HABILITADO
4	ANALYTICA S.A.S.	830.935.513-9	CUMPLE	CUMPLE NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50 VALOR:1.249,98 SMMLV CODIGO: 41103900 centrifugas	CUMPLE	NO CUMPLE (8)	CUMPLE	NO HABILITADO

LOTE NO. 1

KASSEL GROUP S.A.S.

(1) Se requiere al proponente KASSEL GROUP S.A.S. para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos items lo siguiente:
a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida informacion no se evidenció en los catalogos allegados.

KAIKA S.A.S.

(2) Se requiere al proponente KAIKA S.A.S. para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(3) Se requiere al proponente KAIKA S.A.S. para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos items lo siguiente:
a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Camara de acero inoxidable para rotor.
c) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

De igual forma para el item 1 se le requiere al proponente KAIKA S.A.S que allegue la carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique que el rotor F-35-6-30; permite tubos falcon *50ml cónicos, lo anterior teniendo en cuenta que el catalogo del equipo señala que el rotor funciona con tubos con faldon, los cuales tienen una geometria diferente a los tubos conicos. Por lo anterior se le requiere para que subsane lo pertinente.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida informacion no se evidencio en los catalogos allegados.

ARTILAB S.A

(4) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, asi las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de seleccion). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Unica "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del termino de traslado del informe de evaluacion, salvo para lo previsto en el proceso de seleccion a traves del sistema de subasta".

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia alli acreditada

(5) Se requiere al proponente ARTILAB S A en relacion con el item 1 para que subsane el documento "INDICACION DE MARCAS Y MODELOS OFERTADOS.PDF", pues 221.22 V02 es un rotor que no está dentro del catalogo.

(6) Se requiere al proponente ARTILAB S A para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos items lo siguiente:

a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Camara de acero inoxidable para rotor.
c) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

Para el item 2 se requiere al proponente ARTILAB S A para efectos de que allegar carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique que el equipo ofertado puede operar con DIECISEIS (16) TUBOS CONICOS DE 50 ML (PESO MINIMO TOTAL DE LAS 16 MUESTRAS 1200 GRAMOS)

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida informacion no se evidenció en los catalogos allegados.

ANALYTICA S.A.S

(8) Se requiere al proponente ANALYTICA S.A.S para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego, donde se especifique, para ambos items lo siguiente:

a) Rotor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Camara de acero inoxidable para rotor.
c) Pantalla y panel digital resistente a salpicaduras.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida informacion no se evidenció en los catalogos allegados.

Dado en Bogotá D.C, el 08 del mes de agosto de 2019

MIGUEL ANGEL ROJAS
EVALUADOR TÉCNICO

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. 23 DE 2019
EVALUACION REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES LOTE 2

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO SISMOLÓGICO Y VULCANOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE GEOAMENAZAS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas"

PROPONENTE			REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES LOTE 2					
No.	NOMBRE E INTEGRANTES (SI APLICA)	NIT	5.3.1 ACEPTACIÓN DEL ANEXO No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"	5.3.2 EXPERIENCIA.	5.3.3. INDICACIÓN DE MARCAS Y MODELOS OFERTADOS	5.3.4. CATALOGOS	5.3.5. CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA.	HABILITACIÓN
1	KASSEL GROUP S.A.S.	830.053.900-2	CUMPLE	CUMPLE NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13 VALOR:1221.37 SMMLV CÓDIGO: 41103900 centrifugas	CUMPLE	NO CUMPLE(1)	CUMPLE	NO HABILITADO
2	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS	830.505.910-7	NO CUMPLE (2)	NO CUMPLE (3)	CUMPLE	NO CUMPLE (4)	NO CUMPLE(5)	NO HABILITADO
3	KAIKA S.A.S.	860.001.911-1	NO CUMPLE (6)	CUMPLE NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134 VALOR:324.99 SMMLV CODIGO: 41103900 centrifugas	CUMPLE	NO CUMPLE (7)	CUMPLE	NO HABILITADO
4	ARTILAB S.A	890.053.310-8	CUMPLE	NO CUMPLE (8)	CUMPLE	NO CUMPLE (9)	CUMPLE	NO HABILITADO
5	GENTECH S.A.S.	900.754.314-8	CUMPLE	CUMPLE Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 194, 202 VALOR:37.17 SMMLV, 47.21 SMMLV Código: 41103900 Centrifugadoras de laboratorio y accesorios	CUMPLE	NO CUMPLE (10)	CUMPLE	NO HABILITADO
6	ANALYTICA S.A.S.	890.935.513-9	CUMPLE	CUMPLE NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50 VALOR:1 249,98 SMMLV CODIGO: 41103900 centrifugas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

KASSEL GROUP S.A.S

(1) Se requiere al proponente KASSEL GROUP S.A.S para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:
a) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Capsula en acero inoxidable resistente a acidos. (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
c) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
d) Información técnica de que el adaptador de la referencia 716.111 permite operación con los tubos con capacidad mínima para 16 tubos de 50 mL (30x116 mm ó 29x115mm) tipo Falcón con faldón y 36 tubos de 15 mL tipo Falcón

INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS

(2) Se requiere al proponente INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(3) Se requiere al proponente INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS para efectos de que allegue Anexo 5 de conformidad con el pliego de condiciones.

De igual forma se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/29, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta."

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada, para este lote.

(4) Se requiere al proponente INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego, donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:

a) Con todos los accesorios, adaptadores, cestillos, y/o soportes necesarios para el funcionamiento óptimo de la centrifuga con los tubos de 50 mL tipo Falcon con faldón y de 15 mL tipo Falcon.
b) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
c) Capsula en acero inoxidable resistente a ácidos. (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
d) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
e) Vida útil del rotor: ≥ 40 000 ciclos o ≥ 6 años.
f) Voltaje de trabajo 110 Volt.
g) Con certificados de seguridad electrica.
h) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
i) Velocidad de la centrifuga para trabajar con tubos de baja capacidad de volumen (1,5 mL): ≤ 500 rpm - 14.000 rpm o ≤ 500 rpm - 15.000 rpm.
j) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. ! Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.
k) Ajustes que permite respecto a velocidad rpm, RCF o valores de corrección del radio.

Lo anterior teniendo en cuenta que la referida información no se evidenció en los catálogos allegados.

(5) Se requiere al proponente para que allegue el CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA vigente al momento hasta el tiempo de vigencia del contrato.

KAIKA S.A.S.

(6) Se requiere al proponente KAIKA S.A.S. para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(7) Se requiere al proponente KAIKA S.A.S para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique, para ambos ítems lo siguiente:
a) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
b) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.

ARTILAB S.A

(8) Se requiere al proponente ARTILAB S.A para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:
a) Con todos los accesorios, adaptadores, cestillos, y/o soportes necesarios para el funcionamiento óptimo de la centrifuga con los tubos de 50 mL tipo Falcon con faldón y de 15 mL tipo Falcon.
b) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
c) Capsula en acero inoxidable resistente a acidos. (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
d) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
e) Vida útil del rotor: ≥ 40 000 ciclos o ≥ 6 años.
f) Voltaje de trabajo 110 Volt.
g) Con certificados de seguridad electrica.
h) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
i) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. ! Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.
j) Ajustes que permite respecto a velocidad rpm, RCF o valores de corrección del radio.
k) Dimensiones son An*Pr*Al 54*61*35 +-28%
l) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. ! Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.

(9) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, así las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta".

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada

GENTECH S.A.S.

(10) Se requiere al proponente GENTECH S.A.S. para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:

a) Con todos los accesorios, adaptadores, cestillos, y/o soportes necesarios para el funcionamiento óptimo de la centrifuga con los tubos de 50 mL tipo Falcon con faldón y de 15 mL tipo Falcon.
b) Con rotor basculante que alcance una velocidad no menor a 3220 x g (4 000 rpm) cuando se empleen los 16 tubos de 50 mL o los 36 tubos de 15 mL. !
c) Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
d) Velocidad de la centrifuga para trabajar con tubos de baja capacidad de volumen (1,5 mL): ≤ 500 rpm - 14.000 rpm ó ≤ 500 rpm - 15.000 rpm.
e) Capsula en acero inoxidable resistente a ácidos. (Ácido clorhídrico y ácido nítrico diluidos)
f) Pantalla digital con panel de control por membrana resistente a salpicaduras.
g) Vida útil del rotor: ≥ 40 000 ciclos o ≥ 6 años.
h) Voltaje de trabajo 110 Volt.
i) Con certificados de seguridad eléctrica.
j) Referencia ofertada para Tubos de 50 mL, cónicos con faldón (de acuerdo a la figura de referencia), de PP, transparentes, con división, centrifugables, sin esterilizar, con tapa a rosca de PE, y con espacio en blanco para escritura. ! Compatibles con la centrifuga solicitada. Medidas: Diámetro: 30mm x Altura: 116mm ó 29mm x 115 mm.

Dado en Bogotá D.C. el 08 del mes de agosto de 2019

MIGUEL ANGEL ROJAS
EVALUADOR TÉCNICO

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
SELECCIÓN ABREVIADA SU BASTA INVERSA PRESENCIAL NO. 23 DE 2019
EVALUACION REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO SISMOLÓGICO Y VULCANOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE GEOAMENAZAS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas"

PROPONENTE			REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTESLOTE 3					
No.	NOMBRE E INTEGRANTES (SI APLICA)	NIT	5.3.1 ACEPTACIÓN DEL ANEXO No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"	5.3.2 EXPERIENCIA.	5.3.3. INDICACIÓN DE MARCAS Y MODELOS OFERTADOS	5.3.4. CATALOGOS	5.3.5. CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	HABILITACIÓN
1	ARTILAB S.A	800.053.310-8	CUMPLE	NO CUMPLE (1)	CUMPLE	NO CUMPLE (2)	CUMPLE	NO HABILITADO
2	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS	830.505.910-7	NO CUMPLE(3)	NO CUMPLE(4)	CUMPLE	NO CUMPLE (5)	NO CUMPLE (6)	NO HABILITADO
3	KASSEL GROUP S.A.S.	830.053.900-2	NO CUMPLE(7)	CUMPLE NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13 VALOR:1221,37 SMMLV CODIGO: 41103900 centrifugas	CUMPLE	NO CUMPLE (8)	CUMPLE	NO HABILITADO

ARTILAB S A

(1) Se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/13, asi las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta".

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada

(2) Se requiere al proponente ARTILAB S A para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:

a) Motor de inducción
b) Cámara resistente a soluciones y vapores ácidos y básicos. Con bloqueo de emergencia de la tapa..
c) Rotor en material resistente a ácidos y bases (fibra de carbono, PTFE, etc.) de ángulo fijo, con capacidad para seis o más tubos cónicos de 50 mL (tipo falcon) y 12 o más tubos cónicos de 15 mL. Suministrar el número de rotores que sean necesarios para la operación de la centrifuga con los dos tipos de tubos, los cuales deben ser compatibles y funcionar acoplados en la centrifuga descrita en estos términos. Incluir los adaptadores y/o acoples necesarios para la operación con los dos tipos de tubos.

INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS

(3) Se requiere al proponente INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(4) Se requiere al proponente INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS para efectos de que allegue Anexo 8 de conformidad con el pliego de condiciones.

De igual forma se requiere al proponente a efectos de que subsane el RUP, toda vez que el mismo tiene una fecha de 2019/05/20, asi las cosas, de conformidad con el pliego de condiciones, el mismo el mismo debe estar vigente y en firme, y expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de selección). Es de recalcar que de conformidad con la Circular Externa Única "El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta."

Lo anterior para poder tener en cuenta la experiencia allí acreditada, para este lote.

(5) Se requiere al proponente INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego, donde se especifique, para ambos items lo siguiente:

a) Motor de inducción
b) Cámara resistente a soluciones y vapores ácidos y básicos. Con bloqueo de emergencia de la tapa..
c) Rotor en material resistente a ácidos y bases (fibra de carbono, PTFE, etc.) de ángulo fijo, con capacidad para seis o más tubos cónicos de 50 mL (tipo falcon) y 12 o más tubos cónicos de 15 mL. Suministrar el número de rotores que sean necesarios para la operación de la centrifuga con los dos tipos de tubos, los cuales deben ser compatibles y funcionar acoplados en la centrifuga descrita en estos términos. Incluir los adaptadores y/o acoples necesarios para la operación con los dos tipos de tubos.
d) Voltaje de operación 120V+/-10%

(6) Se requiere al proponente para que allegue el CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA vigente al momento hasta el tiempo de vigencia del contrato.

KASSEL GROUP S.A.S

(7) Se requiere al proponente KASSEL GROUP S.A.S para efectos de que allegue Anexo 2 relativo a las especificaciones técnicas de conformidad con el formato definitivo que se encuentra en el SECOP II.

(8) Se requiere al proponente KASSEL GROUP S.A.S. para efectos de que allegue carta certificada por el fabricante acorde con el numeral 5.3.4 del pliego donde se especifique lo siguiente:

e) Motor de inducción
f) Cámara resistente a soluciones y vapores ácidos y básicos. Con bloqueo de emergencia de la tapa.
g) Rotor en material resistente a ácidos y bases (fibra de carbono, PTFE, etc.) de ángulo fijo, con capacidad para seis o más tubos cónicos de 50 mL (tipo falcon) y 12 o más tubos cónicos de 15 mL. Suministrar el número de rotores que sean necesarios para la operación de la centrifuga con los dos tipos de tubos, los cuales deben ser compatibles y funcionar acoplados en la centrifuga descrita en estos términos. Incluir los adaptadores y/o acoples necesarios para la operación con los dos tipos de tubos.

Dado en Bogotá D.C, el 08 del mes de agosto de 2019

MIGUEL ANGEL ROJAS
EVALUADOR TÉCNICO