

	FUNDACIÓN SALUD				Código	
	HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				Versión	01
	PROCESO ADMINISTRATIVO				Fecha de Emisión	1/05/2019
SEDE						
REGISTRO DEL EQUIPO						
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER				
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A			
SERIE:	3A-14543	INVENTARIO (PLACA):				
UBICACIÓN DEL EQUIPO						
SERVICIO:	Cardiología					
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO						
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACIÓN:	25/07/2019			
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734			
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACION DE IMPORTACIÓN:				
AÑO DE FABRICACIÓN:		GARANTÍA:	Inicio:	1-ago-19	Fin:	1-ago-20
<p><i>Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos</i></p>						
CLASE DE RIESGO		I		IIA	X	IIIB
<p><i>Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.</i></p>						
INFORMACION DEL FABRICANTE						
FABRICANTE:	DM SOFTWARE			DISTRIBUIDOR:	GERMAR	
PAÍS:	CHINA			CIUDAD:	BOGOTA	
CIUDAD:				TELÉFONO:	3002691331	
TELÉFONO:				NÚMERO DE CONTRATO:		
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO		
COMPRA	X	FIJO		PROPIO		
COMODATO		MÓVIL	X			
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO		
OTRO ¿CUÁL?				X		
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE			DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN			
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	FUNCION:	El monitor Holter se utiliza para determinar cómo responde el corazón a la actividad normal. El monitor también se puede utilizar: Después de un ataque cardíaco. Para diagnosticar problemas con el ritmo cardíaco que pueden estar causando síntomas tales como palpitaciones o síncope (pérdida de conciencia/desmayos)		
MANUAL TÉCNICO	X	NO				
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO				
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO		VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:	
USO:	DIAGNOSTICO		CORRIENTE:		TEMPERATURA:	Temperatura: - 20 - 65 C° y de 5 A 95% sin
			AMPERAJE:		POTENCIA	PESO:
						CAPACIDAD
Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumático			Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio			
FUENTES DE ALIMENTACION						
Electricidad		Gas Natural		Agua		Vapor
Neumática		Otros: Baterías AAA				Aire
ACCESORIOS						
NOMBRE	MARCA		MODELO		SERIE	
FUNDA						
LATIGILLOS						
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?				¿REQUIERE CALIBRACIÓN?		
SI	X	NO		SI	NO	X
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		ANUAL		PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:						
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:						
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones		Firma	
10/01/2020	Preventivo	Arley Cubillos	Equipo operativo		Cristhian Ospina	
3/08/2020	Preventivo	Germar	Equipo operativo		Cristhian Ospina	
29/10/2020	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 30082		Daniela Ramirez	
30/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo operativo		Angelica Vaca	
23/11/2021	Calibración	Julian Diaz	No. Certificado 31060		Daniela Ramirez	
12/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo operativo		Angelica Vaca	
25/01/2022	Calibración	Cristian Gutierrez	No. Certificado 35487		Cristhian Ospina	