



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica
Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	07	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6370

ENTIDAD: Fundación Salud	UBICACIÓN: Bogotá DC
RESPONSABLE: Ing. Cristhian Castillo	REPORTADO POR: Ing. Cristhian

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO	☐ CONTRATO	☐ PREVENTIVO	☒ GARANTIA	☐ CORRECTIVO
-------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------

Mantenimiento preventivo programado

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo programado

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
Holter Cardisco	PMS	300-3A	3A 14545	6466	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	
Estado físico externo del equipo. ☒ B ☐ R ☐ M	Verificación de componentes eléctricos	☒
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	☒
Transferencia de datos -Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	☒
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	☒
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: MV ☒ PPM ☒ PA ☐ J ☐ SPO2 ☐	☒
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	☒
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	☒
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	☒
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	☒
Backup de la información.	Muestreo de datos.	☒
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	☒
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	☒
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	☒
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	☒
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	☒
	Asignación de Adhesivo ST.	No. 8139

DESCRIPCION:

Se efectuó revisión técnica y funcional, limpieza interna y externa, verificación de componentes electrónicos y accesorios OK, análisis funcional, OK pruebas de funcionamiento, con simulador de ECG OK. Equipo operativo.
NOTA: Se recomienda no exponer equipo a humedad.

 FIRMA INGENIERO	 FIRMA CLIENTE	PRUEBA DE DOSIMETRÍA SI ☐ NO ☐
---------------------	-------------------	--

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 - PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com