



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	AGOSTO	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6800

ENTIDAD: <u>HOSPITAL SANTA CLARA / S.A.D HANA</u>	UBICACIÓN: <u>BOGOTÁ</u>
RESPONSABLE: <u>DR VACA</u>	REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO ☐ CONTRATO ☐ PREVENTIVO ☒ GARANTIA ☐ CORRECTIVO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
GRABADORA HOLTER	CARDIO SCAN	DHS 300-3A	3A-14545	6466	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	☒
Estado físico externo del equipo.	Verificación de componentes eléctricos	☒
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	☒
Transferencia de datos -Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	☒
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	☒
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: MV ☒ PPM ☒ PA ☒ J ☒ SPO2 ☒	☒
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	☒
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	☒
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	☒
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	☒
Backup de la información.	Muestreo de datos.	☒
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	☒
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	☒
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	☒
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	☒
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	☒
	Asignación de Adhesivo ST.	☒

No. 8862

DESCRIPCIÓN: Se realiza revisión técnica y funcional limpieza general carcasa
tarjetas electrónicas cable de paciente se hacen pruebas con
simulador de ECG y se descarga estudio en el software
y el equipo apto para su uso

<u>Edgar Bohorquez</u> FIRMA INGENIERO	<u>[Firma]</u> FIRMA CLIENTE	PRUEBA DE DOSIMETRÍA SI ☐ NO ☐
---	---------------------------------	--

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

gerarmedical@gmail.com