

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIÓN Y CUIDADO INTEGRATIVO		FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO		Código Versión Fecha de Emisión	01 1/05/2019	
SEDE						
REGISTRO DEL EQUIPO						
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER				
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A			
SERIE:	3A-14549	INVENTARIO (PLACA):				
UBICACIÓN DEL EQUIPO						
SERVICIO:	Cardiología					
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO						
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACIÓN:	25/07/2019			
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734			
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:				
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio:	1-ago-19	Fin: 1-ago-20	
Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos						
CLASE DE RIESGO		I	IIA	X	IIB	III
Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.						
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE						
FABRICANTE:	DM SOFTWARE		DISTRIBUIDOR:	GERMAR		
PAÍS:	CHINA		CIUDAD:	BOGOTÁ		
CIUDAD:			TELÉFONO:	3002691331		
TELÉFONO:			NÚMERO DE CONTRATO:			
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO		
COMPRA	X	FIJO		PROPIO		
COMODATO		MÓVIL	X			
DONACIÓN				CONTRATADO	X	
OTRO ¿CUAL?		VIDA ÚTIL				
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN				
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO	FUNCION: Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar tu ritmo cardíaco durante el período en el que usaste el monitor.			
MANUAL TÉCNICO	X	NO				
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO				
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO		VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:	
USO:	DIAGNOSTICO		CORRIENTE:		TEMPERATURA:	Temperatura: - 20 - 65 C° y PESO:
			AMPERAJE		POTENCIA	CAPACIDAD
Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumático			Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio			
FUENTES DE ALIMENTACIÓN						
Electricidad		Gas Natural		Agua		Vapor
Neumática		Otros: Baterías AAA				Aire
ACCESORIOS						
NOMBRE	MARCA		MODELO		SERIE	
FUNDA						
LATIGILLOS						
CONEXIÓN USB						
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?			¿REQUIERE CALIBRACIÓN?			
SI	X	NO	SI	NO	X	
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO			PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN			
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:						
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:						
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN						
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones		Firma	
9/01/2020	Preventivo	Aley cubillo	Equipo operativo		Cristhian Ospina	
5/11/2020	Preventivo	Alberto Prada	Equipo operativo		Cristhian Ospina	
15/01/2021	Calibración	Miguel Barreto	Certificado de calibración No. 3212-21		Cristhian Ospina	
22/11/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo operativo		Angelica Vaca	
16/11/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo operativo		Angelica Vaca	
28/01/2023	Calibración	Miguel Barreto	Certificado de calibración No. 35518		Cristhian Ospina	