

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA <small>Excelencia en el alma</small>		FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO		Código Versión Fecha de Emisión	01 1/05/2019
REGISTRO DEL EQUIPO					
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER			
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A		
SERIE:	3A-14551	INVENTARIO (PLACA):			
UBICACION DEL EQUIPO		SERVICIO:			
Cardiología		ADQUISICION DEL EQUIPO			
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACION:	25/07/2019		
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734		
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACION DE IMPORTACIÓN:			
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio: 1-ago-19 Fin: 1-ago-20		
<i>Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos</i>					
CLASE DE RIESGO					
I		IIA		X	
IIB		III			
<i>Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.</i>					
INFORMACION DEL FABRICANTE					
FABRICANTE:	DM SOFTWARE		DISTRIBUIDOR:	GERMAR	
PAÍS:	CHINA		CIUDAD:	BOGOTÁ	
CIUDAD:			TELÉFONO:	3002691331	
TELÉFONO:			NÚMERO DE CONTRATO:		
TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO	
COMPRA	X	FIJO		PROPIO	
COMODATO		MÓVIL	X		
DONACIÓN		VIDA ÚTIL		CONTRATADO	X
OTRO ¿CUÁL?					
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN			
MANUAL DE OPERACIÓN	X	FUNCION:	Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante periodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar tu ritmo cardíaco durante el periodo en el que usaste el monitor		
MANUAL TÉCNICO	X				
MANUAL MANTENIMIENTO	X				
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO	VOLTAJE:	1,5V	FRECUENCIA:	
USO:	DIAGNOSTICO	CORRIENTE:		TEMPERATURA:	Temperatura: - 20 - 65 C° y PESO: 70 gr
		AMPERAJE:		POTENCIA	CAPACIDAD
Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumático		Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio			
FUENTES DE ALIMENTACION					
Electricidad	Gas Natural	Agua	Vapor	Aire	
Neumatica	Otros: Baterías AAA				
ACCESORIOS					
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE		
FUNDA					
LATIGILLOS					
CONEXIÓN USB					
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION					
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?		¿REQUIERE CALIBRACIÓN?			
SI	X	NO	SI	NO	X
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO		PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN			
ANUAL					
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:					
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:					
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION					
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones	Firma	
9/01/2020	Preventivo	Arley Cubillos	Equipo operativo	Cristhian Ospina	
3/08/2020	Preventivo	Germar	Equipo operativo	Cristhian Ospina	
5/03/2021	Calibración	Tatiana Romero	No. Certificado 32223	Cristhian Ospina	
3/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo operativo	Angelica Vaca	
23/11/2021	Calibración	Julian Diaz	No. Certificado 31053	Cristhian Ospina	
12/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo operativo	Angelica Vaca	
25/01/2023	Calibración	Cristhian Gutierrez	No. Certificado 35482	Cristhian Ospina	