

FECHA		
DÍA 03	MES 08	AÑO 2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6598

ENTIDAD: Fundación Salud	UBICACIÓN: Bogotá
RESPONSABLE: Ing. Vaca	REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO	☐ CONTRATO	☐ PREVENTIVO	☐ GARANTIA	☐ CORRECTIVO
-------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Equipo para mantenimiento

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
Grabadora de Holter	DMJ	300-3A	3A-14551	6472	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	NA
Estado físico externo del equipo.	Verificación de componentes eléctricos	NA
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	NA
Transferencia de datos -Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	NA
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	NA
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: MV PPM PA J SPO2	NA
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	NA
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	NA
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	NA
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	NA
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	NA
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	NA
Backup de la información.	Muestreo de datos.	NA
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	NA
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	NA
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	NA
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	NA
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	NA
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	NA
	Asignación de Adhesivo ST.	No.

DESCRIPCIÓN: Se realiza revisión técnica y funcional, limpieza interna y externa, verificación de componentes electrónicos y accesorios, análisis funcional y pruebas de funcionamiento con simulador de ECG a frecuencia de 60 bpm sin novedad.
Equipo operativo.

SOPORTE TECNICO

GERMAR GMG S.A.S.

NIT. 900.081.215-8

[Firma]
FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐

NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 - PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com