

	FUNDACIÓN SALUD	Código	
	HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	Versión	01
	PROCESO ADMINISTRATIVO	Fecha de Emisión	1/05/2019
SEDE			
REGISTRO DEL EQUIPO			
NOMBRE:		GRABADORA HOLTER	
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	MODELO:	DMS300-3A
SERIE:	3A-14556	INVENTARIO (PLACA):	
UBICACION DEL EQUIPO			
SERVICIO:	Cardiología		
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO			
FECHA DE COMPRA:	17/06/2019	FECHA DE INSTALACIÓN:	25/07/2019
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	1/08/2019	REGISTRO INVIMA:	20090DM-0004734
COSTO DEL EQUIPO:	\$4.500.000	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:	
AÑO DE FABRICACIÓN:	2019	GARANTÍA:	Inicio: 1-ago-19 Fin: 1-ago-20
Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos			
CLASE DE RIESGO		I	IIA X IIB III
Clase de Riesgo. Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.			
INFORMACION DEL FABRICANTE			
FABRICANTE:	DM SOFTWARE	DISTRIBUIDOR:	GERMAR
PAÍS:	CHINA	CIUDAD:	BOGOTÁ
CIUDAD:		TÉLEFONO:	3002691331
TÉLEFONO:		NÚMERO DE CONTRATO:	
TIPO DE BIEN		EQUIPO	MANTENIMIENTO
COMPRA	X	FIJO	PROPIO
COMODATO		MÓVIL	X
DONACIÓN		VIDA ÚTIL	CONTRATADO
OTRO ¿CUÁL?			X
INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN	
MANUAL DE OPERACIÓN	X NO	FUNCION:	Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante periodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar tu ritmo cardíaco durante el periodo en el que usaste el monitor
MANUAL TÉCNICO	X NO		
MANUAL MANTENIMIENTO	X NO		
TECNOLOGÍA:	ELECTRÓNICO	VOLTAJE:	1,5V
USO:	DIAGNOSTICO	FRECUENCIA:	
		TEMPERATURA:	Temperatura: - 20 - 65 C° y de 5 A 95% sin PESO: 70gr
		POTENCIA	CAPACIDAD
Tecnología: Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumático		Uso: Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio	
FUENTES DE ALIMENTACION			
Electricidad	Gas Natural	Agua	Vapor Aire
Neumatica	Otros: Baterías AAA		
ACCESORIOS			
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
FUNDA			
LATIGUILLOS			
CONEXIÓN USB			
DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN			
¿REQUIERE MANTENIMIENTO?		¿REQUIERE CALIBRACIÓN?	
SI x NO	ANUAL	SI NO X	PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:			
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:			
MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION			
Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones Firma
17/10/2019	Correctivo	ARLEY CUBILLOS	Se realiza limpieza por ligera humedad Cristhian Ospina
9/01/2020	Preventivo	ARLEY CUBILLOS	Equipo operativo Cristhian Ospina
3/08/2020	Preventivo	Edgar Bohorquez	Equipo apto para su uso No. Certificado 30094 Cristhian Ospina
29/10/2020	Calibración	Tatiana Romero	Equipo apto para su uso Daniela Ramirez
25/08/2021	Correctivo	Germar	Equipo apto para su uso Cristhian Ospina
29/08/2021	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso Angelica Vaca
23/11/2021	Calibración	Julian Diaz	No. Certificado 31041 Cristhian Ospina
9/08/2022	Preventivo	Cristhian Ospina	Equipo apto para su uso Angelica Vaca
28/01/2023	Calibración	Cristian Gutierrez	No. Certificado 35516 Cristhian Ospina