



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica
Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA 03	MES AGOSTO	AÑO 2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6804

ENTIDAD: HOSPITAL SANTA CLARA / SAO HANA	UBICACIÓN: BOGOTÁ
RESPONSABLE: DR VACA	REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO	☐ CONTRATO	☐ PREVENTIVO	☒ GARANTIA	☐ CORRECTIVO	☐
-------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
GRABADORA HOLTER	CARDIO SCAN	DRS 300-3A	3A-14556	6777	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	☒
Estado físico externo del equipo.	Verificación de componentes eléctricos	☒
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	☒
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	☒
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	☒
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: MV PPM PA J SPO2	☒
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	☒
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	☒
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	☒
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	☒
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	☒
Backup de la información.	Muestreo de datos.	☒
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	☒
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	☒
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	☒
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	☒
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	☒
	Asignación de Adhesivo ST.	☒

No. 8867

DESCRIPCION: Se realiza revision tecnica y funcional limpieza general carcasa tarjeta electronica cable de paciente se hacen pruebas con simulador de ECG y se descarga estadia en el software y el equipo apto para su uso

Edgar Bohorquez		PRUEBA DE DOSIMETRÍA	SI ☐
FIRMA INGENIERO	FIRMA CLIENTE		NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com