

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA EXCELENCIA CON EL ALMA					FECHA										
					DÍA	MES		AÑO							
					9	8		2022							
HORA DE INICIO	9:10:00:00 a. m.		HORA FINAL		9:35		TIEMPO TOTAL		25						
ENTIDAD	Sta Clara				UBICACIÓN		Cardiología								
RESPONSABLE	Jefe Diana Restrepo				REPORTADO POR		N/A								
SOLICITUD	DIAGNOSTICO		CONTRATO		x PREVENTIVO		GARANTIA		CORRECTIVO						
OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo programado															
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: N/A															
EQUIPO		MARCA		MODELO		NUMERO DE SERIE			ID						
HOLTER		DMS		DMS 300-3		3A-14056			N/A						
LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO															
VERIFICACIÓN ESTA DEL EQUIPO					Verificación de componentes eléctricos					OK					
Estado físico externo del equipo B R M					B					Limpieza de los cables de ECG	N/A				
Encendido normal del equipo (Chequeo de leds, o pitidos característicos)					OK					Limpieza externa del equipo	OK				
Transferencia de datos - interface equipo medico PC					OK					Lubricación de tornillo sinfín para inclinación y rodamientos	N/A				
Toma de mediciones de presión arterial					OK					Verificación de parámetros de simulador	N/A				
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente					OK					PPM	MV				
Prueba de teclado					OK					PA	J				
Pruebas de velocidad					N/A					SPO2	N/A				
Pruebas de inclinación					N/A					Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a pacientes		N/A			
Prueba parada de emergencia					N/A					Verificación de obstrucción o de fugas en el circuito neumático		N/A			
Estado físico interno del equipo					N/A					Depuración de errores y/o fallas en el software		N/A			
Verificación errores de software					OK					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POST MANTENIMIENTO					
Backup de la información					N/A							Encendido normal del equipo	OK		
Sincronización de la base de datos					OK					Carga de información del paciente PC-Holter		OK			
Verificación de configuraciones del software					OK					Muestreo de datos		OK			
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro					N/A					Ecg con simulador		OK			
MANTENIMIENTO EQUIPO										Verificación modo prueba PA		N/A			
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electronicas					N/A					Descarga información Holter-PC		OK			
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación					OK					Pueba de velocidad e inclinación		N/A			
Prueba de impresión					N/A					Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura		N/A			
										Comprobación de funcionamiento normal del software		OK			
										Asignación de adhesivo		OK			
ACCESORIOS Y OTROS		NOMBRE		#		DESCRIPCIÓN			OBSERVACIONES						
		Brazalete		1					Buen estado						
		Cable de transmisión		1					Buen estado						
MEDICIÓN DE PARÁMETROS															
PARÁMETROS		1	NOMBRE	VALORES DE REFERENCIA		REAL		INDICE DE ERROR		RANGO DE TOLERANCIA		OBSERVACIONES			
				1		60		60		0%		1%		Dentro de los parámetros	
				2		90		90		0%					
				3		120		120		0%					
				4		150		150		0%					
				5											

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES: Se realiza inspección visual y de funcionamiento, así como mantenimiento preventivo teniendo en cuenta transmisión de datos y limpieza. El equipo y sus accesorios se encuentra en buen estado.

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	X	EQUIPO FUERA DE FUNCIONAMIENTO		EQUIPO DE BAJA	
NOMBRE QUIEN REALIZA EL SERVICIO	Cristhian Jonattan Ospina Castillo			CARGO	ING. Biomédico
FIRMA			FECHA	29/08/2021	
NOMBRE QUIEN RECIBE A CONFORMIDAD				CARGO	
FIRMA			FECHA	29/08/2021	
ANEXOS N/A					

