FUNDACIÓN SALUD	FUNDACIÓN SALUD HOJA DE VIDA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO ADMINISTRATIVO	Código	
		Versión	01
		Fecha de Emisión	1/05/2019

SEDE

REGISTRO DEL EQUIPO

NOMBRE:	GRABADORA HOLTER		
MARCA:	DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS	**MODELO:**	DMS300-3A
SERIE:	3A-14011	**INVENTARIO (PLACA):**	

UBICACION DEL EQUIPO

SERVICIO:	**Cardiología**

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA:	**17/06/2019**	**FECHA DE INSTALACION:**	**25/07/2019**
FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	**1/08/2019**	**REGISTRO INVIMA:**	**20090DM-0004734**
COSTO DEL EQUIPO:	**$4.500.000**	**DECLARACION DE IMPORTACIÓN:**	
AÑO DE FABRICACIÓN:		**GARANTÍA:** **Inicio:** **1-ago-19** **Fin:** **1-ago-20**	

Nota: El siguiente campo "Clase de Riesgo" solo aplica a equipos biomédicos, no diligenciar si se trata de otra clase de equipos

CLASE DE RIESGO	I		IIA	X	IIB		III	

Clase de Riesgo. *Clase I: Bajo Riesgo. Clase IIA: Riesgo Moderado. Clase IIB: Alto Riesgo. Clase III: Muy Alto Riesgo.*

INFORMACION DEL FABRICANTE

FABRICANTE:	**DM SOFTWARE**	**DISTRIBUIDOR:**	**GERMAR**
PAÍS:	**CHINA**	**CIUDAD:**	**BOGOTA**
CIUDAD:		**TELÉFONO:**	**3002691331**
TELÉFONO:		**NÚMERO DE CONTRATO:**	

TIPO DE BIEN		EQUIPO		MANTENIMIENTO	
COMPRA	**X**	**FIJO**		**PROPIO**	
COMODATO		**MÓVIL**	**X**		
DONACIÓN		**VIDA ÚTIL**		**CONTRATADO**	**X**
OTRO ¿CUÁL?					

INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE		
MANUAL DE OPERACIÓN	X	NO
MANUAL TÉCNICO	X	NO
MANUAL MANTENIMIENTO	X	NO

DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN

FUNCION: Un monitor Holter usa electrodos y un dispositivo de grabación para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar tu ritmo cardíaco durante el período en el que usaste el monitor.

TECNOLOGIA:	**ELECTRÓNICO**	**VOLTAJE:**	**1,5V**	**FRECUENCIA:**			
USO:	**DIAGNOSTICO**	**CORRIENTE:**		**TEMPERATURA:**	**Temperatura: - 20 - 65 C° y de 5 A 95% sin**	**PESO:**	
		AMPERAJE		**POTENCIA**		**CAPACIDAD**	

Tecnología: *Mecánico - Electromecánico - Eléctrico - Electrónico - Neumatico*

Uso: *Diagnóstico - Tratamiento y Mantenimiento de la vida - Prevención - Rehabilitación - Análisis de Laboratorio*

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Electricidad		Gas Natural		Agua		Vapor		Aire	
Neumatica		Otros: Baterias AAA							

ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
FUNDA			
LATIGILLOS			

DATOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN

¿REQUIERE MANTENIMIENTO?				¿REQUIERE CALIBRACIÓN?			
SI	**x**	**NO**		**SI**		**NO**	**X**
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				**PERIODICIDAD DE LA CALIBRACIÓN**		**MEDICIÓN DE PÁRAMETROS**	ANUAL

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:

REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:

MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN

Fecha	Tipo de Mantenimiento	Realizado por	Observaciones	Firma
9/01/2020	**Preventivo**	ARLEY CUBILLOS	Equipo operativo	Cristhian Ospina
29/10/2020	Calibración	TATIANA ROMERO	Cestificado de calibración No. 30078	Daniela Ramirez
30/01/2021	Preventivo	CRISTHIAN OSPINA	Equipo operativo	ANGELICA VACA
23/11/2021	Calibración	TATIANA ROMERO	Cestificado de calibración No. 31026	Daniela Ramirez
25/01/2022	Preventivo	CRISTHIAN OSPINA	Equipo operativo	ANGELICA VACA
30/08/2022	Preventivo	CRISTHIAN OSPINA	Equipo operativo	ANGELICA VACA

28/01/2023	Calibración	CRISTIAN GUTIERREZ	Cestificado de calibración No. 35517	Cristhian Ospina